



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 11 /med/2011, **na dostawę materiałów hemostatycznych i laparoskopowych, kompletnego systemu do pozyskiwania i podaży autogennych czynników wzrostu, antytoksyny botulinowej, oraz płyn pediatriczny wyrównawczy** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 29.03.2011r pod numerem 56834 – 2011

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 3 poz.12

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 12 miał na myśli klipsownicę, która posiada klipsy o dł. 9,1 mm po zamknięciu ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w /w Zadaniu klipsownicę, która posiada klipsy o dł. 9,1 mm po zamknięciu.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 2

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego najwyższej jakości prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 : staplerów okrężnych z łamaną główką w rozmiarach 24mm , 29mm i 32mm o wysokości zszywki 4,5mm, 4,8mm i 5,0mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ. Tak nieznaczna różnica w rozmiarze nie wpłynie z żaden sposób na wartość użytkową oferowanego sprzętu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje oferty zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 3

Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 10 , 11, 12 wystąpił błąd w rozmiarze ładunków? Zamawiający w pozycji nr 4,5,6 wymaga staplerów o wysokości zszywek 3,8mm i 4,8mm a w pozycji 10,11,12 ładunków do staplerów z pozycji 4,5,6 o wysokości zszywki 3,5mm i 4,8mm.

Odpowiedz

W poz.10,11,12 wystąpił błąd w rozmiarze ładunków. Zamawiający oczekuje zszywek w rozmiarze 3,8 i 4,8 mm.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 2

Czy Zamawiający w tym zadaniu dopuści staplery i ładunki z tradycyjną okrągłą zszywką -zszywka obustronnie spłaszczona to opatentowany produkt firmy Covidien.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych staplerów , natomiast wymaga spłaszczonej zszywki dla bezpieczniejszego i pewniejszego zamykania tkanek.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 2

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści stapler nożowy o dł 55mm(Zamawiający pracuje obecnie na takich staplerach)

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w staplera.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 2

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści stapler nożowy o dł 75mm(Zamawiający pracuje obecnie na takich staplerach)

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 2

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści staplery okrężne z kontrolowaną skalą docisku w rozmiarze 25,28,31 i wysokością zszywki 5mm -Zamawiający pracuje obecnie na takich staplerach(zapis łamanej główki i 2 wysokości zszywek spełnia tylko firma Covidien)

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w staplerów. Zamawiający wymaga łamanej główki dla bezpiecznego, pewnego wyjęcia staplera przez nowo utworzone zespolenie.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 2

Czy Zamawiający oczekuje aby staplery w pozycji 1,2,3 posiadały kontrolowaną skalę docisku w zakresie od 1-2,5mm

Odpowiedz

Nie. Zamawiający wymaga określonej wysokości zszywki zgodnej z zapisem SIWZ.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 2

Czy Zamawiający oczekuje aby staplery nożowe posiadały ogranicznik tkanki i zabezpieczenie przed ponownym wysunięciem noża.

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 3

Wnosimy o wyłączenie z pakietu 3 pozycji 6,7,9 ,utworzenie dla nich osobnego pakietu i dopuszczenie narzędzi laparoskopowych o dł 34 cm

Odpowiedz

Zamawiający nie wydziela wymienionych pozycji do osobnego zadania.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający oczekuje narzędzi (poz 6,7,9) typu limited used- narzędzia o walorach jednorazówek z możliwością kilkukrotnej sterylizacji w autoklawie.

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu pozycje 1,2,3,4 i utworzy dla nich osobny pakiet

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści trokar 12 mm z nie opisanym 2 stopniowym zaworem bezpieczeństwa z wbudowaną uszczelką pozwalającą na prace z narzędziami od 5-12mm (pozostałe parametry bez zmian)

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści trokar 5mm z nie opisanym 2 stopniowym zaworem (pozostałe parametry bez zmian)

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw trokar kompletny 12mm + dodatkowa kaniula czyli w jednym opakowaniu pozycja 1 + pozycja 3

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw trokar kompletny 5mm + dodatkowa kaniula czyli w jednym opakowaniu pozycja 2 + pozycja 4

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 10 do odrębnego pakietu.

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 12 i dopuści klipsownice laparoskopowe jednorazowego użytku 5mm z załadowanymi 20 klipsami średnio-dużymi

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 3 poz.12.i tworzy Zadanie 3A .

Pozostałe parametry oczekuje zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający oczekuje aby dissektor z pozycji 9 posiadał mechanizm stałego zacisku szczęk

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z Zadania 1 pozycji nr.1,nr.2,nr.3 ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Zadania 1 pozycji nr.1,nr.2,nr.3.

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 3

Uprzejmie prosimy o zrezygnowanie z wymogu kodowania kolorystycznego dla wyrobów medycznych zawartych w Zadaniu 3 w poz.6 i 7.

Odpowiedz

Zamawiający rezygnuje w/w pozycjach z wymogu kodowania kolorystycznego.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 3

Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 3 w poz.8 jednorazowego worka laparoskopowego, poliuretanowego o średnicy 10,16 cm i długości 12,70 cm z elastyczną, metalową obręczą i trzonem średnicy 10 mm, samorozprężalny , 215 ml

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego worka. Zamawiający wymaga w poz.8 urządzenia składającego się z jednej kompletnej nie rozbieralnej części.

Pytanie 23 – dotyczące Zadania 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 3 w poz.12 jednorazowej klipsownicy laparoskopowej z 20 klipsami w rozmiarze średnio dużym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza klipsownicę z 20 klipsami w rozmiarze średnio dużym.

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 3

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe uprzejmie prosimy o wyłączenie z Zadania 3 poz. 5 i 13 i o utworzenie nowego Zadania np. 3A. Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę oferentów, a co za tym idzie, zaproponowanie bardziej konkurencyjnych cen.

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 3 poz. 5 i tworzy nowe zadanie 3B

Zamawiający wydziela z Zadania 3 poz.13 i tworzy nowe zadanie 3C

Pytanie 25 – dotyczące Zadania 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej o zszywkach okrągłych w przekroju i wysokości 4,8mm? Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

Zdajemy sobie sprawę, iż długość proponowanego szwu jest dłuższa, ale stapler posiada zabezpieczenie przed wypadaniem zszywek wolnych (poza dokonaniem zespoleniem), które to nie wysypują się do ciała pacjenta i jesteśmy w stanie zaproponować ceny bardzo konkurencyjne, a także jakość popartą szeregiem badań klinicznych.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w staplera liniowego.

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 2, poz.2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej o zszywkach okrągłych w przekroju i wysokości 3,5mm? Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Kody magazynków kompatybilnych z opisywanym instrumentem byłyby podane w pozycji numer 8 wg kryteriów podanych w SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w staplera liniowego.

Pytanie 27 – dotyczące Zadania 2, poz.3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm, której średnica (przekrój okrągły) wynosi 0,28mm o długości linii szwu staplera 90 mm? Regulowana wysokość zszywki oznacza, iż instrument oferuje możliwość założenia wszelkich rodzajów szwów, które dostępne są w jednym magazynku. Od naczyniowego:1,0 mm, poprzez przeznaczony do tkanki normalnej:1,5 mm, aż po przeznaczony do tkanki bardzo grubej: 2,5mm i wszelkie ich wysokości pośrednie. Kody magazynków kompatybilnych z opisywanym instrumentem byłyby podane w pozycji numer 9 wg kryteriów podanych w SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w staplera liniowego.

Pytanie 28 – dotyczące Zadania 2, poz.4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w staplerze, o długości linii cięcia 53mm, a linii szycia równej 57mm? Stapler ten jest kompatybilny z magazynkami, zawierającymi zszywki o przekroju okrągłym, których wysokość określana zostanie przez Zamawiającego - od naczyniowego (wysokość zszywki otwartej 2,0mm) poprzez ładunek do tkanki normalnej (3,5mm) po ładunek do tkanki grubej (4,8mm). Kody magazynków kompatybilnych z opisywanym instrumentem byłyby podane w pozycji numer 10 wg kryteriów podanych w SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w staplera liniowego.

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 2, poz.5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w staplerze, o długości linii cięcia 73mm, a linii szycia równej 77mm? Stapler ten jest kompatybilny z magazynkami, zawierającymi zszywki o przekroju okrągłym, których wysokość określana zostanie przez Zamawiającego - od ładunku do tkanki normalnej (3,5mm) poprzez ładunek do tkanki pośredniej (4,2mm), aż po ładunek do tkanki grubej (4,8mm). Kody magazynków kompatybilnych z opisywanym instrumentem byłyby podane w pozycji numer 11 wg kryteriów podanych w SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w staplera liniowego.

Pytanie 30 – dotyczące Zadania 2, poz.6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w staplerze, o długości linii cięcia 98mm, a linii szycia równej 102mm? Stapler ten jest kompatybilny z magazynkami, zawierającymi zszywki o przekroju okrągłym, których wysokość określana zostanie przez Zamawiającego - od ładunku do tkanki normalnej (3,5mm) , po ładunek do tkanki grubej (4,8mm). Kody magazynków kompatybilnych z opisywanym instrumentem byłyby podane w pozycji numer 12 wg kryteriów podanych w SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w staplera liniowego.

Pytanie 31 – dotyczące Zadania 2, poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowano w pozycji numer 7 jednorazowe staplery okrężne, proste, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm? Oznacza to podanie jednej wysokości zszywki otwartej (5,5mm), okrągłej w przekroju, która w zależności od warunków operacyjnych dostosuje docisk w skali od ładunku naczyniowego (1,0mm) po ładunek do tkanki bardzo grubej (2,5mm) w każdym ze staplerów. Proponowane średnice głów staplera to: 25mm, 29mm i 33mm, przy czym pragniemy zauważyć, że w jakości zespolenia liczy się średnica noża (nie głowy staplera), która im większa, tym skutkuje mniejszą ilością zwężeń pooperacyjnych. Średnice naszych noży są jednymi z największych na rynku. Wszystkie staplery posiadają ergonomiczny uchwyt, pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: nie, to czy Zamawiający dopuści staplery opisane w pytaniu numer 7, lecz nie proste, a zakrzywione? Kierując się jedynie dobrem Zamawiającego zaproponowaliśmy staplery okrężne proste, których jakość jest identyczna ze staplerami zakrzywionymi, ale ich cena jest znacznie niższa. Spowodowane jest to rozwiązaniami mechanicznymi, których zastosowanie jest bardziej skomplikowane w staplerach zakrzywionych. Być może Zamawiający życzy sobie zaproponowanie obu rodzajów staplerów. W takiej sytuacji prosimy o podanie proporcji w sztukach lub procentach i wyrażenie zgody na zaproponowanie dwóch kodów do każdej z pozycji.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w staplerów okrężnych.

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 3, poz.6, 7,8,9,10,11 i 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji numer 6,7,8,9,10,11 i 12 tak, abyśmy byli w stanie złożyć ofertę konkurencyjną? W formie obecnej ofertę może złożyć jedynie firma Covidien Polska.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego zadania tylko poz.12 tworząc z niej zadanie 3A

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 3, poz.6

Jeżeli odpowiedź na pytanie numer 8 brzmi: tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji numer 6 jednorazowych nożyczek endoskopowych z możliwością cięcia monopolarnego, o średnicy ramienia 5 mm, długość ramienia 32,7 mm, rozpiętość otwartych ostrzy 9,6 mm, długość ostrzy 16 mm? Dystans między palcem wskazującym, a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 49 mm / zamknięcia 40 mm?

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 33 – dotyczące Zadania 3, poz.7

Jeżeli odpowiedź na pytanie 8 brzmi: tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji numer 7 jednorazowego Graspera endoskopowego z mechanizmem zamkowym? Średnica ramienia 5 mm, długość ramienia 33,2 mm, rozpiętość otwartych bransz 28,4 mm, długość bransz 17,9 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 61 mm / zamknięcia 39 mm.

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 34– dotyczące Zadania 3, poz.8

Jeżeli odpowiedź na pytanie 8 brzmi: tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji numer 8 jednorazowego, endoskopowy woreczka do pobierania próbek o pojemności 224 ml, średnica ramienia 10 mm?

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 35 – dotyczące Zadania 3, poz.9

Jeżeli odpowiedź na pytanie 8 brzmi: tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji numer 9 jednorazowego dysektora endoskopowego z możliwością cięcia monopolarnego? Średnica ramienia 5 mm.

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 36 – dotyczące Zadania 3, poz.10

Jeżeli odpowiedź na pytanie 8 brzmi: tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji numer 10 jednorazowej igła insuflacyjnej typu Verress, dł. 120 mm posiadającej czerwony pływak umożliwiający podgląd podczas testu powietrznego i wodnego?

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 37– dotyczące Zadania 3, poz.11

Jeżeli odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8 brzmi: tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego Babcocka endoskopowego z mechanizmem zamkowym? Średnica ramienia 5 mm, długość ramienia 39,3 mm, rozpiętość otwartych bransz 33 mm, długość bransz 33,6 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 64 mm / zamknięcia 52 mm.

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 38 – dotyczące Zadania 3, poz.12

Jeżeli odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8 brzmi: tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 jednorazowego Babcocka endoskopowego z mechanizmem zamkowym? Średnica ramienia 10 mm, długość ramienia 39,3 mm, rozpiętość otwartych bransz 33 mm, długość bransz 33,6 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 64 mm / zamknięcia 52 mm.

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 39

Czy w przypadku gdy Zamawiający będzie dokonywał zamówień wyrobów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na sztuki, a nie na opakowania, dopuszcza dodanie do oznaczenia kodowego, które będzie zamieszczone na fakturze, symbolu „u” oznaczającego najmniejszą jednostkę towaru (1 sztukę)?”.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie instrumenty w obrębie zadania oferowane były przez jednego producenta?

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 41 – dotyczące wzoru projektu umowy

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej załącznik do S.I.W.Z., poprzez dodanie zapisów o treści:

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze biotechnologicznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.
7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
8. Prowadzenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
 - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń
 - datę i miejsce ich przeprowadzenia

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach
- imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie
- czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odpowiedz

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez dodanie do projektu umowy § 9 – szkolenie – dotyczy Zadań 1,2,3

Pytanie 42 – dotyczące Zadania 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści trokar 12 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Trokar wyposażony w grot metalowy. Kaniula wyposażona w zawór gazowy typu Luer-Lock, z zewnętrzną uszczelką redukcyjną podpinaną od góry 5 – 12 mm ?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 43 – dotyczące Zadania 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści trokar 5 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Trokar wyposażony w grot metalowy. Kaniula wyposażona w zawór gazowy typu Luer-Lock

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 44 – dotyczące Zadania 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 12 mm karbowaną wyposażoną w zawór gazowy typu Luer-Lock , możliwość podłączenia uszczelki redukcyjnej 5-12 mm kompatybilnej z trokarem z pozycji 1.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 45 – dotyczące Zadania 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 5 mm karbowaną wyposażoną w zawór gazowy typu Luer-Lock , kompatybilna z trokarem z pozycji 2.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 46 – dotyczące Zadania 3 poz.5

Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr.5 z Zadania nr.3 i przenieś ją do nowo powstałego Zadania np.3A?

Odpowiedz

Pozycja ta została już wydzielona do Zadania 3B

Pytanie 47 – dotyczące Zadania 3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści nożyczki laparoskopowe 5 mm monopolarne z ostrzem o dł. 17 mm, dł. narzędzia 33 cm ?

Odpowiedz

Tak

Pytanie 48 – dotyczące Zadania 3 poz.7

Czy Zamawiający dopuści grasper laparoskopowy 5 mm z mechanizmem stałego zacisku szczęk poprzez rączkę z blokadą, powierzchnie atraumatyczne, obrotowy, dł. 33 cm ?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 49 – dotyczące Zadania 3 poz.8

Czy Zamawiający dopuści laparoskopowy worek na preparaty z metalowym pierścieniem z mechanizmem pozwalającym na pełne otwarcie i zamknięcie worka, sztywny trzon średnicy 10 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z trzema zamkniętymi uchwytami na palce oraz jednym półotwartym. Czy Zamawiający wymaga worka o wymiarach min. 135 x 156 mm i pojemności min. 500 ml ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w worek laparoskopowy.

Pytanie 50 – dotyczące Zadania 3 poz.9

Czy Zamawiający dopuści dissektor laparoskopowy 5 mm monopolarny zagięty, o długości 33 cm, rączka bez blokady?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 51 – dotyczące Zadania 3 poz.10

Czy Zamawiający dopuści igłę Veressa 120 mm z przyłączem Luer-Lock, z przezroczystą kaniulą bez sygnalizacji dźwiękowej?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 52 – dotyczące Zadania 3 poz.11

Czy Zamawiający dopuści chwytak laparoskopowy 5 mm z dużymi zębami (inny niż grasper) o długości 33 cm, rączka z blokadą, obrotowy?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 53 – dotyczące Zadania 3 poz.12,13

Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 12 i 13 z Zadania nr.3 i przeniesie ją do nowo powstałego zadania np. 3A

Odpowiedz

Zamawiający wydzielił pozycję nr.12 do Zadania 3A , a pozycję nr.13 do Zadania 3C