



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 22 /med/2011, **na dostawę materiałów szewnych chirurgicznych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 29.08.2011r pod numerem 262452 – 2011

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 1, poz.10

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1, poz.10 długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 1, poz.11

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1 poz.11 długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 1, poz.12

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1 poz.12, igłę niewzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 1, poz.17

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1 poz.17, igłę odwrotnie tnącą , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 1, poz.18

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1 poz.18, długość nici 75 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 1, poz.22

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1 poz.22, długość nici 60 cm ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 1, poz.23

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1 poz.23, długość nici 70 cm ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 1, poz.27

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1 poz.24, długość nici 70 cm ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 2, poz.2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.2 poz.2, długość igły 26mm, oraz długość nici 75 cm ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły oraz nici.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 2, poz.3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.2 poz.3, długość nici 70 cm ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 2, poz.5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.2 poz.5, długość nici 70 cm ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 2, poz.12,13,18,19

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.2 poz.12,13,18,19, długość nici 70 cm ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 2, poz.17

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.2 poz.17, długość nici 45 cm ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 4, poz.2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.4 poz.2, igłę okrągłą ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 4, poz.9

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.4 poz.9, długość igły 22 mm ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 4, poz.10

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.4 poz.10, długość igły 22 mm oraz rozmiar nici 3/0 ,pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.