



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
*e-mail* : [apteka@107sw.mil.pl](mailto:apteka@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 25 /med/2011, **na dostawę materiałów szewnych chirurgicznych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 27.09.2011r pod numerem 307156 – 2011

**Pytanie 1 – dotyczące Zadania 1**

Czy w związku z wymogiem dostarczania próbek do Zadania 1, Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia po 1 sztuce próbek do każdej z wymienionych pozycji?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia po 1 sztuce próbek do każdej z wymienionych pozycji.

**Pytanie 2 – dotyczące Zadania 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania w Zadaniu 1 ofert na poszczególne pozycje?

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 3 – dotyczące Zadania 1 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nitką o długości nici 20 cm (zamiast 23 cm) z igłą podwójną o długości 16,15 mm (zamiast 16 mm), o średnicy 150 mikronów (zamiast 152 mikronów) przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeżeli tak to prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 4 – dotyczące Zadania 1 poz.9**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do innego pakietu?

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 5 – dotyczące Zadania 1 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 6,55 mm (zamiast 8,0 mm ) o średnicy 200 mikronów (zamiast 254 mikronów), typu szpatuła przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeżeli tak to prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie - 6 – dotyczące Zadania 1 poz.11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 12,32 mm (zamiast 13,0 mm ) przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeżeli tak to prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w szew, natomiast nie wydziela tej pozycji do osobnego zadania.

**Pytanie 7 – dotyczące Zadania 7 poz.12**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 6,19 mm (zamiast 6,5 mm ) przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeżeli tak to prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 8 – dotyczące Zadania 1 poz.3,4,5,6 i 7**

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Zadania nr.1 poz. nr 3,4,5,6 i 7 do odrębnego Zadania?

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 9 – dotyczące Zadania 1 poz.1**

Czy w Zadaniu nr.1 pozycja 1 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami 7/16 koła, 140 mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 10 – dotyczące Zadania 1 poz.2**

Czy w Zadaniu nr.1 pozycja 2 Zamawiający dopuści nić o długości 20 cm, z 2 igłami 140 mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 11 – dotyczące Zadania 1 poz.8**

Czy w Zadaniu nr.1 pozycja 8 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami o dł.11,0 mm, typu lancet jak na rysunku , pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 12 – dotyczące Zadania 1 poz.9**

Czy w Zadaniu nr.1 pozycja 9 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami odwrotnie tnącymi bez mikroostrza, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 13 – dotyczące Zadania 1 poz.10**

Czy w Zadaniu nr.1 pozycja 10 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami o dł. 6,5 mm, typu szpatuła z mikroostrzem , 200 mikronów ?

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 14 – dotyczące Zadania 1 poz.11**

Czy w Zadaniu nr.1 pozycja 11 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami o dł. 5,5 mm , 7/16 koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz**

Nie.