



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych – znak 26/med/2011** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2011/S 195-317987**.

Pytanie 1 dotyczące

Czy Zamawiający wymaga certyfikat kalibracji i sterylności wraz z ofertą czy dopuszcza bez?

Odpowiedz

Zamawiający nie wymaga certyfikatu kalibracji i sterylności.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania 3, punkt 15 tabeli PARAMETR/WARUNEK MINIMALNY – PRZEPUSTOWY
Prosimy za uznanie za równoważny zapis; „Liniowość RBC min. do $6,5 \times 10^6/\mu\text{l}$, WBC min. do $400 \times 10^3/\mu\text{l}$, PLT min. $3 \times 10^6/\mu\text{l}$, HGB min 23g/dl.

Odpowiedz

Zamawiający uznaje za równoważny zapis: „Liniowość RBC min. do $6,5 \times 10^6/\mu\text{L}$, WBC min. do $400 \times 10^3/\mu\text{L}$, PLT min. $3 \times 10^6/\mu\text{l}$, HGB min 23g/dl.”

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie ile razy dziennie i na jakich poziomach będzie przeprowadzana kontrola wewnątrzlaboratoryjna?

Odpowiedz

Kontrolki na trzech poziomach w ilości do kontrolowania dwa razy dziennie na jednym poziomie.

Pytanie 4 – dotyczy Zadania 2 - „Odczynniki do oznaczania parametrów równowagi kwasowo – zasadowej z dzierżawa analizatora RKZ z pełną gwarancją na czas trwania umowy na 4600 badań rocznie”.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora potrzebnego 76 sekund do wykonania oznaczeń wymaganych parametrów?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w/w analizatora.

Pytanie 5 – dotyczy Zadania 5 - „Artykuły do diagnostyki laboratoryjnej badania ogólnego moczu z dzierżawą dwóch aparatów na 15900 badań rocznie”, wzór tabeli asortymentowo-cenowej:

W związku z warunkiem podania ceny za 1 ozn. brutto uwzględniającej koszty odczynnika / paska, kalibracji i codziennej kontroli prosimy o podanie sposobu przeprowadzenia wewnętrznej kontroli jakości ?

Odpowiedz

Kontrolki na dwóch poziomach w ilości do kontrolowania raz dziennie na jednym poziomie.

Pytanie 6 – dotyczy Zadania 5 - „Artykuły do diagnostyki laboratoryjnej badania ogólnego moczu z dzierżawą dwóch aparatów na 15900 badań rocznie”.pkt.13 warunków granicznych:

W związku z wymogiem , możliwości przeprowadzenia kalibracji przy pomocy dodatkowych materiałów kalibracyjnych , prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga podglądu i wydruku przeprowadzonej kalibracji?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga podglądu i wydruku przeprowadzonej kalibracji.

Pytanie 7 – dotyczy Zadania 6 - „Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów z dzierżawą analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika do oznaczania TRAK, który zawiera komponenty w formie liofilizatu , do szybkiej i jednorazowej rekonstrukcji ? Po rekonstrukcji odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do ciągłego użycia ?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 18 poz.5

Czy ze względu na różnie podawaną przez producentów pojemność probówek o tych samych wymiarach, Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki o poj.5 ml i wymiarach 12 x 75 mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania probówki o poj.5 ml i wymiarach 12 x 75 mm.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 22 poz.9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki wykonane z PS, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie producenta i podanie katalogowego wymaganych probówek.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje próbówek zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 24

a) poz.1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krążki na 100 oznaczeń z terminem ważności 10 m-cy ?

b) poz.2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krążki na 100 oznaczeń z terminem ważności 12 m-cy?

c) poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test w postaci pasków?

Odpowiedz

- a) Zamawiający dopuszcza do zaoferowania krążki na 100 oznaczeń z terminem ważności 10 m-cy, pod warunkiem , że po otwarciu opakowania testy zachowają w/w termin.
- b) Zamawiający dopuszcza do zaoferowania krążki na 100 oznaczeń z terminem ważności 12 m-cy, pod warunkiem , że po otwarciu opakowania testy zachowają w/w termin.
- c) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie testów w postaci pasków.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test płytkowy spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania test płytkowy spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 2 – warunki graniczne:

- a) Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający bazę danych pacjenta, pozwalającą na analizę poszczególnych trendów oraz porównania wyników w odniesieniu do wartości prawidłowych ?
- b) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z połączonym torem pomiarowym dla gazometrii oraz oksymetrii , ale z bardzo małą wymiana objętości próbki ?

Odpowiedz

- od a) Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora.
- od b) Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 5 – warunki graniczne:

- a) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z automatyczną kalibracją?
- b) Czy Zamawiający dopuści zakresy pomiarowe: Glukoza (75-125 mg/dl), białko (0,15-0,30g/l) albuminy?

Odpowiedz

- od a) Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora.
- od b) Zamawiający oczekuje zakresów pomiarowych zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 31 – Zestawy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów z dzierżawą analizatora do niżej wymienionych zestawów.

Tabela asortymentowo – cenowa. Poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycji 3 – nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaoferowania Testów do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej ziarniaków Gram(+), a nie pałeczek G(+)

Odpowiedz

Tak nastąpiła omyłka – Zamawiający oczekuje testów do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej ziarniaków Gram(+), a nie pałeczek G(+).

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 31 – Zestawy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów z dzierżawą analizatora do niżej wymienionych zestawów. Tabela asortymentowo – cenowa. Poz.1-8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przez poszczególnych Wykonawców w pozycjach 1-8: testy do identyfikacji oraz oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów – wszystkich obecnie dostępnych nr kart paneli/testów zgodnych z rekomendacją EUCAST, tak aby Zamawiający miał możliwość odpowiedniego doboru rodzaju używanego testu i składu antybiotyków zgodnie z ze stosowaną terapią na poszczególnych oddziałach szpitalnych?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 31 – Zestawy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów z dzierżawą analizatora do niżej wymienionych zestawów. Parametry graniczne - „aparat fabrycznie nowy”

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu używanego nie starszego niż 2008r z pełną gwarancją serwisową producenta w okresie obowiązywania umowy dzierżawy ?

Odpowiedz

Tak, ale nie starszego niż 2008r.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 31. Zestawy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów z dzierżawą analizatora do niżej wymienionych zestawów. Parametry graniczne - "oprogramowanie umożliwiające Zamawiającemu wydanie gotowego, kompletnego wyniku (wydruk wyniku w j. polskim musi zawierać: datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta, dane demograficzne pacjenta, zleceniodawcę, oddział, nazwę parametru oznaczanego z wynikiem, wartości referencyjne oraz dane placówki wykonującej badanie).

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu posiadającego oprogramowanie umożliwiające wydanie gotowego kompletnego wyniku badania, wraz z datą i godziną wykonania, danymi o badanej próbce i pacjencie oraz wyniku identyfikacji i lekowrażliwości oraz ewentualnych wykrytych markerach oporności, wartościach referencyjnych oraz danych placówki wykonującej badania - wydruk z aparatu w postaci gotowego czytelnego szablonu?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 31. Zestawy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów z dzierżawą analizatora do niżej wymienionych zestawów. Parametry graniczne - "Archiwizacja wyników z możliwością zapisu na CD"

Czy Zamawiający dopuści możliwość archiwizacji wyników na innych nośnikach danych: np. dyskietka, pamięć USB lub dysk twardy .. "

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 31. Zestawy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów z dzierżawą analizatora do niżej wymienionych zestawów. Parametry graniczne - "Wbudowane oprogramowanie do tworzenia raportów epidemiologicznych"

Czy Zamawiający dopuści, aby wbudowane oprogramowanie posiadało możliwość tworzenia prostych raportów epidemiologicznych w postaci gotowych wydruków z aparatu: raport testów badanych, raport testów zakończonych wraz z podaniem rodzaju wyniku i uzyskanych markerów oporności, raport reguł eksperckich systemu oceny lekowrażliwości, raport reguł interpretacji wyników dla poszczególnych próbek oraz pacjentów, raport zidentyfikowanych mikroorganizmów, raport antybiotyków".

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 20 - dotyczące Zadania Nr 54 . System zamknięty pobierania krwi. Poz. 3 Probówka do badań biochemicznych ok. 6 ml?

Czy w związku z dostępnością 2 rodzajów probówek do badań biochemicznych: z aktywatorem krzepnięcia oraz z trombiną pozwalającą na uzyskanie surowicy do 5 min, Zamawiający wymaga zaoferowania tych 2 rodzajów probówek do badań i zgodzi się na rozszerzenie oferty o dodatkową pozycję umożliwiającą ich wycenę przez poszczególnych Wykonawców?

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o ilościowe określenie zapotrzebowania na te 2 probówki do analiz biochemicznych?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania 2 rodzajów probówek do badań biochemicznych z aktywatorem krzepnięcia 50.000 szt oraz z trombiną pozwalającą na uzyskanie surowicy do 5 min – 5.000 szt.

Pytanie 21 – dotyczące Zadania Nr 54 . System zamknięty pobierania krwi. Poz. 4 Probówka do badań OB. ok. 3 ml?

Czy Zamawiający zgodzi się na objętość pobrania próbki krwi w zakresie od 4 do 4,5 ml ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje probówek zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania Nr. 54 • System zamknięty pobierania krwi. Poz. 6 Strzykawka z heparyną litową 1 ml?

Czy Zamawiający w tej pozycji ma na myśli strzykawkę z suchą nasyconą heparyną litową balansowaną wapniem pakowaną - "każda strzykawka indywidualnie"?

Odpowiedz

Zamawiający w tej pozycji ma na myśli strzykawkę z suchą nasyconą heparyną litową balansowaną wapniem pakowaną - "każda strzykawka indywidualnie".

Pytanie 23 – dotyczące Zadania Nr 54 . System zamknięty pobierania krwi. Poz. 6 Strzykawka z heparyną litową 1 ml?

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu pochodziły od jednego producenta, co gwarantuje kompatybilność wszystkich elementów systemu służących do pobierania krwi: uchwyt oraz igła do pobrania z oferowanymi probówkami, a także powtarzalność oraz standaryzację wyników badań?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 1 - pkt. 3 warunków granicznych

Czy Zamawiający dopuści analizatory biochemiczne pracujące w częściowo otwartym systemie odczynnikowym?

Uzasadnienie - w okresie umowy Zamawiający zobligowany jest do korzystania tylko z odczynników znajdujących się w ofercie złożonej przez firmę przystępującą do przetargu, a wybraną ze względu na najkorzystniejsze parametry zaoferowane Zamawiającemu.

Wobec powyższego nie występują żadne merytoryczne uzasadnienia ograniczające dostęp Oferentom posiadającym inne rozwiązania technologiczne niż tylko systemy całkowicie odczynnikowo otwarte.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje analizatora zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 24 – dotyczące Zadania nr 3.

Czy Zamawiający wymaga odczynników bez zawartości substancji toksycznych (tj. metanol oraz glikol etylowy)?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje odczynników zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 25 – dotyczące Zadania 16.poz.1

Czy Zamawiający dopuści końcówki o pojemności 200 µl, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje końcówek zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 16, poz.2

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet automatycznych o pojemności 5-200µl, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w końcówki do pipet automatycznych.

Pytanie 27 – dotyczące Zadania 16, poz.3

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet automatycznych o pojemności 101-1000µl, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w końcówki do pipet automatycznych.

Pytanie 28 – dotyczące Zadania 18, poz.5

Czy Zamawiający dopuści probówkę plastikową przezroczystą z poliestru o pojemności 5 ml i średnicy 12 mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w probówkę.

Pytanie 29 – dotyczące projektu SIWZ

SIWZ pkt. 8 8.5 Czy nie nastąpiła pomyłka w podaniu podstawy prawnej dotyczącej dopuszczenia do obrotu oferowanych wyrobów? Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku już nie obowiązuje - aktualnie obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679).

Odpowiedz

Tak, nastąpiła omyłka. Obowiązującą ustawą jest z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679).

Pytanie 30

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania świadectwa rejestracji materiału medycznego wydane przez MZIOS w stosunku do wyrobów medycznych które są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679).? MZIOS - nie wydaje świadectw rejestracji już od kilku lat.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 31 – dotyczące zadania 27

Czy w zadaniu 27 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek z NaCl o stężeniu 0,85%?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek z NaCl o stężeniu 0,85%.

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby instrukcję do analizatora oraz odczynników załączyć na CD lub osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedz

Instrukcja do analizatora oraz odczynników może być na CD lub osobno zbindowana i podpisana na pierwszej stronie

Pytanie 33 – dotyczy Zadania nr 1:

- a) Czy dopuszczony zostanie aparat o wydajności 225 oznaczeń biochemicznych na minutę?
- b) Czy dopuszczony zostanie aparat wymagający zakończenia cyklu pomiarowego przed uzupełnieniem odczynników?
- c) Czy dopuszczony zostanie aparat bez czytnika kodów kreskowych ?
- d) Czy dopuszczony zostanie aparat backup bez pomiarów turbidymetrycznych ?

Odpowiedz

- od a) Zamawiający nie dopuszcza w/w aparatu do badań biochemicznych.
- od b) Zamawiający nie dopuszcza w/w aparatu.
- od c) Zamawiający nie dopuszcza w/w aparatu.
- od d) Zamawiający nie dopuszcza w/w aparatu.

Pytanie 34 – dotyczące Zadania nr 4:

- a) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tromboplastyny króliczej?
- b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fibrynogenem i buforem rozcieńczającym do przygotowania odczynnika?

Odpowiedz

- od a) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania tromboplastyny króliczej.
- od b) Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu z fibrynogenem i buforem rozcieńczającym do przygotowania odczynnika

Pytanie 35 – dotyczące Zadania nr 32:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w test.

Pytanie 36 – dotyczące Zadania nr 35:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w test.

Pytanie 37 – dotyczące Zadania 55

Czy Zamawiający w Zadaniu 55 w poz.nr.1-3 dopuści próbkę i kapilarę pakowane oddzielnie a co się z tym wiąże wyceniane osobno?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w próbkę i kapilarę pakowane oddzielnie.

Pytanie 38 – dotyczące Zadania 54

Czy Zamawiający w Zadaniu nr.54 w pozycji nr.4 dopuści próbki do OB o objętości pobieranej krwi 1,5ml w odczycie logarytmicznym?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w próbki.

Pytanie 39 – dotyczące Zadania 54

Czy Zamawiający w Zadaniu nr.54 w pozycji nr.8 dopuści uchwyty dedykowane do igieł systemowych (z pozycji nr 7)? Nazwa Vacuteiner wskazuje na określonego producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza uchwyty dedykowane do igieł systemowych.

Pytanie 40 – dotyczące Zadania 54

Wnosimy o wydzielenie pozycji nr 6 w Zadaniu nr 54 do oddzielnego pakietu z uwagi na fakt, że strzykawka z heparyną litową do gazometrii nie jest elementem systemu zamkniętego pobierania krwi.

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z zadania nr 54 poz. 6 i tworzy z niej oddzielne zadanie 54A.

Wadium 10.00 PLN.

Pytanie 41 – dotyczące Zadania 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w ofercie ceny 1 ml brutto odczynnika (Opis przedmiotu zamówienia , Zadanie 52, wzór tabeli , kol.7) z większą ilością miejsc po przecinku?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na podanie w ofercie ceny 1 ml brutto z większą ilością miejsc po przecinku.

