



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzaska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
**e-mail** : [apteka@107sw.mil.pl](mailto:apteka@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku – znak 28/med/2011** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2011/S 205-334122**.

**Pytanie 1 dotyczące Zadania 9**

Czy Zamawiający oczekuje rękawic lateksowych i winylowych pudrowanych , czy bezpudrowych?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje rękawic lateksowych i winylowych pudrowanych.

**Pytanie 2 dotyczące Zadania 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z teksturą na końcach palców, które gwarantują precyzję w wykonywaniu procedur medycznych?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje rękawic zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 3 dotyczące Zadania 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o następujących parametrach: palce 0,12 mm (+/- 0,02), dłoń 0,10 mm (+/- 0,02), mankiet 0,08 (+/- 0,02)?

Rękawice jakie chcemy zaoferować spełniają posiadają wyższe parametry niż opisane przez Zamawiającego, są zgodne z EN 455-1,2,3,4, zgodnie z EN 374-2:2003,(piktogram na opakowaniu), a tekstura na końcach palców gwarantuje precyzję wykonywania procedur medycznych?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje rękawic zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 4 dotyczące Zadania 46**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na samorozprężalne protezy do dróg żółciowych o średnicy 10mm, długości 6 cm i 8 cm, system wprowadzający o średnicy 7F, współpracujące z przewodnicą 0,035 cala, o konstrukcji umożliwiającej otwieranie i ponowne zamykanie protezy po częściowym otwarciu w drogach żółciowych?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje protezy do dróg żółciowych zgodnie z zapisem SIWZ.

### **Pytanie 5 dotyczące Zadania 88**

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi, dopuści w zakresie zadania nr 88 składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty w Zadaniu 88 zgodnie z zapisem SIWZ.

### **Pytanie 6 dotyczące Zadania 65**

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju maseczkę z rurką dla dorosłych Zamawiający miał na myśli? Czy Zamawiający chce zakupić maseczkę do podawania tlenu z drenem do podłączenia O<sub>2</sub> ?

#### **Odpowiedz**

Tak.

### **Pytanie 7 dotyczące Zadania 109 poz. 1 i 2**

Czy w pozycji 1 i 2, Zamawiający dopuści produkty mikrobiologicznie czyste dzięki zastosowaniu specjalnych procedur „Manufacturer clean”? Oferowane rozwiązanie jest porównywalne z wymaganym dostarczeniem sterylnych produktów ponieważ po otwarciu opakowania na oddziale IT bądź na bloku operacyjnym produkty tracą sterylność i pozostają jedynie mikrobiologicznie czyste.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w produkty.

### **Pytanie 8 dotyczące Zadania 109 poz. 1 i 2**

Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający określając przedłużenie do układów oddechowych jako „gładkie”, miał na myśli gładką wewnętrzną strukturę łącznika?

#### **Odpowiedz**

Tak.

### **Pytanie 9 dotyczące SIWZ**

Wnosimy o zmianę lub rezygnację z zapisów SIWZ w rozdz. 7 pkt 7.3 ust. a) ze względu na to, że sytuacja na rachunku bankowym Wykonawcy zmienia się w każdym dniu, a dostawy do Zamawiającego nie odbywają się jednorazowo. Nie jest więc konieczne blokowanie środków w wysokości wartości oferty. Ze względu na wysokie koszty opłat bankowych za wystawienie takich informacji oraz opinii bankowych o Wykonawcach, wnosimy o weryfikację zapisów SIWZ we wskazanym punkcie lub określenia bardzo konkretnie o jakie kwoty zdolności kredytowej chodzi lub jaka wysokość środków na rachunku bankowym?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów punkty 7.3a. Zamawiający dopuszcza zaświadczenie o posiadaniu zdolności kredytowej i w tym wypadku Wykonawca nie dokonuje blokady środków finansowych na rachunku.

### **Pytanie 10 dotyczące SIWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w paragrafie 3 ustęp 7 umowy:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
- c. Istotnej zmiany ceny przez producenta?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w paragrafie 3 ustęp 7 umowy

**Pytanie 11 dotyczące SIWZ**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 8 ustępu 1 ?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w paragrafie 8 ustępu 1.

**Pytanie 12 dotyczące Zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe o długości min. 240mm, grubości na palcu min. 0,121mm, grubości na dłoni min. 0,102mm oraz grubości na mankiecie min. 0,091mm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje rękawic zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 13 dotyczące Zadania**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną owalną, dwudzielną, jednorazową, wyposażoną w system anty oparzeniowy , pokrytą klejem przewodzącym, powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>, powierzchnia aktywna 110cm<sup>2</sup>, pakowaną po 5 szt., z naklejkami na opakowaniu 5szt?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje elektrod zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 14 dotyczące Zadania**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania jednorazową elektrodę monopolarną typ szpatuła, długość całkowita 69mm; wymiar ostrza 2,0x18mm, pakowana po 10szt. Jałowa, wejście 2,4mm ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje elektrod zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 15 dotyczące Zadania**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania jednorazową elektrodę monopolarną typ igła, długość całkowita 69mm; wymiar ostrza 0,7x20mm, pakowana po 10 szt. Jałowa, wejście 2,4mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje elektrod zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 16 – dotyczące Zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.

**Pytanie 17 – dotyczące Zadania 59 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną o długości całkowitej 150 mm lub 70 mm ? Tak mała zmiana nie wpłynie na wartość użytkową ani komfort pracy a pozwoli na zaferowanie produktu konkurencyjnego z pewną korzyścią ekonomiczną dla szpitala.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje elektrod zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 18 – dotyczące Zadania 25 poz.2**

Czy Zamawiający wymaga by filtr (parametry jak w SIWZ) posiadał wyraźnie wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci w postaci oddzielnej celulozowej warstwy co maksymalnie zabezpieczy drogi oddechowe pacjenta.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w filtr.

**Pytanie 19 – dotyczące Zadania 20 kolumna 1 poz.1-11**

Czy Zamawiający z uwagi na fakty coraz rzadszego stosowania podtlenku azotu jako gazu anestetycznego odstąpi od wymogu „Mankiet nieprzepuszczalny dla gazów anestetycznych” a dopuści wysokiej jakości rurki intubacyjne z medycznego PCW, pozostałe parametry jak w SIWZ ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje mankieta nieprzepuszczalnego dla gazów anestetycznych zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 20 – dotyczące Zadania 20 kolumna 7**

Rurki tracheostomijne , jednorazowe z mankiem niskociśnieniowym z dwoma kaniulami wymiennymi rozmiar od 6-8 – 4 szt

Czy Zamawiający ma na myśli rurki tracheostomijne (opis jak w SIWZ) z otworem fenestracyjnym? Czy Zamawiający przez „ zastawka umożliwiająca mówienie chorym z tracheostomią ma na myśli zatyczkę dekaniulacyjną ( współdziałającą z rurkami z otworem fenestracyjnym), która jest/może być w zestawie z rurkami tracheostomijnymi ( wtedy czy oferować dodatkowo 4 szt.?), czy „zawór foniatryczny z membraną silikonową ?”

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje rurek tracheostomijnych z otworem fenestracyjnym + zawór.

**Pytanie 21 – dotyczące Zadania 62**

- Czy Zamawiający wymaga aby maseczka do resuscytacji miała kształt maski twarzowej tzn. posiada kopułę i powietrzny mankieta uszczelniający ?
- Czy Zamawiający wymaga aby maseczka do resuscytacji była wyposażona w filtr bakteryjny i zawór jednokierunkowy?
- Czy Zamawiający wymaga aby maseczka do resuscytacji była zapakowana w plastikowe etui ochronne ?

**Odpowiedz**

- od a) Zamawiający wymaga aby maseczka do resuscytacji miała kształt maski twarzowej tzn. posiada kopułę i powietrzny mankieta uszczelniający.
- od b) Zamawiający wymaga aby maseczka do resuscytacji była wyposażona w filtr bakteryjny i zawór jednokierunkowy.
- od c) Zamawiający dopuszcza aby maseczki do resuscytacji były zapakowane w plastikowe etui ochronne.

**Pytanie 22 – dotyczące Zadania 20**

Czy Zamawiający w Zadaniu 20 w pozycji pierwszej tj, rurki intubacyjne w lp. 1 i 2 w rozmiarach 4,0 i 4,5 dopuści rurki intubacyjne ze zwykłym mankiem niskociśnieniowym-wysokoobjętościowym?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rurki intubacyjne

**Pytanie 23 – dotyczące Zadania 23 poz.1**

Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w pozycji 1 dopuści prowadnice do trudnych intubacji, elastyczne z wygiętym końcem, wielorazowe o długości 60 cm , spełniające wszystkie pozostałe zapisy SIWZ ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w prowadnice do trudnych intubacji.

**Pytanie 24 – dotyczące Zadania 26**

Czy Zamawiający w Zadaniu 26 dopuści filtr Thermovent Hepa o następujących parametrach: bakteryjno wirusowy, mechaniczny - hydrofobowy tzn. nie przepuszczający płynów, o ciśnieniu do 150 cm H<sub>2</sub>O , o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999% , objętość/przestrzeń martwa – 52/45 ml, wadze ok.30g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymaniu wilgoci 0,4g/h z równomiernie rozłożonymi , nie sklejącymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, o całkowitej powierzchni filtracyjnej 325 cm<sup>2</sup> z centralnie usytuowanym portem do kapnografu , z przezroczystą obudową z wyraźnym zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych , bezpiecznych dla pacjenta krawędziach z pierścieniem zapobiegającym rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356), sterylne, na 24 godziny ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w filtr.

**Pytanie 25 – dotyczące Zadania 50**

Czy Zamawiający w Zadaniu 50 dopuści butelki do odsysania typu Redon o pojemności 500 ml zamiast 400 ml ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w butelki Redona.

**Pytanie 26 – dotyczące Zadania 100**

Czy Zamawiający w Zadaniu 100 dopuści zamknięty system do autotransfuzji pooperacyjnej z workiem na krew o pojemności 1000 ml wykonanym z hemokompatybilnego PCV, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w zamknięty system do autotransfuzji.

**Pytanie 27 – dotyczące Zadania 115**

Czy Zamawiający w Zadaniu 115 wymaga , aby linie próbkujące CO<sub>2</sub> były wykonane z PCW, o 3m długości z łącznikiem męskim/męskim?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w linie.

**Pytanie 28 – dotyczące Zadania 75**

- Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe do łączenia w tandem, w pokrywie których znajdują się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabezpiecza zarówno personel jak i źródło ssania przed kontaktem z odsysaną wydzieliną , uszczelnianie automatyczne po uruchomieniu ssania, posiadające dwa uchwyty w kształcie pętli ułatwiające demontaż wkładu.
- Czy Zamawiający dopuści wkłady posiadające wyżej wymienione parametry z substancją żelującą ?
- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nieodpłatnego dostarczenia łącznika odcinającego na kanistrze, w proponowanym przez nas systemie taki element nie jest konieczny ?
- Czy Zamawiający w wyposażeniu do w/w produktów dopuści wieszak / mocownik metalowy , regulowany ręcznie , zamiast plastikowego ?
- Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtrów we wkładzie ?

**Odpowiedz**

od a) Zamawiający dopuszcza w/w wkłady pod warunkiem, że posiadają pojemność 2000 ml.

od b) Zamawiający dopuszcza w/w wkłady pod warunkiem, że posiadają pojemność 2000 ml.

od c) W proponowanym systemie gdzie taki element nie jest konieczny Zamawiający

odstępuje od wymogu nieodpłatnego dostarczenia łącznika odcinającego na kanistrze

od d) Dopuszcza.

od e) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 29 – dotyczące Zadania 5, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z pomiarem OCŻ wraz z skalą, a tym samym nie wycenianie pozycji nr 2.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych pomiarem OCŻ zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 30 – dotyczące Zadania 5, pozycja 3-4**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w/w Zadaniu zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 31 – dotyczące Zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

Długość 240mm, grubość na palcu 0,13mm, na dłoni 0,11 mm, na mankiecie 0,09mm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje rękawic zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 32 – dotyczące Zadanie 11**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

Długość 292mm, grubość na palcu 0,17mm, na dłoni 0,11 mm, na mankiecie 0,09mm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

**Pytanie 33 – dotyczące Zadanie 13**

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3-częściowych?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

**Pytanie 34 – dotyczące Zadanie 20**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dotyczącego potwierdzenia w badaniach klinicznych nieprzepuszczalności mankietu dla gazów anestetycznych. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje dokumentów zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 35 – dotyczące Zadanie 23, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o średnicy 4,7mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w prowadnicę.

**Pytanie 36 – dotyczące Zadanie 25, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania filtrów oddechowych - sterylnych, przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z przestrzenią martwą max. 55ml, wagą max. 34g,

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje filtrów oddechowych zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 37 – dotyczące Zadanie 25, pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania filtrów oddechowych - sterylnych, przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych z portem do kapnometrii z przestrzenią martwą max. 37ml, wagą max. 22g, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje filtrów oddechowych zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 38 – dotyczące Zadanie 26**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mechanicznego filtra oddechowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci z przestrzenią martwą max. 90ml, wagą max. 45g, skutecznością filtracji bakterii i wirusów min. 99,999%, skutecznością nawilżania min. 33mg/l wody? Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje filtrów oddechowych zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 39 – dotyczące Zadanie 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sond dwunastniczych o długości 125cm dla rozmiarów 14Ch -20 Ch?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w sondy.

**Pytanie 40 – dotyczące Zadanie 38**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego wygięty do lewego oskrzela wykonany zPCV?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w cewnik.

**Pytanie 41 – dotyczące Zadanie 53, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści próżnociąg położniczy o średnicy 60mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje próżnociągu zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 42 – dotyczące Zadanie 53, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści próżno ciąg położniczy o średnicy 70mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje próżnociągu zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 43 – dotyczące Zadanie 59 pozycja 1-3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pozycjach 1 - 3 wymaga elektrod bez kabla łączącego?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje elektrod zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 44 – dotyczące Zadanie 59 pozycja 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga elektrody 3 klinowe czy 1 klinowe ze względu na dobranie elektrod do konkretnego urządzenia.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje elektrod zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 45 – dotyczące Zadanie 74**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków do dobowej zbiórki moczu (sterylnych) o pojemności 500 ml?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje worków zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 46 – dotyczące Zadanie 75**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkładów workowych' do systemu ssaka próżniowego o pojemności 1800ml oraz 1300ml?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje wkładów zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 47 – dotyczące Zadanie 79**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierza stabilizującego typu Philadelphia o parametrach:

Rozmiar S - obwód w szyi 30-40 cm,

Rozmiar M - obwód szyi 41-46 cm,

Rozmiar L - obwód szyi 47 - 52 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w kołnierze.

**Pytanie 48 – dotyczące Zadanie 82**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szyn Zimmera o wymiarach 230x25, 250x20, 400x20?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje szyn Zimmera zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 49 – dotyczące Zadanie 84, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,7x90mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

**Pytanie 50 – dotyczące Zadanie 84, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,2x90mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

**Pytanie 51 – dotyczące Zadanie 84, pozycja 8-10**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty do w/w Zadania zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 52 – dotyczące Zadanie 85, pozycja 5**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty do w/w Zadania zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 53 – dotyczące Zadanie 86, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil-Point o długości 90mm lub 120mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje igły zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 54 – dotyczące Zadanie 92**

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne pokryte silikonem?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje igieł zgodnie z zapisem SIWZ.



**Pytanie 55 – dotyczące Zadanie 100**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do autologicznej retransfuzji (DAR) z dwoma łącznikami schodkowymi, filtrem do krwi 10µm - jest to zamknięty nisko próżniowy system do po operacyjnej bezpośredniej retransfuzji w skład którego wchodzi:  
końcówka wciskowa dla drenów Redona o średnicy zwiększającej się schodkowo od Ch6 do Ch18;  
możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów; butelka Redona z przeciw zwrotną zastawką o pojemności 250ml (początkowe ssanie 120mbar); filtr do krwi z cewnikiem do przetaczania;  
nasadki ochronne wykluczające ryzyko zanieczyszczenia; jałowy i pozbawiony pirogenów?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 56 – dotyczące Zadanie 120**

Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali węglowej?

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 57 – dotyczące Zadanie 122**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za matę 30 warstwową, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 58 – dotyczące Zadanie 124**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowania a'80sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 59 – dotyczące Zadanie 71 i 72**

Czy Zamawiający miał na myśli worki o pojemności 2000ml?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje worków zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 60 – dotyczące Zadanie 83**

Czy Zamawiający w celu uczciwej konkurencji odstąpi od wymogu aby asortyment w pakiecie 83 pochodził od jednego producenta?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty do w/w Zadania zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 61 – dotyczące Zadanie 89**

Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji w rozmiarze 16G/50mm i 18G/50mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje w/w igieł zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 62 – dotyczące Zadanie 98**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej:

- worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z serią zastawek przeciwzwrotnych, które zapobiegają cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem spustowym.
- Dreny łączące: pomiędzy workiem a trójnikiem (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz pomiędzy trójnikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.)
- Igła Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką;
- Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trój drożnego kraniku.

Skład surowcowy: PVC, PP, PE, ABS, PS, ST AINLESS STEEL, PC, SYNTHETIC ISOPRENE.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje w/w zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 63 – dotyczące Zadanie 100**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji składającego się z mieszka 250 ml z zastawką przeciwwrotną i worka na krew z filtrem 200 $\mu$  o pojemności 1000 ml z zastawką przeciwwrotną?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje w/w zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 64 – dotyczące warunków umowy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

**Pytanie 65 – dotyczące Załącznika nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 47**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie możliwości składania ofert równoważnych w niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu 47  
Zamawiający w treści SIWZ nie ujął takiego potwierdzenia, mimo wyspecyfikowania asortymentu poprzez wskazanie znaków towarowych wyspecyfikowanych urządzeń.

Zgodnie z brzmieniem ustawy oraz uprawnieniem do określenia przedmiotu zamówienia przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia - z czego Zamawiający skorzystał w przedmiotowej sprawie, ma obowiązek zaznaczyć w SIWZ, iż przyjmuje również oferty równoważne. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedz**

Zamawiający potwierdza możliwość składania ofert równoważnych w niniejszym postępowaniu w zakresie Zadania 47

**Pytanie 66**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**Odpowiedz**

Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

**Pytanie 67 – dotyczące Załącznika nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 46**

Czy Zamawiający w zadaniu 46 pozwoli zaoferować samorozprężalną protezę do dróg żółciowych skracającą się w części dystalnej (pozycja części proksymalnej pozostaje bez zmian), zestaw wprowadzający o śr. 8Fr (2,6mm) pozwalający na otwieranie i ponowne zamykanie stentu podczas jego uwalniania w celu korekcji pozycji, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje w/w protezy zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 68**

Dotyczy Załącznika nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 47

Zamawiający podaje symbol produktu. Czy Zamawiający dopuści papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku o średnicy 25 mm, lecz o innym symbolu?

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 69**

Dotyczy Załącznika nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 96

Czy Zamawiający w zadaniu 96 pozwoli zaoferować igły o śr. 2,3mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje w/w igieł zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 70**

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 71**

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające przedłożenie oświadczenia potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności, aprobatę CE (w zależności od klasyfikacji wyrobu), a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza wyroby posiadające dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych - zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

**Pytanie 72**

Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ?  
Uzasadnienie do pytania 1: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować w cenę materiału koszty dostawy.

**Odpowiedz**

Zamawiający będzie dokonywał stosownych zakupów zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizowanego kontraktu z NFZ. W zależności od asortymentu przynajmniej raz w miesiącu – duże ilości , małe ilości – raz na kwartał lub rzadziej.

**Pytanie 73**

Odnosnie rozdziału 8 pkt. 8.1 ppkt. 2 czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca załączy referencje na dostawę materiałów jednorazowego użytku.

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 74 – dotyczące Zadania 122**

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 122 maty podłogowe dezynfekcyjne rozmiar 60 x 115 cm?
- Czy Zamawiający w Zadaniu 122 wymaga 7000 szt. mat czy listków?
- Czy Zamawiający w Zadaniu 122 wyraża zgodę na zaoferowanie mat 30 listkowych?
- Czy Zamawiający w Zadaniu 122 wyraża zgodę na zaoferowanie mat 60 listkowych?

**Odpowiedz**

od a) dopuszcza.

od b) Zamawiający wymaga 7000 szt listków.

od c) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mat 30 listkowych z odpowiednim przeliczeniem ilości

od d) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mat 60 listkowych z odpowiednim przeliczeniem ilości

**Pytanie 75 – dotyczące Zadanie 9, poz. nr 1 :**

Prosimy o dopuszczenie rękawic niesterylnych nitrylowych pakowanych max. po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza rękawice niesterylne nitrylowe pakowane max. po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Pytanie 76 – dotyczące Zadanie 12**

Prosimy o dopuszczenie rękawicy lateksowej, bezpydrowe, AQL po zapakowaniu < 1,0. anatomicznej, kolor antyrefleksyjny brązowy, poziom protein <: 60 µg/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie foliowe. Próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, o grubości ścianki na palcu 0,32mm, na dłoni 0,32mm, i mankiecie 0,28mm.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

**Pytanie 77 – dotyczące Zadanie 39-40:**

Czy dren do odsysanie pola operacyjnego ma być podwójnie pakowany w wewnętrzny worek z folii perforowanej oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier, co ułatwia aseptyczne użytkowanie?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w dreny.

**Pytanie 78 – dotyczące Zadanie 121;**

Czy należy zaoferować sterylne szczoteczki pakowane pojedynczo i dodatkowo w kartonach zbiorczych max. po 30 szt, mogących służyć jako dozowniki szczoteczek?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w szczoteczki.

**Pytanie 79 – dotyczące Zadania 65**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zadaniu 65 Zamawiający oczekuje masek tlenowych dla dorosłych z drenem do podawania tlenu o średnicy 6mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje masek tlenowych dla dorosłych z drenem do podawania tlenu.

**Pytanie 80 – dotyczące Zadania 65**

Czy Zamawiający w zadaniu 65 wymaga aby maski tlenowe posiadały elastomerowy zgięty mankiet były wykonane z materiału pozbawionego szkodliwych ftalanów i posiadały dren tlenowy dł.2,1m?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w maski tlenowe.

**Pytanie 81 – dotyczące Zadania 88**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 88 zestawów do wkluć centralnych zakładanych metodą Seldingera w skład których wchodzi: igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm, przewodnik „J” 0,035”, cewnik wykonany z poliuretanu- nietrombogenny, apirogenny,-dot. pozycji 1 i 3, pokryty powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra) dot. pozycji 2, strzykawka 5 ml, rozszerzało, skrzydełka mocujące, strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy bez odłączania igły od strzykawki. Na opakowaniu: nazwa, producent, nr.katalogowy, nr.serii i data ważności. Opakowanie typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniul.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje w/w zestawów zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 82**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru umowy.

**Pytanie 83 – dotyczące Zadania nr 105, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie - Hemofiltru trójwarstwowego, polieterosulfonowego 1,2 -1,4 m2 - w pełnych opakowaniach handlowych zawierających 40 sztuk? Ze względu na przestrzeganie surowych norm zachowania wysokiej jakości produktu, Worek do zbiórki ultrafiltratu jest konfekcjonowany w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 20sztuk produktu.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje opakowań max. x 10 szt.

**Pytanie 84 – dotyczące Zadania nr 105, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie- Adaptera 4-drożny - w pełnych opakowaniach handlowych zawierających 20 sztuk? Ze względu na przestrzeganie surowych norm zachowania wysokiej jakości produktu, Worek do zbiórki ultrafiltratu jest konfekcjonowany w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 20sztuk produktu.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje opakowań max. x 10 szt.

**Pytanie 85 – dotyczące Zadania nr 105, pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie - Worków na ultrafiltrat 51- w pełnych opakowaniach handlowych zawierających 90 sztuk? Ze względu na przestrzeganie surowych norm zachowania wysokiej jakości produktu, Worek do zbiórki ultrafiltratu jest konfekcjonowany w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 90 sztuk produktu.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje opakowań max. x 50 szt.

**Pytanie 86 – dotyczące Zadania 20**

Zadanie 20, rurki intubacyjne z odsysaniem. Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z odsysaniem z łącznikiem do podłączenia urządzenia ssącego?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rurki.

**Pytanie 87 – dotyczące 20**

Zadanie 20, rurki intubacyjne zbrojone. Czy Zamawiający wymaga rurki z prowadnicą w środku?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rurki.

**Pytanie 88 – dotyczące 20**

Zadanie 20, rurki tracheostomijne z wymiennymi kaniulami. Czy Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych jak w opisie, w rozmiarach 6, 7, 8?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych jak w opisie, w rozmiarach 6, 7, 8.

**Pytanie 89 – dotyczące 23**

Zadanie 23 pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga prowadnic o średnicach: 3,3mm; 5,0mm; 6,0mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w prowadnice.

**Pytanie 90 – dotyczące 23**

Zadanie 23 pozycja 1 prowadnice z możliwością podaży tlenu. Czy Zamawiający wymaga, aby prowadnica posiadała 2 sztuki zdejmowanych łączników 15mm w zestawie?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w prowadnice.

**Pytanie 91**

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający aby mieć pewność, że zaoferowany sprzęt odpowiada wymogom SIWZ doda w formularzu cenowym kolumnę „producent oraz nr katalogowy”, które w sposób jednoznaczny określają produkt i pozwolą na jego zweryfikowanie?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w formularzu cenowym podał następującą informację liczbę porządkową, nazwę handlową, nazwę producenta każdej oferowanej pozycji, numer katalogowy, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę podatku VAT, cenę jednostkową brutto, łączną wartość netto danego zadania, łączną wartość brutto danego zadania.