



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzaska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 29 /med/2011, na dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych, soczewki oczne i materiał wiskoelastyczny, stomatologia ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 02.11.2011r pod numerem 360536 – 2011

Pytanie 1 – dotyczące Zadania nr 2, Poz.5,6:

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 5,6 do osobnego pakietu co stworzy nam możliwość złożenia oferty na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 5,6 do osobnego Zadania. I tworzy z nich Zadanie 2A.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania nr 5, Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie folii bakteriobójczej poliuretanowej impregnowanej jodyna o grub. 0,025mm o powierzchni lepnej:
90x60 cm zamiast 66x60cm

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w/w folii.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 10

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku do kłuc centralnych o wymiarze 8,5x11,5cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.

Pytanie 4- dotyczące - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 7

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wykonanego z włókniny o gramaturze 55 g/m2, odporności na penetrację wodną 68cm H₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro powyżej 195 kPa o składzie:

- 1 x Serweta na stolik narzędziowy 156 x 200 cm (opakowanie wewnętrzne)
- 2 x Ręcznik do rąk 15 x 20 cm
- 1 x Taśma klejąca włókninowa 9 x 50 cm
- 1 x Serweta na stolik Mayo 77 x 142 cm ze wzmocnieniem 55 x 88 cm
- 2 x Serweta boczna przylepna 75 x 90 cm
- 1 x Serweta dolna przylepna 175 x 175 cm

1 x Serweta górna przylepna 160 x 260 cm

1X torba do odsysania (pakowana jałowo oddzielnie)

Całość spakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 8

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wykonanego z włókniny o gramaturze 55 g/m², odporności na penetrację wodną 68cm H₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro powyżej 195 w składzie:

1xserweta na stolik narzędziowy 156x200 cm,

2x ręcznik do rąk 15x20 cm,

2x nogawice 79x140 cm

1x serweta 75x120 cm, otwór przylepny 8x18 cm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 6 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie 9

Prosimy o dopuszczenie trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m² pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O, współczynnika absorpcji min.445%, wytrzymałości na rozzerwanie na sucho i mokro >220 kPa

1x Serweta do ciecicia cesarskiego- w części centralnej serwety znajduje się otwór. Otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytyującym płyn. Worek posiada 2 porty umożliwiające podłączenie drenu, okno trójkątne 30 x 36 cm z folią operacyjną wokół brzegów (5 cm), wzmocnienie chłonne, 4 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny ¾ obwodu, wzmocnienie chłonne na nogach pacjentki o wym.249/196 x 300 cm.

1x Serweta dla noworodka min 100 x 105 cm

1 x dodatkowa serweta min 140 x 120 cm

1x Serweta na stół instrumentariuszki min 140 x 190 cm

1x Serweta na stolik Mayo min.77x142cm (pakowana jałowo oddzielnie)

2x ręcznik min 15 x 20 cm

1x Taśma polietylenowa min 8 x 40 cm

Całość spakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie 11

Prosimy o dopuszczenie trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m² pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O, współczynnika absorpcji min.445%, wytrzymałości na rozzerwanie na sucho i mokro >220 kPa w składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm,

1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x147 cm ortopedyczna

1 x stokineta 30x122 cm

2 x ręcznik chłonny 15x20 cm,

1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm,

2 x taśma klejąca włókninowa 9x50 cm,

1x serweta dolna typu U 196x305 cm, wycięcie U przylepne 14x116 cm, wzmocnienie chłonne, 2

podwójne uchwyty na przewody,
1 x serweta główna 183x254 cm przylepna, wzmocnienie chłonne.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 8 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 12

Sterylnie obłożenie do artroskopii gdzie serwety okrywające pacjenta wykonane są z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m² pozbawionego pyłających i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O, współczynnika absorpcji min.445%, wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro >220 kPa o składzie:

1xpapier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne)

2x Serweta na stół narzędziowy min.140 x 190 cm (jeden pakowany oddzielnie i całość w jeden worek)

1x Serweta min. 91 x 150 cm, nieprzylepna

1x Serweta główna min. 242 x 300 cm, z otworem elastycznym \varnothing 5 cm

1x Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm

1x Serweta na stół Mayo min.77x142cm (pakowane jałowo oddzielnie)

1x Osłona na kończynę 38x75 cm wyposażona w włókninową taśmę klejącą 9x50cm (pakowana jałowo oddzielnie)

Całość spakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 9 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 14

Sterylnie obłożenie do artroskopii gdzie serwety okrywające pacjenta wykonane są z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m² pozbawionego pyłających i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O, współczynnika absorpcji min.445%, wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro >220 kPa o składzie:

1xpapier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne)

1x Serweta na stół narzędziowy min.140 x 190 cm

1x Serweta min. 91 x 150 cm, nieprzylepna

1x Serweta główna min. 242 x 300 cm, z otworem elastycznym \varnothing 5 cm

1x Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm

1x Serweta na stół Mayo min.77x142cm (pakowane jałowo oddzielnie)

Całość spakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 10 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 19

1. Prosimy o dopuszczenie zaferowania fartucha chirurgicznego którego mankiety wykonane są z włókien syntetycznych, niepyłających.
2. Czy Zamawiający oczekuje fartucha o odporności na penetrację płynów na poziomie min 50cm H₂O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro na poziomie min . 120 kPa

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny jałowy którego mankiety wykonane są z włókien syntetycznych, niepyłających, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

od 2) Zamawiający oczekuje fartucha chirurgicznego zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 11 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 25

Prosimy o dopuszczenie następujących rozmiarów folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,025 mm o powierzchni lepnej:

- a) 15cmx28cm zamiast 15cmx27cm
- b) 28cmx45cm zamiast 28cmx41cm
- c) 40cmx42cm lub 30cmx28cm zamiast 35cmx35cm

Odpowiedz

- od a) Zamawiający dopuszcza w/w folię.
- od b) Zamawiający dopuszcza w/w folię.
- od c) Zamawiający nie dopuszcza w/w foli.

Pytanie 12 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe włókninowe ubranie chirurgiczne (bluza i spodnie) o gramaturze 35 g/m².

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w ubrania chirurgicznego.

Pytanie 13 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 36

Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego rzepu do mocowania przewodów o wym. 2,5x13cm

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rzepu do mocowania przewodów o wym. 2,5x13cm

Pytanie 14 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 1 poz 1

Czy zamawiający wymaga, aby fartuch był konfekcjonowany w postaci nawinięcia na rolkę w kartonowym podajniku z możliwością zawieszenia, co ułatwia higieniczne pojedyncze odrywanie każdego egzemplarza fartucha?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w fartuch.

Pytanie 15 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 1 poz 3

Na czym według Zamawiającego powinno polegać wzmocnienie higienicznego prześcieradła?

Odpowiedz

Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 16 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 2 poz 1

Prosimy o dopuszczenie pokrowca sterylnego foliowego na przewody o rozmiarze 18cmx246cm z ,elastyczna końcówka-przezroczysty

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w pokrowiec.

Pytanie 17 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 3 poz 2

Czy zamawiający dopuści rozmiar osłony 79 x 144 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar osłony.

Pytanie 18 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 3 poz 3

Czy zamawiający dopuści rozmiar serwety 75 x 90 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar serwety.

Pytanie 19 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 3 poz 5

Czy zamawiający dopuści rozmiar taśmy 9 x 49 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar taśmy.

Pytanie 20 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 3 poz 11

Czy podany wymiar sterylnej osłony na stopę można traktować jako minimalny?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 21 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 5 poz 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar serwety 75 x 50 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiar serwety.

Pytanie 22 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 7 poz 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o nast. składzie i wymiarach?

ZESTAW MULTIPLEX UNIVERSUS 175/200

rozmiar szt.

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny.....	200x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	75x100	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną.....	180x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
7. osłona na stół MAYO	79x145	1
8. serweta na stół - (owinięcie zestawu).....	150x200	1


Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 23 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 8 poz 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o nast. składzie i wymiarach?

Ogólny jałowy zestaw serwet z włókniny jednostronnie laminowanej do operacji ginekologicznych



rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna główna o wymiarach 75x175 cm, posiadająca otwór w okolicy kroczka w kształcie rombu o wymiarach 9x15 cm	75x175	1
2. serweta pod pośladki	75x100	1
3. osłony na kończyny	75x120	2
4. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1


Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 24 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 9 poz 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o nast. składzie i wymiarach?

Zestaw do cięcia cesarskiego



1.	serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, połączenie ssaka i organizatory przewodów	175/250x300	1
2.	serweta - owinięcie noworodka	90x120	1
3.	taśma samoprzylepna	9x49	1
4.	ręczniki chłonne	18x25	4
5.	osłona na stolik Mayo	79x145	1
6.	serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1


Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 25 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 12 poz 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o nast. składzie i wymiarach?

Sterylny zestaw do artroskopii – wykonany z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego



rozmiar szt.

1.	serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2.	serweta na stolik	150x190	1
3.	osłona na kończynę	22x75	1
4.	taśmy samoprzylepne	9x49	2
5.	ręczniki chłonne	18x25	4
6.	wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1
7.	wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu)	150x190	1


Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 26 – dotyczące - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie 14 poz 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o nast. składzie i wymiarach?

Sterylny zestaw do operacji kończyny



	rozmiar	szt.
1. serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynach, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 7 cm).....	200x300	1
2. serweta chirurgiczna.....	140x190	1
3. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną (folia PE)	75x75	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	140x190	1

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 26 – dotyczące – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2:

40 szt. jednorazowych taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, elastycznych, jednorodnych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, nie prasowane termicznie ?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w taśmę.

Pytanie 27 – dotyczące – Zadania nr 1- MATERIAŁY OPATRUNKOWE

1. **Poz. nr 1, codofix 6 cm i 8 cm-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa siatkowego o długości 11,6 m w stanie relaksacyjnym z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
2. **Poz. nr 8-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu chłonnego w rozmiarze 90 x 180 cm?
3. **Poz. nr 13-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski wyściełającej w rozmiarze 10 cm x 3 m lub 15cm x 3m? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 1 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w rękaw siatkowy.

od 2) Zamawiający nie dopuszcza w/w podkładu.

od 3) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz.13 opaski wyściełającej w rozmiarze 10 cm x 3 m

Pytanie 28 – dotyczące – Zadania nr 4 Poz. nr 5; 7; 9

Zadania nr 22

czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów bawełnianych, serwet oraz gazy jałowej sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta tj. parą wodną. Należy zwrócić uwagę, że sterylizacja tlenkiem etylenu stwarza ryzyko pozostania resztek tlenu etylenu na materiale poddanym sterylizacji, nawet po procesie dekatyzacji.

Tlenek etylenu jest substancją silnie toksyczną i rakotwórczą. Użycie produktów gazowych z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, gdyż działanie tlenu etylenu polega na alkilacji białek. Ryzyko to nie występuje natomiast w przypadku sterylizacji w parze wodnej, w związku z tym jest to metoda bezpieczniejsza.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w metodę sterylizacji.

Pytanie 29 – dotyczące – Zadania nr 4

1. Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za opakowanie a' 100 szt. kompresów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

2. Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej posiadającej element radiacyjny wszyty w zwinięty brzeg serwety, spełniającej te same właściwości co nitka RTG.

Odpowiedz

od 1) Tak.

od 2)Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 30 – dotyczące – Zadania nr 3 - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1. Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego w rozmiarze uniwersalnym?

2. Poz. nr 9- serweta przylepna z otworem- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 60 x 90 cm z otworem w rozmiarze 10 x 12cm lub serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z możliwością dostosowania średnicy otworu?

Odpowiedz

od1) Zamawiający dopuszcza w/w fartuch

od 2) Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm z możliwością dostosowania średnicy otworu.

Pytanie 31 – dotyczące – Zadania nr 8- MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych wykonanego z 2-warstwowego materiału o gramaturze min. 55 g/m2?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 32 – dotyczące – Zadanie nr 9- MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z 2-warstwowego materiału o gramaturze min. 55 g/m2 o następującym składzie:



Zestaw do cięcia cesarskiego III

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny, okno 19 x 28 cm	315 x 250
1 serweta dla noworodka	90 x 100
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	33 x 33

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 33 – dotyczące – Zadanie nr 11- MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki	Rozmiar: 140 x 190 cm
1 serweta do nakrycia stolika Mayo	80 x 145 cm
1 serweta operacyjna	75 x 90 cm
1 serweta operacyjna	150 x 200 cm
1 osłona na kończyne	35 x 120 cm
1 serweta samoprzylepna	170 x 300 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” (6,5 x 95 cm)	200 x 260 cm
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	33 x 33 cm

Dodatkowo pakowana niezależnie od zestawu jednokomorowa kieszeń w rozmiarze 43 x 38 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 34 – dotyczące –Zadanie nr 14- MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny- ręki/ nogi spełniającego wymagania Zamawiającego, jednakże posiadającego serwetę główną wykonaną na całej powierzchni z warstwy chłonnej?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

Pytanie 35 – dotyczące –Minimalne wymagane parametry krytyczne

- Punkt 3-** czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania grubości folii (w SIWZ wymagane min. 0,05mm). Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż dokumentacja techniczna każdej z firm różni się w zakresie danych nie wymaganych przez ogólnie przyjęte standardy (np. normy PN-EN). Z uwagi na powyższe prosimy o odstąpienie od wymogu wyszczególniania poszczególnych komponentów materiałowych wchodzących w skład obłożenia oraz o dopuszczenie osłony na stolik Mayo, gdzie gramatura folii wynosi min. 56 g/m²
- Punkt 5-** Prosimy o odstąpienie od wymogu podania paroprzepuszczalności jako MVTR oraz dopuszczenia WVTR min. 250?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający odstępuje od wymogu podawania grubości folii i dopuszcza osłonę na stolik Mayo, gdzie gramatura folii wynosi min. 56 g/m².

od 2) Zamawiający odstępuje od wymogu podania paroprzepuszczalności jako MVTR oraz dopuszcza WVTR min. 250.

Pytanie 36 – dotyczące –Zadanie nr 24

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia przewodowego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże posiadającego serwetę samoprzylepną barierową włókninową w rozmiarze 50 x 50 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w zestawu.

Pytanie 37 – dotyczące –Zadanie nr 29

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha niesterylne w rozmiarze uniwersalnym, sumując ilość sztuk dla rozmiaru L i XL?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha niesterylne w rozmiarze uniwersalnym, sumując ilość sztuk dla rozmiaru L i XL.

Pytanie 38 – dotyczące –Zadanie nr 45

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów do zamykania ran w rozmiarze 6 x 101 mm oraz 6 x 76 mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w plastry.

Pytanie 39 – dotyczące – części IV

Czy Zamawiający wymaga w rozdziale IV - „soczewki oczne i materiał wiskoelastyczny” w Zadaniu 1 soczewki z możliwością wszczepu zarówno do torebki soczewki jak i do bruzdy ?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w rozdziale IV - „soczewki oczne i materiał wiskoelastyczny” w Zadaniu 1 soczewki z możliwością wszczepu do torebki soczewki.

Pytanie 40 – dotyczące – dotyczące SIWZ pkt7.3.a

7.3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga :

Zamawiający uzna warunek za spełniony:

a) jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty...”

Jaki dokładnie dokument by Państwa satysfakcjonował czy musi to być oświadczenie nasze na piśmie iż posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową , czy też musi być to dokument (oświadczenie) wypisane przez bank.?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zaświadczenie o posiadaniu zdolności kredytowej.

Pytanie 41 – dotyczące – części I , Zadanie 4 poz.1,2,3 i 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu, pozwoli to na złożenie ważnej oferty przez większą liczbę wykonawców, a Zamawiającemu na wybór bardziej konkurencyjnego rozwiązania?

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 4 poz.1,2,3 i 9 i tworzy z nich nowe Zadanie 4A

Pytanie 42 – dotyczące – części I, Zadanie 11 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunku na wklucie dożylnie o wymiarach 8 cm x 6 cm?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 43 – dotyczące – części I, Zadanie 12 poz.1 i 2

Jakiej wielkości tupferów spodziewa się Zamawiający w w/w pozycjach?

Odpowiedz

Po rozwinięciu 15 cm x 15 cm.

Pytanie 44 – dotyczące –część I, Zadanie3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie rozmiarów pieluchomajtek

Czy Zamawiający w poz.1 ma na myśli rozmiar L?

Czy Zamawiający w poz.2 ma na myśli rozmiar M?

Odpowiedz

Zamawiający w poz.1 ma na myśli rozmiar L, w poz.2 rozmiar M.

Pytanie 45 – dotyczące –części III , Zadanie 43

1. Proszę o podanie całkowitej długości zamawianych rolek

2. Proszę o dopuszczenie rolek w rozmiarze 50 cm x 65 mb z perforacją co 38 cm z przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedz

od 1) Zamawiający oczekuje rolek o długości ok.20-30 m

od 2) Zamawiający nie dopuszcza w/w rolek.

Pytanie 46 – dotyczące – części III, Zadanie 41

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w Zadaniu 41, Zamawiający miał na myśli jednorazowy, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego barierowego rdzenia o absorpcji min. 4000 ml?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w podkład.

Pytanie 47 – dotyczące – Części I - Materiały opatrunkowe Zadanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o następującym składzie:

1 ręcznik do rąk

1 serweta okulistyczna 150 x 140 cm, torebka na płyny, zintegrowana warstwa ochronna z owalną przesłoną 3,5 x 6,5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

Pytanie 48 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku

Dotyczy obłożeń:

Czy Zamawiający dopuści obłożenia o minimalnych parametrach: dwuwarstwowe, odporność na przenikanie płynów 165 cm H₂O, o odporności min. 168 kPa, gramaturze 60 g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w obłożenia.

Pytanie 49 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku

serwety na stolik Mayo:

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z folii o grubości 33 mikronów?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 50 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 2:

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150x 190 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 51 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 120x 150 cm z otworem 5x7 cm lub serwetę o wymiarach 150x180 cm z otworem 6x15 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwet.

Pytanie 52 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75 x 90 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 53 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku - Zadanie nr 7:

Czy Zamawiający wymaga zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łata chłonna i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

1 kieszeń dwukomorowa 30x40 cm do odsysania i diatermii?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 54 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o następującym składzie:

1 serweta 75 x 80 cm

2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm ,

1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 55 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 9:

Czy Zamawiający wymaga zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

4 ręczniki do rąk

1 taśma op 9 x 50 cm

1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona

1 prześcieradło dla dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm, torebka na płyny, warstwą ochronną z otworem śred. 18 x 16 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 56 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 120 x 150 cm z otworem 5 x 7 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 57 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o następującym składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm
- 1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m
- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
- 3 taśmy op 9 x 50 cm
- 1 serweta z wycięciem z łata chłonna i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
- 1 kieszeń dwukomorowa 30x40 cm pakowana osobno (1 szt./opakowanie) i wliczona w cenę pozycji?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 58 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o następującym składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy op 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm
- 1 elastyczna pończocha 22x75 cm
- 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

Pytanie 59 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 14:

Czy Zamawiający wymaga zestaw do operacji kończyny o następującym składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 1 serweta ręka /noga 230 x 300 cm, z łata chłonna 50 x 100 cm, elastyczna przesłona 3,5 cm, uchwyt na przewody
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 60 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 16:

Czy Zamawiający wymaga serwety o wymiarach 150x240 cm, trój warstwową, wykonaną z polipropylenu i polietylenu, foliowaną (folia 33 mikrony) o gramaturze 75 g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 61 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75 x 90 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 62 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 19:

Czy Zamawiający wymaga fartuchów o gramaturze 35 g/m² z mankietami poliestrowymi?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w fartuch.

Pytanie 63 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 26:
Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 30x40 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w kieszeń.

Pytanie 64 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 32:
Czy Zamawiający dopuści kieszeń trójkątną z sitem o wymiarach 62x50 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w kieszeń.

Pytanie 65 – dotyczące – Części III - Materiały jednorazowego użytku -Zadanie nr 36:
Czy Zamawiający dopuści uchwyt o wymiarach 2,5x30 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w uchwyt.

Pytanie 66 – dotyczące – Części II - Zadania I

Zwracamy się zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach:

- 1) 60mm x 110mm,
- 2) 80mm x 150mm,
- 3) 150mm x 150mm lub 150mm x 300mm.

Odpowiedz

od 1) Tak.

od 2) Tak.

od 3) Nie.

Pytanie 66 – dotyczące – Części III - Zadania 34

Zwracamy się do Zamawiającego zapytaniem, czy dopuści przeliczenie ilości sztuk na opakowania zawierające po 100 sztuk asortymentu z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania bez konieczności zmian w SIWZ.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 67 – dotyczące – SIWZ

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 68 – dotyczące – SIWZ

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: **"Ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy"**?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści umowy.

Pytanie 69 – dotyczące części I , Zadanie nr 21, poz. nr 1-3

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jakiej opaski wymaga Zamawiający, tj. opaski dzianej czy tkanej? Opaska dziana jest wykonana techniką (dziewiarską) w odróżnieniu od opaski elastycznej wykonanej techniką tkacką.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza opaski wykonane techniką dziewiarską oraz tkacką.

Pytanie 70 – dotyczące części III , Zadanie nr 19, poz. nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych jałowych z włókniny 3 warstwowy posiadający elastyczne mankiety.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71 – dotyczące części I , Zadanie 5

1) Czy zamawiający w pakiecie 5 dopuści rozmiar 35x34 oraz 66x 85 ?

2) Czy zamawiający wymaga, aby folia o warstwie klejącej posiadała aktywny jodofor, a skuteczność bakteriobójczości potwierdzona była badaniami klinicznymi?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w rozmiary folii.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w folię.

Pytanie 72 – dotyczące części I , Zadanie 9

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 9, aby opatrunek był sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej co wpływa na bezpieczeństwo dzieci ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.

Pytanie 73 – dotyczące części I , Zadanie 10

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 10 aby opatrunek był sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, wzmocnienie włókniną w części obejmującej cewnik, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy "a, niepyłące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta i personelu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek

Pytanie 74 – dotyczące części II , Zadanie 1

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści siatki rozmiar 76mm x 150mm zamiast 80mm x 130mm?

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści siatki rozmiar 150mm x 150mm zamiast 150mm x 200mm?

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści siatki rozmiar 200mm x 200mm zamiast 150mm x 200mm?

Odpowiedz

od 1) Nie.

od 2) Nie.
od 3) Tak.

Pytanie 75 – dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ?
Uzasadnienie do pytania : Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować w cenę materiału koszty dostawy.

Odpowiedz

Zamawiający będzie kupował materiał sukcesywnie według potrzeb.

Pytanie 76 – dotyczące SIWZ

Odnosnie rozdziału 8 pkt. 8.1 ppkt. 2 czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca załączy referencje na dostawę materiałów opatrunkowych lub materiałów jednorazowego użytku.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 77 – dotyczące - Części 1, zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę podtrzymująca o długości 7m w stanie nierozciągniętym (25m po rozciągnięciu), spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w siatkę podtrzymującą.

Pytanie 78 – dotyczące - Części 1, zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 90 x 180cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w podkład.

Pytanie 79 – dotyczące -Części 1, zadanie 1, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w opaski gipsowe.

Pytanie 80 – dotyczące -Części 1, zadanie 1, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opaski gipsowe.

Pytanie 81 – dotyczące -Części 1, zadanie 2, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek ze 100% gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką, białą parafiną, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w opatrunku.

Pytanie 82 – dotyczące -Części 1, zadanie 2, pozycja 5-6

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie bardziej konkurencyjnej oferty?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 5,6 do osobnego Zadania. I Tworzy z nich Zadanie 2A

Pytanie 83 – dotyczące -Części 1, zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy 10 cm x 10 cm w opakowaniu a/20 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, w miejsce kompresów 10 cm x 10 cm x 40 szt.?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w kompresy.

Pytanie 84 – dotyczące -Części 1, zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną owym. 100 x 100cm z folią operacyjną o wymiarze 10 x 10cm i kieszenią na płyny wym. 20x25cm z usztywnieniem (kształtką metalową w górnej części kieszeni)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 85 – dotyczące -Części 1, zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek na wklucia dożylnie w rozmiarze 7,6 x 5,1 cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.

Pytanie 86 – dotyczące -Części 1, zadanie 17, pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje według zapisów SIWZ.

Pytanie 87 – dotyczące -Części 1, zadanie 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10x25cm, w miejsce opatrunku 12x25cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje według zapisów SIWZ.

Pytanie 88 – dotyczące -Części 1, zadanie 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10x8cm lub 5x7cm, w miejsce opatrunku 6x9cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje według zapisów SIWZ.

Pytanie 89 – dotyczące -Części 1, zadanie 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę szybkowiązającą w rozmiarze 10cm x 20m, w miejsce opaski 12cm x 20m?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje według zapisów SIWZ.

Pytanie 90 – dotyczące -Części 1, zadanie 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza majtki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 91 – dotyczące -Części 2, Zadanie 1 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 75mm x 150mm lub 90mmx130mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatki w rozmiarze 90mmx130mm.

Pytanie 92 – dotyczące -Części 2, Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 150 x150mm lub 150 x 300mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiarów siatki.

Pytanie 93 – dotyczące -Części 3, zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 40x40cm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w ściereczki.

Pytanie 94 – dotyczące -Części 3, zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 56g/m² w rozmiarze 160x210cm lub 90x150cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w prześcieradła.

Pytanie 95 – dotyczące -Części 3, zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny w rozmiarze 150x210cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w podkład.

Pytanie 96 – dotyczące -Części 3, zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny o gramaturze 18-25g/m², w rozmiarze uniwersalnym spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w czepka.

Pytanie 97 – dotyczące -Części 3, zadanie 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty włókninowe?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w pokrowców na buty.

Pytanie 98 – dotyczące -Części 3, zadanie 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Czy Zamawiający dopuści obłożenia operacyjne sterylne 2 warstwowe o gramaturze 56g/m², przepuszczalność płynów 188cm H₂O, minimalna absorpcja 300%, rozciąganie na sucho 70 N/m², rozciąganie na mokro 73N/m², rozrywanie na sucho 38N/m², rozciąganie na mokro 40N/m², gramatura folii 28g/m². ściereczki o gramaturze 50g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje obłożeń operacyjnych zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 99 – dotyczące -Części 3, zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiarów pokrowca.

Pytanie 100 – dotyczące -Części 3, zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 101 – dotyczące -Części 3, zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x80cm oraz 35x120cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiarów osłony.

Pytanie 102 – dotyczące -Części 3, zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń sterylną w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w kieszeni.

Pytanie 103 – dotyczące -Części 3, zadanie 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm, z otworem 6x8cm lub o średnicy 7cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 104 – dotyczące -Części 3, zadanie 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści sterylna osłonę w rozmiarze 30x60cm z taśmą 10x50cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w osłony.

Pytanie 105 – dotyczące -Części 3, zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170, z otworem o średnicy 12cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 106 – dotyczące -Części 3, zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 80x60cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje serwety zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 107 – dotyczące -Części 3, zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm

1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa 170 x 180cm 1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa 170 x 240cm

2 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 70 x 90cm 1 x Ta \square ma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rak?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 108 – dotyczące -Części 3, zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o składzie:

- 1 x Serweta na stolik 120x90cm
- 2 x Nogawica 70x120cm
- 1x Serweta urologiczo-ginek 2 warstwowa 75 x 200 cm z otworem 8x12cm
- 4 x Ręcznik do rąk?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 109 – dotyczące -Części 3, zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta na stolik 150 x 190cm
- 1 x serweta na stolik MA YO 80 x 140cm
- 1x serweta ZR 200 x 320cm z folią operacyjną i torebką na płyny, okienko 25 x 30cm
- 1x chłonny ręcznik dla noworodka 40 x 40cm
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 4x ręczniki do rąk?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 110 – dotyczące -Części 3, zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego:

- 1 x Serweta na stolik 150 x 190cm
- 1 x Serweta na stolik MAYO wzmocniona 80 x 140cm
- 1 x Serweta z wycięciem U wzmocniona z organizatorami przewodów, 200 x 260cm, wycięcie 8,5 x 85 cm przylepne
- 1 x Serweta ZR 170 x 240 cm przylepna z organizatorem przewodów
- 1 x Nogawica 35 x 120 cm
- 2 x Taśma przylepna 10 x 50 cm
- 4 x Ręcznik do rąk?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 111 – dotyczące -Części 3, zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o składzie:

- 1 x Serweta na stolik 150 x 190cm
- 1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm wzmocniona
- 1 x Serweta do artroskopii 200 x 320cm z osłoną na kable i otworem elastycznym samouszczelniającym się 6 x 8cm
- 1 x Nogawica 30 x 60cm
- 1 x Taśma przylepna 10 x 50cm
- 4 x Ręcznik do rąk?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 112 – dotyczące -Części 3, zadanie 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn o składzie:

- 1 x Serweta na stolik 150 x 180cm
- 1 x Serweta na stolik Mayo, wzmocniona 80 x 140cm
- 1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) z otworem samouszczelniającym się 200 x 300cm, otwór śr.3,5 cm
- 1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa 170 x 180cm
- 1 x Taśma przylepna 10 x 50cm
- 4 x Ręcznik do rąk?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 113 – dotyczące -Części 3, zadanie 18

Czy Zamawiający dopuści Serwetę z wycięciem U owym. 150x200cm
Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 6 x 65 z łata chłonna i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje serwety zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 114 – dotyczące -Części 3, zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści następujące folie operacyjne:

- 1) 15cm x 28cm
- 2)30cm x 40cm
- 3)45cm x 55cm
- 4)30cm x 28cm lub 30cm x 40cm?

Odpowiedz

- od 1) dopuszcza.
- od 2) dopuszcza.
- od 3) dopuszcza
- od 4) nie dopuszcza.

Pytanie 115 – dotyczące -Części 3, zadanie 26

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje kieszeni zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 116 – dotyczące -Części 3, zadanie 33

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne bez lamówki , spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje ubrania chirurgicznego zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 117 – dotyczące -Części 3, zadanie 42

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

- górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,
- dolną z elastyczną gumką 80x150cm,
- 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje osłony zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 118 – dotyczące -Części 3, zadanie 43

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 50cm i długości 80m, z perforacją co 38cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje podkładu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 119 – dotyczące – części I - zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatki o długości 20m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza siatki o długości 20m.

Pytanie 120 – dotyczące -części I - zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość wszystkich siatek 25m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza aby długość wszystkich siatek wynosiła 25m.

Pytanie 121 – dotyczące -części I - zadania nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne w rozmiarze 70cmx180cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w podkładów.

Pytanie 122 – dotyczące -części I - zadania nr 1 poz. 9-11

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec opaski o czasie wiązania 4-8 minut?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje opasek zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 123 – dotyczące -części I - zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli tą pozycję do osobnego pakietu? Państwa zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z części I, z Zadania 2 pozycję 1 i tworzy z niej Zadanie 2B

Pytanie 124 – dotyczące -części I - zadania nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ligninę w rolkach 100g z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 125 – dotyczące -części I - zadania nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gazę zakwalifikowana do klasy I Reg. 4?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje gazy zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 126 – dotyczące -części I - zadania nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy min 17-to nitkowej?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 127 – dotyczące -części I - zadania nr 4 poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści serwety z chipem RTG?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 128 – dotyczące -części I - zadania nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8cmx6cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w opatrunku.

Pytanie 129 – dotyczące -części I - zadania nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7cmx5cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.

Pytanie 130 – dotyczące -części I - zadania nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tufery w rozmiarze 9x9?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w tufery.

Pytanie 131 – dotyczące -części I - zadania nr 13 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 20-nitkowej?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w tufery.

Pytanie 132 – dotyczące -części III - zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

- Pojemnik plastikowy medyczny - 1 szt
- Kompresy gazowe 7,5x7,5 cm, 8 warst. - 2 szt
- Pęseta plastikowa jednorazowego użytku - 2 szt
- Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml- 1 szt
- Serweta 2 warst. z otworem 45x75 cm - 1 szt
- Tufery gazowe fasolki 20/19 cm - 4 szt
- Rękawice lateksowe zabiegowe bezpudr. rozm. M - 2 szt
- Serweta 2 warstwowa Hospidrape 45 x 75 cm – 1 szt.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 133 – dotyczące -części III - zadania nr 24

Czy Zamawiający dopuści w zestawie tufery o kształcie fasolki?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 134 – dotyczące -części I, Zadanie 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 90cm x 170cm- podkład z folią 90x60cm + włókninowe skrzydła do zawijania pod materac zapobiegające przesuwniu się podkładu na łóżku?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w podkładu.

Pytanie 135 – dotyczące -części I, Zadanie 3, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pokrytych na całej swojej powierzchni laminatem oddychającym, w celu zapewnienia większego komfortu ich użytkowania? Zastosowanie tego laminatu na całej swojej powierzchni wyrobu ogranicza do minimum powstawanie odparzeń i maceracji skóry pacjenta, a co za tym idzie podnosi bezpośrednio komfort użytkowania.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w/w pieluchomajtek.

Pytanie 136 – dotyczące -części I, Zdanie 4, poz. 6-7

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania dekatyzowanych serwet. Dekatyzacja jest jedną z wielu metod obróbek tkanin, obok barwienia, piaskowania, wycierania, bielenia, impregnowania.

Jednak nie wszystkie mają logiczne zastosowanie podczas produkcji jednorazowych wyrobów medycznych. Już z samej definicji (dekatyzacja - poddawanie tkaniny działaniu gorącej (ok. 60° C) wody, pary wodnej i zimnej wody, mające doprowadzić do skurczenia się włókien i stabilizacji ich wymiarów. Ma to na celu uniknięcie zbiegania się tkaniny w okresie użytkowania) wynika, że pojęcie dekatyzacji jest słuszne jedynie i odnosi się do wyrobów wielorazowych. "(...)w okresie użytkowania." Oznacza, że dekatyzacja ma na celu uniknięcie zbiegania się tkaniny podczas prania i użytkowania wyrobu. Serwety operacyjne z gazy są jednorazowego użytku (o czy świadczy między innymi piktogram w postaci przekreślonej dwójki na etykiecie wyrobu, dokumenty rejestracyjne oraz certyfikat CE), nie mogą być poddawane procesowi prania i dalszej obróbki. Serwety po ich użyciu należy poddać bezpiecznej utylizacji. Wobec tego nie ma uzasadnionej potrzeby stosowania dekatyzacji (jak i innych metod obróbki tkanin oczywiście poza bieleniem) jednorazowych wyrobów medycznych - w tym serwet i kompresów.

Odpowiedz

Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania dekatyzowanych serwet.

Pytanie 137 – dotyczące -części I,Zadanie 4, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwety z gazy 17-nitkowej pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 138 – dotyczące -części I,Zadanie 12, poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakiego rodzaju tupferów i w jakim rozmiarze wymaga Zamawiający?

Odpowiedz

Kształt kuli , rozmiar 15 cm x 15 cm.

Pytanie 139 – dotyczące -części I,Zadanie 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy 9,5cm x 9,5cm z gazy 17-nitkowej, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w tupfera.

Pytanie 140 – dotyczące -części I,Zadanie 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy 15cm x 15cm z gazy 17-nitkowej, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w tupfera.

Pytanie 141 – dotyczące -części I,Zadanie 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści seton jałowy 17-nitkowy, 4-warstwowy, pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w setona.

Pytanie 142 – dotyczące -części I,Zadanie 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści seton jałowy 17-nitkowy, 8-warstwowy o rozmiarze 7,5cm x 2m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w seton.

Pytanie 143 – dotyczące -części II,Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 2 taśm wytwarzanych techniką dziewiarską przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrach?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w taśmy.

Pytanie 144 – dotyczące -części III,Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15cm x 250cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiaru.

Pytanie 145 – dotyczące -części III,Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 200cm x 180cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiaru.

Pytanie 146 – dotyczące -części III,Zadanie 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 25cm x 80cm oraz 45cm x 120 cm w miejsce wymaganych 22cm x 75cm i 32cm x 120 cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiarów.

Pytanie 147 – dotyczące -części III,Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionym zdaniu wyroby z włókniny zgodne z normą PN-EN 13795-1-2-3 o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 148 – dotyczące -części III,Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny 3-warstwowej posiadające mankiety poliestrowe, które w przeciwieństwie do mankietów bawełnianych nie powodują pylenia, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje fartuchów zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 149 – dotyczące -części III,Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści sterylne folie operacyjne przezroczyste o rozmiarach:

- 1) 15cmx28cm w miejsce 15cmx27cm,
- 2) 28cmx45cm w miejsce 28cm x 41cm
- 3) 30 cmx 28cm w miejsce 35cm x 35cm?

Odpowiedz

od 1) dopuszcza

od 2) dopuszcza

od 3) nie dopuszcza

Pytanie 150 – dotyczące -Wszystkie zadanie części III

Prosimy o doprecyzowanie, do których pozycji i pakietów oraz w jakiej ilości Zamawiający wymaga dołączenia próbek oferowanych produktów.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje próbek w min. ilości handlowej – 1op. - do zadań:

2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18