



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 14 /med/2012, **na dostawę materiałów hemostatycznych i laparoskopowych, kompletnego systemu do pozyskania i podaży autogennych czynników wzrostu, oraz płyn pediatriczny wyrównawczy.** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 06.04.2012r pod numerem 109414 – 2012

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 1

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza aby zestaw do pobierania osocza bogato płytkowego zawierał: 1 separator 60 ml (podłużny pojemnik do separacji PRP), 1 strzykawka pobraniowa 60 ml, 1 strzykawka transportowa 30 ml, 1 strzykawka transportowa 10 ml, igłę 18, 30 ml ACD-A (substancja antyzakrzepowa), 2 sterylne gazy, zestaw do pobrania krwi (staza, wężyk z ruchomą głowicą i praktycznymi znacznikami oraz regulatorem tempa przepływu krwi oraz portem podłączającym strzykawkę pobraniową), plaster, sterylne pakowane igły. Uzyskanie koncentratu ma wynikać z automatycznego procesu wirowania krwi, który podlega na trwałym oddzieleniu osocza oraz płytek od erytrocytów.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza aby zestaw do pobierania osocza bogato płytkowego zawierał: 2 separatory 60 ml (podłużny pojemnik do separacji PRP), 2 strzykawki pobraniowe 60ml, 2 strzykawki transportowe 30 ml, 2 strzykawki transportowe 10 ml, igłę 18, 30 ml ACD-A (substancja antyzakrzepowa), 2 sterylne gazy, zestaw do pobrania krwi (staza, wężyk z ruchomą głowicą i praktycznymi znacznikami oraz regulatorem tempa przepływu krwi oraz portem podłączającym strzykawkę pobraniową), plaster, sterylne pakowane igły. Uzyskanie koncentratu ma wynikać z automatycznego procesu wirowania krwi, który podlega na trwałym oddzieleniu osocza oraz płytek od erytrocytów.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.