



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
*e-mail* : [apteka@107sw.mil.pl](mailto:apteka@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 22/med/2012, **na dostawę materiałów hemostatycznych i laparoskopowych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 10.05.2012r pod numerem 148984 – 2012

**Pytanie 1 – dotyczące Zadania 2 poz.1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 opisując trokar 12 mm nie omylił się podając średnicę wbudowanej uszczelki 5-11 mm, a powinno być 5-12 mm jak na to wskazuje średnica trokara?

**Odpowiedz**

W zadaniu 2 poz.1 średnica wbudowanej uszczelki powinna wynosić 5-12 mm jak na to wskazuje średnica trokara.

**Pytanie 2 – dotyczące Zadania 2 poz.3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 opisując kaniulę 12 mm nie omylił się podając średnicę wbudowanej uszczelki 5-11 mm, a powinno być 5-12 mm jak na to wskazuje średnica kaniuli?

**Odpowiedz**

W zadaniu 2 poz.3 średnica wbudowanej uszczelki powinna wynosić 5-12 mm jak na to wskazuje średnica kaniuli.