



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 25 /med/2012, na dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych, ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 06.09.2012r pod numerem 333694 – 2012

Pytanie 1 – dotyczące Zadania nr 15 – część I - Materiały opatrunkowe

Prosimy o dopuszczenie plastra do wkluc centralnych w rozmiarze 8,5cm x 11,5 cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w plaster.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania nr 16 – część I - Materiały opatrunkowe

Prosimy o dopuszczenie opatrunku na wklucia dożylne w rozmiarze 6cm x 8cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w plaster.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania nr 6 – część III - Materiały jednorazowego użytku

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wykonanego z włókniny o gramaturze 58 g/m², odporności na penetrację wodną powyżej 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro powyżej 170 kPa o składzie:

1 x Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (opakowanie wewnętrzne)

2 x Ręcznik do rąk 30 x 20 cm

1 x Taśma klejąca włókninowa 9 x 50 cm

1 x Serweta na stolik Mayo 77 x 142 cm ze wzmocnieniem 55 x 88 cm

2 x Serweta boczna przylepna 75 x 90 cm

1 x Serweta dolna przylepna 175 x 175 cm

1 x Serweta górna przylepna 160 x 260 cm

1X torba do odsysania (pakowana jałowo oddzielnie)

Całość spakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 8 – część III - Materiały jednorazowego użytku

Prosimy o dopuszczenie obłożenia z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m² pozbawionego pyłających i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O, współczynnika absorpcji min.400%, wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro >200 kPa

1x Serweta do cicia cesarskiego- w części centralnej serwety znajduje się otwór. Otwór ten okala worek z

usztynionym brzegiem przechwytyjącym płyn. Worek posiada 2 porty umożliwiające podłączenie drenu, okno trójkątne 30 x 36 cm z folią operacyjną wokół brzegów (5 cm), wzmocnienie chłonne, 4 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny $\frac{3}{4}$ obwodu, wzmocnienie chłonne na nogach pacjentki o wym. 249/196 x 300 cm.

1x Serweta dla noworodka min 100 x 105 cm

1 x dodatkowa serweta min 140 x 120 cm

1x Serweta na stół instrumentariuszki min 140 x 190 cm

1x Serweta na stolik Mayo min. 77x142cm (pakowana jałowo oddzielnie)

2x ręcznik min 30 x 40 cm

1x Taśma polietylenowa min 8 x 40 cm

Całość spakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 10 – część III - Materiały jednorazowego użytku

Sterylnie obłożenie do protezy biodra z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m² pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O, współczynnika absorpcji min. 400%, wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro >200 kPa w składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm,

1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x147 cm ortopedyczna

1 x stokineta 30x122 cm

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm,

1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm,

1 x taśma klejąca włókninowa 9x50 cm,

1x serweta dolna typu U 196x305 cm, wycięcie U przylepne 15x116 cm, wzmocnienie chłonne, 2 podwójne uchwyty na przewody,

1 x serweta główna 183x254 cm przylepna, wzmocnienie chłonne.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania nr 11 – część III - Materiały jednorazowego użytku

Sterylnie obłożenie do artroskopii gdzie serwety okrywające pacjenta wykonane są z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m² pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O, współczynnika absorpcji min. 400%, wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro >200 kPa o składzie:

1xpapier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne)

2x Serweta na stolik narzędziowy min. 140 x 190 cm (jeden pakowany oddzielnie i całość w jeden worek)

1x Serweta min. 91 x 150 cm, nieprzylepna

1x Serweta główna min. 242 x 300 cm, z otworem elastycznym \varnothing 5 cm

1x Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm

1x Serweta na stolik Mayo min. 77x142cm (pakowane jałowo oddzielnie)

1x Osłona na kończynę 38x75 cm wyposażona w włókninową taśmę klejącą 9x50cm (pakowana jałowo oddzielnie)

Całość spakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania nr 13 – część III - Materiały jednorazowego użytku

Sterylnie obłożenie do operacji kończyny, nogi gdzie serwety okrywające pacjenta wykonane są z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m² pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O, współczynnika absorpcji min. 400%, wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro >200 kPa o składzie:

1x papier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne)
1x Serweta na stolik narzędziowy min. 140 x 190 cm
1x Serweta min. 91 x 150 cm, nieprzylepna
1x Serweta główna min. 242 x 300 cm, z otworem elastycznym \varnothing 5 cm
1x Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm
1x Serweta na stolik Mayo min. 77x142cm (pakowane jałowo oddzielnie)
Całość spakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania nr 20 – część III - Materiały jednorazowego użytku

Czy Zamawiający oczekuje fartucha o odporności na penetrację płynów na poziomie min 40cm H₂O, obszarze wzmocnień min 57cm H₂O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro na poziomie min . 120 kPa w obszarze wzmocnień min 270 kPa

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania nr 36 – część III - Materiały jednorazowego użytku

Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego rzepu do mocowania przewodów o wym. 2,5x13cm

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 10 – dotyczące zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedstawienia referencji na sprzęt/wyroby medyczne. Przedstawione referencje wykażą, iż wykonawca je składający dysponuje odpowiednim doświadczeniem i niezbędną wiedzą, jak również potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w praktyce że miał już do czynienia ze szczególnego rodzaju zamówieniami udzielonymi w trybie przepisów ustawy prawo zamówień, a wystawione dla niego referencje potwierdzają posiadane doświadczenie i wiedzę w zakresie dostaw sprzętu medycznego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji na sprzęt/wyroby medyczne.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 4, poz.1 – część I Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek z gazy powleczony parafiną o wymiarach 5cm x 5cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 4, poz. 2 – część I Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek z gazy powleczony parafiną o wymiarach 10cm x 10cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 14, poz. 1 – część I Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający wymaga opatrunku z folii poliuretanowej o wymiarach 5x6cm (rozm. pediatryczny) do mocowania cewników obwodowych z wycięciem, z najwyższym na rynku współczynnikiem paroprzepuszczalności MVTR powyżej 10000g/m²/24h/37st C, z dwoma paskami mocującymi oraz metką, klej akrylowy naniesiony w formie kratki, co umożliwi prawie bezbolesne usunięcie opatrunku?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 15, poz. 1 – część I Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający wymaga opatrunku z folii poliuretanowej o wymiarach 9x12cm do mocowania cewników centralnych z wycięciem, z najwyższym na rynku współczynnikiem paroprzepuszczalności MVTR powyżej 10000g/m²/24h/37st C, z dwoma paskami mocującymi oraz metką, klej akrylowy naniesiony w formie kratki, co umożliwi prawie bezbolesne usunięcie opatrunku?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 24, poz. 1-3 – część III Materiały jednorazowego użytku

Czy Zamawiający wymaga samoprzylepnej transparentnej folii operacyjnej poliuretanowej o współczynniku paroprzepuszczalności powyżej 600g/m²/24 godziny, produkt klasy IIa?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w folię operacyjną.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 43, poz. 1 – część III - Materiały jednorazowego użytku

Czy Zamawiający dopuści plastry do zamykania ran o wymiarach:

a) 6,4mm x 102mm

b) 6,4mm x 76mm

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w plastry.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 1 poz.2 – część II Materiały pomocnicze chirurgiczne

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści siatki rozmiar 76mm x 150mm zamiast 90mm x 130mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w siatkę.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 1 poz.2 – część II Materiały pomocnicze chirurgiczne

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści siatki rozmiar 100mm x 150mm zamiast 90mm x 130mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w siatkę.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 1 poz.3 – część II Materiały pomocnicze chirurgiczne

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści siatki rozmiar 150mm x 150mm zamiast 150mm x 200mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w siatki.

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 1 poz.3 – część II Materiały pomocnicze chirurgiczne

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści siatki rozmiar 200mm x 200mm zamiast 150mm x 200mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w siatki.

Pytanie 21 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ?

Uzasadnienie do pytania: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi w kalkulować w cenę materiału koszty dostawy.

Odpowiedz

Zamawiający nie zawrze we wzorze umowy przybliżonego harmonogramu ilościowego dostaw.

Pytanie 22 – dotyczące projektu umowy

Odnosnie rozdziału 8 pkt. 8.1 ppkt. 2 czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca załączy referencje na dostawę materiałów opatrunkowych lub materiałów jednorazowego użytku?

Odpowiedz

Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca załączy referencje na dostawę materiałów opatrunkowych lub materiałów jednorazowego użytku.

Pytanie 23 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 1 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co odstąpieniem od umowy, nawet w części, pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy.?

Odpowiedz

Zamawiający modyfikuje § 1 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części, pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy”

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 21, poz. 1 - część III- MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta z laminatu FB	45x75cm	1 szt
Serweta z laminatu FBO5 I ROZC	50x60cm;Ø5cm	1 szt
Rękawice nitrylowe	M	2 szt
Tupfer kula 17N	20x20cm	4 szt
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8 szt
Pęseta plastikowa		1 szt
Pean plastikowy	14 cm	1 szt
Pojemnik plastikowy		1 szt
Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1 szt
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1 szt

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 25 – dotyczące Zadania 23, poz. 1- część III- MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1szt
serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1szt
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10szt
tupfer kula 17N	20x20cm	10szt
pęseta plastikowa		1szt

strzykawka 10ml	10ml	1szt
strzykawka 20ml	20ml	1szt
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1szt
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1szt
ostrze nr 11	Nr 11	1szt
imadło metalowe		1szt

Serweta z laminatu FB- wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 42g/m², wytrzymałość na zerwanie min. 10N/5cm, barierowość dla wody min 700 mm H₂O, Serweta z L2- wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, zgodne z norma EN 13795-1-2-3, opakowanie z odklejana etykietą umożliwiającą identyfikację zestawu?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 1-II siatka przepuklinowa

W/w zadaniu Zamawiający wymaga zaoferowania siatki przepuklinowej m.in w rozmiarze 15x20cm. Prosimy o dopuszczenie siatki w rozmiarze 15x15cm bądź 20x20cm.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w siatek.

Pytanie 27 – dotyczące dokumentów dopuszczających - pkt. 8.3 SIWZ

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE (w zależności od klasyfikacji wyrobu), a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

Odpowiedz

Zamawiający postępuje zgodnie z w/w zmienionymi przepisami.

Pytanie 28 – dotyczące pełnomocnictwa- pkt. 13.1

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 2 – część II Materiały pomocnicze chirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści 40 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, elastycznych, jednorodnych, z plastikową osłonką na taśmę, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m², brzegi zakończone pętelkami, nie stabilizowane termicznie?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w taśmę.