



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 27 /med/2012, **na dostawę materiałów szewnych chirurgicznych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 10.09.2012r pod numerem 338450 – 2012

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na szew chirurgiczny powlekany poliglikonatem, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje w zadaniu nr 1 szwów chirurgicznych zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 1, poz.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą 37mm(wielkość wymagana zapisami SIWZ to 35mm +/- 1mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w tej pozycji na szew chirurgiczny z igłą 37mm(wielkość wymagana zapisami SIWZ to 35mm +/- 1mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 1, poz.12

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą bez wzmocnienia, zbudowaną ze stopu stali chirurgicznej typu 300, tzw. Easyslide - gwarantującej odporność igły na stępanie, złamania i odkształcanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje w zadaniu nr 1 poz. 12 złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 1, poz.13

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą bez wzmocnienia, zbudowaną ze stopu stali chirurgicznej typu 300, tzw. Easyslide - gwarantującej odporność igły na stępanie, złamania i odkształcanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje w zadaniu nr 1 poz. 13 złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 1, poz.18

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą bez wzmocnienia, zbudowaną ze stopu stali chirurgicznej typu 300, tzw. Easyslide - gwarantującej odporność igły na stępanie, złamania i odkształcanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje w zadaniu nr 1 poz. 18 złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 1, poz.21

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą bez wzmocnienia, zbudowaną ze stopu stali chirurgicznej typu 300, tzw. Easyslide - gwarantującej odporność igły na stępanie, złamania i odkształcanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje w zadaniu nr 1 poz. 21 złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na szwy niewchłaniające, odbarczające, z 2 płytkami polietylenowymi, stalowe, skręcane, powlekane, z dwiema igłami 100mm, odwrotnie tnącymi, o krzywiznie koła 3/8, z nicią o średnicy 1,3mm i długości 75cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w tym zadaniu na szwy niewchłaniające, odbarczające, z 2 płytkami polietylenowymi, stalowe, skręcane, powlekane, z dwiema igłami 100mm, odwrotnie tnącymi, o krzywiznie koła 3/8, z nicią o średnicy 1,3mm i długości 75cm

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na taśmę wchłaniającą do szycia narządów miękkich, wykonaną z kwasu poliglikolowego, niepowlekaną, o szerokości 3mm, z 1 igłą tępą o krzywiznie 1/2 koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w tym zadaniu na taśmę wchłaniającą do szycia narządów miękkich, wykonaną z kwasu poliglikolowego, niepowlekaną, o szerokości 3mm, z 1 igłą tępą o krzywiznie 1/2 koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 1, poz.1,2,4,5,22

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1 pozycji nr 1,2,4,5,22 długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr.1 pozycje nr 1,2,4,5,22 długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 1, poz.6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1 pozycji nr.6 igłę oksydowaną na czarno, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr.1 pozycje nr.6 igłę oksydowaną na czarno, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 1, poz.13

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1, pozycji nr 13 igłę długości 70 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr.1, pozycje nr 13 igłę długości 70 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.2 , pozycji nr 1 igłę długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w Zadaniu nr.2 , pozycje nr 1 igłę długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 2, poz.3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.2, pozycji nr.3 długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr.2, pozycje nr.3 długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 2, poz.4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.2, pozycji nr.4 igłę długości 65 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr.2, pozycje nr.4 igłę długości 65 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 2, poz.5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.2, pozycji nr.5 igłę długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w Zadaniu nr.2, pozycje nr.5 igłę długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 2, poz.9

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.2, pozycji nr.9 długości igły 45 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w Zadaniu nr.2, pozycje nr.9 długości igły 45 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 4, poz.5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.4, pozycji nr.5 igłę pojedyncza długości 19 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w Zadaniu nr.4, pozycje nr.5 igłę pojedyncza długości 19 mm, pozostałe parametry bez zmian