



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 27 /med/2012, **na dostawę materiałów szewnych chirurgicznych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 10.09.2012r pod numerem 338450 – 2012

Pytanie 1 – dot. Zadania 7

Czy w związku z wymogiem dostarczenia próbek do Zadania 7, Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia po 1 szt. próbek do każdej z wymienionych pozycji?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia po 1 szt. próbek do każdej z wymienionych pozycji.

Pytanie 2 – dot. Zadania 7

Zwracamy się z prośbą o możliwość składania w ramach tego zadania ofert na poszczególne pozycje.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3- dot. Zadania 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nitką o długości 20 cm(zamiast 23 cm) , z igłą podwójną o długości 16,15 mm(zamiast 16 mm) o średnicy 150 mikronów (zamiast 152 mikronów) , przy zachowaniu pozostałych parametrów?Jeśli tak, to prosimy o wydzielenie tej pozycji do innego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w szew i tworzy Zadanie 7 – poz. 2.A

Pytanie 4 dot. Zadania 7 , poz.10

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 6,55 mm(zamiast 8 mm), o średnicy 200 mikronów(zamiast 254 mikronów), typu szpatuła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?Jeśli tak to prosimy o wydzielenie tej pozycji do innego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 5 dot. Zadania 7 , poz.11

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 12,32mm(zamiast 13mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?Jeśli tak to prosimy o wydzielenie tej pozycji do innego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w szew i tworzy Zadanie 7 – poz.11.A

Pytanie 6 dot. poz. 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójna o długości 6,19mm(zamiast 6,5mm), typu szpatuła , przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeśli tak to prosimy o wydzielenie tej pozycji do innego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w szew i tworzy Zadanie 7 – poz.12.A

Pytanie 7 dot. Zadania 7 , poz.13

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nitką o grubości 10/0(zamiast11/0), przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?Jeśli tak to prosimy o wydzielenie tej pozycji do innego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu

Pytanie 8 dot. Zadania nr 1 poz. 6

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Pozostawiając taki opis w w/w pozycji Zamawiający wskazuje tylko na jednego Wykonawcę, który ma możliwość wykorzystania pozycji monopolisty na ten asortyment i narzucenia odpowiednio wysokiej ceny.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 9 dot. Zadania nr 2 poz.4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 65 mm.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 10 dot. Zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 35 mm krzywiznie 1/2 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 11 dot. Zadania nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągło - tnącą (przyostrzoną) podwójną (pakowana nie na prosto) ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie 12 dot. Zadania nr 6 poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici w kolorze niebieskim.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.

Pytanie 13 dot. Zadania nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści syntetyczny, poliester, pleciony, powlekany lub w przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Zadania?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu i nie wydziela tej pozycji do osobnego zadania.

Pytanie 14 dot. Zadania nr 6 poz. 16

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub dopuszczenie nici o grubości 2 USP i igły 50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu i nie wydziela tej pozycji do osobnego zadania.

Pytanie 15 dot. Zadania nr 6 poz. 21

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 48 mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

Pytanie 16 dot. Zadania nr 6 poz. 23

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 75 mm bez płytek i klipsów fiksacyjnych lub w przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Zadania?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły i nie wydziela tej pozycji do osobnego zadania.

Pytanie 17 dot. Zadania nr 7 poz. 8-11

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.