



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, soczewki oczne i materiał wiskoelastyczny, stomatologia – znak 26/med/2012** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2012/S 189-310833**.

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 6

ad. punktu 2. Czy Zamawiający dopuści worek stomijny nie posiadający przylepca z tlenkiem cynku?

ad. punktu 3. Czy Zamawiający dopuści worek stomijny do docięcia do 60mm?

ad. punktu 4. Czy Zamawiający dopuści worek stomijny -sterylny?

Odpowiedz

ad punktu 2) Zamawiający oczekuje worka stomijnego według SIWZ.

ad punktu 3) Zamawiający oczekuje worka stomijnego według SIWZ.

ad punktu 4) Zamawiający dopuszcza worek stomijny sterylny.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 69 poz.4

Prosimy o dopisanie w poz 4 zadanie 69 (materiały jednorazowego użytku) słowa "oryginalny". Wyłącznie papiery oryginalne gwarantują bezawaryjną pracę printera, absolutnie wysoką fotograficzną jakość i zapobiegają możliwości uszkodzenia głowicy. Przy stosowaniu papierów nieoryginalnych na wydrukach powstają szумы tzw kaszka w wyniku czego zdjęcia nie są tak czytelne jak przy stosowaniu papierów oryginalnych. Do każdego sprzedawanego wideoprintera dodawana jest instrukcja i gwarancja mówiąca o tym iż należy stosować wyłącznie oryginalne papiery Mitsubishi.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga oryginalnego papieru do aparatu Mitsubishi w tym Zadaniu.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 85

Proszę o odstąpienie wymogu aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta. Zapis jest bezpodstawny i nie ma żadnego medycznego uzasadnienia. Zamawiający, nawet nie argumentuje w jakim celu jest postawiony ten wymóg.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty w tym zadaniu pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 8

Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych były bez ftalanów?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych były bez ftalanów.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 3,4 i 8

Czy na potwierdzenie spełniania warunków (przyrząd lub przedłużacz nie posiadający ftalanów) Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym opakowaniu była informacja o braku zawartości ftalanów oraz czytelne oznakowanie braku zawartości ftalanów piktogramen zgodnie z normą PN-EN 15986:2011?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w oznakowanie.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 8

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, jaką długość przedłużacza do pomp infuzyjnych ma na myśli?

Odpowiedz

Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ oczekuje przedłużacza do pomp infuzyjnych dł 1,5 m.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 53

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy odstąpi od wymogu przedstawienia wykazu badań klinicznych. Zapis ten ogranicza uczciwą konkurencję i pozwala na startowanie w tym pakiecie tylko jednemu wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje realizacji Zadania według SIWZ.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 53

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu szczoteczek do cytologii, które nie są tzw. „oryginalnymi szczoteczkami do pobierania wymazów cytologicznych”. Według naszej wiedzy szczoteczki tak nazywane posiada tylko jedna firma (Rovers), a Ministerstwo Zdrowia z NFZ nie wymagają szczoteczek tego konkretnego producenta, ponieważ płacą za wykonaną usługę (badanie cytologiczne), a nie za usługę (badanie cytologiczne) wykonaną tylko szczoteczkami firmy Rovers. Ministerstwo Zdrowia, NFZ i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wymagają szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych z szyjki macicy, kanału szyjki macicy i strefy transformacji, tzw. wachlarzyk.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje realizacji Zadania według SIWZ.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 59 , poz.5,6 i 7

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Zadania 59 pozycje 5, 6 i 7** zawierające żele do USG i EKG w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie 59a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedz

Zamawiający wydzieli z Zadania 59 pozycje 5, 6 i 7 i tworzy Zadanie 59A.

Wadium – Zadanie 59: 25,00 PLN

Wadium – Zadanie 59A: 5,00 PLN

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 9

Czy Zamawiający oczekuje rękawic winylowych przebadanych na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 12 – dotyczące projektu umowy par.4 pkt.3 pp.a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „*jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia*”?

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że umowa zostanie podpisana na 12 miesięcy , a asortyment dostarczany sukcesywnie.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.