



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, soczewki oczne i materiał wiskoelastyczny, stomatologia – znak 26/med/2012** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2012/S 189-310833**.

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 9

Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych pakowanych w opakowania po 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza opakowania razy 200 szt.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 38:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do odsysania drzewa oskrzelowego wygiętego do lewego oskrzela , tak jak obecnie stosowany, wykonanego z medycznego PCV, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w cewnika.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 85

- a) Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule pediatryczne, tak jak obecnie stosowane, w rozmiarze 0,6 i 0,7 , tak jak obecnie stosowane, mają posiadać zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?
- b) Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylny w rozmiarze 0,6 i 0,7, tak jak obecnie stosowane, mają charakteryzować się przepływem maksymalnie 13ml/min, co zapobiega przed przewodnieniem pacjenta?
- c) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy pod pojęciem kaniul do długotrwałych wlewów dożylnych wykonanych z teflonu w rozmiarze 0,6 i 0,7 ma na myśli kaniule, tak jak obecnie stosowane, wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu czyli PTFE, który jest materiałem o odpowiedniej twardości gwarantującym przeprowadzenie kaniulacji noworodka w sposób właściwy już za pierwszym razem bez narażania małego pacjenta na kilkakrotne wkłucie.
- d) Czy kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi?
- e) Czy zawór-rampa odcinająca pięciodrożna, tak jak obecnie stosowana, ma być wyposażona w zawór kulowo-suwakowy?

Odpowiedz

- od a) Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia.
- od b) Zamawiający dopuszcza w/w przepływ.
- od c) Zamawiający wymaga kaniul wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu czyli PTFE.
- od d) Zamawiający wymaga aby kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych posiadały wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi.
- od e) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 101

Prosimy o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składający się 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk o poj. 125ml, worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u, worek na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną, specjalny aparat do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym min. 40u, worek zapasowy na krew,

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

Pytanie 5 – dotyczące zapisów siwz:

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty w zakresie pakietu nr 1 odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający żąda dostarczenia próbek w celu weryfikacji tylko w pozycjach gdzie zostało to szczegółowo opisane.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 51

Czy Zamawiający w Zadaniu 51 dopuści butelki do odsysania typ redon o pojemności 500ml zamiast 400ml?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w pojemność.

Pytanie 7 – dotyczące 101

Czy Zamawiający w Zadaniu 101 dopuści zamknięty system do autotransfuzji pooperacyjnej z workiem na krew o pojemności 1000 ml wykonanym z hemokompatybilnego PCV, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 8 – dotyczące 114

Czy Zamawiający w Zadaniu 114 wymaga, aby linie próbujące CO2 były wykonane z PCW, o 3m długości, z łącznikiem męskim/męskim?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w linie i wymaga łącznika męsko/męskiego.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe pakowane po 200sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe pakowane po 200sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice niesterylne nitrylowe o długości 292mm, teksturowane na palcach, o grubości na palcu 0,21mm, na dłoni 0,17mm na mankiecie 0,08mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 12

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne mikroteksturowana na całej powierzchni, polimerowane obustronnie, o długości 280-300mm w zależności od rozmiaru, grubości na palcu 0,33mm, dłoni 0,30mm, mankiecie 0,25mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 13

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3-częściowych?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 39

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 7mm oraz zewnętrznej 10mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w drenu.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 40

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm oraz zewnętrznej 8mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w dren.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne w rozmiarach Ch 21-33?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w dreny.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 42, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje drenów brzusznych silikonowych?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w dreny.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 54, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści próżnociąg położniczy o średnicy 60mm lub 70mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza próżnociąg położniczy o średnicy 60 mm.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 77, pozycja 1, 2

Prosimy o dopuszczenie wkładów workowych o pojemności odpowiednio 2000ml wyposażonych w 3 króćce przyłączeniowe: do pacjenta, do próżni oraz do tandemu. Zastawka antyzwrotna w porcie do pacjenta zapobiega przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta. Specjalny filtr hydrofobowy w porcie do próżni zapobiega migracji bakterii i wirusów oraz zatrzymuje ssanie gdy wkład zostanie napełniony. Każdy z portów jest wyraźnie opisany co chroni przed niewłaściwym podłączeniem drenów. Dodatkowo pokrywa wyposażona jest w port do podawania proszku żelującego oraz w komplet zatyczek umożliwiających zamknięcie każdego portu. Oferowane wkłady uszczelniają się automatycznie po uruchomieniu ssania, dodatkowo w pokrywie posiadają uchwyt z możliwością łatwego ich wyjęcia z pojemnika oraz możliwością podwieszenia drenu. Oferowane wkłady są już fabrycznie wypełnione proszkiem żelującym, Każdy z nich pakowany jest indywidualnie w folię z pełnym opisem oraz datą ważności?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 86, pozycja 1-5, 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 92

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć talerza biodrowego 1,2 x 43mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 95

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 35ml?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 95

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 120ml?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

Pytanie 23 – dotyczące Zadania 95

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2300ml?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 101

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do autologicznej retransfuzji (DAR) z dwoma łącznikami schodkowymi, filtrem do krwi 10µm - jest to zamknięty nisko próżniowy system do po operacyjnej bezpośredniej retransfuzji w skład którego wchodzi:
końcówka wciskowa dla drenów Redona o średnicy zwiększającej się schodkowo od Ch6 do Ch18;
możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów;
butelka Redona z przeciw zwrotną zastawką o pojemności 250ml (początkowe ssanie 120mbar);
filtr do krwi z cewnikiem do przetaczania;

nasadki ochronne wykluczające ryzyko zanieczyszczenia;
jałowy i pozbawiony pirogenów?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

Pytanie 25 – dotyczące Zadania 81

Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania kołnierza stabilizującego typu Philadelphia o parametrach:

Rozmiar S – obwód w szyi 30-40 cm,

Rozmiar M – obwód szyi 41-46 cm,

Rozmiar L – obwód szyi 47 – 52 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiary.

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 128

Czy Zamawiający dopuści błony RTG 3cm x 4cm x 150szt?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w błony pod warunkiem że każda jest osobno pakowana.

Pytanie 27 – dotyczące Zadania 9, poz. 1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaferowane rękawice spełniały normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem:

EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5)

EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych

EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej

EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości.

Zaznaczymy, że zapis taki uchroni zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Zaznaczymy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji gdyż większość firm oferujących rękawice takowe normy posiada.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga aby zaferowane rękawice w tym zadaniu spełniały w/w normy.

Pytanie 28 – dotyczące Zadania 10, poz. 1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaferowane rękawice spełniały normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem:

EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5)

EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych

EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej

EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości.

Zaznaczymy, że zapis taki uchroni zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Zaznaczymy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji gdyż większość firm oferujących rękawice takowe normy posiada.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga aby zaferowane rękawice w tym zadaniu spełniały w/w normy.

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 11, poz. 1.

Czy zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany, powierzchnia teksturowana, długość min. 240mm, o grubości na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,11 mm, na mankiecie min. 0,09 mm, zgodne z normą PN- EN 455-1, 2, 3, 4?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

Pytanie 30 – dotyczące wzoru umowy:

- a) Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
- b) Jaką minimalną ilość przedmiotu umowy zamawiający na pewno zrealizuje?
- c) Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze serii i dacie ważności?

Informacje te nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie informacji o numerze serii i dacie ważności bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

- d) W związku ze sprzecznymi informacjami we wzorze umowy prosimy o doprecyzowanie czy zapłata za zamówiony towar ma następować w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury VAT, czy też w ciągu 30 dni od momentu otrzymania faktury VAT?
- e) Czy rozpatrzenie reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad ma następować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnymi od pracy?
- f) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedz

od a) Tak.

od b) Zamawiający powinien zrealizować umowę zgodnie z par.1 , pkt.2 – wzoru umowy.

od c) Zamawiający odstępuje od tego wymogu w stosunku do asortymentu, który obowiązującymi aktami prawnymi jest od tego obowiązku zwolniony.

od d) Zapłata za zamówiony towar będzie następować w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury VAT.

od e) Tak.

od f) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

Pytanie 31 – dotyczące Zadania 6 poz.5

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 5 dopuszcza zwiększenie ilości sztuk w pakiecie do 12? Pasta stomijna pakowana jest po 12 sztuk w opakowaniu i nie ma możliwości sprzedawania w mniejszej ilości

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje wyceny ilości pasty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32 – dotyczące projektu umowy.

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób:
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 33 – dotyczące

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż wszelkie terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu.

Pytanie 34 – dotyczące Zadania 69 poz. 9

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru.

Uzasadnienie: Papier o rozmiarze 112 x 25 jest rozmiarem właściwym dla aparatu EKG ASCARD Mr. Blue.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w papier.

Pytanie 35 – dotyczące Zadania 69 poz. 10

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru.

Uzasadnienie: Papier o rozmiarze 110 x 34 jest rozmiarem właściwym dla aparatu EKG E 600GC.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w papier.

Pytanie 36 – dotyczące Zadania 70 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru.

Uzasadnienie: Papier o rozmiarze 110 x 7 jest rozmiarem właściwym dla aparatu STERI 5 XL.

Odpowiedz

Zamawiający pracuje aktualnie na oryginalnym papierze firmy 3M 60 mm x 30 m nr kat.1216A i dokonał obliczeń 30 sztuk dla tej długości papieru. Zamawiający oczekuje papieru o tych wymiarach.

Pytanie 37 – dotyczące SIWZ i Formularza Oferty

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 38 – dotyczące Formularz ofertowy i cenowy

Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje formularza cenowego od Oferenta na wybrane zadania do których przystępuje.

Pytanie 39 – dotyczące postanowień umownych § 4 ust 2

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 2 dni. na 5dni .

Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zasad oceny kryterium „czas realizacji zamówienia”.

Pytanie 40 – dotyczące § 3 ust 7 Umowy

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika – podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) – , celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 3 ust 7 Umowy poprzez umieszczenie zapisu:

„ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.” ?,

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgdy na zmianę treści umowy. - Patrz wzór umowy par.3 pkt.5