



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
*e-mail* : [apтека@107sw.mil.pl](mailto:apтека@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, soczewki oczne i materiał wiskoelastyczny, stomatologia – znak 26/med/2012** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2012/S 189-310833**.

**Pytanie 1 – dotyczące Zadania 25:**

a) Poz.1:

Prosimy o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma być wyposażony w samodomykający się silikonowy port do odsysania umieszczony pomiędzy dwiema membranami?

b) Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania filtrów o wadze max31g, spełniających pozostałe wymogi siwz.

c) Poz.3

Prosimy o dopuszczenie zaferowania filtrów o wadze max.22g, spełniających pozostałe wymogi siwz.

d) Poz. 2- 3:Prosimy o sprecyzowanie czy filtry mają mieć podane na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej  $V_t$ ?

**Odpowiedz**

od a) Zamawiający dopuszcza w/w wymiennik ciepła

od b) Zamawiający dopuszcza w/w filtr.

od c) Zamawiający nie dopuszcza w/w filtru.

od d) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 2 – dotyczące Zadania nr 26:**

Prosimy o sprecyzowanie czy filtry mają mieć podane na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej  $V_t$ ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 3 – dotyczące Zadania 66 poz. 1 i 2:**

a) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

b) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku? Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

**Odpowiedz**

od a) Zamawiający wymaga w/w nebulizator.

od b) Zamawiający wymaga w/w nebulizator.

**Pytanie 4 – dotyczące Zadania 73:**

a) Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowany, ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

b) Czy w celu zapewnienia właściwej precyzji pomiaru worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać system stabilizacji i poziomowania komory pomiarowej realizowany przy pomocy co najmniej trzech niezależnych systemów mocowania?

**Odpowiedz**

od a) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

od b) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 5 – dotyczące Zadania 78:**

**a) Poz. 1**

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać wskaźnik napełnienia balonu, który ułatwia określenie momentu maksymalnego napełnienia balonu oraz zapobiega jego przepełnieniu?

**b) Poz. 1**

Czy system ma posiadać kieszonkę w baloniku umożliwiającą przy użyciu jednego palca wygodną, w pełni kontrolowaną i zgodną z warunkami anatomicznymi bezpieczną aplikację systemu – takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom śluzówki w trakcie aplikacji i wtórnym powikłaniom?

**c) Poz 1 i 2:**

Prosimy o doprecyzowanie czy worki zbiorcze, taka jak obecnie stosowane, mają być wyposażone w filtr węglowy pochłaniający zapachy i zapobiegający balonowaniu worka, co pozwala na najbardziej ekonomiczne użytkowanie?

**Odpowiedz**

od a) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

od b) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

od c) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

**Pytanie 6 – dotyczące Zadania 80:**

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego ma zawierać, tak jak obecnie stosowane, zestaw do pomiaru diurezy godzinowej?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

**Pytanie 7 – dotyczące Zadania 89**

Poz.1: Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 8 – dotyczące Zadania 107:**

- a) Czy bezpieczny łącznik do systemów infuzyjnych ma posiadać łatwą do czyszczenia i odkażania jednorodną podzielną silikonową membranę osadzoną na przezroczystym konektorze, która jest pomocna w utrzymaniu odpowiedniej dezynfekcji ?
- b) Czy bezigłowe urządzenie do dostępu żylnego ma być pozbawione elementów mechanicznych, co minimalizuje ryzyko rozwijania się zakażenia oraz ogranicza możliwość mechanicznego uszkodzenia produktu ?

**Odpowiedz**

- od a) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.  
od b) Zamawiający dopuszcza w/w urządzenie.

**Pytanie 9 – dotyczące pakietu nr 27 i pakietu nr 28**

- a) Czy w celu uniknięcia niebezpieczeństwa podaży płynu do niewłaściwego toru infuzyjnego, zamawiający będzie wymagał, aby oferowane filtry infuzyjne miały kolorowe obudowy o różnych barwach dla płynów, endotoksyn i emulsji tłuszczowych.
- b) Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane filtry mają być przeznaczone dla noworodków, czy dorosłych pacjentów?
- c) Czy oferowane filtry mają być wyposażone w krótkie przedłużki zakończone łącznikami LuerLock?

**Odpowiedz**

- od a) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.  
od b) Zamawiający oczekuje filtrów dla dorosłych pacjentów.  
od c) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 10 – dotyczące Zadania 20**

Czy Zamawiający w Zadaniu 20 w pozycji pierwszej tj. rurki intubacyjne w lp. 1 i 2 w rozmiarach 4,0 i 4,5 dopuści rurki intubacyjne ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym-wysokoobjętościowym?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rurki

**Pytanie 11 – dotyczące Zadania 23**

Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w pozycji 1 dopuści prowadnice do trudnych intubacji, elastyczne z wygiętym końcem, wielorazowe o długości 60cm, nie posiadające możliwości podawania tlenu?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem SIWZ.

**Pytanie 12 – dotyczące Zadania 23**

Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w pozycji 1 dopuści prowadnice do trudnych intubacji, elastyczne z końcem prostym, wielorazowe o długości 70cm, z możliwością podawania tlenu?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem SIWZ.

**Pytanie 13 – dotyczące Zadania 26**

Czy Zamawiający w Zadaniu 26 dopuści filtr Thermovent Hepa o następujących parametrach: bakteryjno wirusowy, mechaniczny-hydrofobowy tzn. nie przepuszczający płynów o ciśnieniu do 150cm H<sub>2</sub>O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45ml, wadze około 30g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymaniu wilgoci 0,4g/h, z równomiernie rozłożonymi, nie sklejącymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, o całkowitej powierzchni filtracyjnej 325cm<sup>2</sup>, z centralnie usytuowanym portem do

kapnografu, z przezroczystą obudową z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, z pierścieniem zapobiegającym rozłączeniu (zgodnie z normą ISO-9356), sterylne, na 24 godziny?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w filtr.

**Pytanie 14 – dotyczące Zadania nr 105, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie – Hemofiltru trójwarstwowego, polieterosulfonowego 1,2 -1,4 m<sup>2</sup> – w pełnych opakowaniach handlowych zawierających 40 sztuk? Ze względu na przestrzeganie surowych norm zachowania wysokiej jakości produktu, Worek do zbiórki ultrafiltratu jest konfekcjonowany w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 20sztuk produktu.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 15 – dotyczące Zadania nr 105, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie – Adaptera 4-drożny – w pełnych opakowaniach handlowych zawierających 20 sztuk?

Ze względu na przestrzeganie surowych norm zachowania wysokiej jakości produktu, Worek do zbiórki ultrafiltratu jest konfekcjonowany w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 20sztuk produktu.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 16 – dotyczące Zadania nr 105, pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie – Worków na ultrafiltrat 5l – w pełnych opakowaniach handlowych zawierających 90 sztuk?

Ze względu na przestrzeganie surowych norm zachowania wysokiej jakości produktu, Worek do zbiórki ultrafiltratu jest konfekcjonowany w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 90 sztuk produktu.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 17 – dotyczące Zadania 86, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuc lędźwiowych 0,7x127mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 18 – dotyczące Zadania 86, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuc lędźwiowych 0,7x90mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

**Pytanie 19 – dotyczące Zadania 86, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści igłę lędźwiową 1,2x90mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 20 – dotyczące Zadania 87, pozycja 5**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 21 – dotyczące Zadania 87, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulę w rozmiarze 26G x 90mm lub 27G x 127mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 22 – dotyczące Zadania 87, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulę w rozmiarze 26G x 90mm lub 27G x 127mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 23 – dotyczące Zadania 88, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń 27G x 127mm z prowadnicą 22G?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 24 – dotyczące Zadania 29 poz.1**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 29 poz.1 dopuści sondy żołądkowe(dwunastnicze) z początkowym prostym odcinkiem dł. min. 30 – 40 14 cm,16,18, 20 - 125 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w sondy.

**Pytanie 25 – dotyczące Zadania 86 poz.10**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 86 poz.10 dopuści igły do blokad obwodowych z użyciem neurostymulatora ze szlifem zapobiegającym uszkodzeniu nerwów ( ścięcie 17 stopni) kompatybilne ze wszystkimi neurostymulatorami dostępnymi na rynku? Pozwoli to Zamawiającemu na użycie wysokiej klasy igieł a jednocześnie zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 26 – dotyczące Zadania 86 poz.11**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 86 poz.11 dopuści igły do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora ,w pełni izolowana igła(odslonięty tylko szlif igły).igła za szlifem 30 stopni 22G x 50mm.Powierzchnia igły echogeniczna na całej długości igły( pokryta drobinkami s zklą) ,czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami dostępnymi na rynku? Pozwoli to Zamawiającemu na użycie wysokiej klasy igieł a jednocześnie zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w igły.

**Pytanie 27 – dotyczące Zadania 86 poz.12**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 86 poz.12 dopuści igły do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora ,w pełni izolowana igła(odslonięty tylko szlif igły).igła za szlifem 30 stopni 22G x 85mm.Powierzchnia igły echogeniczna na całej długości igły( pokryta drobinkami s zklä) ,czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami dostępnymi na rynku? Pozwoli to Zamawiającemu na użycie wysokiej klasy igieł a jednocześnie zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w igły.

**Pytanie 28 – dotyczące Zadania 86 poz.10,11,12**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 86 poz. 10, 11 i 12? Pozwoli to Zamawiającemu na użycie wysokiej klasy igieł a jednocześnie zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 29 – dotyczące Zadania 26**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, o filtracji bakteryjno - wirusowej min.99,9999%, masie 40g, przestrzeni martwej 55ml, wydajności nawilżania 34,2 mg H<sub>2</sub>O/L powietrza, objętości oddechowej 300 – 1500 ml, zawierający port Luer-Lock z zintegrowanym koreczkiem ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 30 – dotyczące Zadania 108, pozycja 1,2**

Czy w zadaniu 108, w pozycji 1,2 Zamawiający dopuści produkty mikrobiologiczne czyste dzięki zastosowaniu specjalnych procedur „Manufacturer clean”? Oferowane rozwiązanie jest porównywalne z wymaganym dostarczeniem sterylnych produktów ponieważ po otwarciu opakowania na oddziale IT bądź na bloku operacyjnym produkty tracą sterylność i pozostają jedynie mikrobiologicznie czyste.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.