



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
**e-mail : [apteka@107sw.mil.pl](mailto:apteka@107sw.mil.pl)**

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych – znak 29/med/2012** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2012/S 193-317241**

**Pytanie 1 - Dotyczące SIWZ, Rozdział 8, Punkt 8.2., ppkt. 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2 - Dotyczące SIWZ, Wzór umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 4:**

**§4 ust. 3 lit. a):** Zamawiający ww. postanowieniu wzoru umowy wskazuje, iż termin ważności przedmiotu zamówienia powinien być nie krótszy niż 12 miesięcy. Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności krótszym niż 12 miesięcy. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktu zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi 3 miesiące od daty dostawy”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

**Odpowiedz**

Zamawiający zgodnie §4 ust. 3 lit. a) , akceptuje termin ważności krwi kontrolnej z datą ważności 3 miesiące od daty dostawy.

**Pytanie 3 - Dotyczące SIWZ, Wzór umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 4:**

**§4 ust. 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „do 7dni” wyrażenia „roboczych”?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w/w paragrafie , po słowach „do 7dni” wyrażenia „roboczych”.

**Pytanie 4 - Dotyczące SIWZ, Wzór umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 4:**

**§5 ust. 4:**

Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od daty otrzymania” na zwrot „od daty wystawienia”.

Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu treści umowy.

**Pytanie 5 - Dotyczące SIWZ, Wzór umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 4:**

**§5:** Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu treści umowy.

**Pytanie 6 - Dotyczące SIWZ, Wzór umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 4:**

**§6 ust. 2:** Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty. Wykonawca będzie wówczas uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu treści umowy.

**Pytanie 7 - Dotyczące SIWZ, Wzór umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 4:**

**§6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, określonej w §3 ust. 3 niniejszej umowy".

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu treści umowy.

**Pytanie 8 - Dotyczące SIWZ, Wzór umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 4:**

**§8 ust. 1:** Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu: „, jednakże zgody takiej Zamawiający nie powinien odmówić”.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochożenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi, o zwrot, iż zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu treści umowy.

**Pytanie 9 - Dotyczące SIWZ, Wzór umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 4:**

**§8 ust. 3:** Czy Zamawiający w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzenia zmian umowy w brzmieniu:

„Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
- przedmiotowym/ produkt zamienny,
- sposobu konfekcjonowania,
- liczby opakowań,
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego”.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu treści umowy.

**Pytanie 10 - Dotyczące SIWZ, Projekt umowy dzierżawy - Załącznik nr 4a:**

**§1 ust. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w terminie do 30dni” wyrażenia „roboczych”?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 11 - Dotyczące SIWZ, Projekt umowy dzierżawy - Załącznik nr 4a:**

**§4:** Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty za czynsz Wydierżawiający będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści projektu umowy dzierżawy.

**Pytanie 12 - Dotyczące SIWZ, Projekt umowy dzierżawy - Załącznik nr 4a:**

**§5 ust. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w terminie 7dni” wyrażenia „roboczych”?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści projektu umowy dzierżawy.

**Pytanie 12 - Dotyczące SIWZ, Projekt umowy dzierżawy - Załącznik nr 4a:**

**§5 ust. 4:** Prosimy o dokonanie poprawy wyrażen „Najemca” i „Wynajmujący” na „Dzierżawca” i „Wydierżawiający”.

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie poprawy wyrażen.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby instrukcja aparatu oraz instrukcje odczynnikowe zostały dołączone na płycie CD lub w formie książkowej osobno zbindowanej podpisanej tylko na jednej stronie?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje aby instrukcja aparatu oraz instrukcje odczynnikowe zostały dołączone w formie książkowej osobno zbindowanej podpisanej tylko na jednej stronie.

**Pytanie 14 – dotyczące SIWZ**

Pkt. 17.4. SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zasad oceniania kryterium „czas realizacji zamówienia” na: „OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN DOSTAWY DO 2 DNI ROBOCZYCH - OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ -20 PUNKTÓW, każda kolejna doba -pomniejszenie o 2 punkty”?

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią §4 ust. 2.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zasad oceniania kryterium „czas realizacji zamówienia”.

**Pytanie 15 – dotyczące SIWZ**

§3 ust. 5 zdanie 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zdania drugiego na: „Zmiana ta następuje od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT i nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

**Pytanie 16 – dotyczące SIWZ**

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej drogi składania zamówień drogą e-mail?

Ze względu na wewnętrzną organizację pracy wykonawcy oraz na brak możliwości weryfikacji osoby dzwoniącej pod kątem jej danych osobowych i czy posiada uprawnienia do składania zamówień, czy Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego możliwości telefonicznego składania zamówień i wyrazi zgodę aby były składane one faxem, e-mailem?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej drogi składania zamówień drogą e-mail oraz faxem.

**Pytanie 17 – dotyczące SIWZ**

§7 – Czy Zamawiający w związku z regulacją art. 145 ust. 2 wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze, poza żądaniem wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.”?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na w/w modyfikację.

**Pytanie 17 – dotyczące SIWZ**

§4 ust. 3 lit. a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalibratory i kontrole zaoferowane w zadaniu 1 posiadały termin ważności min 6 m-cy?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę aby kalibratory i kontrole zaoferowane w zadaniu 1 posiadały termin ważności min 6 m-cy.

**Pytanie 18 – dotyczące umowy dzierżawy:**

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość miesięcznej dzierżawy netto pozostaje bez zmian, zmieni się wyłącznie wartość dzierżawy brutto, poprzez uwzględnienie odpowiednio zmienionej stawki podatku VAT, obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.”

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

**Pytanie 19 – dotyczące umowy dzierżawy:**

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki podatku VAT oraz wartości miesięcznej dzierżawy brutto następowała bez konieczności zmian w treści umowy w formie aneksu?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

**Pytanie 20 – dotyczące Zadania 17, poz.5**

Ze względu na różnie podawaną u różnych dostawców pojemność probówek o tych samych wymiarach (raz jest to pojemność użytkowa, a raz pojemność całkowita), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach takich jak w SIWZ 12x75 mm i pojemności użytkowej 4 ml, a pojemności całkowitej 5 ml?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza probówki o w/w pojemności.

**Pytanie 21 – dotyczące Zadania 17, poz.7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipety probówki z podziałką do 12 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w zaoferowane pipety probówki pod warunkiem, że długość max. probówki nie przekracza 105 mm.

**Pytanie 22 – dotyczące Zadanie 21, poz.3**

- a) Czy zamawiający wymaga probówek transportowych o średnicy 13 mm co zapewnia optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?
- b) Czy Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu dla podłoża AMIES potwierdzającego przeżywalność bakterii w czasie do 72 godzin od momentu pobrania? Pozwoli to na jednoznaczne określenie jakości oferowanych podłoży transportowych.

**Odpowiedz**

od a) Zamawiający dopuszcza w/w probówki.

od b) Zamawiający dopuszcza przedłożenie tego dokumentu.

**Pytanie 23 – dotyczące Zadanie 37**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test o swoistości: 98% dla rota wirusów i 99% dla adenowirusów?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w test.

**Pytanie 24 – dotyczące Zadanie 39**

Zamawiający wymaga testów immunoenzymatycznych płytkowych z zastosowaniem substratu i koniugatu?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w testy.

**Pytanie 25 – dotyczące Zadania 4**

Czy Zamawiający wymaga analizatora wykorzystującego pojedyncze kuwety do oznaczeń, a nie połączone w rotory czy pasy?

Praca na pojedynczych kuwetach jest rozwiązaniem ekonomiczniejszym, bez ewentualnych strat kuwet w sytuacji wyłączania analizatora czy awarii.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga analizatora wykorzystującego pojedyncze kuwety do oznaczeń.

**Pytanie 26 – dotyczące Zadania 5 „Artykuły do diagnostyki laboratoryjnej badania ogólnego moczu z dzierżawa dwóch aparatów na 15500 badań rocznie” , pkt.3 wyszczególnionego asortymentu, Załącznik nr.5**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania materiału kontrolnego na bazie moczu ludzkiego, czyli pod względem składu podobnego do oznaczanej próbki w postaci płynnej, z terminem ważności po otwarciu buteleczki wynoszącym co najmniej 30 dni ?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga zaoferowania materiału kontrolnego na bazie moczu ludzkiego, z terminem ważności po otwarciu buteleczki wynoszącym co najmniej 30 dni.

**Pytanie 27 – dotyczące Zadania 5 „Artykuły do diagnostyki laboratoryjnej badania ogólnego moczu z dzierżawa dwóch aparatów na 15500 badań rocznie” , pkt.13 wyszczególnionego asortymentu, Załącznik nr.5**

W związku z wymogiem kalibracji aparatu przy pomocy dodatkowych materiałów kalibracyjnych prosimy o doprecyzowanie jak często Zamawiający wymaga wykonywania tej czynności.

**Odpowiedz**

Zamawiający będzie wykonywał kalibrację nie częściej niż raz na miesiąc, chyba że wymogi producenta aparatów wymuszają inną częstotliwość.

**Pytanie 28 – dotyczące Zadania 6 – odczynniki do oznaczania niżej oznaczonych parametrów z dzierżawą analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy, Załącznik nr.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika (p/ciała, p/receptorowi TSH), który zawiera komponenty w formie liofilizatu do szybkiej i jednorazowej rekonstrukcji? Po rekonstrukcji odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do ciągłego użycia.

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 29 – dotyczące wzoru umowy**

Prosimy o wyjaśnienie: w jakim terminie 7 czy 30 dni Wykonawca ma odebrać od Zamawiającego przedmiot dzierżawy? Dwa zapisy umowy dzierżawy określają różne terminy odbioru – doty.par.1 ust.5 - 30 dni a par.5 ust.4 – 7 dni.

**Odpowiedz**

Zamawiający przewiduje min.30 dniowy okres zużywania zakupionych odczynników po wygaśnięciu umowy zasadniczej, obowiązującej do 31.12.2013r., dlatego określa termin użytkowania aparatu do 30.01.2014r.