



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 16 /med/2013, na dostawę materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 08.04.2013r pod numerem 135716 – 2013

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylny, foliowy pokrowiec na kamerę w rozmiarze 16x250cm, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w sterylny foliowy pokrowiec na kamerę w rozmiarze 16x250cm, spełniający pozostałe parametry SIWZ **wraz z elastyczną samo uszczelniającą się końcówką.**

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylny pokrowiec na aparaturę z gwarancją sterylności przez 3 lata, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o następującym składzie:

Zestaw otolaryngologiczny podstawowy

1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Serweta o wym. 200 x 280cm

Serweta z otworem o średn. 10cm, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x50cm. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

z otworem o średnicy 10cm przylepnym

1x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym.30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 45g/m². Wykonany z włókniny SSMMS.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego, podwójnego szycia. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów 40,5 cm H₂O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40cm x 40cm, gramatura 50 g². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60cm x 60cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL.?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 3 warstwową serwetę sterylną z gwarancją sterylności przez 3 lata, spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.