



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
**e-mail** : [apteka-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apteka-przetargi@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak **26/med/2013, na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz soczewek ocznych**, ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 07.06.2013r pod numerem 219676 – 2013

#### **Pytanie 1 – dotyczące Zadania 1**

Czy Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” w zadaniu 1 – zaakceptuje soczewkę asferyczną korygującą cały układ optyczny, akrylową, hydrofilną, tylnokomorową, zwijalną, sterylną, wyposażoną w filtr UV, dwuwypukłą, jednoczęściową o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki, konstrukcja 4 oddzielnych haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia, angulacja haptyków 5 stopni, ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, poziom uwodnienia soczewki 25%, współczynnik refrakcji 1,461, soczewka dostępna w dioptrach od – 5D do + 30 D co 0,5 D, średnica części optycznej : 6 mm, wymiar całkowity soczewki w całym zakresie dioptrażu, do każdej soczewki dołączony jednorazowy zestaw implantacyjny (kartridż + injector)?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje w/w Zadaniu asortymentu według zapisów SIWZ.

#### **Pytanie 2 – dotyczące Zadania 1**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 soczewkę bezaberracyjną, hydrofilną, tylnokomorową, zwijalną, sterylną o angulacji 5 stopni, , współczynnika refrakcji 1,46 i jednym rozmiarze całkowitym 11,0mm bez względu na dioptraż?

Pozostałe wymagania względem przedmiotu zamówienia bez zmian.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje w/w Zadaniu asortymentu według zapisów SIWZ.