



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
**e-mail** : [apтека-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apтека-przetargi@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii – znak 34/med/2013** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2013/S 180-310481**

#### **Pytanie 1 – dotyczące SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ? Jeśli tak, to czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu do realizacji zamówienia ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

#### **Pytanie 2 – dotyczące projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie. Czy podczas planowanej urzędowej zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian?

#### **Odpowiedz**

Tak.

#### **Pytanie 3 – dotyczące Zadania 3 i 4**

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie widniała nazwa producenta co umożliwia łatwą identyfikację przyrządu tuż po jego użyciu?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

#### **Pytanie 4 – dotyczące Zadania 13 poz. 1**

Zważywszy na poprzednie lata i wymagane ilości strzykawkę w tamtym okresie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga 7 000 op. strzykawkę 20ml?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje 700 op x 100 szt. strzykawkę 20ml.

**Pytanie 5 – dotyczące Zadania 13 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały przedłużoną skalę odpowiednio:

2ml – 3ml

5ml – 6ml

10ml – 12ml

20ml – 24ml

która pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

**Pytanie 6 – dotyczące Zadania 13 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga strzykawek z jednym czy dwoma łącznikami luer?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje strzykawek w/w Zadaniu z jednym dodatkowym łącznikiem luer.

**Pytanie 7 – dotyczące Zadania 43 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga zaciskaczy mikrobiologicznie czystych?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza zaciskaczy mikrobiologicznie czystych, natomiast wymaga zaciskaczy sterylnych.

**Pytanie 8 – dotyczące Zadania 77**

1. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igle krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igle długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.
2. Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?
3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

**Odpowiedz**

od.1) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

od.2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

od.3) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 9 – dotyczące Zadania 103**

Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali węglowej?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w ostrzy.

**Pytanie 10 – dotyczące Zadania 68**

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia kompatybilności systemu, wszystkie produkty wymienione w pakiecie pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga by wszystkie produkty wymienione w/w Zadaniu pochodziły od jednego producenta.

**Pytanie 11 – dotyczące Zadania 68 Poz.1:**

1. Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z zastawką antyzwrotną wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wyposażona w minimum 4 paski RTG. Oznaczona kolorami. Kaniula zabezpieczająca przed zakłuciem i rozpryskiem krwi w rozmiarach:  
0,9 x 25 mm o przepływie: 42 ml/min  
1,1 x 32 mm o przepływie: 67 ml/min  
1,3 x 32 mm o przepływie: 103 ml/min  
1,3 x 45 mm o przepływie: 103 ml/min  
1,5 x 45 mm o przepływie: 133 ml/min  
1,8 x 45 mm o przepływie: 236 ml/min  
2,0 x 45 mm o przepływie: 270 ml/min.
2. Czy Zamawiający oczekuje aby zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem i rozpryskiem krwi wyposażone było w układ mikrokapilar absorbujących krew wypływu wstecznego, chroniąc przed ekspozycją na rozprysk krwi?
3. Czy Zamawiający oczekuje aby mandryn (igła venflonu) był prosty bez żadnych elementów aktywizujących zabezpieczenie ostrza?
4. Czy Zamawiający oczekuje aby kaniula posiadała taśmę aktywizującą i stabilizującą zabezpieczenie ostrza?

**Odpowiedz**

- od.1) Zamawiający dopuszcza w/w kaniule.  
od.2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.  
od.3) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.  
od.4) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.