



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 35 /med/2013, na dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych, ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 03.10.2013r pod numerem 401238 – 2013

Pytanie 1 – dotyczące części I - Zadanie 1 poz. 3-5:

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 4-8 minut?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w opaski gipsowej.

Pytanie 2 – dotyczące części I - Zadanie nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ligninę w rolkach 100 g?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w opakowanie a 100g.

Pytanie 3 – dotyczące części I - Zadanie nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazę 17 nitkową klasy I reg. IV?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczące części III - Zadania 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75 x 90 cm otworem \emptyset 6 x 8 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczące części III - Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z prześcieradłem dla noworodka 75 x 120 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 6 – dotyczące części III - Zadanie 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii bez uchwytu na przewody; z workiem na płyny przejmującym rolę w/w uchwytów (brak pola chłonnego)?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

Pytanie 7 – dotyczące części III - Zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw do żylaków w składzie:

1. Serweta 3 warstwowa 150 cm x 240 cm – 1 szt
2. Serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm – 1 szt
3. Kompresy gazowe 17n 12w z RTG 10 cm x 10 cm – 30 szt
4. Serweta na stolik instrumentacyjny 140 cm x 150 cm – 1 szt
5. Fartuch chirurgiczny Special ze wstawkami w cz. przedniej i rękawach, rozm. XL- 1 szt.
6. Fartuch chirurgiczny Standard rozm. L – 1 szt
7. Ręcznik wysoko chłonny – 4 szt.?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 8 – dotyczące części II – Zadanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniałna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, wielkość porów 1,5 x 1,6mm, grubość 0,5mm, porowatość 60%, gramatura 30g/m², brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma bez osłonki, do zakładania taśm narzędzia wielokrotnego użytku.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w taśmę.

Pytanie 9 – dotyczące części III – Zadanie 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w Zadaniu zaoferowanie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym.

Pytanie 10 – dotyczące części III – Zadanie 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań, w których bluzy i spodnie są pakowane jako komplet?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ubrań, w których bluzy i spodnie są pakowane jako komplet.

Pytanie 11 – dotyczące części III – Zadanie 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek w kształcie rękawicy?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 12 – dotyczące części III – Zadanie 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rolek 50 cm x 65 m, z perforacją co 38 cm, ilość po przeliczeniu – 370 szt.?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rolek 50 cm x 65 m, z perforacją co 38 cm, ilość po przeliczeniu – 370 szt.

Pytanie 13 – dotyczące części III – Zadanie 40, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje:

- myjki w formie prostokąta o wymiarach: 20 x 12 cm, grubości 1 cm (+/- 0,5 cm) , wykonanej z włókniny 100g/m² , w opakowaniu = 24 sztuki ?

Czy

- myjki w formie rękawicy o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubości nie mniej niż 0,5 cm , wykonanej z włókniny 100g/m² , w opakowaniu = 20 sztuki, z załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającego możliwość stosowania myjek dla niemowląt?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w myjki.

Pytanie 14 – dotyczące części II – Zadanie nr 2, Pozycja nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatkę o wymiarach 8cm x 12cm.
2. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatkę o wymiarach 8cm x 15cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w Zadaniu siatkę o wymiarach 8cm x 12cm.

Pytanie 15 – dotyczące części I – Zadanie 1, poz. 3-5

Czy zamawiający w celu ułatwienia przeprowadzenia poprawnej procedury zakładania gipsu zgodzi się na warunek konieczny posiadania przez opaski gipsowe plastikowego perforowanego trzpień, który umożliwia równomierne namaczanie opaski oraz zapobiega jej deformacji?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opaski gipsowe.

Pytanie 16 – dotyczące części I – Zadanie 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kompresy o dużej chłonności, niejałowe w opakowaniu a20 sztuk, w celach porównawczych cena zostanie podana za 1 sztukę?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w kompresy z odpowiednim przeliczeniem na opakowania.

Pytanie 17 – dotyczące części I – Zadanie 3, poz. 1

Czy zamawiający wymaga w tej pozycji 3000 sztuk kompresów, czy też 3000 opakowań a 50 sztuk?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w tej pozycji 3000 sztuk kompresów.

Pytanie 18 – dotyczące części I – Zadanie 12, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem kauczukowym z zawartością tlenku cynku, który chroni skórę przed podrażnieniami?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje plastrów według zapisów SIWZ.

Pytanie 19 – dotyczące części I – Zadanie 18, poz. 1, 2

Czy zamawiający dopuści tufery z gazy min. 17-warstwowej?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w tufferów.

Pytanie 20 – dotyczące części I – Zadanie 20, poz. 1

Czy zamawiający dopuści seton jałowy z gazy 17-nitkowej, 4-warstwowy, wyposażony dodatkowo w nitkę RTG co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania na sali operacyjnej?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w seton.

Pytanie 21 – dotyczące części I – Zadanie 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści seton jałowy 17-nitkowy, 8-warstwowy o rozmiarze 7,5cm x 2m?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w setonu.

Pytanie 22 – dotyczące części I – Zadanie 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści seton jałowy z gazy 17 nitkowej, 4-warstwowy, 2mx1cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w setonu.

Pytanie 23 – dotyczące części I – Zadanie 26

Czy zamawiający dopuści opatrunki jałowej pooperacyjne z klejem hypoalergicznym typu hot-melt, z wkładem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany warstwą mikroperforowanej folii polietylenowej, z przecięciem wzdłuż dłuższego lub krótszego boku?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w jałowe opatrunki.

Pytanie 24 – dotyczące części I – Zadanie 29, poz. 1

Czy zamawiający dopuści delikatny tkaniny bandaż kohezyjny (samoprzylepny) o składzie surowcowym wiskoza, bawełna, poliamid i o rozciągliwości 90% w rozmiarze 6cmx4m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w bandaż.

Pytanie 25 – dotyczące części I – Zadanie 29, poz. 2

Czy zamawiający dopuści delikatny tkaną bandaż kohezyjny (samoprzylepny) o składzie surowcowym wiskoza, bawełna, poliamid i o rozciągliwości 90% w rozmiarze 8cmx4m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w bandaż.

Pytanie 26 – dotyczące części I – Zadanie 29, poz. 3

Czy zamawiający dopuści delikatny tkaną bandaż kohezyjny (samoprzylepny) o składzie surowcowym wiskoza, bawełna, poliamid i o rozciągliwości 90% w rozmiarze 10cmx4m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w bandaż.

Pytanie 27 – dotyczące części I – Zadanie 29, poz. 4

Czy zamawiający dopuści delikatny tkaną bandaż kohezyjny (samoprzylepny) o składzie surowcowym wiskoza, bawełna, poliamid i o rozciągliwości 90% w rozmiarze 12cmx4m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w bandaż.

Pytanie 28 – dotyczące części I – Zadania 4, poz. 2, 4, zadanie 7, zadanie 8, zadanie 10, poz. 2, zadanie 18, zadanie 19, zadanie 20, zadanie 21

Czy produkty w wyżej wymienionych zadaniach produkty muszą być wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji?

Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w/w rozwiązania dla w/w Zadań.

Pytanie 29 – dotyczące części II – Zadanie 1, poz. 1

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zamawiający wydzieli pozycje nr 1 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 30 – dotyczące części II – Zadanie 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątne, wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,16 mm, grubość siatki 0,47mm, powierzchnia porów 0,59mm², porowatość 590µm, gramatura 80g/m² (+/-10g/m²), rozmiar 8cmx13cm oraz 10cmx16cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w siatki.

Pytanie 31 – dotyczące części II – Zadanie 2 i 1

Czy należy zaoferować siatki konfekcjonowane po jednym arkuszu w opakowaniu handlowym, co umożliwi realizację zamówień dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

Pytanie 32 – dotyczące części II – Zadanie 2 i 1

Czy należy zaoferować siatkę pakowaną bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

Oświadczenie dostarczone ma być na życzenie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych.

Pytanie 33 – dotyczące części II – Zadanie 2 i 1

Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 34 – dotyczące części II – Zadanie 2 i 1

Czy należy zaoferować siatki o wytrzymałości powyżej 200 N, w celu zagwarantowania stabilności siatki podczas wystąpienia wysokich naprężeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpieczenia pacjenta przed nawrotem przepukliny? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w wytrzymałość.

Pytanie 35 – dotyczące części II – Zadanie 4

Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania taśmy przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 36 – dotyczące części II – Zadanie 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania taśm o wytrzymałości min. 90 N/cm, których stosowanie zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w wytrzymałość.

Pytanie 37 – dotyczące części II – Zadanie 4

Prosimy o doprecyzowanie ilu sztuk narzędzi wielorazowych zamawiający wymaga na bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy. Ma to istotne znaczenia dla kalkulacji cenowej oferty.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje kompletu niezbędnych wielorazowych narzędzi do zakładania zaoferowanych taśm w ilości pozwalającej na wykonanie minimum jednego zabiegu dziennie.

Pytanie 38 – dotyczące części III – Zadanie 1 , poz. 1

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo przez większą liczbę wykonawców?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

Pytanie 39 – dotyczące części III – Zadanie 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne o gramaturze min 43 g/m² w rozmiarze 200cmx90cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w prześcieradła.

Pytanie 40 – dotyczące części III – Zadanie 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 200x180cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w prześcieradła.

Pytanie 41 – dotyczące części III – Zadanie 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 210x160cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w podkład.

Pytanie 42 – dotyczące części III – Zadanie 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z gumką z tyłu w części czołowej z napotnikiem, wykonany na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej przewiewnej pochłaniającej pot o gramaturze 17g/m², niejałowy, głęboki- męski, pakowany w opakowanie foliowe, które chroni przed wilgocią po 100 sztuk, rozmiar uniwersalny, na opakowaniu etykieta zawierająca m.in. numer LOT i numer katalogowy?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w czepek.

Pytanie 43 – dotyczące części III – Zadanie 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z wiązany na troki wykonany na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej przewiewnej pochłaniającej pot o gramaturze 17g/m², niejałowy, głęboki- męski, pakowany w opakowanie foliowe, które chroni przed wilgocią po 100 sztuk, rozmiar uniwersalny, na opakowaniu etykieta zawierająca m.in. numer LOT i numer katalogowy?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w czepek.

Pytanie 44 – dotyczące części III – Zadanie 2, poz. 2.1

Czy zamawiający dopuści sterylne osłonę na kończyne w rozmiarze 45x80cm z jedną taśmą lepnią 9x50cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w osłony

Pytanie 45 – dotyczące części III – Zadanie 2, poz. 2.2

Czy zamawiający dopuści sterylne osłonę na kończyne w rozmiarze 37x120cm z dwoma taśmami lepniemi 9x50cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w osłonę

Pytanie 46 – dotyczące części III – Zadanie 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści kieszenie sterylne w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w kieszeni.

Pytanie 47 – dotyczące części III – Zadanie 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maseczkę odporną na przesiąkanie, hypoalergiczną, zgodą z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typ II, o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8% aerozoli biologicznych, z trokami o długości min. 35 cm, wyposażone w sztywnik, pakowane w kartonik po 50 sztuk, na pudełku numer katalogowy oraz numer LOT? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w maseczkę.

Pytanie 48 – dotyczące części III – Zadanie 4, poz. 10

Czy zamawiający dopuści maseczkę odporną na przesiąkanie, hypoalergiczną, zgodą z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typ II, o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8% aerozoli biologicznych, z gumką, wyposażone w sztywnik, pakowane w kartonik po 50 sztuk, na pudełku numer katalogowy oraz numer LOT? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w maseczkę.

Pytanie 49 – dotyczące części III – Zadanie 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm z przylepcem wokół otworu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 50 – dotyczące części III – Zadanie 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwety z przylepcem na jednym boku?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 51 – dotyczące części III – Zadanie 10, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

serwety z przylepcem wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, serweta sterylne na stolik Mayo wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O, serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

Pytanie 52 – dotyczące części III – Zadanie 2, poz. 1 , zadanie 4, poz. 3-5 oraz 7-9, zadanie 7, zadanie 8, zadanie 9

Czy zamawiający dopuści serwety i obłożenia wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwety i obłożenia w w/w Zadaniach.

Pytanie 53 – dotyczące części III – Zadanie 4, poz. 2

Czy zamawiający dopuści serwetę sterylną na stolik Mayo wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwet.

Pytanie 54 – dotyczące części III – Zadanie 22

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35g/m² , przeznaczony do zabiegów z małą ilością płynów, zgodny z normą PN EN 13795, konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk przed przenikaniem płynów, u góry, z tyłu zapinany na rzep, troki połączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto” z zachowaniem sterylności, rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga, wykończone niepyłącym, elastycznym, bezszwowym, poliestrowym mankietem o długości min. 6cm, szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w fartuch.

Pytanie 55 – dotyczące części III – Zadanie 23

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m², dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną o gramaturze 40g/m² w części przedniej i na rękawach, złożenie typu book folded umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep, troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny, rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonnym pot, podwójne opakowanie-torebka papierowo foliowa z dwoma samoprzylepnymi naklejkami do archiwizacji dokumentów zawierającymi nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta oraz dodatkowe owinięcie w papier krepowy, zapakowany z dwoma ręczniczkami z niepyłającej włókniny kompresowej w rozmiarze 40cmx20cm, fartuch przeznaczony do operacji z dużą ilością płynów, zgodny z norma PN EN 13795 1, 2, 3, w rozmiarach, L, XL, XXL (długości fartuchów L- 125cm, XL- 140cm, XXL- 155 cm)?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 56 – dotyczące części III – Zadanie 25, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Elementy w twardym blistrze:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1 szt
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1 szt
Rękawice nitylowe	M	2 szt
Tupfer kula 17N	20x20cm	4 szt
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8 szt
Pęseta plastikowa		1 szt
Pean plastikowy	14 cm (+/-0,3)	1 szt
Pojemnik plastikowy		1 szt

Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym:

Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1 szt
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1 szt

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 57 – dotyczące części III – Zadanie 27, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do włączenia centralnego o składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1 szt
serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1 szt
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10 szt
tupfer kula 17N	20x20cm	10 szt
peśeta plastikowa		1 szt
strzykawka 10ml	10ml	1 szt
strzykawka 20ml	20ml	1 szt
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1 szt
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1 szt
ostrze nr 11	Nr 11	1 szt
imadło metalowe		1 szt

Serweta z laminatu FB- wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 42g/m², wytrzymałość na zerwanie min. 10N/5cm, barierowość dla wody min 700 mm H₂O,

Serweta z L2- wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, zgodne z norma EN 13795-1-2-3, opakowanie z odklejana etykietą umożliwiającą identyfikację zestawu z numerem serii, data ważności oraz identyfikacją producenta?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 58 – dotyczące części III – Zadanie 31, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych **w całości z warstw przepuszczających powietrze**, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Należy zauważyć, że szczególnie ważna jest zewnętrzna warstwa pieluchomajtki, która spełnia dwie funkcje – zatrzymuje ciecz, ale przepuszcza powietrze i tym samym obniża wilgotność i gorąco podczas użytkowania przez pacjenta.

Wielu producentów w ostatnim czasie zmodyfikowało swoje wyroby bądź uzupełniło swoją ofertę o wyroby z tzw. włókninowymi bokami, nazywając je jednocześnie produktami oddychającymi. Wyroby te posiadają w części centralnej (krokowej, gdzie znajduje się wkład chłonny) laminat, w skład którego wchodzi włóknina oraz folia izolacyjna pozbawiona paroprzepuszczalności, a co za tym idzie cały laminat jest pozbawiony paroprzepuszczalności, natomiast na bokach wyrobów znajdują się panele włókninowe, które są przepuszczalne dla pary, ale również i dla cieczy. W momencie, gdy w tych odcinkach pojawia się ciecz, produkt zaczyna przeciekać. Dodatkowym minusem jest to, że ww. wyroby nie przepuszczają pary wodnej w miejscu najbardziej newralgicznym, czyli w części krokowej z wkładem chłonnym, gdzie jest oddawany i kumulowany mocz przez wiele godzin użytkowania pieluchy. Istnieje wówczas duże prawdopodobieństwo wystąpienia podrażnień, otarć, pojawienia się ran itp.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki.

Pytanie 59 – dotyczące części III – Zadanie 31, poz. 1-2

Czy należy zaoferować wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 60 – dotyczące części III – Zadanie 31, poz. 1-2

Czy należy zaoferować wyrób posiadający falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz, co zapobiega wyciekom?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 61 – dotyczące części III – Zadanie 31, poz. 1-2

Czy należy zaoferować pieluchy w opakowaniu zbiorczym a 30 sztuk?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w opakowanie.

Pytanie 62 – dotyczące części III – Zadanie 34, poz. 1, 2

Czy zamawiający dopuści fartuchy niesterylne z włókniny o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w fartuchy.

Pytanie 63 – dotyczące części III – Zadanie 37

Czy zamawiający dopuści jednorazowe włókninowe ubranie dwuczęściowe o gramaturze 45g/m², składające się z bluzy i spodni zapakowanych razem, bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic, krawędzie obszyte zabezpieczone przed strzępieniem, spodnie luźne z trokami?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie 64 – dotyczące części III – Zadanie 40

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, zaprojektowane tak, by chronić skórę dłoni osoby pielęgnującej, niepodfoliowane wykonane z włókniny?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w myjki.

Pytanie 65 – dotyczące części III – Zadanie 40

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, zaprojektowane tak, by chronić skórę dłoni osoby pielęgnującej, podfoliowane wykonane z celulozy?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w myjki.

Pytanie 66 – dotyczące części III – Zadanie 47

Czy zamawiający dopuści sterylne foliowy pokrowiec na kamerę w rozmiarze 13x244cm składany teleskopowo, z jednej strony wyposażony w kartonik z drugiej zaś w taśmę lepłą co ułatwia aplikację na urządzeniu?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w pokrowca.

Pytanie 67 – dotyczące części III – Zadanie 50

Czy zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni o wymiarze 45cmx75cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w podkład.

Pytanie 68 – dotyczące wymaganych dokumentów

Czy zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu, czy też oświadczenia, że wykonawca dokumenty takie posiada przedstawi je na każde żądanie zamawiającego?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga oświadczenia, że Wykonawca posiada dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do obrotu, i przedstawi je na każde żądanie zamawiającego niezwłocznie w terminie 3 dni roboczych.

Pytanie 69 – dotyczące wzoru umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 70 – dotyczące wzoru umowy:

Jaką minimalną ilość przedmiotu umowy zamawiający na pewno zrealizuje?

Odpowiedz

Zamawiający zamierza zrealizować przedmiot umowy w ilościach zgodnych z zapisami projektu umowy.

Pytanie 71 – dotyczące wzoru umowy:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze serii i dacie ważności?

Informacje te nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie informacji o numerze serii i dacie ważności bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga informacji o numerze serii i dacie ważności w przypadku produktów, które zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi powinny być podane.

Pytanie 72 – dotyczące wzoru umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zapłata za zamówiony towar następowała w ciągu 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73 – dotyczące wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 7 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74 – dotyczące części III – Zadanie 13, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1 szt.	L2	260x240
serweta z przylepcem	1 szt.	L2	240x150
pokrowiec na nogę	1 szt.	L2	120x37
kieszka na płyny z kształtką	1 szt.	PE - 1K	40x30
taśma medyczna	6 szt.	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1 szt.		190x150
serweta na stolik Mayo	1 szt.		145x80
serwetki do rąk	2 szt.	włók. kom.	40x20

serwety z przylepcem wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, serweta sterylna na stolik Mayo wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O, serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

Pytanie 75 – dotyczące części III – Zadanie 16, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z elementem elastycznym i okrągłym otworem o średnicy 4cm	1 szt.	L3	300x240
serweta na stół instrum.	1 szt.		190x150
serweta na stolik Mayo	1 szt.		145x80
serwetki do rąk	4 szt.	włók. kom.	40x20

serwety wykonane z włókniny trzywarstwowej o gramaturze min. 73g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 191cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 95kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 61N i chłonności 824%, serweta sterylna na stolik Mayo wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O, serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.