



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
*e-mail* : [apтека-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apтека-przetargi@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 35 /med/2013, na dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych, ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 03.10.2013r pod numerem 401238 – 2013

**Pytanie 1 dotyczące części III – Zadanie 31 poz. 1,2**

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki posiadające system zapinania w postaci podwójnych przylepców zapinanych w dowolnym miejscu na pasie frontowym produktu? Zastosowaniu tego typu mocowania w produktach, pozwala na mocowanie przylepców w dowolnym miejscu na taśmie frontowej produktu skutkiem czego jest lepsze dopasowanie produktu do indywidualnej budowy ciała co ułatwia pracę opiekuna podczas zmian produktowych a tym samym minimalizuje obciążenie pracy opiekuna. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż ów typ mocowania poprawia wygodę użytkownika podczas noszenia, obniżone zostało ryzyko przeciekania i podrażnienia skóry oraz ryzyko rozerwania produktu.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki.

**Pytanie 2 dotyczące części III – Zadanie 31 poz. 1,2**

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz taliowy? Rozwiązanie technologiczne produkcji pieluchomajtek - anatomiczny kształt oraz przylepce zapinane w dowolnym miejscu na pasie frontowym warunkują zastosowanie wyłącznie jednego ściągacza. Dzięki tym cechom zmniejszone jest ryzyko przeciekania, podrażnień skóry a poprawie uległa wygoda noszenia produktu przez użytkownika.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki.

**Pytanie 3 dotyczące części III – Zadanie 31 poz. 1,2**

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki z zewnętrzną powłoką oddychającą na całej powierzchni chłonnej produktu?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki.

**Pytanie 4 dotyczące części III – Zadanie 31 poz. 1,2**

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki z anatomicznym kształtem wkładu chłonnego.

Cecha ta minimalizuje ryzyko przeciekania oraz w znaczącym stopniu poprawia komfort użytkownika produktu przez pacjentów.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki.

**Pytanie 5 dotyczące części III – Zadanie 31 poz.2**

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia:  
pieluchomajtki w rozmiarze M o obwodzie w pasie 73 cm – 122 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki.

**Pytanie 6 dotyczące części III – Zadanie 31 poz.1**

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia:  
pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie w pasie 92 cm -144 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki.

**Pytanie 7 dotyczące części I – Zadanie 1 poz.3-5**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 min.?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w opasek gipsowych.

**Pytanie 8 dotyczące części I – Zadanie 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy bawełniane z gazy 17N, 8W jałowe w rozmiarach 10x10cm a10szt.; 10x10cm a'20szt.?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w opakowania pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodnie z zapisem SIWZ i odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 9 dotyczące części I – Zadanie 6 poz.1-2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy o dużych oczkach pokryty miękką parafiną?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w opatrunku.

**Pytanie 10 dotyczące części I – Zadanie 8**

Czy Zamawiający dopuści kompres bawełniany z gazy 17N, 8W jałowy w rozmiarze 7,5cmx7,5cm a'20szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w opakowanie pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodnie z zapisem SIWZ i odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 11 dotyczące części I – Zadanie 11 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną równoważną w rozmiarach 2,2cmx25m; 3cmx25m; 4cmx25m; 5cmx25m; 6cmx25m?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiary siatki.

**Pytanie 12 dotyczące części I – Zadanie 13**

Czy Zamawiający dopuści plaster do venflonów w rozmiarze 5,1x7,6cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w plaster.

**Pytanie 13 dotyczące części I – Zadanie 14**

Czy Zamawiający dopuści plaster do wkuć centralnych w rozmiarze 10x12cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w plaster.

**Pytanie 14 dotyczące części I – Zadanie 17**

Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran w rozmiarze 6x100mm i 6x75mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiary plastra.

**Pytanie 15 dotyczące części I – Zadanie 26**

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek włókninowy z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym z nacięciem wzdłuż dłuższego boku?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w sterylny opatrunek.

**Pytanie 16 dotyczące części III – Zadanie 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany indywidualnie w rozmiarze 71x116cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisem SIWZ.

**Pytanie 17 dotyczące części III – Zadanie 1 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę w rozmiarze 40x40cm spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w ściereczkę.

**Pytanie 18 dotyczące części III – Zadanie 1 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści higieniczne prześcieradło nieprzemakalne o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w prześcieradła.

**Pytanie 19 dotyczące części III – Zadanie 1 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny w rozmiarze 210x160cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w podkład.

**Pytanie 20 dotyczące części III – Zadanie 1 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym pakowany w woreczek po 100szt.?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego czepka.

**Pytanie 21 dotyczące części III – Zadanie 2 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę z 1 taśmą w rozmiarach 30x80cm i 35x120cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w osłon.

**Pytanie 22 dotyczące części III – Zadanie 2 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń z folii z przylepcem w rozmiarze 30x40cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w kieszeni.

**Pytanie 23 dotyczące części III – Zadanie 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną pakowaną w woreczek foliowy?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w maski.

**Pytanie 24 dotyczące części III – Zadanie 4 poz.8**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm lub o średnicy 7cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

**Pytanie 25 dotyczące części III – Zadanie 4 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną BFE 95%?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w maski.

**Pytanie 26 dotyczące części III – Zadanie 4 poz.10**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby maska spełniała normę PN EN-14683 II?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga w/w normy.

**Pytanie 27 dotyczące części III – Zadanie 4 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną pakowaną w woreczek?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w maski.

**Pytanie 28 dotyczące części III – Zadanie 7**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na jednym boku?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

**Pytanie 29 dotyczące części III – Zadanie 8**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem przylepnym?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

**Pytanie 30 dotyczące części III – Zadanie 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 180cm H<sub>2</sub>O o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

**Pytanie 31 dotyczące części III – Zadanie 2,4,7,8**

Czy Zamawiający dopuści obłożenia o odporności na penetrację płynów 188cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 32 dotyczące części III – Zadanie 23**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości M-120cm, L-123cm, XL-128cm, XXL-136cm pakowany w ręcznik 40x40cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z zapisem SIWZ, jednocześnie dopuszcza ręczniki 40x40cm.

**Pytanie 33 dotyczące części III – Zadanie 33**

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 34 dotyczące części III – Zadanie 34**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym „L”?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w fartuch pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 35 dotyczące części III – Zadanie 36**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli j.u. w rozmiarze: prześcieradło 210x150cm; poszewka na kołdrę 210x160cm; poszewka na poduszkę 70x80cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

**Pytanie 36 dotyczące części III – Zadanie 37**

Czy Zamawiający dopuści ubranie pakowane razem (bluza i spodnie)?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 37 dotyczące części III – Zadanie 38**

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną kieszeń jednokomorowa w rozmiarze 50x80cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w kieszeni.

**Pytanie 38 dotyczące części III – Zadanie 42**

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednorazowy uchwyt do fiksowania przewodów w wymiarze 2x22cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w uchwyt.

**Pytanie 39 dotyczące części III – Zadanie 45 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści uniwersalną osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 140x140cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar osłony.

**Pytanie 40 dotyczące części III – Zadanie 45 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści uniwersalną osłonę na sprzęt medyczny o średnicy ok. 80cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiaru osłony.

**Pytanie 41 dotyczące części III – Zadanie 47**

Czy Zamawiający dopuści sterylne foliowy pokrowiec na kamerę w rozmiarze 16x250cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar pokrowca pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 42 dotyczące części I – Zadanie 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski w rozmiarze 10cmx3m lub 15cmx3m, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 43 dotyczące części I – Zadanie 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do zamykania ran 6x100mm oraz 6x75mm.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiary plastra.

**Pytanie 44 dotyczące części III – Zadanie 10 – Ogólny jałowy zestaw uniwersalny**

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:**

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm - folia PE, warstwa chłonna wykonana w 100% z polipropylenu 30g/m<sup>2</sup>
- 2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta 196x 200 cm, przylepna
- 1 x serweta 160x260 cm, przylepna
- 1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, trójwarstwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m<sup>2</sup>, laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH<sub>2</sub>O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH<sub>2</sub>O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejanie dodatkowej warstwy wzmocnienia.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 45 dotyczące części III – Zadanie 10 – Ogólny jałowy zestaw uniwersalny**

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:**

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 75x141 cm – folia PE, warstwa wzmocnienia wykonana z polipropylenu 20g/m<sup>2</sup>
- 2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm
- 1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .
- 1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .
- 4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m<sup>2</sup> we wzmocnieniu chłonnym wykonanym z dwuwartwowego laminatu o gramaturze 70g/m<sup>2</sup> , odporność na penetrację płynów 30cmH<sub>2</sub>O, obszar krytyczny min.200cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozdarcie/rozerwanie na sucho/mokro min. 150kPa i min. 250kPa obszar krytyczny.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 46 dotyczące części III – Zadanie 10 – Ogólny jałowy zestaw uniwersalny**  
**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:**

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 77x142 cm
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwarstwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m<sup>2</sup>, laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH<sub>2</sub>O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH<sub>2</sub>O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 47 dotyczące części III – Zadanie 14 – Sterylny zestaw do artroskopii**  
**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii o następującym składzie:**

- 2 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 77 x 142 cm
- 1 x stokineta 55x37,5 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, bez uchwytu na przewody

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 48 dotyczące części III – Zadanie 16 – Sterylny zestaw do operacji kończyny – ręka/noga**  
**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji kończyny o następującym składzie:**

- 2 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 77 x 142 cm
- 1 x serweta 75x75 cm, przylepna
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, bez uchwytu na przewody

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwarstwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m<sup>2</sup>, laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH<sub>2</sub>O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH<sub>2</sub>O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 49 dotyczące części III – Zadanie 17 –Sterylny zestaw do operacji żyłaków - wzmocniony  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji żyłaków o następującym składzie:**

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm ze (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 77x142 cm
- 1 x serweta górna 150x240cm, przylepna
- 1 x serweta 200x250cm z przylepnym wycięciem U 7x95 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m<sup>2</sup>, laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH<sub>2</sub>O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH<sub>2</sub>O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 50 dotyczące części III – Zadań 10, 14, 16, 17**

Z uwagi na fakt, że w świetle normy EN13795 powierzchnia osłony na stół Mayo jest powierzchnią mniej krytyczną, do której stosuje się wymogi dla powierzchni o wydajności standardowej, natomiast zaoferowane przez nas stoliki spełniają wymogi normy EN 13795 dla powierzchni o wysokiej wydajności, zaś norma dla tego typu wyrobów wskazuje wymagania w zakresie wytrzymałości na rozerwanie/rozdarcie min. 40kPa prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie osłony na stół Mayo zgodnego z wymaganiami normy EN13795 dla powierzchni o wysokiej wydajności.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 51 dotyczące części III – Zadań 10, 14, 16, 17**

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia spełnienia parametru – gramatura min. 51g/m<sup>2</sup> dla ściereczek chłonnych, ponieważ ten parametr nie jest wymagany przez żadną normę obowiązującą na terenie Polski.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 52 dotyczące części III – Zadanie 22**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach: S/M, L, XL, XLL.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiary fartuchów, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.



**Pytanie 53 dotyczące części III – Zadanie 23**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego fartucha chirurgicznego o gramaturze 70g/m<sup>2</sup> z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami wykonanymi z włókniny polietylenowej i folii polietylenowej w części przedniej i na rękawach o gramaturze 51g/m<sup>2</sup>, posiadającego dodatkowo dwa ręczniczki w rozmiarze 30x39cm, rozłożone. Rozmiary fartuchów: S/M (115cm), L (120cm), XL (130cm), XLL (150cm), 2XLL (170cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w fartuch.

**Pytanie 54 dotyczące części III – Zadanie 30**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej bakteriobójczej w rozmiarze 60x45cm lub 80x60cm zamiast 66x60cm.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozmiarów.

**Pytanie 55 dotyczące części III – Zadanie 21**

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii 2-warstwowy, ze wzmocnieniami w strefie krytycznej 112,5 g/m<sup>2</sup>?
2. Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe w rozmiarze 30x40cm?
3. Czy Zamawiający dopuści zestaw z 1 taśmą samoprzylepną, ponieważ obłożenie posiada już 2 organizatory przewodów i drenów zintegrowane z serwetami.
4. Czy Zamawiający dopuści bezpieczne pakowanie zestawu, który jest zawinięty w serwetę instrumentalną i dodatkowo zapakowany w karton transportowy?

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.  
od 2) Zamawiający dopuszcza w/w ręczniki.  
od 3) Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.  
od 4) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 56 dotyczące części I – Zadanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 4 pozycji 1,2 ( 10 cm x 10 cm a'10),3,4, co umożliwi udział w postępowaniu?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 57 dotyczące części I – Zadanie 8, poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 8 pozycja 1 kompresów jałowych pakowanych a'5 z odpowiednim przeliczeniem ilości, co umożliwi udział w postępowaniu?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

**Pytanie 58 dotyczące części I – Zadanie 11, poz.1**

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 11 pozycji 1 siatek opatrunkowych w stanie rozciągniętym czy swobodnym?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje siatek w stanie swobodnym, które w stanie rozciągniętym osiągną długość z SIWZ.

**Pytanie 59 dotyczące części I – Zadanie 11, poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 11 pozycji 1, co umożliwi udział w postępowaniu?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

**Pytanie 60 dotyczące części I – Zadanie 24**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tamponady niezawierającej aoksyacelulozy, ale spełniającej pozostałe parametry określone w SIWZ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w tamponadę.

**Pytanie 61 dotyczące części III – Zadanie 49**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o szerokości 50 cm zamiast 51 cm ?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów z perforacją co 50 cm? Rozmiar listka 50 x 50 cm.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o długości rolki 50m (100szt listków w rolce) zamiast 40m=80szt. ?
4. Czy w razie wyrażenia zgody możemy przeliczyć ilości rolek na 480 sztuk?

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w podkłady.
- od 2) Zamawiający dopuszcza w/w podkłady.
- od 3) Zamawiający dopuszcza w/w podkłady.
- od 4) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 62 dotyczące części II – Zadanie 3, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr.1, poz.1 siatkę kompozytową wewnątrztrzewnową miękką, niewchłaniającą 2-warstwową. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE) z drugiej makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55mm, gramaturze średniej 108 g/m<sup>2</sup>, porowatości średniej 830 µm, nie prasowana termicznie, nie pokryta silikonem, z możliwością położenia bezpośrednio na jelita, w rozmiarach:

- 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 14 x 15 cm)
- 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 22 x 15 x 10 cm)
- 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 30 x 30 x 20 cm)

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

**Pytanie 63 dotyczące części II – Zadanie 3, poz.2**

Siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,32 mm, porowatość 1390 µm gramatura 30 g/m<sup>2</sup>, grubość nici 0,88 mm, w rozmiarze 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm) ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w siatkę.

**Pytanie 64 dotyczące części II – Zadanie 4**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 35 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, elastycznych z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości 84% , gramaturze 48 g/m<sup>2</sup> ?

Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TVT i TOT narzędziami wielokrotnego użytku.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w taśmy.