



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
**e-mail : [apteka-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apteka-przetargi@107sw.mil.pl)**

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku oraz materiałów hemostatycznych – znak 13/med/2014** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 01.04.2014r pod numerem 108844-2014

**Pytanie 1 – dotyczące projektu umowy**

Czy w § 5 ust 4 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury.

**Odpowiedz**

zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści umowy.

**Pytanie 2 – dotyczące projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1

1. **Zamawiającemu** przysługują od **Wykonawcy** następujące kary umowne:

- a. za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2 za każdy przypadek w wysokości 0,07% wartości towarów nie dostarczonych w terminie, **jednak nie więcej niż 10% wartości towarów nie dostarczonych w terminie.**

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w projekcie umowy.

**Pytanie 3 – dotyczące Zadania 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby serweta operacyjna była wstępnie prana ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

**Pytanie 4 – dotyczące Zadania 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem 6x8cm lub 75 x 90 cm z otworem 6 x 8 cm o wytrzymałości na rozdarcie na sucho oraz na mokro 108/95 kPa o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

**Pytanie 5 – dotyczące Zadania 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 70 cm pakowaną a'20szt. Z przeliczeniem ilości lub jałową pakowaną a'2 szt ?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga serwety jałowej pakowanej x 2 szt, dopuszcza rozmiar 45 x 70 cm spełniającą pozostałe zapisy SIWZ.

**Pytanie 6 – dotyczące Zadania 9, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 80 x 150 cm ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

**Pytanie 7 – dotyczące Zadania 9, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 140 x 140 cm ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

**Pytanie 8 – dotyczące Zadania 14**

Czy Zamawiający oczekuje strzykawk 2 czy 3 częściowych ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza obydwie wymienione strzykawki pod warunkiem spełnienia przesuwu bezskokowego.

**Pytanie 9 – dotyczące Zadania 14**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze zielonym?

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 10 – dotyczące Zadania 15 poz.2**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję i utworzy z niej odrębny pakiet?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 11 – dotyczące Zadania 2, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści elastyczne majtki siatkowe z przędzy elastanowej w rozmiarze L (145 cm x 305 cm)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w majtki siatkowe.

**Pytanie 12 – dotyczące Zadania 2, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści elastyczne majtki siatkowe z przędzy elastanowej w rozmiarze XL (125 cm x 320 cm)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

**Pytanie 13 – dotyczące Zadania 4, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w kolorze niebieskim?  
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w kolor.

**Pytanie 14 – dotyczące Zadania 5, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, wymiarach 90 x 75 cm, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 150 kPa i odporności na penetrację płynów 2500 mm słupa wody? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 15 – dotyczące Zadania 5, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu, w rozmiarze 60 cm x 50 cm, o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 150 kPa i odporności na penetrację płynów 2500 mm słupa wody? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 16 – dotyczące Zadania 5, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z trójwarstwowego laminatu, w rozmiarze 75x45 cm, otworem o średnicy 8cm, o wytrzymałości na rozdarcie na sucho 108 kPa i na mokro 95 kPa i odporności na penetrację płynów 1910 mm słupa wody? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 17 – dotyczące Zadania 6, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową, w kolorze białym, w rozmiarze 45 x 70 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę w rozmiarze 45 x 70 cm spełniającą pozostałe zapisy SIWZ.

**Pytanie 18 – dotyczące Zadania 9, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w formie worka z gumką, w rozmiarze: przed rozciągnięciem gumki 28 cm, po rozciągnięciu 102 cm i głębokości 91cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 19 – dotyczące Zadania 9, poz.2**

Dotyczy Zadanie 9, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści osłonę w formie worka z gumką, w rozmiarze: przed rozciągnięciem gumki 17 cm, po rozciągnięciu 71 cm i głębokości 91cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 20 – dotyczące projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczaniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 21 – dotyczące Zadania nr 27, poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie miejscowego, wchłanialnego środka hemostatycznego z żelatyny wołowej; w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia w przypadkach kiedy tamowanie krwawienia od sączącego do tętniącego przez podwiązanie lub konwencjonalne zabiegi jest nieskuteczne bądź niepraktyczne., również u pacjentów leczonych heparyną, wyposażony w trombinę (2500 IU) ludzką, liofilizowaną, sterylną, wraz z chlorkiem wapnia (200  $\mu\text{mol}$   $\text{CaCl}_2$ ) wzmacniającym prokoagulacyjną siłę działania w procesie dysocjacji kompleksów VII czynnika krzepnięcia. Zestaw wyposażony w dwa aplikatory, gotowość do użycia po zmieszaniu do 8 godz. Czas wchłaniania 6 tyg.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w środek hemostatyczny.

**Pytanie 22 – dotyczące Zadania nr 27, poz.2**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 2 z zadania 27 i utworzenie oddzielnego pakietu?

**Odpowiedz**

Zamawiający wydziela z w/w Zadania poz.2 i tworzy z niej Zadanie 27A.