



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę endoprotez, zespołów ortopedycznych, materiałów hemostatycznych, laparoskopowych, jednorazowego użytku oraz soczewek ocznych – znak 14/med/2014** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2014/S 077-133103**

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 33, poz.1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 1 stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 30 mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler liniowy.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 33, poz.2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 2 stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5mm do 2,5 mm o długości linii szwu 60 mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler liniowy.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 33, poz.3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 3 stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler liniowy.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 33, poz.4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 4 stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej lub grubej – na życzenie Zamawiającego (wysokość otwartej zszywki 3,85mm i 4,5 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler liniowy.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 33, poz.5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 5 stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej lub grubej – na życzenie Zamawiającego (wysokość otwartej zszywki 3,85mm i 4,5 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler liniowy.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 33, poz.6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 6 stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25 mm, 29 mm, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler okrężny.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 33, poz.7

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 7 stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler okrężny.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 33, poz.8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 8 stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia).

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler zamykająco tnący.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 33, poz.9

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 9 ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 60mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5).

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w ładunek do jednorazowego staplera liniowego.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 33, poz.10

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 10 ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 90mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5).

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w ładunek do jednorazowego staplera liniowego.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 33, poz.11

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 11 ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej lub grubej (wysokość otwartej zszywki odpowiednio 3,85mm; 4,5 mm). Nóż zintegrowany jest ze staplerem.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w ładunek do jednorazowego staplera liniowego.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 33, poz.12

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 33, Pozycji nr 12 ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej lub grubej (wysokość otwartej zszywki odpowiednio 3,85mm; 4,5 mm). Nóż zintegrowany jest ze staplerem.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w ładunek do jednorazowego staplera liniowego.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 35, poz.1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 35, Pozycji nr 1 stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,85mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler liniowy.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 35, poz.2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 35, Pozycji nr 2 endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony w kolorze czarnym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w stapler okrężny.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 35, poz.3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 35, Pozycji nr 3 ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,85 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w ładunek do jednorazowego staplera liniowego.

Pytanie 16 – dotyczące zadania 34 poz. 6-10

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z zadania nr 34 poz. 6-10 narzędzia laparoskopowe i utworzenie odrębnego zadania np. 34a. Podział taki nie naruszy zapisów art.32 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a spowoduje większą konkurencyjność i pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 34 poz.6-10 i tworzy z nich Zadanie 34A

Wadium dla Zadania 34 – 180,00 PLN

Wadium dla Zadania 34A – 100,00 PLN

Pytanie 17 – dotyczące SIWZ rozdz. 8.5 pkt 1

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia iż Wykonawca posiada właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj.

- dla klasy IIb i III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego , certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej
- dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego
- dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i I z funkcją pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów

Odpowiedz

Zamawiający działa zgodnie z w/w przepisami i wymaga dołączenia do oferty oświadczenia iż Wykonawca posiada właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj.

dla klasy IIb i III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego

dla wyrobów klasy IIa , I sterylnej i I z funkcją pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów.