



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
**e-mail** : [apteka-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apteka-przetargi@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę endoprotez, zespołów ortopedycznych, materiałów hemostatycznych, laparoskopowych, jednorazowego użytku oraz soczewek ocznych – znak 14/med/2014** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2014/S 077-133103**

**Pytanie 1 – dotyczące § 5 ust. 4 projektu umowy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie terminu zapłaty z 60 do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie

**Pytanie 2 – dotyczące Zadania nr 38:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu soczewki jednoczęściowej, posiadającej dwa hapteny typu Closed Loop, bez znaczników poprawności położenia, posiadającej ostre krawędzie na częściach optycznych, o długości całkowitej 12,5 mm niezależnie od dioptrażu, konfekcjonowanej w opakowaniu z jednorazowym injectorem i jednorazowym katridżem, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

**Pytanie 3 – dotyczące Zadania nr 38:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę a zaoferowanie soczewki o poziomie uwodnienia 25% ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

**Pytanie 4 – dotyczące Zadania nr 33, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 w miejsce staplerów jednorazowych, ładunki do staplera liniowego wielorazowego bez noża o dł. zespolenia 30 mm? Rozwiązanie to stanowi najwyższą możliwą dostępną jakością zespolenia przy zachowaniu aspektu ekonomicznego (stapler wielorazowy 30 mm zostanie użyty przez zamawiającego na czas trwania umowy) ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

**Pytanie 5 – dotyczące Zadania nr 33, poz.2:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 w miejsce staplerów jednorazowych, ładunki do staplera liniowego wielorazowego bez noża o dł. zespolenia 55 mm , wysokości zszywek 3,5 mm oraz 4,8 mm? Rozwiązanie to stanowi najwyższą możliwą dostępną jakość zespolenia przy zachowaniu aspektu ekonomicznego (stapler wielorazowy 55 mm zostanie użyty na czas trwania umowy) ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

**Pytanie 6 – dotyczące Zadania nr 33, poz.3:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 w miejsce staplerów jednorazowych, ładunki do staplera liniowego wielorazowego bez noża o dł. zespolenia 90 mm , wysokości zszywek 3,5 mm oraz 4,8 mm? Rozwiązanie to stanowi najwyższą możliwą dostępną jakość zespolenia przy zachowaniu aspektu ekonomicznego (stapler wielorazowy 90 mm zostanie użyty na czas trwania umowy) ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

**Pytanie 7 – dotyczące Zadania nr 33, poz.4:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 w miejsce staplerów jednorazowych, ładunki do staplera wielorazowego z nożem o dł. zespolenia 50 mm, uniwersalna wysokość zszywek 3,8 mm do tkanek normalnych oraz grubych (stapler wielorazowy 50 mm z nożem zostanie użyty na czas trwania umowy) ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

**Pytanie 8 – dotyczące Zadania nr 33, poz.5:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 w miejsce staplerów jednorazowych, ładunki do staplera wielorazowego z nożem o dł. zespolenia 90 mm, uniwersalna wysokość zszywek 3,8 mm do tkanek normalnych oraz grubych (stapler wielorazowy 90 mm z nożem zostanie użyty na czas trwania umowy) ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

**Pytanie 9 – dotyczące Zadania nr 33, poz.6:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 staplery okrężne, jednorazowe, w rozmiarach 28 oraz 31 mm z możliwością wyboru przy zamówieniu, z łamaną główką w kształcie grzybka zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcie staplera z miejsca zespolenia, wysokość zszywki 4,8 mm, nadające się do zabiegów przełykowych?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w staplery okrężne.

**Pytanie 10 – dotyczące Zadania nr 33, poz.7:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 w miejsce staplerów jednorazowych, ładunki do staplera okrężnego prostego, wielorazowego, w rozmiarach 28 mm oraz 31 mm, dł. staplera min. 320 mm , wysokość zszywki 4,8 mm? (stapler wielorazowy okrężny zostanie użyty na czas trwania umowy)

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

**Pytanie 11 – dotyczące Zadania nr 33, poz.8:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 8 w miejsce staplerów jednorazowych, ładunki do staplera liniowego wielorazowego bez noża o dł. zespolenia 55 mm , wysokości zszywek 3,5 mm oraz 4,8 mm? Rozwiązanie to stanowi najwyższą możliwą dostępną jakość zespolenia przy zachowaniu aspektu ekonomicznego (stapler wielorazowy 55 mm zostanie użyty zamawiającemu na czas trwania umowy) ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

**Pytanie 12 – dotyczące Zadania nr 33, poz.9-12:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach nr 9-12 ładunki do staplerów wielorazowych zaproponowanych w pozycjach 2-5 w wysokościach :

Poz.2 - 3,5 oraz 4,8 mm

Poz.3 - 4,5 oraz 4,8 mm

Poz.4 – 3,8 mm

Poz.5 – 3,8 mm

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w ładunki do staplerów wielorazowych .

**Pytanie 13 – dotyczące Zadania nr 34**

W pozycji nr 4 oraz 5 sumarycznie zamawiający wymaga :

-90 kaniul z 45 obturatorami o wielkości 12 mm (poz 4)

-60 kaniul z 30 obturatorami o wielkości 5 mm (poz 5)

Czy Zamawiający dopuści w miejsce obu tych pozycji 45 zestawów składających się odpowiednio z :

- 2 kaniul 12 mm + obturator 12 mm (Łącznie 90 kaniul 12 mm)

- 2 kaniul 5 mm + obturator 5 mm (Łącznie 90 kaniul 5 mm)

- igła Veresa 150 mm (opcjonalnie 120 mm) z sygnałem dźwiękowym

Dopuszczenie w/w zestawów pozwoli na złożenie oferty więcej niż jednemu wykonawcy, co ustanowi uczciwą konkurencję przy ekonomicznym i wysokim jakościowo rozwiązaniu?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w zestawy.

**Pytanie 14 – dotyczące Zadania nr 34**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 nożyczki o dł. 31 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w nożyczki.

**Pytanie 15 – dotyczące Zadania nr 34**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 grasper o dł. 31 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w grasper.

**Pytanie 16 – dotyczące Zadania nr 34**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 atraumatyczny grasper z dużymi zębami o dł. 31 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w grasper.

**Pytanie 17 – dotyczące Zadania nr 34**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 dissector o dł. 31 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w dissector.

**Pytanie 18 – dotyczące Zadania nr 34**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 kleszczyki typu Babcock o dł. 31 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w kleszczyki.

**Pytanie 19 – dotyczące Zadania nr 34**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 worek laparoskopowy o wymiarach 2,5 cala x 6 cali , pojemność 190 ml, z mechanizmem nożycowym do wypuszczania samorozprężalnej obręczy, dł. trzonu 29,5 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w worek laparoskopowy.

**Pytanie 20 – dotyczące Zadania nr 34**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 12 worek laparoskopowy o wymiarach 2,5 cala x 6 cali , pojemność 190 ml, z mechanizmem nożycowym do wypuszczania samorozprężalnej obręczy, dł. trzonu 29,5 cm?

**Odpowiedz**

Nie, ale dopuszcza worki bez mechanizmu o długości trzonu 20,9 cm.

**Pytanie 21 – dotyczące Zadania nr 34**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 13 worek laparoskopowy o wymiarach 5 cali x 9 cali , pojemność 1500 ml, z mechanizmem nożycowym do wypuszczania samorozprężalnej obręczy, dł. trzonu 29,5 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w worek laparoskopowy.

**Pytanie 22 – dotyczące Zadania nr 35**

Czy Zamawiający wymaga aby staplery w tym pakiecie posiadały łamaną główkę oraz bilateralnie spłaszczoną zszywkę na całym przekroju drutu?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga aby staplery w tym pakiecie posiadały łamaną główkę oraz bilateralnie spłaszczoną zszywkę na całym przekroju drutu.