



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
**e-mail : [apteka-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apteka-przetargi@107sw.mil.pl)**

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę gazów sprężonych wraz z dzierżawą butli – znak 32/med/2014** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 04.07.2014r pod numerem 224504-2014

#### **Pytanie 1 – dotyczące projektu umowy**

**Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?**

**W §4 ust. 3 a– dotychczasową treść należy zastąpić nową, w brzmieniu: (...)**

jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności do użycia krótszy niż 18 miesięcy licząc od dnia dostarczenia (dotyczy tlenu medycznego w butlach oraz mieszaniny tlenu i podtlenku azotu 50%/50%) oraz minimum 10 miesięcy licząc od dnia dostarczenia (dotyczy dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii i krioterapii).

***Uzasadnienie:*** Gazy medyczne takie jak np. dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii czy krioterapii mają termin ważności 12 miesięcy od dnia napełnienia.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści umowy.

#### **Pytanie 2 – dotyczące Zadania 1 pozycja 3**

**a)** Czy Zamawiający wymaga aby butla 2 litrowa 200 Bar z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector - szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy.

**b)** Czy Zamawiający wymaga aby butle te były butlami aluminiowymi, które wraz z zaworem przystosowane są do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego - w pomieszczeniu rezonansu MRI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty pod rygorem odrzucenia oferty, oraz aby butle te wyposażone były na stałe w haczyk lub elementy do zawieszania jej, które umożliwiają zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów.

## **Odpowiedz**

**od a)** Zamawiający wymaga wyżej opisanej butli.

**od b)** Zamawiający wymaga aby minimum dwie butle zapotrzebowanego asortymentu dwudziestu butli spełniały warunki pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego oraz wymaga aby butle wyposażone były w elementy do zawieszania z możliwością ich demontażu.

## **Pytanie 3 - Dotyczące Zadania 1 pozycja 11**

Argon jest gazem technicznym, w związku z czym prosimy o zmianę w pozycji nr 11 w zadaniu 1 na:  
„Dzierżawa butli technicznej na argon sprężony 50l”

## **Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w pozycji nr 11 w zadaniu 1.