



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
*e-mail* : [apteka-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apteka-przetargi@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych – znak 35/med/2014** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2014/S 173-306101**

**Pytanie 1 - dotyczące Zadania 27**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie saszetek wytwarzających w ciągu 24 h atmosferę o zawartości nie mnie j niż 2,5% CO<sub>2</sub>?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w saszetek.

**Pytanie 2 – dotyczące Zadania 49 pozycja 3**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek o objętości pobrania 6 ml?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w probówek.

**Pytanie 3 – dotyczące Zadania 49 pozycja 6**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający w pozycji 7 wymaga probówek z trombiną do szybkiego wykrzepiania krwi w czasie od 3 do 5 minut, co ma znaczenie w przypadku zlecenia pilnych badań wymagających szybkiej diagnostyki?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga w poz.7 w Zadaniu 49 w/w probówek.

**Pytanie 4 – dotyczące Zadania 49 pozycja 2**

Czy Zamawiający wymaga aby w poz. 2 probówki do koagulologii miały specjalną konstrukcję („probówka w probówce”), która służy przedłużeniu okresu przydatności probówki do użycia oraz redukuje przestrzeń powietrza nad próbką krwi do minimum (do 1 cm<sup>3</sup>), co sprzyja wiarygodności wyników u pacjentów leczonych heparyną niefrakcjonowaną?

Uzasadnienie:

W procesie mieszania próbki krwi dochodzi do aktywności krwinek płytkowych, czego skutkiem jest adhezja i agregacja płytek. Proces ten zachodzi proporcjonalnie do intensywności mieszania. Im większa przestrzeń wolna, tym intensywniejsze mieszanie i szybsza aktywacja i agregacja krwinek płytkowych. W trakcie tego procesu z ziarnistości krwinek płytkowych uwalniany jest szereg substancji, m.in. β-tromboglobulina, czynnik płytkowy 4 i szereg innych, które wpływają na pomiar AT III, heparyny i szeregu innych osoczowych odczynników krzepnięcia.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga w poz.2 w Zadaniu 49 w/w próbek.

**Pytanie 5 – dotyczące Zadania 11**

Proszę o wydzielenie z pakietu nr.11 barwników Giemzy, May-Grunwalda oraz Sudan III w celu złożenia korzystniejszej oferty.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 6 – dotyczące Zadania 19**

Proszę o wydzielenie z pakietu nr 19 fioletu krystalicznego fioletowego oraz płynu lugola w celu złożenia korzystniejszej oferty.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 7 – dotyczące Zadania 45**

Zamawiający użył w załączniku nr 5 – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 45 (DPX) nazw własnych konkretnych produktów, konkretnej firmy bez możliwości składania ofert równoważnych. Takie działanie jest sprzeczne z ustawą prawo zamówień publicznych. Przepis art.29 ust.2 oraz ust.3 Pzp wymagają aby zamawiający nie opisywał przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwa konkurencję, oraz że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu wyrazy „lub równoważny”... Oznacza to, że zamawiający nie powinien opisać przedmiotu zamówienia w sposób, który spowodowałby uniemożliwienie chociażby jednemu wykonawcy bez uzasadnionej przyczyny złożenia ofert. Zamawiający działa w tym wypadku całkowicie odmiennie niż nakazuje ustawa, mianowicie opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który umożliwia złożenie oferty wyłącznie jednemu wykonawcy. Jest to sprzeczne i niezgodne z ustawą Pzp. W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmian w SIWZ tak, aby umożliwić oferentom złożenie oferty na wyroby równoważne do wyrobów w załączniku nr.5.

**Odpowiedz**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego istnieje wiele firm produkujących w/w produkt pod nazwą DPX. Zamawiający zgodnie z oczekiwaniami pytającego dopuszcza produkty równoważne do oczekiwanego.