



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii – znak 38/med/2014** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2014/S 188-331382**

Pytanie 1 – dotyczące Zadania nr 21 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych o wadze 23g, pozostałe wymogi zgodnie ze SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania nr 106

Czy Zamawiający wymaga aby linia próbkująca do pomiaru kapnometrii posiadała końcówki męskie- męskie ? Prosimy o określenie długości linii próbkującej CO2.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga aby linia próbkująca do pomiaru kapnometrii posiadała końcówki męskie- męskie. Długość 2,5 – 3,0 metry.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 94

Czy Zamawiający dopuści „Zestaw do odsysania wydzieliny u chorych na respiratorze do rurek intubacyjnych: Do użytku wielodobowego - 72h. Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika o podwójnej sztywności od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Zestaw zatyczek do bronchoskopii (zatyczka zabezpieczająca odłączony cewnik, zatyczka-korek z wejściem dla bronchoskopu). Kolorowe naklejki informacyjne z poszczególnymi dniami tygodnia w języku polskim w zestawie. Wszystkie elementy pakowane w jednym opakowaniu zbiorczym - sterylnie - folia-papier – dł. cewnika 580 mm, rozmiar 12, 14, 16CH”.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 92

Czy Zamawiający dopuści „Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem (pokrętle regulującym siłę ssania), posiadający wydzielone komory na wydzielinę o pojemności 2500 ml, suchą komorę regulacji siły ssania (reg. Mechaniczna), komorę ciągłego pomiaru efektywnego ciśnienia śródplucnowego bez konieczności dodatkowych obliczeń i komorę zastawki podwodnej. Zestaw przezroczysty, pracujący bezgłośnie, wyposażony w półprzezroczysty dren, zabezpieczony przed dodatkowym zagięciem”

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 21, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga by filtr (parametry jak w SIWZ) posiadał celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci co maksymalnie zabezpieczy drogi oddechowe pacjenta przed nadmierną utratą wilgoci.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w filtr.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr (opis dokładnie jak w SIWZ) o skuteczności filtracji 99,99%

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 93

Czy Zamawiający dopuści: „Zestaw do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej składający się z igły dł. 19 cm i poliuretanowego drenażu 8CH dł. 12,45 cm, strzykawki luer lock, worka do drenażu 2000 ml. Igła z tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, posiadająca dwukolorowy zielono-czerwony wskaźnik bezpieczeństwa w złączeniu, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły, posiadająca jednokierunkowy zawór wentylowany w złączeniu igły, umożliwiający ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku. Cewnik zawierający zawór kulowy z ręczną blokadą w złączeniu cewnika, zamykający światło cewnika podczas wycofywania igły, chroniący przed przypadkową odmą opłucną w trakcie zabiegu”.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.