



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 39 /med/2014, na dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych, ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 07.10.2014r pod numerem 331242 – 2014

Pytanie 1 – dotyczące Części II – Zadanie 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, poz. nr 1:

Siatkę kompozytową, wewnątrztrzewnową, miękką, niewchłaniającą 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości średniej 830 µm, nie prasowana termicznie, nie pokryta silikonem, z możliwością położenia bezpośrednio na jelita, w rozmiarach:

- a) 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 14 x 15 cm),
- b) 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 22 x 15 x 10 cm),
- c) 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 30 x 30 x 20 cm) ?

Odpowiedz

od a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od b) Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

od c) Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczące Części II – Zadanie 3, poz.2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, poz. nr 2:

Siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość siatki 0,32 mm, porowatość 1390 µm, gramatura 30 g/m², grubość nici 0,08 mm, w rozmiarze 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm) ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 3 – dotyczące Części II – Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4:

- 35 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatości 84 %, gramaturze 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?

Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TVT i TOT, narzędziami wielokrotnego użytku.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczące Części II – Zadania 5, 6, 7, 8:

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie dokonał pomyłki:

jest: gramatura: **max 31 g/m²**

powinno być: **gramatura max 48 g/m² ?**

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczące Części I – Zadania 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski w rozmiarze 10cmx3m lub 15cmx3m, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 6 – dotyczące Części I – Zadania 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra ocznego dla dorosłych 9,5cmx10,5cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 7 – dotyczące Części I – Zadania 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do zamykania ran 6x75mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 8 – dotyczące Części III – Zadania 10 – Ogólny jałowy zestaw uniwersalny

a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

-2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta 196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta 160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, trójwarstwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m², laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejanía dodatkowej warstwy wzmocnienia.

b) ZADANIE 10 – Ogólny jałowy zestaw uniwersalny

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm,

-2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm,

zintegrowany 1 organizator przewodów .

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm,

zintegrowany 1 organizator przewodów .

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m² we wzmocnieniu chłonnym wykonanym z dwuwartwowego laminatu o gramaturze 70g/m² , odporność na penetrację płynów 30cmH₂O, obszar krytyczny min.200cmH₂O, wytrzymałość na rozdarcie/rozerwanie na sucho/mokro min. 150kPa i min. 250kPa obszar krytyczny.

c) ZADANIE 10 – Ogólny jałowy zestaw uniwersalny

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stół Mayo min. 77x142 cm

- 2 x serweta 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku,

- 1 x serweta 175x175 cm, przylepna

- 1 x serweta 160x260 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

d) ZADANIE 10 – Ogólny jałowy zestaw uniwersalny

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stół Mayo min. 77x142 cm

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku

- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

od a) Zamawiający dopuszcza w/w zestaw , przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

od b) Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

od c) Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

od d) Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Pytanie 9 – dotyczące Części III – Zadania 14 – Sterylny zestaw do artroskopii

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii o następującym składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm

- 1 x serweta na stół Mayo min. 77 x 142 cm

- 1 x stokineta 55x37,5 cm 2-warstwowa

- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem

Ø 5 cm,

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Pytanie 10 – dotyczące Części III – Zadania 16 – Sterylny zestaw do operacji kończyny – noga

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji kończyny o następującym składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77 x 142 cm
- 1 x serweta 75x75 cm, przylepna
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Pytanie 11 – dotyczące Części III – Zadania 17– Sterylny zestaw do operacji kończyny –ręka

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji kończyny o następującym składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77 x 142 cm
- 1 x serweta 75x75 cm, przylepna
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Pytanie 12 – dotyczące Części III – Zadania 18 – Sterylny zestaw do operacji żyłaków - wzmocniony

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji żyłaków o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (opakowanie wewnętrzne)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77 x 142 cm
- 1 x serweta typu „U” 196 x 254 cm z przylepnym wycięciem 15x102cm , ze wzmocnieniem chłonnym 77x99cm , 2 podwójne organizatory przewodów

- 1 x serweta górna 183 x 254 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 39x67cm, przylepna, 1 podwójny organizator przewodów
- 4 x ręcznik chłonny 20x30cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Pytanie 13 – dotyczące Części III – Zadania 10, 14, 16, 17, 18

Z uwagi na fakt, że w świetle normy EN13795 powierzchnia osłony na stolik Mayo jest powierzchnią mniej krytyczną, do której stosuje się wymogi dla powierzchni o wydajności standardowej, natomiast zaoferowane przez nas stoliki spełniają wymogi normy EN 13795 dla powierzchni o wysokiej wydajności, zaś norma dla tego typu wyrobów wskazuje wymagania w zakresie wytrzymałości na rozerwanie/rozdarcie min. 40kPa prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie osłony na stolik Mayo zgodnego z wymaganiami normy EN13795 dla powierzchni o wysokiej wydajności.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza asortyment spełniający w/w normę w Zadaniach 10, 14, 16, 17, 18.

Pytanie 14 – dotyczące Części III – Zadania 10, 14, 16, 17, 18

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia spełnienia parametru – gramatura min. 51g/m² dla ściereczek chłonnych, ponieważ ten parametr nie jest wymagany przez żadną normę obowiązującą na terenie Polski.

Odpowiedz

Zamawiający odstępuje w w/w Zadaniach od wymogu potwierdzenia spełnienia parametru – gramatura min. 51g/m² **dla ściereczek chłonnych.**

Pytanie 15 – dotyczące Części III – Zadania 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z bardziej barierowym łączeniem rękawów niż opisany w SIWZ tj. z rękawami klejonymi. Takie rozwiązanie spaja włókniny na całej powierzchni łączenia, bez przerw jak w przypadku ultradźwięków.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w fartuchy.

Pytanie 16 – dotyczące Części III – Zadania 23

Prosimy o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach S/M, L, XL, XXL z dwoma serwetkami do wytarcia rąk.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 17 – dotyczące Części III – Zadania 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego fartucha chirurgicznego o gramaturze 70g/m² z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami wykonanymi z włókniny polietylenowej i folii polietylenowej w części przedniej i na rękawach o gramaturze 51g/m², posiadającego dodatkowo dwa ręczniczki w rozmiarze 30x39cm, rozłożone. Rozmiary fartuchów: S/M (115cm), L (120cm), XL (130cm), XXL (150cm), 2XXL (170cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w fartuchy.

Pytanie 18 – dotyczące Części III – Zadania 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnej kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 33x41cm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 19 – dotyczące Części III – Zadania 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, foliowego pokrowca na kamerę w rozmiarze 13 x 235cm, z mankietem teleskopowym.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 20 – dotyczące Części III – Zadania 49

Prosimy o dopuszczenie podkładów w roli o szerokości 50 cm, z perforacją co 50 cm i długości roli 50 mb z odpowiednim przeliczeniem ilości w mb, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe podkładów oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala.

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania pozwolą na przystąpienie do przetargu większej grupie oferentów, co w konsekwencji wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 21 – dotyczące Części I – Zadanie 1 poz.2-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6min.?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 22 – dotyczące Części I – Zadanie 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny z 3 warstw włókniny i wysokochłonnego wkładu celulozowego?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 23 – dotyczące Części I – Zadanie 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny z 3 warstw włókniny i wysokochłonnego wkładu celulozowego?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 24 – dotyczące Części I – Zadanie 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kompresy bawełniane z gazy 17N, 8W jałowe w rozmiarach 10x10cm a'10szt.; 10x10cm a'20szt. Z przeliczeniem ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 25 – dotyczące Części I – Zadanie 6 poz.3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby serweta była poddana procesowi wstępnego prania?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 26 – dotyczące Części I – Zadanie 6 poz.3

W razie negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

Odpowiedz

Zamawiający wydziela poz.3 z Zadania 6 i tworzy z niej Zadanie 6A.

Pytanie 27 – dotyczące Części I – Zadanie 8 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy o dużych oczkach pokryty miękką parafiną?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, pod warunkiem że jest on **jałowy**.

Pytanie 28 – dotyczące Części I – Zadanie 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kompres bawełniany pakowane a'20szt. z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 29 – dotyczące Części I – Zadanie 13 poz.1

Czy Zamawiający oczekuje opaski o długości 25m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedz

Zamawiający kierował się opisami na opakowaniu producenckim.

Pytanie 30 – dotyczące Części I – Zadanie 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści plaster do venflonów dla noworodków 5,1x7,6cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 31 – dotyczące Części I – Zadanie 16 poz.1

Czy Zamawiający dopuści plaster do wkuć centralnych w rozmiarze 10x12cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 32 – dotyczące Części I – Zadanie 19 poz.1

Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran w rozmiarze 6x100mm i 6x75mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 33 – dotyczące Części I – Zadanie 28 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek włókninowy z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym z nacięciem wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 34 – dotyczące Części II – Zadanie 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści siatki niewchłaniające w rozmiarach:

- a) 60mmx110mm lub 80mmx120mm
- b) 75x115mm lub 100x150mm
- c) 150x150mm

Odpowiedz

- a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- b) Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.
- c) Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 35 – dotyczące Części II – Zadanie 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarach:

- a) 15x15cm
- b) 15cmx20cmx0,6cm
- c) 30cmx30cmx0,75cm?

Odpowiedz

- a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- b) Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.
- c) Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 36 – dotyczące Części II – Zadanie 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści siatkę bez określania grubości nici?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 37 – dotyczące Części II – Zadanie 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w gramaturę.

Pytanie 38 – dotyczące Części II – Zadanie 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wielkości porów 3,7mm²?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 39 – dotyczące Części II – Zadanie 3 poz.2

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 40 – dotyczące Części III – Zadanie 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. w rozmiarze 71x116cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 41 – dotyczące Części III – Zadanie 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 42 – dotyczące Części III – Zadanie 1 poz.3

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 43 – dotyczące Części III – Zadanie 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści podkład włókninowy o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 44 – dotyczące Części III – Zadanie 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny cały z włókniny wiskozowej perforowanej, oddychający, przepuszczający powietrze o gramaturze 25g/m², głęboki z możliwością wywinięcia, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 45 – dotyczące Części III – Zadanie 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 30x80cm oraz 35x120cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 46 – dotyczące Części III – Zadanie 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń z folii z przylepcem w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 47 – dotyczące Części III – Zadanie 4 poz.6

Czy Zamawiający dopuści taśmę włókninową w rozmiarze 10x50cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 48 – dotyczące Części III – Zadanie 4 poz.8

Czy Zamawiający dopuści serwetę ze stałym otworem o średnicy 10cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 49 – dotyczące Części III – Zadanie 4 poz.8

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 50 – dotyczące Części III – Zadanie 4 poz.10

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne wiązane na troki?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 51 – dotyczące Części III – Zadanie 4 poz.10

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o poziomie filtracji 95%?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 52 – dotyczące Części III – Zadanie 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie okulistyczne w rozmiarze 100x100cm z otworem 10x10cm, z folią, kieszenią na płyny z 2-ma sztywnikami?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 53 – dotyczące Części III – Zadanie 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na jednym boku?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 54 – dotyczące Części III – Zadanie 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu krytycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu krytycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

2 x Serweta o wym. 70 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm**4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm**

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 55 – dotyczące Części III – Zadanie 12 poz.1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm**4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm**

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 56 – dotyczące Części III – Zadanie 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonna o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 300cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm. Serweta z włókniny, samoprzylepna

1 x Serweta o wym. 160 cm x 180 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu

zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Nogawica o wym 35 x 120 cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 57 – dotyczące Części III – Zadanie 33 poz.2

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 58 – dotyczące Części III – Zadanie 34 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny o gramaturze 20g/m² w rozmiarze „L”?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza fartuch niesterylny o gramaturze 20g/m² i rozmiar uniwersalny.

Pytanie 59 – dotyczące Części III – Zadanie 37 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli j.u. w rozmiarze: prześcieradło 210x150cm; poszewka na kołdrę 210x160cm; poszewka na poduszkę 70x80cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 60 – dotyczące Części III – Zadanie 38 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ubranie pakowane razem (bluza i spodnie)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 61 – dotyczące Części III – Zadanie 39 poz.1

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną kieszeń jednokomorowa w rozmiarze 50x80cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 62 – dotyczące Części III – Zadanie 43 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednorazowy uchwyt do fiksowania przewodów w wymiarze 2x22cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 63 – dotyczące Części III – Zadanie 47 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na kamerę w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 64 – dotyczące Części III – Zadanie 48 poz.1

Czy Zamawiający dopuści uniwersalną osłonę na sprzęt medyczny o średnicy ok. 80cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 65 – dotyczące Części III – Zadanie 48 poz.1

Czy Zamawiający dopuści uniwersalną osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 140x140cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 66 – dotyczące Części III – Zadanie 25 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetą chirurgiczną Akson 15cm oraz imadłem chirurgicznym typu Mayo Hegar 15cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 67 – dotyczące Części III – Zadanie 26 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetą plastikową anatomiczną 13cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 68 – dotyczące Części III – Zadanie 26 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą w rozmiarze 50x70cm oraz z serwetą w rozmiarze 75x90 z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 69 – dotyczące Części III – Zadanie 26 poz.1

Czy Zamawiający wydzieli żel poślizgowy w saszetce oraz wodę sterylną w ampułce do osobnego pakietu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 70 – dotyczące Części III – Zadanie 26 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu papier- folia z nerką j.u. dodaną do zestawu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje zestawu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 71 – dotyczące Części III – Zadanie 27 poz.1

Czy Zamawiający zestaw z serwetą ze stałym otworem o średnicy 10cm, pojemnikiem 60ml (38x65mm), kleszczykami 14,3cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 72 – dotyczące Części III – Zadanie 28 poz.1

Czy Zamawiający zestaw z serwetą w rozmiarze 90x120cm z otworem centralnie umieszczonym o średnicy 10cm, tupferami z gazy 17nitkowej 25x25cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 73 – dotyczące Części III – Zadanie 28 poz.1

Czy Zamawiający zestaw kleszczykami 18cm, nożyczkami chirurgicznymi ostro-oste, imadłem 15cm, pojemnikiem 60ml (38x65mm), serwetą na stół 90x120cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 74 – dotyczące Części III – Zadanie 37

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie rozmiaru pościeli jednorazowej małej.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zestaw pościeli j.u. w rozmiarze: prześcieradło ok.210x150cm; poszewka na kołdrę ok.210x160cm; poszewka na poduszkę ok.70x80cm.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.