



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 09.10.2015r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii – znak 21/med/2015** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2015/S 179-324792**

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 81

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia kompatybilności systemu, wszystkie produkty wymienione w pakiecie pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty wymienione w Zadaniu 81 pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 81

Poz. 2 W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 08.10 dopuszczającymi zaoferowanie kaniuli dożylniej wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) w rozm.0,7 (24G) x 19mm o przepływie 13ml/min bez pasków rtg, widocznej waparacie usg, bez dodatkowego portu do wstrzyknięć producenta firmy Becton Dickinson. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający nadal podtrzymuje pozostałe zapisy dotyczące bezpieczeństwa a mianowicie: „Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrask samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu”

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nadal podtrzymuje pozostałe zapisy dotyczące bezpieczeństwa a mianowicie: „Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrask samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu”.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 81 poz.5

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania kranika trójdrożnego z przedłużaczem 10 cm?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania kranika trójdrożnego z przedłużaczem 10 cm