



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 03.11.2015r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych, stomatologii – znak 26/med/2015** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 19.10,2015r pod numerem 276872-2015

Pytanie 1 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 2 kompresów bawełnianych 17-nitkowych, 16-warstwowych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 2 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 12 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w zadaniu nr 12 poz. 1 gazy klasy 1 reguła 4, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 3 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 12 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 12 poz. 2 gazy jałowej 1m x 1m 13-nitkowej czy 17-nitkowej?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza gazę jałową 13 i 17-nitkową.

Pytanie 4 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 2 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 poz. 2 sterylnych osłon na kończynę o wymiarach 22x75cm oraz 32x120cm nie posiadających taśm lepnych?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 4 poz.3 serwety operacyjnej o wymiarach 75 x 90cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 6 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 4 poz.5 serwety operacyjnej o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 7 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 4 poz.7 serwety operacyjnej o wymiarach 100x150cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 8 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej o efektywności filtracji min. 98%, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 9 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 serwety sterylnej 150x240cm z taśmą lepnią w środkowej części dłuższego boku, wykonanej z laminatu trójwarstwowego nieprzemakalnego o gramaturze 75g/m², grubości folii 33 mikrony. Odporność na penetrację płynów 165 cm słupa wody. Wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro 185/188 kPa, gwarancja sterylności min. 3 lata

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 25 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 11 zestawu, spełniającego wymagania SIWZ różniącego się wymiarem serwety z samoprzylepnym oknem - 100 x 175cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 10 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 12 zestawu spełniającego wymagania SIWZ, różniącego się wymiarem serwety dla noworodka – 75 x 120cm

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 11 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) – owinięcie zestawu

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 12 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 21 zestawów spełniających wymagania SIWZ, różniącego się wielkości ręczników celulozowych – 30,5 x 34 cm oraz odpornością na penetrację płynów – 165 H₂O?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 13 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 fartuchów chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ, różniących się odpornością na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie – 100 cm H₂O

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 14 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 39 12.000 sztuk fartuchów niesterylnych w rozmiarze uniwersalnym 120 x 145cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 15 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 44 samoprzylepnej torby na płyny z filtrem i portem w rozmiarze 62 x 50cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 16 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 53 sterylnego, foliowego pokrowca na kamerę z elastyczną, perforowaną końcówką, z taśmami, składanej teleskopowo, w rozmiarze 17 x 240cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 17 dotyczące części II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 9

Czy Zamawiający dopuści system alternatywy, o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, implantowany poprzez jedno krótkie 1,0-1,5 cm nacięcie podcewkowe pochwy, składający się z:

Taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 8,5 cm szerokości 1,1 cm z niebieskim znacznikiem po środku taśmy. Końce taśmy zaopatrzone w polipropylenowe uchwyty w kształcie pojedynczej kotwiczki;

Łukowato wygiętej igły o grubości ostrza 2,3 mm, której ostrze wyprofilowane jest tak, aby po założeniu kotwiczki taśmy stanowiło wspólnie z profilem kotwiczki obły kształt atraumatyczny, umożliwiając precyzyjne umiejscowienie kotwiczki w wewnętrznych mięśniach otworu zasłonowego. Igła ma posia-

dać rękojeść wykonaną z tworzywa, zapewniającą pewny uchwyt narzędzia. Ma być zaopatrzona w mechanizm umożliwiający odłączenie kotwiczki taśmy od igły w miejscu wybranym przez operatora a także umożliwiającym zmianę miejsca położenia kotwiczki przed odłączeniem jej od igły w celu dobrania odpowiedniego napięcia taśmy. Mechanizm ma ułatwiać dokładne pozycjonowanie kotwiczek po obu stronach taśmy podcewkowej i zapewniać możliwość obustronnej korekty napięcia taśmy.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 18 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 4

Czy zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniałna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, wielkość porów 1,5 x 1,6mm, grubość 0,5mm, porowatość 60%, gramatura 30g/m², brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce, lub bez osłonki, do zakładania taśm narzędzia wielokrotnego użytku.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 19 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 1, poz. 2-4

Czy zamawiający w celu ułatwienia przeprowadzenia poprawnej procedury zakładania gipsu zgodzi się na warunek konieczny posiadania przez opaski gipsowe plastikowego perforowanego trzpienia, który umożliwi równomierne namaczanie opaski oraz zapobiega jej deformacji?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 20 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 3, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania chusty trójkątnej bawełnianej czy włókninowej?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza jeden i drugi asortyment.

Pytanie 21 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kompresy o dużej chłonności, niejałowe w opakowaniu a20 sztuk, w celach porównawczych cena zostanie podana za 1 sztukę?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem ilości na opakowania.

Pytanie 22 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 4, poz. 1

Czy zamawiający wymaga w tej pozycji 5500 sztuk kompresów, czy też 5500 opakowań a 50 sztuk?

Odpowiedz

Zamawiający w Zadaniu 4, poz. 1 wymaga 5500 sztuk kompresów.

Pytanie 23 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chłonne serwety operacyjne w kolorze białym z nitką RTG oraz tasiemką w rozmiarze 45x45cm lub 50x50cm lub 45x70cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza chłonne serwety operacyjne w kolorze białym z nitką RTG oraz tasiemką w rozmiarze 45 x 70 cm.

Pytanie 24 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 14, poz. 5, 6

Czy zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem kauczukowym z zawartością tlenku cynku, który chroni skórę przed podrażnieniami?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment

Pytanie 25 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy tupfer fasolę z nitką RTG 15x 15 cm pakowany a' 10 szt.?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu Zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 24 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 28, poz. 1

Czy zamawiający dopuści opatrunki jałowej pooperacyjne z klejem hypoalergicznym typu hot-melt, z wkładem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany warstwą mikroperforowanej folii polietylenowej, z przecięciem wzdłuż dłuższego lub krótszego boku w zależności od rozmiaru plastra?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 25 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 29, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za pełne opakowanie a' 50szt., co pozwoli na zaferowanie niższej ceny oferowanego wyrobu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 26 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 6, poz. 2, 3, 5, Zadania 7, Zadania 9, Zadania 10, Zadania 22:

Czy produkty w wyżej wymienionych zadaniach muszą być wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji?

Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 27 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 1, poz. 1

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zamawiający wydzieli pozycje nr 1 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 1 w części II – materiały pomocnicze chirurgiczne – poz.1 i tworzy z niej Zadanie 1A.

Pytanie 28 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątne, wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,16 mm, grubość siatki 0,47mm, powierzchnia porów 0,59mm², porowatość 590µm, gramatura 80g/m² (+/-10g/m²), rozmiar 8cmx13cm oraz 10cmx16cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 29 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 4

Czy Zamawiający dopuści taśmę o gramaturze 64 g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 30 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 4

Prosimy o doprecyzowanie ilu sztuk narzędzi wielorazowych zamawiający wymaga na bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy. Ma to istotne znaczenia dla kalkulacji cenowej oferty.

Odpowiedz

Zamawiający będzie oczekiwał ilości wynikającej z metodyki postępowania operacyjnego określonego przez producenta.

Pytanie 31 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 2, poz. 2.1

Czy Zamawiający dopuści sterylna osłonę na kończynę w rozmiarze 45x80cm z jedną taśmą lepłą 9x50cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 32 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 2, poz. 2.2

Czy zamawiający dopuści sterylna osłonę na kończynę w rozmiarze 37x120cm z dwoma taśmami lepnyymi 9x50cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 33 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści kieszenie sterylne w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 34 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maseczkę odporną na przesiąkanie, hypoalergiczną, zgodą z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typ II, o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8% aerozoli biologicznych, z trokami o długości min. 35 cm, wyposażone w sztywnik, pakowane w kartonik po 50 sztuk, na pudełku numer katalogowy oraz numer LOT? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ jednocześnie wydziela poz.1 z w/w Zadania i tworzy z niej Zadanie 4A.

Pytanie 35 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4, poz. 10

Czy zamawiający dopuści maseczkę odporną na przesiąkanie, hypoalergiczną, zgodą z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typ II, o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8% aerozoli biologicznych, z gumką, wyposażone w sztywnik, pakowane w kartonik po 50 sztuk, na pudełku numer katalogowy oraz numer LOT? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ jednocześnie wydziela poz.10 z w/w Zadania i tworzy z niej Zadanie 4B.

Pytanie 36 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm z przylepcem wokół otworu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 37 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 10, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	240x150cm
serweta z przylepcem	1	180x170cm
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75cm
taśma medyczna	1	50x9cm
serweta na stół instrum.	1	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1	145x80cm
serwetki do rąk	2	40x20cm

serwety z przylepcem wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, serweta sterylna na stolik Mayo wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O, serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 38 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 2, poz. 1 , Zadania 4, poz. 3-5 oraz 7-9, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9

Czy zamawiający dopuści serwety i obłożenia wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w wartości graniczne w wymienionych wyżej zadaniach.

Pytanie 39 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4, poz. 2

Czy zamawiający dopuści serwetę sterylną na stolik Mayo wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 40 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

skład	ilość		wielkość
serweta z workiem, folią chirurgiczną	1	L2	320x180
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1		90x60

serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 41 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 13, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1 szt.	L2	260x240
serweta z przylepcem	1 szt.	L2	240x150
pokrowiec na nogę	1 szt.	L2	120x37
kieszonka na płyny z kształtką	1 szt.	PE - 1K	40x30
taśma medyczna	6 szt.	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1 szt.		190x150
serweta na stolik Mayo	1 szt.		145x80
serwetki do rąk	2 szt.	włók. kom.	40x20

serwety z przylepcem wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, serweta sterylne na stolik Mayo wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O, serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 42 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 16, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z elementem elastycznym i okrągłym otworem o średnicy 4cm	1 szt.	L3	300x240
serweta na stół instrum.	1 szt.		190x150
serweta na stolik Mayo	1 szt.		145x80
serwetki do rąk	4 szt.	włók. kom.	40x20

serwety wykonane z włókniny trzywarstwowej o gramaturze min. 73g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 191cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 95kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 61N i chłonności 824%, serweta sterylne na stolik Mayo wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O, serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 43 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 24

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m², dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną o gramaturze 40g/m² w części przedniej i na rękawach, złożenie typu book folded umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep, troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny, rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezzwóym mankietem, chłującym pot, podwójne opakowanie - torebka papierowo foliowa z dwoma samoprzylepnymi naklejkami do archiwizacji dokumentów zawierającymi nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta oraz dodatkowe owinięcie

w papier krepowy, zapakowany z dwoma ręczniczkami z niepylącej włókniny kompresowej w rozmiarze 40cmx20cm, fartuch przeznaczony do operacji z dużą ilością płynów, zgodny z norma PN EN 13795 1, 2, 3, w rozmiarach, L, XL, XXL (długości fartuchów L- 125cm, XL- 140cm, XXL- 155 cm)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 44 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 26, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Elementy w twardym blistrze:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1 szt
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1 szt
Rękawice nitrylowe	M	2 szt
Tupfer kula 17N	20x20cm	5 szt
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8 szt
Pęseta plastikowa		1 szt
Pean plastikowy	14 cm (+/-0,3)	1 szt
Pojemnik plastikowy		1 szt

Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym:

Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1 szt
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	• szt

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 45 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 28, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1 szt
serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1 szt
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10 szt
tupfer kula 17N	20x20cm	10 szt
pęseta plastikowa		1 szt
strzykawka 10ml	10ml	1 szt
strzykawka 20ml	20ml	1 szt
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1 szt
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1 szt
ostrze nr 11	Nr 11	1 szt
imadło metalowe		1 szt

Serweta z laminatu FB- wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 42g/m², wytrzymałość na zerwanie min. 10N/5cm, barierowość dla wody min 700 mm H₂O,

Serweta z L2- wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, zgodne z norma EN 13795-1-2-3, opakowanie z odklejana etykietą umożliwiającą identyfikację zestawu z numerem serii, data ważności oraz identyfikacją producenta?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 46 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 34 poz.1

Czy Zamawiający dopuści przykrycie dla pacjenta z polipropyleny w kolorze niebieskim?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 47 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 35 poz.1-2

Czy należy zaoferować wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 48 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 35 poz. 1-2

Czy należy zaoferować wyrób posiadający falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz, co zapobiega wyciekom?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 49 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 35 poz. 1-2

Czy należy zaoferować pieluchy w opakowaniu zbiorczym a 30 szt?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 50 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 36 poz. 1

Czy należy zaoferować pieluchy z wycięciem na pępek?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 51 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 38 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści elastyczne majtki siatkowe wykonane z poliestru i elastanu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 52 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 39

Czy zamawiający dopuści fartuchy niesterylne z włókniny o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 53 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 43

Czy zamawiający dopuści jednorazowe włókninowe ubranie dwuczęściowe o gramaturze 45g/m², składające się z bluzy i spodni zapakowanych razem, bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic, krawędzie obszyte zabezpieczone przed strzępieniem, spodnie luźne z trokami?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 54 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 46

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, zaprojektowane tak, by chronić skórę dłoni osoby pielęgnującej, niepodfoliowane wykonane z włókniny?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 55 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 46

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, zaprojektowane tak, by chronić skórę dłoni osoby pielęgnującej, podfoliowane wykonane z celulozy?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 56 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 53

Czy zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na kamerę w rozmiarze 13x244cm składany teleskopowo, z jednej strony wyposażony w kartonik z drugiej zaś w taśmę lepłą co ułatwia aplikację na urządzeniu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 57 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 56

Czy zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni o wymiarze 45cmx75cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 58 dotyczące wymaganych dokumentów

Czy zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu, czy też oświadczenia, że wykonawca dokumenty takie posiada przedstawi je na każde żądanie zamawiającego?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że wykonawca dokumenty takie posiada i przedstawi je na każde żądanie zamawiającego w terminie 3 dni.

Pytanie 59 dotyczące projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zapłata za zamówiony towar następowała w ciągu 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 7 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedz

od 1) Tak.

od 2) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

od 3) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie 60 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń sterylną samoprzylepną z folii o wymiarze 40x35?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 61 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 10

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw uniwersalny (dwuwarstwowy, włóknina 23g/m², folia 40um, nieprzemakalność 1000mm, odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 88/61 kPa):

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	140x190	1

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 62 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści ogólny jałowy zestaw skład:

1. serweta chirurgiczna główna o wymiarach 75x175 cm, posiadająca otwór w okolicy krocza w kształcie rombu o wymiarach 9x15 cm.....	75x175	1
2. osłony na kończyny.....	75x120	2
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 63 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 12

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do cięcia cesarskiego:

1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów	175/250x300	1
2. serweta - owinięcie noworodka	90x120	1
3. taśma samoprzylepna	9x49	1
4. ręczniki chłonne	18x25	4
5. osłona na stolik Mayo	79x145	1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 64 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 13

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do operacji stawu biodrowego skład:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150x240 cm	150x240	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x290 cm z wycięciem U o wymiarach 9x100 cm z taśmą samoprzylepną	200x290	1
3. osłona na kończynę	37x105	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	3
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
7. osłona na stół MAYO	79x145	1
8. osłona na stół - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 65 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 14

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do artroskopii skład:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. serweta na stół	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 66 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 15

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do kraniotomii:

1. serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x300 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu	230x300	1
2. serwety chirurgiczne samoprzylepne	50x50	4
3. taśma samoprzylepna	9x49	1
4. ręczniki chłonne	18x25	2
5. osłona na stół MAYO	79x145	1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 67 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 17

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do operacji kończyny:

1. serweta chirurgiczna z elastycznym otworem na dłoń (Ø 3,5 cm), otoczonym warstwą chłonną wyposażona w dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP.....	150/370x280	1
2. osłona na stół MAYO.....	79x145	1
3. serweta na stół - (owinięcie zestawu).....	150x190	1

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 68 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 19

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do operacji tarczycy:

1. serweta chirurgiczna górna o wymiarach 260x150 cm z samoprzylepnym wycięciem U (20x65 cm)	260x150	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 175x230 cm z samoprzylepnym wycięciem U (20x20 cm)	175x230	1
3. taśmy samoprzylepne.....	9x49	2
4. ręczniki chłonne.....	18x25	4
5. osłona na stolik MAYO	79x145	1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 69 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 20

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do protezy stawu kolanowego:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. serweta na stolik	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 70 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 21

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw trzywarstwowy: włóknina 23g/m², folia 40um, celuloza 20g/m², (krawędzie dwuwarstwowe), nieprzemakalność 900cm, odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 102/50 kPa):

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 71 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 22

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw trzywarstwowy: włóknina 23g/m², folia 40um, celuloza 20g/m², (krawędzie dwuwarstwowe), nieprzemakalność 900cm, odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 102/50 kPa):

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

i odstępuje od wymogu posiadania igłotrzymacza w składzie obłożenia?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 72 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 23

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Z tyłu zapięcie na dwuczęściowy rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękowa w strefach krytycznych rękawów. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Odporność na przenikanie płynu w części krytycznej min 56cm H₂O, BI=6. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie, pakowany z 2 ręcznikami. Rozmiary: L, LL, XL, XLL?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 73 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 24

Czy zamawiający dopuści fartuchy SONTARA wzmocnione - front folią oddychającą polietylenową 35 µm, rękawy laminatem, składającym się z folii polietylenowej 27,5 µm oraz włókniny 30 g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 74 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 30

Czy zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną o wymiarach odpowiednio:

Poz. 1 - 15 x 27 cm?

Poz. 2 - 27 x 45 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 75 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 32

Czy zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę:

Poz. 1 rozmiar: Ø 140

Poz. 2 rozmiar: Ø 80

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 76 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 34

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła nieprzeźroczyste do przykrycia pacjenta roz. ok. 90 x 140 cm, polipropylen, kolor zielony?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 77 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 37 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe spodenki (szorty) z fizeliny wiązane na troki w pasie i otworem, kolor zielony?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 78 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną. Torba wyposażona jest w sztywnik, zawór do podłączenia drenu i organizatory przewodów rozm. 100x80cm, otwór 38x32cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 79 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 59

Czy Zamawiający dopuści fartuch urologiczny spełniający wymagania SIWZ w rozmiarze XL?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 80 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 61

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną wytrzymałość na rozerwanie na sucho 180 kPa/ na mokro 158 kPa przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 81 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej jałowej w rozmiarze 45 x 70cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 82 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych z gazy 17-to nitkowej, 12 warstwowe? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 83 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 13, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego rękawa opatrunkowego o szerokości 8cm i długości 11,6m z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 84 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 19, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra do zamykania ran w rozmiarze 6 x 101mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 85 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 1

- 1. Poz. nr 2 i 3** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 1, i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania,
- 2. Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych ściereczek do osuszania rąk w rozmiarze 30 x 33 cm? Pozostałe parametry ściereczek bez zmian.

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający wydziela z Zadania 1 z części III – Materiały jednorazowego użytku, pozycję 2 i tworzy z niej Zadanie 1C.
Zamawiający wydzielił już pozycję nr.3 z Zadania 1 z części III – Materiały jednorazowego użytku i utworzył z niej Zadanie 1A.
- od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 85 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 2, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłon sterylnych na kończynę spełniających wymagania SIWZ, jednakże w których dwie taśmy lepne pakowane są oddzielnie, niezależnie od osłon?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 86 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4

- 1. Poz. nr 9** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem 10 x 10cm lub 10 x 12cm?
- 2. Poz. nr 10** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej na gumki, hipoalergicznnej, trójwarstwowej, o poziomie filtracji > 98%, przy jednoczesnej wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej (ciśnienie różnicowe < 29,4 Pa).
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że korzystali Państwo z ww. masek i nie zgłaszali Państwo uwag do ich jakości.

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety z otworem 10 x 10cm.
- od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 87 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² na całej powierzchni. Odporność na penetrację płynów >200cmH₂O. Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 88 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 10

Czy Zamawiający wymaga aby serwety boczne miały warstwę chłonna na całej szerokości dłuższego boku?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 89 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do operacji ginekologicznych, w którym serweta do nakrycia stolika Mayo pakowana jest oddzielnie, niezależnie od zestawu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 90 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następujących rozmiarach serwet:

1	serweta na stolik Mayo - 80 x 145 cm
1	prześcieradło dla noworodka - 90 x 100 cm
1	serweta do cięcia cesarskiego - 250 x 315 cm , torebka na płyny i warstwa ochronna z otworem o śred. 19 x 28 cm
1	serweta na stół 140 x 190 cm
1	taśma 10 x 50 cm
4	ręczniki do rąk

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 91 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do operacji stawu biodrowego zgodnego z SIWZ, jednakże który posiada w swoim składzie nie trzy, a dwie taśmy lepne.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 92 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do protezy stawu kolanowego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w którym serweta pomocnicza ma rozmiar 150 x 175cm? Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >177 kPa, na sucho, obszar krytyczny >172 kPa, Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 93 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zabiegów laparoskopowych spełniającego wymagania SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie jedną, a nie dwie taśmy samoprzylepne?

Serwety operacyjne składają się z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze na całej powierzchni 55g.m².

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 94 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do laparotomii spełniającego wymagania SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie jedną, a nie dwie taśmy samoprzylepny oraz bez igłotrzymacza?

Serwety operacyjne składają się z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze na całej powierzchni 55g.m².

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 95 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 39

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów niesterylnych w rozmiarze uniwersalnym?
Pozostałe parametry fartuchów bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 96 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 43

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwuczęściowych ubrań chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże w których spodnie i bluza pakowane są razem?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 97 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 49

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pośladki w rozmiarze 100 x 120 cm (+ 20 cm mankiet) z pojedynczym workiem na płyny?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 98 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 61

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej zgodnej z SIWZ, jednakże wykonanej z laminatu o gramaturze 55g/m² o odporności na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >177 kPa, na sucho, obszar krytyczny >172 kPa.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.