



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 04.11.2015r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych, stomatologii – znak 26/med/2015** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 19.10.2015r pod numerem 276872-2015

## **Pytanie 1 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 1, poz. nr 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, poz. nr 1,2 Siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, o grubości 0,40 mm, grubości nici 0,12 mm, gramaturze 48,8 g/m<sup>2</sup>, porowatości średniej 1800 μm, nie prasowana termicznie, w rozmiarze:

- **poz. nr 1-** 8 x 15 cm  
10 x 15 cm,
- **poz. nr 2-** 10 x 15 cm ?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 2 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 Siatkę przepuklinową, polipropylenową, monofilamentową, o grubości 0,40 mm, grubości nici 0,12 mm, gramaturze 48,8 g/m<sup>2</sup>, porowatości średniej 1800 μm, nie prasowane termicznie, w rozmiarze:

- 6 x 11 cm,
- 8 x 15 cm,
- 15 x 15 cm ?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 3 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 3, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, poz. nr 1, Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, nieprzylegającą, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, miękką, niewchłaniającą 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m<sup>2</sup>, porowatości średniej 830 μm, z oznaczeniem strony implantacji, nie prasowana termicznie, w rozmiarze:

- 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 14 x 14 cm),
- 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 22 x 15 x 10 cm),
- 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 30 x 30 x 20 cm)

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 4 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 3, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, poz. nr 2, Siatkę ultra lekką, polipropylenową, monofilamentową, o grubości 0,27 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 19 g/m<sup>2</sup>, porowatości 1500 µm, w rozmiarze zgodnym z SIWZ ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 5 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 3, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, poz. nr 2, Siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, o grubości 0,40 mm, grubości nici 0,12 mm, gramaturze 48,8 g/m<sup>2</sup>, porowatości średniej 1800 µm, w rozmiarze zgodnym z SIWZ ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 6 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 4**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, 30 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, oraz

- 1 szt. igły wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przezczasłonowej,
- 1 szt. igły wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji załonowej ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 7 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 5, 6, 7**

Czy zamawiający dopuści zestawy do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 8 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania nr 8**

Czy zamawiający dopuści taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocelą o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 9 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 26**

Czy Zamawiający w zadaniu 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponad donosowych o następujących parametrach:

Proponowane przez nas tamponady donosowe składają się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaz hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po żelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

### Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w posługiwaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

### Struktura i skład



1 — rozpuszczalna gaza hemostatyczna, 2 — gąbka, 3 — sznurek

Rozpuszczalna gaza hemostatyczna - pochodna sodowa karboksymetylocelulozy

Gąbka - alkohol poliwinylowy

Sznurek- nić jedwabna

### Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### Pytanie 9 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 26

Czy Zamawiający w zadaniu 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego opatrunku – tamponady w rozmiarze 8 x 2 x 1,5 cm zamiast 8 x 1,5 x 2,2 cm?

### Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### Pytanie 10 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 26

Czy Zamawiający w zadaniu 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego opatrunku – tamponady w rozmiarze 8 x 1,5 x 1 cm zamiast 8 x 1,5 x 2,2 cm ?

### Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### Pytanie 11 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 1 poz.2-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6min.?

### Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 12 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny z 3 warstw włókniny i wysokochłonnego wkładu celulozowego?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 13 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 5 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny z 3 warstw włókniny i wysokochłonnego wkładu celulozowego?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 14 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 6 poz.3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby serweta była poddana procesowi wstępnego prania?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 15 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 6 poz.3**

W razie negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

**Odpowiedz**

Nie.

**Pytanie 16 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 8 poz.1-2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy o dużych oczkach pokryty miękką parafiną?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 17 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 10 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kompres bawełniany pakowane a'20szt. z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment z odpowiednim z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe parametry SIWZ.

**Pytanie 18 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 13 poz.1**

Czy Zamawiający oczekuje opaski o długości 25m w stanie rozciągniętym?

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 19 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 15 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści plaster do venflonów dla noworodków 5,1x7,6cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 20 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 16 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści plaster do wkuć centralnych w rozmiarze 10x12cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 21 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 19 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran w rozmiarze 6x100mm i 6x75mm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 22 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 28 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek włókninowy z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym z nacięciem wzdłuż dłuższego boku?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 23 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści siatki niewchłaniające w rozmiarach:

- 60mmx110mm lub 80mmx120mm
- 75x115mm lub 100x150mm
- 150x150mm

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 24 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 3 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarach:

- 15x15cm
- 15cmx20cmx0,6cm
- 30cmx30cmx0,75cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 25 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 3 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści siatkę bez określania grubości nici?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 26 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 3 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w gramaturę.

**Pytanie 27 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 3 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wielkości porów 3,7mm<sup>2</sup>?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 28 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 3 poz.2**

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 29 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. w rozmiarze 71x116cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 30 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 1 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 31 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 1 poz.3**

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

**Odpowiedz**

Zamawiający we wcześniejszych odpowiedziach wydzielił już z Zadania 1 poz.3 i stworzył z niej Zadanie 1A

**Pytanie 32 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 1 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny cały z włókniny wiskozowej perforowanej, oddychający, przepuszczający powietrze o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, głęboki z możliwością wywinięcia, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 33 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 2 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm oraz 35x120cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 34 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 2 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń z folii z przylepcem w rozmiarze 30x40cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 35 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści taśmę włókninową w rozmiarze 10x50cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 36 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4 poz.8**

Czy Zamawiający dopuści serwetę ze stałym otworem o średnicy 10cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 37 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4 poz.8**

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 38 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne wiązane na troki?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 39 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 4 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o poziomie filtracji 95%?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 40 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 6 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie okulistyczne w rozmiarze 100x100cm z otworem 10x10cm, z folią, kieszenią na płyny z 2-ma sztywnikami?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 41 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 7 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na jednym boku?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### Pytanie 42 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm  
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.
- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm  
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.  
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.  
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,  
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.  
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.  
Chłonność serwety 350%.
- 1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cm  
Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>. W polu krytycznym łąta chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.
- 1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cm  
Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>. W polu krytycznym łąta chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.
- 2 x Serweta o wym. 70 cm x 90 cm  
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.  
Serweta z przylepcem.
- 1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm
- 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm  
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

#### Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### Pytanie 43 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 12 poz.1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm  
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.
- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm  
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.  
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.  
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,  
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.  
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.  
Chłonność serwety 350%.
- 1x serweta o wym. 200 x 320cm  
Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwi dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.
- 1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm  
Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>
- 1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
- 4x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm  
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

#### Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



#### **Pytanie 44 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 13 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm  
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.
- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm  
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.  
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.  
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,  
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.  
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.  
Chłonność serwety 350%.
- 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm  
Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonna o wym. 80x30cm i 2oma organizery na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
- 1 x Serweta o wym. 170 x 300cm  
Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizery na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
- 1 x Serweta o wym. 170 x 180cm. Serweta z włókniny, samoprzylepna
- 1 x Serweta o wym. 160 cm x 180 cm  
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.
- 1 x Nogawica o wym 35 x 120 cm  
Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
- 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
- 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm  
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie 45 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 39 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny o gramaturze 20g/m<sup>2</sup> w rozmiarze „L”?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

#### **Pytanie 46 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 42 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli j.u. w rozmiarze: prześcieradło 210x150cm; poszewka na kołdrę 210x160cm; poszewka na poduszkę 70x80cm?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

#### **Pytanie 47 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 43 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści ubranie pakowane razem (bluza i spodnie)?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 48 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 44 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną kieszeń jednokomorowa w rozmiarze 50x80cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 49 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 48 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednorazowy uchwyt do fiksowania przewodów w wymiarze 2x22cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

**Pytanie 50 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 51 pozycja 1**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podanie wymiarów (długość i szerokość) osłony na ramię C do aparatu GENORAY ZEN-2090 PRO. Umożliwi to dopasowanie najbardziej komfortowej osłony.

**Odpowiedz**

Patrz dane techniczne aparatu.

**Pytanie 51 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 52 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga aby sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej posiadała plastikowy kołnierzyk zapobiegający spadaniu oraz folię o głębokości 13-14cm która zapewni pełną ochronę uchwytu.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 52 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 53 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony o długości 245 cm (+/- 1 cm).

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez elastyczna samouszczelniająca się końcówkę?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 53 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 54 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymiarów sterylnego pokrowca na aparaturę pod względem długości i szerokości. Umożliwi to nam dopasowanie najbardziej komfortowej w użyciu osłony.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 54 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 57 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pokrycia higienicznego niejałowego na stół operacyjny z absorbentem o wymiarach 101x229cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 55 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 62 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodziło o Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i super chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła (bez zagięć, pikowań i przesyć) o wymiarach ok. 100 (+/- 2cm) x 225 cm (+/- 4cm) i o wchłanianości minimum 4l?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 56 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 63 pozycja 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodziło o mata chłonna na podłogę o dużej wchłanianości, minimum 1,5 l płynów ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 57 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 3, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki kompozytowej, separującej, nieprzylegającej wewnątrztrzewnowej, wykonanej z monofilamentu niewchłanianego w postaci polipropylenu oraz polifluorku winylidenu (PVDF). Siatka przeznaczona do kontaktu wewnątrztrzewnowego, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, oraz z możliwością przycięcia. Dodatkowo siatka posiada nitkę wyznaczającą kierunek i stronę aplikacji. Siatka charakteryzuje się dwukierunkową elastycznością, parametry: grubość 0,7 mm, rozmiar porów: w 80% > 1 mm, waga 60g/m<sup>2</sup>

Rozmiar 15cm x 15cm

Rozmiar 20cm x 15cm

Rozmiar 30cm x 30cm

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 58 dotyczące część II – materiały pomocnicze chirurgiczne – Zadania 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki wykonanej z 100% polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici 140 µm, grubość siatki 0,6 mm i gramaturze 36 g/m<sup>2</sup>, wielkości porów 1,6 x 2,6 mm, rozmiar 10cm x 15cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 59 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 6 poz 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwet 45x45cm pakowanych a 3szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości na 2134 opakowania.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 60 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 23**

1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu odporności fartucha na działanie alkoholi.
2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o odporności na przesiąkanie płynów min. 215H2O

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający odstępuje od wymogu odporności fartucha na działanie alkoholi.
- od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 61 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 16**

Czy Zamawiający dopuści w/w Zadaniu opatrunek do wkleć centralnych z ramką i metką wzmocniony włókniną w miejscu wklecia w rozmiarze 9 x 11 cm?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 62 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 17**

Czy zamawiający dopuści w/w zadaniu opatrunek oczny dla dorosłych w rozmiarze 6,5 x 9,5 cm.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 63 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 29**

Czy Zamawiający wymaga w/w Zadaniu plastra do mocowania kaniul włókninowego?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 64 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 29**

Czy Zamawiający wymaga w/w Zadaniu plastra do mocowania kaniul poliuretanowego.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.