



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 11.10.2016r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, jednorazowych materiałów hemostatycznych i laparoskopowych – znak 33/med/2016** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2016/S 184-329600** w dniu 23.09.2016r

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 86 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści korek zamknięty sterylnym kołnierzem pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 111 pozycja 1

1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny?

2) Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt.papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 150 par?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 108 pozycje 1,1 i 1,2

1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

w pozycji 1,1 długość 17 cm

w pozycji 1,2 długość 20 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,1 i 1,2 z zadania 108 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedz

od 1 i 2) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 76, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw odprowadzający pokryty na całej długości specjalną warstwą skutecznie hamującą nieprzyjemne zapachy o długości ~ 165 cm, z balonikiem retencyjnym, zakładanym bez konieczności penetracji odbytu palcem, z systemem zapobiegającym przepelnieniu balonika retencyjnego poprzez użycie strzykawki o pojemności 45 ml do wypełnienia balonika retencyjnego wodą z pierścieniem uszczelniającym. Na silikonowym rękawie balonik retencyjny, port do napełniania balonika retencyjnego, port do irygacji umożliwiający również podawanie leków doodbytniczo. System zawiera r port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną.

W zestawie jest klamra zamykająca światło drenu przy podawaniu leków doodbytniczo. Na wyposażeniu jest pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych z karteczką (miejsce) na opis. System jest biologicznie czysty, czas użytkowania u tego samego pacjenta bez przerwy to 29 dni. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w 3 worki zbiorcze o pojemności 1500ml. Worki są skalowane i wyposażone w substancję żelującą płynną zawartość worka.

Skala na worku: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml?

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania badań klinicznych potwierdzających czas zastosowania.

System jest skuteczny pomimo braku badań klinicznych nie prowadzonych ze względu na przeznaczenie / zastosowanie sprzętu (doodbytnicze podczas biegunki, czyli w środowisku z dużą ilością bakterii coli).

System nie powoduje odleżyn w odbycie pacjenta gdy przestrzega się zasady prewencji tzn. odbarczania balonika raz na dobę. System jest mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 76, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania worków o pojemności 1500ml kompatybilnych z zestawem, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. Worki wyposażone z filtr węglowy (niwelujący zapach) oraz substancję żelującą zawartość worka. Biologicznie czyste.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca zobowiązany jest do wpłacenia wadium, którego kwota jest przypisana pod Opisem przedmiotu zamówienia, bo w SIWZ nie ma wzmianki o tym dokumencie.

Odpowiedz

Zamawiający określił sposób szczegółowy wpłaty wadium w punkcie 11 SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 20

Lubrykant OptiLube

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji Lubrykant OptiLube i utworzenie nowego pakietu, zwiększy to konkurencyjność i umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów.

Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga 100 op a`144 sztuki, czy 100 sztuk?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający wymaga 100 sztuk produktu.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 9 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic winylowych pudrowanych czy też bezpudrowych?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje rękawic winylowych pudrowanych.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 10 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych lateksowych- pudrowanych czy też bezpudrowych?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 52 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 63 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje w/w pozycji papieru w kratkę.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 63 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości elektrod do defibrylacji. Elektrody te są pakowane po 2 sztuki, zatem czy Zamawiający oczekuje 50 sztuk elektrod (25kpl) czy też 50 kompletów elektrod?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje 50 kompletów elektrod.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 160 poz. 3-5

Zwracamy się z prośbą o podanie technologii czujnika oraz wskazanie wtyczki czujnika wg załączonych zdjęć:

Zdj. 1



Zdj. 2



Zdj. 3



Odpowiedz

od zdj.1) – Mindray MPM

od zdj.3) – Nellcor OxiMax

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 160 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje czujnika typu Y (wielofunkcyjny) ? Tylko taki czujnik może spełnić oczekiwania Zamawiającego (czujnik jednocześnie dla dorosłych i dla dzieci).

Odpowiedz

Nie. Zamawiający oczekuje w/w Zadaniu w poz.4 20 sztuk czujników z rozbiem na czujniki dla dorosłych 10 sztuk (w tym 5 sztuk w technologii Mindray MPM oraz 5 sztuk w technologii Nellcor OxiMax) oraz na czujniki dla dzieci 10 sztuk (5 sztuk w technologii Mindray MPM oraz 5 sztuk w technologii Nellcor OxiMax)



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 160

Czy w powyższym pakiecie Zamawiający oczekuje materiałów jednorazowego użytku (taki zapis w tytule zadania). W opisie asortymentu widnieją opisy o czujnikach wielorazowych. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje czujników jedno czy wielorazowych?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje czujników wielorazowych.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o niewiele większej masie wynoszącej 23 g?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 114

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 90 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 160 poz. 3-5

Prosimy o określenie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w pozycji (Masimo, Mindray, Nellcor Oximax)?

Odpowiedz

Mindray MPM oraz Nellcor OxiMax.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 140

Czy Zamawiający dopuści również retraktory jednorazowego użytku zbudowany z niebieskiego haczyka wykonanego z polypropylen-monofilamentu oraz z silikonowego stopera, sterylne, pięć sztuk w opakowaniu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 142

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaka ma być ilość pasków fluoresceinowych 200 sztuk czy 200 opakowań?

Odpowiedz

Zamawiający w/w Zadaniu miał na myśli ilość 200 sztuk.