



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 14.10.2016r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, jednorazowych materiałów hemostatycznych i laparoskopowych – znak 33/med/2016** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2016/S 184-329600** w dniu 23.09.2016r

Pytanie 1 – dotyczące SIWZ

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczące SIWZ

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ.

Pytanie 3 – dotyczące SIWZ

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 6 Wzoru Umowy:

a) za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2;
za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia – w wysokości 0,1 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 141

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 141 dopuści błękit trypanu w ampułkostrzykawkach?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 141

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 141 dopuści błękit trypanu w fiolkach pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 142

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 142 dopuści paski fluoresceinowe pakowane po 100 szt w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 103

Czy Zamawiający dopuści do postępowania drenaż klatki piersiowej jednorazowy, 3-komorowy, pakowany sterylnie z wodnym uszczelnieniem i suchym regulatorem ssania opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego z zastawką wodną)

- wydzielona komora zbiorcza o pojemności 2100ml. z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100ml, co 2 do 210ml i co 10 do 2100ml
- sucha regulacja siły ssania za pomocą pokręćła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie od -10 do -40cm H₂O
- mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5
- dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów między komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu
- automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim
- automatyczne odbarczenie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną
- membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu
- w zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski i wraz ze wskaźnikiem pływakowym umożliwia łatwy odczyt poziomu płynów
- membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu
- zintegrowany łącznik z końcówką typu Luer-Lock pozwalający na bezigłowe pobieranie próbek drenowanego płynu
- klamra zaciskowa na drenie
- półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści
- przystosowany do zawieszania na łóżku za pomocą wielopozycyjnych wieszaków schowanych w dużej ułatwiającej transport ręczce
- stabilna wysuwana podstawa do postawienia na podłodze.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 125

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu liczenia ilości ze sztuk na opakowania handlowe z odpowiednim przeliczeniem wartości z uwagi na zmianę sposobu konfekcjonowania przez producenta?
Jeśli tak czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości w pozycjach 2,3,4,5,7 z 1 na 5 sztuk?
2. Czy Zamawiający w poz.6 wymaga Zestawu PiCCO zawierającego cewnik tętniczy udowy 5Fr, 20 cm?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

od 2) Nie wymaga.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 83

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia kompatybilności systemu, wszystkie produkty wymienione w pakiecie pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia kompatybilności systemu, wszystkie produkty wymienione w pakiecie pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 86

Czy Zamawiający dopuści rampę 5-kranikową wielokolorową z zastawkami bezigłowymi wykonaną z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków bez drenu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 87 poz.11, 12

Czy Zamawiający dopuści igły do stymulacji nerwów obwodowych w rozmiarach 22Gx50mm i 22Gx80mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 22, poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w 22 poz. 2 podkładki do rurek tracheostomijnych o wymiarach 8x14cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 22, poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w 39 katetera do histerosalpingografii roz.7F długość 40 cm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 67

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 67 zestawu do pomiaru diurezy godzinowej z komorą precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie o dokładności pomiaru 1 ml w zakresie od 0 – 20 ml; co 5 ml od 20 – 110 ml; co 10 ml od 110 – 140 ml; co 20 ml od 140 – 200 ml; co 25 ml od 200 – 500 ml.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 89, poz.5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 89 poz. 5 i utworzenie dla tej pozycji oddzielnego zadania

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 91

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 91:

Poz. 1 Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przysycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opak./25 szt. z bezszwowy systemem mocowania kaniuli dotętnicznej BD posiadający dopasowaną do stopki kaniuli adhezyjną część stabilizującą oraz wyprofilowany, dwuwarstwowy fiksator rzepowy umożliwiający operowanie zaworem odcinającym bez rozłączania systemu.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Poz. 2 zestawu do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga, 20 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,5 i długości 45cm oraz igła punkcyjna 17Ga/7cm;
Poz.3 zestawu do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga, 15 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,028 i długości 40cm oraz igła punkcyjna 19Ga/5,7cm;
Poz.4 zestawu do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 20Ga, 6 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,5 i długości 25 cm oraz igła punkcyjna 22Ga/4cm;
Poz. 5 zestawu do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 22Ga, 6 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,5 i długości 25 cm oraz igła punkcyjna 22Ga/4cm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 28

Czy Zamawiający w zadaniu 28 dopuści zgłębnik żołądkowy - wykonany z medycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie się o atraumatycznej, „zmrożonej” powierzchni lekko zaokrąglonej, zamkniętej końcówce posiadający cztery boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach. W rozmiarze 14/16/18 i 21CH długości 1250mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 86 pozycji nr 2 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedz

Zamawiający wydzieli z Zadania 86 poz.2 i tworzy z niej Zadanie 86A.

Wadium: Zadanie 86 – 7,00 PLN , Zadanie 86A – 1,00 PLN

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 87, poz.5

Czy Zamawiający w zadaniu 87 pozycji 5 dopuści igły do nakłuc łędźwiowych w rozmiarze 1.2 x 90mm. Igła specjalnie zaprojektowana dla szybkiego zauważenia momentu wypływu płynu mózgowo rdzeniowego, kodowana barwno oprawki według standardów ISO, przezroczysta końcówka, ergonomiczny kształt, cienkościenna igła, łatwe ponowne umieszczenie w przypadku błędnego nakłucia?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 87, poz.8

Czy Zamawiający w zadaniu 87 pozycji 8 dopuści zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego. W skład zestawu wchodzi: igła Touhy 18G/8cm z markerami długości co 1 cm, cewnik okrągły, przezroczysty, znakowany markerami długości, kontrastujący radiologicznie z 3 otworami bocznymi 20G x 900 mm z zamkniętym końcem; filtr płaski 0,22um, strzykawka niskooporowa 10 ml?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 87, poz.9

Czy Zamawiający w zadaniu 87 pozycji 9 dopuści zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE) w składzie: igła Pencil Point 27 G x118mm; igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy 118Gx80mm, dodatkowy otwór w osi igły Tuohy na jej zgięciu pozwalający na wyprowadzenia końca igły podpajęczynówkowej w osi igły Tuohy, cewnik z miękką zamkniętą końcówką i trzema otworami bocznymi, strzykawka LOR 10ml; filtr ZO?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



Pytanie 22 – dotyczące Zadania 87, poz.10

Czy Zamawiający w zadaniu 87 pozycji 10 dopuści igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora za szlifem 17°? Igła izolowana na całej długości. Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe znakowanie dookoła igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Identyfikacja kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala na aspirację przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka umożliwia podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 23 – dotyczące Zadania 87, poz.10

Czy Zamawiający w zadaniu 87 pozycji 10 dopuści igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora za szlifem 30° w rozmiarze 20/21G długość 50mm? Igła izolowana na całej długości. Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe znakowanie dookoła igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Identyfikacja kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala na aspirację przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka umożliwia podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 87, poz.11

Czy Zamawiający w zadaniu 87 pozycji 11 dopuści igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora za szlifem 30° w rozmiarze 20/21G długość 50mm? Igła izolowana na całej długości. Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe znakowanie dookoła igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Identyfikacja kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala na aspirację przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka umożliwia podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 25 – dotyczące Zadania 87, poz.12

Czy Zamawiający w zadaniu 87 pozycji 12 dopuści igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora za szlifem 30° w rozmiarze 21G długość 85mm? Igła izolowana na całej długości. Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe znakowanie dookoła igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Identyfikacja kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala na aspirację przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka umożliwia podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 87, poz.13

Czy Zamawiający w zadaniu 87 pozycji 13 dopuści sterylny zestaw osłony na głowicę USG. W skład sterylnego zestawu wchodzi: tacka, 2 patyczki zakończone gąbką, 3 miseczki, papierowy ręcznik, elastyczna opaska, osłona na głowicę z kablem, 20ml saszetka żelu do USG?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 27 – dotyczące Zadania 87, poz.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 87 pozycji nr 10 do 12 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 28 – dotyczące Zadania 91, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 91 pozycji nr 1 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 91, poz.2

Czy Zamawiający w zadaniu 91 pozycji 2 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej 18G o długości 20 lub 30cm do wyboru przez Zamawiającego zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi:

poliuretanowy cewnik 18G o długości 20cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 1,1mm i długości 52mm, przewodnik o średnicy 0,64mm i długości 40cm lub poliuretanowy cewnik 18G o długości 30cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 1,1mm i długości 68mm, przewodnik o średnicy 0,64mm i długości 46cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 30 – dotyczące Zadania 91, poz.3

Czy Zamawiający w zadaniu 91 pozycji 3 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej 18G o długości 15cm zakładany metodą Seldingera.

W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 18G o długości 15 cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 1,1mm i długości 52mm, przewodnik o średnicy 0,64mm i długości 30cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 31 – dotyczące Zadania 91, poz.4

Czy Zamawiający w zadaniu 91 pozycji 4 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej 20G o długości 6cm zakładany metodą Seldingera.

W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20G o długości 6cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 0,9mm i długości 38mm, przewodnik o średnicy 0,46mm i długości 20cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 91, poz.4

Czy Zamawiający w zadaniu 91 pozycji 5 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej 20G o długości 6cm zakładany metodą Seldingera.

W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20G o długości 6cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 0,9mm i długości 38mm, przewodnik o średnicy 0,46mm i długości 20cm?

Lub zestaw do kaniulacji tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej 22G o długości 3cm zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 22G o długości 3cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 0,8mm i długości 20mm, przewodnik o średnicy 0,46mm i długości 20cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 33 – dotyczące Zadania 111

Czy w zadaniu 111 Zamawiający ma na myśli zamknięty system bezigłowy posiadający całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, łatwą do dezynfekcji przy użyciu najnowszych dezynfektantów. Jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekařstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ do 170 ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji). Pakowany pojedynczo, sterylny?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 34 – dotyczące Zadania 24

Czy Zamawiający wymaga rurek Guedela jednocześciowych z kodowaniem kolorystycznym na całej linii, zintegrowanym blokerem zgryzu; z miękką końcówką zmniejszającemu ryzyko uszkodzenia tkanki. Wykonanych z polipropylenu bez PVC i ftalanów?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 35 – dotyczące Zadania 56

Czy Zamawiający oczekuje maski do resuscytacji usta – usta w futerale, wyposażony w filtr, pasek mocujący łącznik tlenowy oraz złącze 15M?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Zamawiający w/w Zadaniu oczekuje masek jednorazowego użytku.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 36 – dotyczące Zadania 57 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje masek tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu z workiem, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, maska posiada wentyl bezpieczeństwa w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Jednocześnie prosimy o wyodrębnienie poz. 1 do odrębnego pakietu np. 57a.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, jednocześnie wydziela poz.1 do osobnego Zadania 57A

Wadium: Zadanie 57 – 1,00 PLN , Zadanie 57A – 1,00 PLN

Pytanie 37 – dotyczące Zadania 58

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, transparentne, dostępna min. w rozmiarach 0-6, z mankietami uszczelniającymi odpowiadającymi pod względem kolorystycznym wspomnianym rozmiarom, wyprofilowana anatomicznie, wyposażona w zlokalizowane w centralnej części min. w trzy ciągle cylindryczne linie ożebrowania umożliwiającego jej stabilne i bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku, wyraźnie oznakowana wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski stykającej do nasady nosa, oraz naniesionym na maskę numerem seryjnym, co umożliwia zapis i nadzór pacjenta, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czysta, pakowana folia-folia, opakowanie musi zawierać perforację w części środkowej, która ułatwia jego bezpieczne otwarcie. Rozmiar 0 noworodki, 1 niemowlęta, 2 dzieci, 3 mała dorosła, 4 średnia dorosła, 5 duża dorosła 6 bardzo duża dorosła.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment

Pytanie 38 – dotyczące Zadania 60 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje masek tlenowych dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się dwa otwory (po obu jej stronach) wysokości nosa wielkości min. 4x24mm i po jednym otworze (z każdej strony maski) na wysokości ust o wielkości min. 5x20mm, w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment

Pytanie 39 – dotyczące Zadania 60 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dzieci, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się duże otwory (po obu jej stronach), w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Maski ta umożliwia podawanie tlenu o średniej koncentracji (35 – 45%).

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 40 – dotyczące Zadania 61

1. Czy Zamawiający oczekuje zestaw do nebulizacji dla dorosłych: maska tlenowa, złącze 22M, nebulizator oraz dren. Maska aerozolowa dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów I średnicy MMD 2,7 mikrona. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.
2. Czy Zamawiający oczekuje zestawu uniwersalnego z ustnikiem. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów I średnicy MMD 2,7 mikrona. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.
3. Czy Zamawiający oczekuje zestaw do nebulizacji dla dzieci: maska tlenowa, złącze 22M, nebulizator oraz dren. Maska aerozolowa dla dzieci, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dziecięcego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów I średnicy MMD 2,7 mikrona. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.

Odpowiedz

od 1,2,3) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 41 – dotyczące Zadania 105

Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania 72h wg następującego opisu do rurek intubacyjnych długość 54cm rozmiar Fr 12, 14, 16 do rurek tracheostomijnych dł. 30,5cm rozmiar Fr 12, 14, 16. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania raz pewny system blokowania zatraskowy, mocny transparentny rękaw, z markerami długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Produkt sterylny.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 42 – dotyczące Zadania 112 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przedłużenie giętkie sterylne do układów oddechowych (gładkie rury) o długości 12 i 18cm : 22F - 22M/15F; kominiek podwójnie obrotowy z uszczelnianymi portami zatraskowymi : port do odssysania 7,6mm i port do bronchofiberoskopu 9,5mm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 43 – dotyczące Zadania 112 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie przedłużenie giętkie sterylne do układów oddechowych (gładkie rury) o długości 12 i 18cm : 22F - 22M/15F; kominek podwójnie obrotowy z uszczelnianymi portami zatrząskowymi : port do odssysania 7,6mm i port do bronchofiberoskopu 9,5mm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 44 – dotyczące Zadania 114

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych mikrobiologicznie czyste, walidacja na 7 dni. Układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy [współosiowy, rura w rurze] dla dorosłych 30/18mm z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o długości 160 cm z kolankiem z portem kapno (rury połączone łącznikiem obrotowym, łącznik kątowy z portem do kapno), z dodatkową rurą rozciągliwą max. 150cm 2 l workiem bezłateksowym. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50cm. Pakowany folia-folia W komplecie dodatkowo: tester szczelności, złączka prosta 22M – 22M, linia do monitorowania, kapturek zabezpieczający. Aktualnie takie rozwiązanie jest dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 45 – dotyczące wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z ustawą PZP oferta powinna zawierać jedynie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), formularz ofertowy, formularz cenowy, pełnomocnictwo, próbki oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Następnie w ciągu 3 dni od publikacji na stronie Zamawiającego informacji z otwarcia Wykonawcy doślą oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP wraz ze złożeniem oświadczenia dot. powiązań z innym wykonawcami.

W przypadku najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia pozostałych dokumentów wyszczególnionych w SIWZ tj. (informacji z KRK, zaświadczenia z US i z ZUS, polisy i certyfikatów).

Obecne zapisy SIWZ są niejasne w świetle ostatniej nowelizacji ustawy PZP.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 46 – dotyczące wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie 47 – dotyczące wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż wszelkie terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedz

Wszelkie terminy wynikające z niniejszej umowy są naliczane w dniach roboczych.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 48 – dotyczące wzoru umowy

Prosimy o zmniejszenie kary umownej określonej w par. 6 ust. 1a wzoru umowy do 0,2% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie 49 – dotyczące wzoru umowy załączników nr 4 i 5

Prosimy o dostosowanie załącznika nr 4 i 5 do zapisów aktualnie obowiązującej ustawy PZP, która obliguje Wykonawcę do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, oświadczenia dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP wraz ze złożeniem oświadczenia dot. powiązań z innym wykonawcami nie zaś do złożenia listy podmiotów należących do grupy.

Czy Zamawiający w związku z tym zmieni wzór załączników wg poniższego wzoru:

„oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.)*

2. należymy do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)”.*

Odpowiedz

Zamawiający zmienia wzór załączników nr 4 i 5 wg poniższego wzoru:

„oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.)*

2. należymy do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie*