



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 19.10.2016r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, jednorazowych materiałów hemostatycznych i laparoskopowych – znak 33/med/2016** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2016/S 184-329600** w dniu 23.09.2016r

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 93:

Czy Zamawiający w zadaniu 93 oczekuje dostarczenia igieł z drenem do portów wyposażonych w skrzydełka, odpinane po wpięciu igły, które nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia oraz miękką poduszkę od strony kontaktu ze skórą pacjenta?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 2 – dotyczące SIWZ

Czy w części IV Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dotyczącej kryteriów kwalifikacji, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α ?

Odpowiedz

Tak

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 19

Czy Zamawiający w zadaniu 19 w pozycji pierwszej lp. 1-6 tj. rurki intubacyjne w rozmiarach 2,0 - 4,5 dopuści rurki intubacyjne ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 26

Czy Zamawiający w zadaniu 26 dopuści mechaniczny filtr oddechowy Thermovent Hepa o następujących parametrach: bakteryjno wirusowy, mechaniczny-hydrofobowy tzn. nieprzepuszczający płynów o ciśnieniu do 150cm H₂O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45ml, wadze około 30g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymaniu wilgoci 0,4g/h, z równomiernie rozłożonymi, niesklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, o całkowitej powierzchni filtracyjnej 325cm², z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, z przezroczystą obudową z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, z pierścieniem zapobiegającym rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356), sterylne, na 24 godziny?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 103

Czy Zamawiający w zadaniu 103 dopuści zestaw do drenażu opłucnej z portem do pobierania próbek drenowanego płynu umiejscowionym na tylnej ścianie drenażu, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 104

Czy Zamawiający w zadaniu 104 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający z igłą Veressa z jedną strzykawką Luer lock 60 ml bez łącznika do systemu drenażowego, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawic chirurgicznych jałowych lateksowych i utworzenie z nich osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie naszej firmie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 11:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 240 mm oraz grubości na palcu 0,11 mm, na dłoni 0,09 mm, na mankiecie 0,07 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ

Pytanie 8 – dotyczące projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedz

Tak

Pytanie 9 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Strony mogą uzgodnić zmianę cen netto i brutto także w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, wskutek której utrzymanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą*”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 7, pozycja 1.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje regulatora przepływu z możliwością podaży płynów oraz lipidów?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 52, pozycja 7.

Prosimy o wydzielenie pozycji 7 z pojemnikami histopatologicznymi do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedz

W Zadaniu 52 nie ma w/w asortymentu.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 68, pozycja 1.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z nadrukowaną instrukcją obsługi bezpośrednio na worku?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 100

- 1) Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 20 ml zamiast 15 ml?
- 2) Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 35 ml zamiast 30 ml?
- 3) Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 50 ml zamiast 60 ml?
- 4) Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 120 ml zamiast 100 ml?
- 5) Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 250 ml zamiast 200 ml?
- 6) Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2300 ml zamiast 2000 ml?
- 7) Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2300 ml zamiast 2500 ml?

Odpowiedz

od 1 do 7) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 100 poz. 1,2.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 1 i 2 tego samego pojemnika, zgodnie z opisem: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonane z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, o pojemności 15 - 30 ml i wymiarach: Ø37 - Ø31 x 44mm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 100 poz. 5,6.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 5 i 6 tego samego pojemnika, zgodnie z opisem: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonane z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, o pojemności 200 - 250 ml i wymiarach: Ø65 - Ø59 x 100mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 100 poz. 9 i 10.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 9 i 10 tego samego pojemnika, zgodnie z opisem: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 grudnia 2008r. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, o pojemności 2300 ml i wymiarach: Ø174,7 - Ø145,5 x 157,4mm

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 167

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia zakresie poz. nr 6, 7 spełniającego wszystkie wymagania opisane w formularzu parametrów technicznych, które nie są w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. wyrobami medycznymi tj. posiadają niepreferencyjną stawkę podatku VAT – 23%?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 15, poz.1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,4 x 13 mmz wymienna 1 cm z podziałką milimetrową – 40 j.m. x 100 szt.?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 15, poz.1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,33 x 13 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 15, poz.1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,5 x 16 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 137

1. Czy Zamawiający w poz. nr 1 dopuści do zaoferowania przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego o średnicy 1,14 mm?
2. Czy Zamawiający w poz. nr 2 dopuści do zaoferowania przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego o średnicy 1,02 mm?

Odpowiedz

od 1 i 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.