



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 20.10.2016r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, jednorazowych materiałów hemostatycznych i laparoskopowych – znak 33/med/2016** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2016/S 184-329600** w dniu 23.09.2016r

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej (50%/50%), całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkownika naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 11 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych rękawic lateksowych o grubości na dłoni 0,10mm, o grubości na mankiecie 0,07mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 12 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowych rękawiczek chirurgicznych o grubości: palec 0,32mm, dłoń min. 0,21mm, mankiet min. 0,21mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 14:

Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowaną na cylindrze skalę odpowiadającą dokładnie pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia) czyli skalę do 2ml (w strzykawce o poj 2ml), do 5ml (w strzykawce o poj 5ml), do 10ml (w strzykawce o poj 10ml), do 20ml w strzykawce o poj 20ml) ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaferowania strzykawek o pojemności 20ml pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zaferowania strzykawek o poj. 50-60ml, tak jak obecnie stosowane, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 18:

1. Prosimy o dopuszczenie zaferowania strzykawki posiadającej przezroczysty tłok i cylinder w kolorze mlecznym.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać końcówkę luer czy luer-lock?

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a 125szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający oczekuje końcówki luer

od 2 poz.2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 25:

Poz.1:

Prosimy o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma być wyposażony w samodomykający się silikonowy port do odsysania umieszczony pomiędzy dwiema membranami?

Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania filtrów o wadze max31g, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Poz.3

Prosimy o dopuszczenie zaferowania filtrów o wadze max.22g, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Poz. 2- 3: Prosimy o sprecyzowanie czy filtry mają mieć podane na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej V_t ?

Odpowiedz

od poz.1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od poz.2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od poz.3) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

od poz.2-3) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 26:

Prosimy o sprecyzowanie czy filtry mają mieć podane na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej V_t ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 31:

1. Prosimy o dopuszczenie zaferowania sondy sengstakena w rozmiarach 15ch (zamiast 16ch), 18ch i 21ch, spełniającej pozostałe wymogi swiz.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy sonda Sengstakena ma cechować się długością min.100-120cm?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 34 poz.1:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 34:

1. Prosimy o dopuszczenie zaferowania cewnika do odsysania drzewa oskrzelowego wygiętego do lewego oskrzela, tak jak obecnie stosowany, wykonanego z medycznego PCV, tak jak obecnie stosowane, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać wewnętrzną część lejka karbowaną, co ułatwia precyzyjne połączenie cewnika i ułatwia przeprowadzenie procedury odsysania?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 36:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania cewników, tak jak obecnie stosowane, wykonanych z medycznego PCV, spełniających pozostałe wymogi Wisz.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 59:

Poz.1 Czy zaferowane maski krtaniowe mają posiadać w zestawie (w opakowaniu razem z maską) jałowy, jednorazowy żel ułatwiający wprowadzenie maski oraz strzykawkę luer-lock 30 ml do napełniania mankietu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania poz. 1 i 2 i 3:

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku? Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 69:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w plaster mocujący ułatwiający stabilizację cewnika?

2. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw ma posiadać oryginalnym opakowaniu 2l worek na mocz?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 72:

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania cewnika z końcówką o średnicy 4.6/ 6,5, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 79:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego ma zawierać, tak jak obecnie stosowane, zestaw do pomiaru diurezy godzinowej?

2. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego, tak jak obecnie stosowany, ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

Odpowiedz

od 1) Tak.

od 2) Tak.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 83

Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania bezpiecznych kaniul dożylnych producenta firmy Becton Dickinson wykonanych z poliuretanu z min.4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG, posiadających zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary), z wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wkłucia w rozm.0,9-22G, 1,1-20G, 1,3-18G, 1,5-17G..

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

2. Czy Zamawiający oczekuje aby zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem i rozpryskiem krwi wyposażone było w układ mikrokapilar absorbujących krew wypływu wstecznego, chroniąc przed ekspozycją na rozprysk krwi?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

3. Czy Zamawiający oczekuje aby kaniula posiadała taśmę aktywizującą i stabilizującą zabezpieczenie ostrza?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania kaniuli dożylniej wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) w rozm.0,7 (24G) x 19mm o przepływie 13ml/min bez pasków rtg, widocznej w aparacie usg, bez dodatkowego portu do wstrzyknięć producenta firmy Becton Dickinson.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Poz. 1 i 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zaferowania kranika trójdrożnego producenta firmy Becton Dickinson wykonanego z poliwęglanu – materiału pozwalającego na bezpieczne toczenie tłuszczu i lipidów, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Poz.4: Prosimy o dopuszczenie zaferowania rozgałęziacza infuzyjnego pięciodrożnego wykonanego z polisulfonu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Poz.5:

1. Prosimy o dopuszczenie zaferowania kranika trójdrożnego producenta firmy Becton Dickinson wykonanego z poliwęglanu – materiału pozwalającego na bezpieczne toczenie tłuszczu i lipidów, z pokrętkiem w kolorze białym z przedłużaczem dł.10cm z dołączoną w osobnym opakowaniu zastawką dostępu bezigłowego tego samego producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

2. Prosimy o dopuszczenie zaferowania kranika trójdrożnego producenta firmy Becton Dickinson wykonanego z poliwęglanu – materiału pozwalającego na bezpieczne toczenie tłuszczu i lipidów z pokrętkiem w kolorze białym z zamontowaną na jednym z ramion zastawką dostępu bezigłowego bez przedłużacza, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy zastawka bezigłowego dostępu ma posiadać jednorodną materiałowo powierzchnię stylu z końcówką luer?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 84:

1. Prosimy o dopuszczenie standardowej kaniuli dożylniej, obwodowej, wykonanej z PTFE w rozm.0,6x19mm, wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE producenta firmy Becton Dickinson, bez PCV i bez lateksu, z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia o przepływie 13ml/min.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 91: poz.1:

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 91 poz.1 i tworzy z niej Zadanie 91A.

Wadium: Zadanie 91 – 10,00 PLN, Zadanie 91A – 30,00 PLN

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 97:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie igieł tępych dedykowanych do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków w rozmiarze 18G x40mm o specjalnej konstrukcji ograniczającej defragmentację korka.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy igła ma być wyposażona w filtr 5 mikronów dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie w Zadaniu 97 w poz.1, a w poz.2 wymaga .

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 106:

Prosimy o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej producenta firmy Unomedical – Convatec składającego się 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk o poj. 125ml, worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u , worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną, specjalnego aparatu do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym min. 40u, worek zapasowy na krew.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 111:

1. Czy bezpieczny łącznik do systemów infuzyjnych ma posiadać jednorodną materiałowo powierzchnię styłu z końcówką luer?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

2. Czy bezigłowe urządzenie do dostępu żylnego ma być pozbawione elementów mechanicznych, co minimalizuje ryzyko rozwijania się zakażenia oraz ogranicza możliwość mechanicznego uszkodzenia produktu ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 23 – dotyczące Zadania 144:

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do konikotomii tak jak obecnie stosowany, ma posiadać zabezpieczenie przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku dzięki usuwalnemu ogranicznikowi głębokości wsunięcia kaniuli?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 24 – dotyczące Zadania zapisów siwz:

1. Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty, poza zad 24,25,27,86,123 odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

2. Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego, wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego asortymentu?

Odpowiedz

od 1) Nie.

od 2) Nie.

Pytanie 25 – dotyczące Zadania wzoru umowy:

1. Prosimy o zmianę zapisu §3 ust.5 poprzez wykreślenie zapisu "...Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu..." na zapis „Zmiana stawki VAT będzie obowiązywać automatycznie od dnia wejścia stosownego aktu prawnego bez konieczności zawierania aneksu.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem tylko o długości min. 150cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 27 – dotyczące Zadania 9 (pozycja rękawice bezpudrowe- bezlateksowe, nitrylowe lub neoprenowe nie sterylne)

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 28 – dotyczące Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie (1 op. = a'100 szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości do 120 opakowań dla rozmiaru M oraz do 65 opakowań dla rozmiaru L?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w wycenę.

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 12

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy; o grubości na mankiecie 0,23mm, o długości 288-300mm w zależności od rozmiaru; pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 30 – dotyczące Zadania 13

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 455mm; pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 31 – dotyczące Zadania 14, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki 3 częściowe?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 18

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zielonym tłokiem i czarną skalą?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 33 – dotyczące Zadania 19

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie „rurek intubacyjnych zbrojonym z mankietem niskociśnieniowym” z pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 34 – dotyczące Zadania 24

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 i 12.0?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 35 – dotyczące Zadania 31

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena w rozmiarze Ch20 zamiast Ch21?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 36 – dotyczące Zadania 51, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a' 100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 37 – dotyczące Zadania 57, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem oraz workiem (rezerwuarem)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 38 – dotyczące Zadania 58

Czy Zamawiający dopuści maski anestezyjologiczne w rozmiarach 0-5?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 39 – dotyczące Zadania 67

Czy Zamawiający dopuści sterylny system do godzinowej zbiórki moczu z workiem zbiorczym o pojemności 2000 ml, skalowanym co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”. Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm. Dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego. Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą,

zapobiegający jego zaginaniu. Samouszczelniający się port do pobierania próbek. Trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie. Bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach) komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie. Obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe. Biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu. Pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 40 – dotyczące Zadania 72

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania pola operacyjnego o powierzchni prążkowanej z końcówką ssącą CH23 o średnicy wew.3,80mm/zew.7,59mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem posiadania końcówki standardowej KS-6 + W6

Pytanie 41 – dotyczące Zadania 72

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania pola operacyjnego z końcówką ssącą pasującą do łączników 6,35mm?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga końcówki standardowej KS-6 + W6.

Pytanie 42 – dotyczące Zadania 76, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 43 – dotyczące Zadania 76, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 44 – dotyczące Zadania 82

Czy Zamawiający dopuści szyny palcowe w rozmiarach: 230x13, 230x15, 230x18, 230x20, 230x25, 250x25?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 45 – dotyczące Zadania 89, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 46 – dotyczące Zadania 94

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 43mm z regulacją 5-30mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 47 – dotyczące Zadania 95

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć talerza biodrowego w rozmiarze 1,2x43mm z regulacją 5-30mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 48 – dotyczące Zadania 98

Czy Zamawiający dopuści podanie wycenę za opakowanie a'100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w wycenę.

Pytanie 49 – dotyczące Zadania 132, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w wycenę.

Pytanie 50 – dotyczące Zadania 132, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w wycenę.

Pytanie 51 – dotyczące Zadania 132, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w wycenę.

Pytanie 52 – dotyczące Zadania 133

Czy Zamawiający dopuści niesterylną szczoteczkę do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania, z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką, otwór odsysający zarówno od strony włosa jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem, łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45st dla wygodnej manipulacji?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 53 – dotyczące Zadania 155

Czy Zamawiający dopuści licznik igieł o pojemności 40, licznik do 20?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 54 – dotyczące Zadania 155

Czy Zamawiający dopuści licznik z pianką oraz magnesem na każdym boku?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.