



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 24.10.2016r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, jednorazowych materiałów hemostatycznych i laparoskopowych – znak 33/med/2016** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2016/S 184-329600** w dniu 23.09.2016r

Pytanie 1 – dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej będzie wymagał na wezwanie od wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona ?

Odpowiedz

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp.

Pytanie 2 – dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do OFERTY oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 Pzp ?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 14 poz.1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-częściowe ze skala rozszerzoną:

2 ml do 2,5 ml ?

5 ml do 6 ml ?

10 ml do 12 ml?

20 ml do 24 ml?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 14 poz.3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę firmy Margomed 50(60) ml ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 16

Czy Zamawiający wymaga jakiegoś konkretnego koloru koreczków combi ?

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 44

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje butelek sterylnych czy nieesterylnych ?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga butelek sterylnych.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 51 poz.2 i 3

Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy marki MEDLANCE ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 99

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,5 – 0,8 L w zamian za 0,6 – 0,7 ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 82

Czy Zamawiający dopuści szynę ZIMMERA 230x13 zamiast 230x10 ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu

– przeznaczony do jednorazowego podawania z końcówką luer lock typ żeński i luer lock typ męski oraz z portem iniekcyjnym Y.

W skład regulatora wchodzi:

50 cm rurka z przezroczystego PCV o niskiej pamięci kształtu

Port iniekcyjny Y wykonany z izoprenu (nie zawierający lateksu)

Męska końcówka luer lock wykonana z ABS z zatyczką z polietylenu

Żeńska końcówka luer lock z PCV z zatyczką z polietylenu

Skala nadrukowana na białym tworzywie ABS i silikonie (podwójna skala. Pierwsza od 5 do 250 ml/h używana do określania płynów o lepkości $\leq 10\%$. Druga skala od 5 do 200ml/h używana do określania płynów o lepkości od 10% do 40%.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 11 – dotyczące § 5 ust. 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 140:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie retraktorów tęczówkowych z pierścieniem trzymającym wykonanych z poliamidu, z silikonowymi przesuwanymi zatyczkami, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 13 – dotyczące wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu: „Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez jedną ze stron z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.”

Uzasadnienie: § 1 ust. 2 wzoru umowy nie stanowi, że to wyłącznie zamawiający ma prawo do modyfikacji zakresu ilościowego umowy, ale że prawo takie zastrzeżono na rzecz obu stron.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 14 – dotyczące wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o zmianę § 3 ust. 5 wzoru umowy poprzez usunięcie słów „Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej uwzględniającej zmianę stawki VAT.”

Uzasadnienie: Wyłączenie konieczności zawierania aneksu do umowy w przypadku zmiany stawki VAT uproszczy współpracę pomiędzy stronami, eliminując obowiązek składania przez nie dodatkowych oświadczeń woli na tę okoliczność. Zakres i chwila, z którą treść zobowiązania ulegnie zmianie na skutek modyfikacji obowiązującej stawki VAT wydają się oczywiste na podstawie samych zapisów umowy i nie wymagają dodatkowego sformalizowania w postaci aneksu.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 15 – dotyczące wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: „Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia tych towarów, które:

- a) będą posiadały termin przydatności do użycia krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia.
- b) nie będą oryginalnie zapakowane i oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami lub których opakowania będą uszkodzone;
- c) nie będą posiadały kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;
- d) będą posiadały inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.”

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 565 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego z tytułu rękojmi ograniczają się wyłącznie do rzeczy wadliwych.

Zamawiający może zatem odmówić odbioru elementów zamówienia dotkniętych wadami opisanymi w § 4 ust. 3 wzoru umowy i domagać się od wykonawcy dostarczenia zamiast nich elementów wolnych od wad lub – jeżeli wykonawca nie spełni tego żądania, a wady są istotne – odstąpić od umowy co do tych elementów zamówienia. Żaden przepis prawa nie upoważnia natomiast zamawiającego do odmowy odbioru całego zamówienia tylko z tego powodu, że niektóre jego elementy są wadliwe. Odmowa taka oznaczałaby zwłokę zamawiającego i uzasadniała jego odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wykonawcy na podstawie art. 486 § 1 kodeksu cywilnego.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 16 – dotyczące wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu: „Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust. 1, do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych od odesłania wadliwego towaru przez Zamawiającego, o ile reklamacja okaże się uzasadniona.”

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 561 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w razie gdy kupujący żąda wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, obowiązany jest on dostarczyć rzecz sprzedawcy na jego koszt. Konieczność przemieszczenia przedmiotu sprzedaży wynika z samego żądania zastąpienia rzeczy wadliwej rzeczą wolną od wad, a ponadto umożliwić ma sprzedającemu ustosunkowanie się do żądania kupującego, co wymaga uprzedniego zbadania reklamowanego towaru. Sprzedający nie może zatem ustosunkować się do zgłoszonej mu reklamacji co do jakości towaru zanim nie będzie mógł samodzielnie ocenić, czy towar faktycznie dotknięty jest wadą. Termin na wymianę towaru bądź odmowę uznania reklamacji winien zatem rozpoczynać swój bieg dopiero z chwilą udostępnienia reklamowanego towaru wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 17 – dotyczące wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 4 ust. 5 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 556 w zw. z art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli na podstawie decyzji lub orzeczenia właściwego organu korzystanie z rzeczy sprzedanej lub rozporządzanie nią jest ograniczone lub zabronione (tzw. wada prawna). Jednakże w nauce prawa powszechnie ugruntowany jest pogląd, że chwilą decydującą dla istnienia wady prawnej jest chwila sprzedaży ((R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, red. J. Górski, Poznań 1948, s. 466), a przy rzeczach indywidualnie oznaczonych – chwila wydania rzeczy kupującemu (J. Skąpski, w: System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976 s. 129). Niezasadnie byłoby bowiem obciążać sprzedawcę odpowiedzialnością za okoliczności, na które zwykle nie ma wpływu. Zgodnie z art. 548 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, jeżeli strony nie zastrzegły inaczej, z chwilą wydania rzeczy przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary z nią związane, a zatem również ryzyko wycofania z obrotu na podstawie decyzji administracyjnej. Postanowienia wzoru umowy nie mogą zatem przewidywać, aby ryzyko to, po wydaniu rzeczy, w dalszym ciągu spoczywało na wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 18 – dotyczące wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 1 lit. a wzoru umowy w brzmieniu: „za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminem określonym w § 4 ust. 2; za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia – w wysokości 0,5% wartości netto towarów nie dostarczonych w terminie, lecz nie więcej niż 10% tej wartości.”

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 24

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno-gardłowych o wymiarach 0/50mm, 1/60mm, 2/70mm, 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% , przestrzeni martwej do 55ml, i odstąpi od wymogu parametru temperatury zwrotnej.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr bakt-wirus o przestrzeni martwej 33ml i wadze 19 g dla wersji filtru z zakończeniem prostym i przestrzeni martwej 36ml i wadze 24,5g dla wersji filtru ze złączem kątowym.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 57 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 200cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 23 – dotyczące Zadania 60 poz. 1


1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu tlenowego o długości 2m? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 114

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą do worka rozciągliwą do dł. 150cm? Pragniemy zaznaczyć, iż rurę można również rozciągnąć do dł. 100cm.




Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



Pytanie 25 – dotyczące Zadania 115

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego obwodu oddechowego współosiowego o długości 180cm, z dodatkową rurą o długości 90cm? Tester szczelności w postaci zatyczki zakładanej na obwód od strony pacjenta, bez dodatkowego zaworu, złączka 22M-22M zintegrowana z obwodem?



Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 162

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do membran Aerogen Solo jednorazowych łączników T, niezbędnych do wpięcia w membran w obwód oddechowy?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga dołączenia do membran Aerogen Solo jednorazowych łączników T, niezbędnych do wpięcia w membran w obwód oddechowy

Pytanie 27 – dotyczące projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a, ust. 2

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 28 – dotyczące projektu umowy

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2; za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia – w wysokości 0,7 % wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie;

b) za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia w terminie określonym w umowie – ustala się możliwość zakupu niezrealizowanej dostawy lub jego części u innego Wykonawcy, a różnicą wartości zakupionego asortymentu Zamawiający obciąży Wykonawcę.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 158. Materiały jednorazowego użytku - akcesoria do diatermii

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne dzielone, jednorazowe, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, pakowane po 5szt.?

Odpowiedz

Tak.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 30 – dotyczące Zadania 76, poz. nr 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw odprowadzający treści kałowe o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny, bez kieszonki do umieszczania palca wiodącego, a w zamian wyposażony w specjalnie zaprojektowaną konstrukcję umożliwiającą umieszczanie końcówki drenu w jamie ciała pacjenta bez potrzeby penetracji odbytu.; port do napełniania balonika retencyjnego; zestaw posiada strzykawkę z podziałką o pojemności 45ml do napełnienia balonika retencyjnego, która ułatwia określenie momentu napełnienia balonu i zapobiega jego przepełnienia oraz port do irygacji umożliwiający doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną, wyposażony w ząbkowany pasek z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych, w skład systemu wchodzi zestaw naklejek do opisu z możliwością naklejenia w dowolne miejsce.

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania potwierdzonych badań klinicznych potwierdzających czas stosowania. System jest skuteczny pomimo braku badań klinicznych nie prowadzonych ze względu na przeznaczenie / zastosowanie sprzętu (doodbytnicze podczas biegunki, czyli w środowisku z dużą ilością bakterii coli) System nie powoduje odleżyn w odbycie pacjenta gdy przestrzega się zasady prewencji tzn. odbarczenia balonika raz na dobę. System jest biologicznie czysty. System może być nieprzerwanie stosowany do 29 dni. Wyposażony dodatkowo w 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 31 – dotyczące Zadania 76, poz. nr 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z systemem do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o pojemności 1500ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane - 100ml, 250ml, 400ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml., z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 9, poz. 2 - rękawice winylowe nie sterylne

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek wykonanych z elastomerów termoplastycznych.

Rękawiczki diagnostyczne, bezpudrowe, ochronne-wyrób medyczny.

Kształt uniwersalny, powierzchnia gładka, wykończenie mankietu proste. Długość min. 240 mm.

Grubość: na palcu: 0,037mm ±0,01mm, na dłoni: 0,037mm ±0,01mm, na mankiecie: 0,037mm ±0,01mm, AQL = 1,5, siła zrywania po starzeniu: min. 3,6 N, zgodne z normami: EN 455 część 1-4.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 33 – dotyczące Zadania 11

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitylowych-kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana. Długość min. 270 mm. Grubość: na palcu min. 0,19mm, na dłoni min. 0,13mm, na mankiecie min. 0,09mm. Rozmiar: M, L.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 34 – dotyczące Zadania 128

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie nr ostrzy (10, 11, 12d, 15, 15c, 20, 21, 22, 23, 24) oraz szacunkowych ilości jakie Zamawiający zamierza zamawiać. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie jakie ilości i jakie nr ostrzy Wykonawca ma przedłożyć w formie próbek.

Odpowiedz

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości asortymentowych tylko ilość łączną.

Próbka 1 sztuki ma umożliwić sprawdzenie asortymentu z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 35 – dotyczące Zadania 105, Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie systemu do wielokrotnego odsysania o poniższych parametrach:

Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych długość cewnika min 580 mm, rozmiary: 10CH, 12CH, 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 360 mm, rozmiary: 14CH, 16CH - sterylne, pakowane w jednym integralnym opakowaniu wraz z przestrzenią martwą. Uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa, łatwa do demontażu dzięki pierścieniowi rozłączającemu system do odsysania z łącznikiem rurki, zastawka zapewniająca odizolowanie dróg oddechowych pacjenta i bezpieczne przepłukanie systemu, a także umożliwiająca, wykonanie bronchofiberoskopii, zapewniając integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii, oraz pobierania próbek wydzieliny - okres użytkowania min 72h. Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etylo-heksylu), często określanymi skrótem DEHP.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 36 – dotyczące Zadania 72

Czy w Zadaniu 72 Zamawiający dopuści Cewnik do odsysania pola operacyjnego 220 cm, powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony ,końcówka ssąca 5 mm, standardowa , zagięta.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 37 – dotyczące Zadania 73

Czy w Zadaniu 73 Zamawiający dopuści Cewnik do odsysania pola operacyjnego 220 cm, powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony ,końcówka gładka ssąca 7 mm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 38 – dotyczące Zadania 103

Czy w Zadaniu 103 Zamawiający dopuści zamiast opisanego zestawu, Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy (komora kolekcyjna, komora manometryczna, komora zastawki wodnej, komora z mechanicznym regulatorem – pokrętkiem regulującym siłę ssania), pozwalającym na stały monitoring ciśnienia śródplucnego; z miękkim drenem monoprenowym (nie zawierającym lateksu), samouszczelniającym dla umożliwienia pobierania próbek płynu, o pojemności 2500 ml?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 39 – dotyczące Zadania 104

Czy w Zadaniu 104 Zamawiający dopuści zamiast opisanego zestawu, zestaw zawierający bezpieczną igłę Veressa z kolorowym indykatorem bezpieczeństwa, dren rozmiar 8Ch, zawór kulkowy zapobiegający przedostaniu się powietrza do jamy opłucnej, strzykawkę 50 ml i worek 2000 ml?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 40 – dotyczące Zadania 25 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego filtra oddechowego z parametrami skuteczności filtracji przeciwwirusowo-bakteryjnej 99,99%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 41 – dotyczące Zadania 25 poz.2

Prosimy zamawiającego o sprostowanie, czy skuteczność nawilżania min 29mg/l ma być dostępna przy maksymalnej objętości oddechowej VT 1000 ml?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 42 – dotyczące Zadania 25 poz.2

Prosimy zamawiającego o sprostowanie, czy temperatura zwrotna min. 30st.C ma być dostępna przy maksymalnej objętości oddechowej VT 1000 ml?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 43 – dotyczące Zadania 25 poz.2

Czy w celu zapewnienia najwyższych parametrów nawilżania filtr oddechowy powinien posiadać wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci o powierzchni wymiany pary wodnej co najmniej 1100 cm²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 44 – dotyczące Zadania 26

Czy w związku z wymogami normy ISO 8185:2007 dotyczącymi nawilżaczy aktywnych posiadających wydajność nawilżania co najmniej 30mg/l H₂O, Zamawiający będzie wymagał mechanicznego, sterylnego filtra oddechowego o parametrach nawilżania min. 30mg/l H₂O, skuteczności przeciwwirusowo-bakteryjnej 99,999999%, przestrzeni martwej 92 cm³, wadze 53 gramy, temperaturze zwrotnej 34 st.C, powierzchni filtrującej 500 cm²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 45 – dotyczące Zadania 9 poz 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic nitrylowych pakowanych a 200szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 46 – dotyczące Zadania 11

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic niesterylnych, bezlateksowych, nitylowych, – kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość min.300 mm Grubość na palcu min.0,14 mm na dłoni min. 0,09 mm na mankiecie min. 0,07 mm
2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic niesterylnych, bezlateksowych, nitylowych, – kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna rękawicy gładka z teksturą na końcach palców. Długość min.275 mm Grubość na palcu min.0,18 mm, na dłoni min. 0,12 mm, na mankiecie min. 0,09 mm
3. Czy Zamawiający dopuści podanie w formularzu cenowym ceny za opakowanie jednostkowe z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
od 2) Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.
od 3) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 47 – dotyczące Zadania 12

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy bez wewnętrznej warstwy chlorowanej, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawicy ortopedycznej o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, powierzchni wewnętrznej chlorowanej o min.długości na mankiecie 0,23 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.
od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 48 – dotyczące Zadania 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic ginekologicznych dostępnych w rozmiarach S-6.5, M-7.5, L-8, o minimalnej długości 501 mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 49 – dotyczące Zadania 120

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy linie do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, nie wymagające dodatkowego eliminatora rezonansu magnetycznego z racji wysokiej klasy materiału z którego jest wyprodukowana, amerykańskiego producenta (dawny ABBOT) , pojedynczej, z przetwornikiem i podwójną płuczką 3ml/h, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogenicznego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Biureta zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 50 – dotyczące SIWZ

Czy zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24. Ust. 11, jeśli wykonawca przedstawi informacje o przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 51 – dotyczące Zadania 148

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 2. Zabieg ten pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert.
2. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP badaniami klinicznymi. Wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.).
3. Czy wystarczające dla Zamawiającego będzie spełnienie wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli badaniami laboratoryjnymi in vitro?
4. Czy Zamawiający wymaga, aby celuloza regenerowana posiadała w instrukcji użytkowania wyraźne wskazanie do stosowania w neurochirurgii?
5. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga, aby celuloza regenerowana posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy E.Coli udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?
6. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza regenerowana posiadała informacje o czasie wchłaniania udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu?

Uzasadnienie do pytań 4-6: Potwierdzenie różnego rodzaju parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Ponadto każdy podmiot dokonujący zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu wyrobu medycznego jest zobowiązany przesłać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych (dalej URPLW MiPB) komplet dokumentów dopuszczających oraz instrukcję stosowania opisującą właściwości produktu i zawierającą wskazania i przeciwwskazania w jego stosowaniu. Należy również podkreślić fakt, że w sytuacji gdy producent dokona aktualizacji instrukcji (np. po przez zmianę jej treści) podmiot wprowadzający wyrób do obrotu jest zobowiązany przesłać zmienioną treść instrukcji do URPLW MiPB. Z tego względu instrukcja stosowania jest wiarygodnym dokumentem i jednym z najistotniejszych dokumentów z punktu widzenia URPLW MiPB.

7. Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów oczekuje dołączenia instrukcji użytkowania produktu do oferty? Gwarantuje to możliwość zweryfikowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego oraz otrzymanie produktów o oczekiwanej jakości.

Odpowiedz

od 1) Zamawiający wydziela z Zadania 148 pozycję 2 i tworzy z niej Zadanie 148A

Wadium: Zadanie 148 – 40,00 PLN , Zadanie 148A – 10,00 PLN

od 2) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

od 3) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

od 4) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

od 5) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

od 6) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

od 7) Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów wymaga dołączenia instrukcji użytkowania produktu do oferty



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 52 – dotyczące Zadania 51

Czy Zamawiający w Zadaniu 51 wyrazi zgodę na wyodrębnienie i utworzenie oddzielnego pakietu dla poz. 2-3 „Nakłuwacze igłowe”?


Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 51 pozycję 2-3 i tworzy z nich Zadanie 51A

Wadium: Zadanie 51 – 5,00 PLN , Zadanie 51A – 20,00 PLN

Pytanie 53 – dotyczące Zadania 51 poz.2-3

Czy Zamawiający w Zadaniu 51 poz. 2-3 „Nakłuwacze igłowe” dopuści jednorazowe nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,5 mm, które zapewniają uzyskanie wystarczającej ilości krwi z opuszki palca od dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.



Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 54 – dotyczące SIWZ

Prosimy o informację czy zaoferowany przez Wykonawcę „Czas realizacji zamówienia” będzie biegł tylko w dni robocze czy w dni kalendarzowe?

Odpowiedz

„Czas realizacji zamówienia” będzie biegł tylko w dni robocze

Pytanie 55 – dotyczące Zadania 49 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie.

1. Czy zamawiającemu chodziło o: Okulary ochronne: zestaw składający się z kolorowej plastikowej oprawki w 10 różnych kolorach i wymiennych jednorazowych osłony (szybek) pakowanych po 25szt. Jednorazowa wymienna osłona (szybka), dająca możliwość użycia równocześnie z okularami korekcyjnymi, zapewniająca boczną oraz nadbrwiową ochronę użytkownika, nie ograniczająca boczno pola widzenia i dla identyfikacji logo producenta.
2. Czy Zamawiający dla potwierdzenia autentyczności produktu będzie wymagał certyfikatów, dokumentów dopuszczających oraz deklaracji zgodności potwierdzających, że jest to produkt ochrony indywidualnej?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 56 – dotyczące Zadania 87 poz. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłącznie z zadania 87 poz 13 i utworzenie osobnego pakietu.

Prośbę motywujemy tym, iż pozwoli nam to złożyć korzystniejszą ofertę pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 87 pozycję 13 i tworzy z niej Zadanie 87A

Wadium: Zadanie 87 – 49,00 PLN , Zadanie 87A – 1,00 PLN



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 57 – dotyczące Zadania 88 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka pisarska w wymiarze (powinno być 15 x 122cm) wg naszej wiedzy osłona z wymienionymi cechami w podanym wymiarze nie istnieje.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 58 – dotyczące Zadania 92 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestawy z cewnikiem do wkluc centralnych 2 i 3-światłowy dł. 15cm; 20cm; o okrągłym przekroju kanałów na całej długości cewnika, cewnik poliuretanowy, wbudowane bezigłowe zastawki hemostatyczne, odprowadzenia kanałów kodowane kolorem, skład zestawu: igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem w tłoku na przewodnik, hydrofilne rozszerzadło, nitinolowy przewodnik odporny na załamania umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania przewodnika, skalpel 11 z krótką rączką, dodatkowe skrzydełka mocujące?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 59 – dotyczące Zadania 92 poz.2

Czy zamawiający dopuści zestawy z cewnikiem do wkluc centralnych 2, 3, 4, 5-światłowe, dł. 15cm lub 20cm; o okrągłym przekroju kanałów na całej długości cewnika, cewnik poliuretanowy, wbudowane bezigłowe zastawki hemostatyczne, odprowadzenia kanałów kodowane kolorem, skład zestawu: igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem w tłoku na przewodnik, hydrofilne rozszerzadło, nitinolowy przewodnik odporny na załamania umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania przewodnika, skalpel 11 z krótką rączką, dodatkowe skrzydełka mocujące. Cewnik z powłoką antybakteryjną (poliheksametyleno biguanid) usieciowaną w strukturę cewnika – powłoka aktywna podczas całego okresu utrzymania w naczyniu (nie ulega wypłukaniu)?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 60 – dotyczące Zadania 92 poz.3

Czy zamawiający dopuści zestawy z cewnikiem do wkluc centralnych 3-światłowe, dł. 15cm lub 20cm; o okrągłym przekroju kanałów na całej długości cewnika, cewnik poliuretanowy, wbudowane bezigłowe zastawki hemostatyczne, odprowadzenia kanałów kodowane kolorem, skład zestawu: igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem w tłoku na przewodnik, hydrofilne rozszerzadło, nitinolowy przewodnik odporny na załamania umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania przewodnika, skalpel 11 z krótką rączką, dodatkowe skrzydełka mocujące przeznaczone do szybkich wlewów (typu High Pressure), cewnik dłg 20 cm nie zawiera systemu lub zacisku odcinającego?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 61 – dotyczące Zadania 65 poz.1 i 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 65 poz. 1 i 2 wymaga aby zaoferowany papier był zgodny z instrukcją użytkownika sterylizatora Steri Vac 5XL będącego na wyposażeniu zamawiającego i dopuszczony przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora?

Odpowiedz

Tak.