



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 11.10.2016r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę środków dezynfekujących, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, ciekły azot – znak 35/med/2016** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 04.10.2016r pod numerem 317102-2016

## **Pytanie 1 dotyczące Zadania 2 poz 1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem (poz 1) oraz opakowaniach 1L-poz.2) Nadmieniamy iż produkt był używany w Państwa jednostce i cieszył się dużym uznaniem wśród personelu medycznego.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 2 dotyczące Zadania 2 poz 3 i 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 3 dotyczące Zadania 2 poz 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów (opinia Karl Storz) na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV, HBV, HCV, noro), M, terrae, M. Avium, M. tuberculosis, S (B. Subtilis, C. Difficile) w czasie do 10 min- wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 0,5%. Stabilność roztworu roboczego- 36 godzin. Preparat przebadany wg norm europejskich: 14 561, 14 562, 14 563, 14 476, w opakowaniach a' 6kg

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

## **Pytanie 4 dotyczące Zadania 2 poz 14 i 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu i amin do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętów medycznych, z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), V (HIV, HBV, HCV), M.Terrae: stężenie 0,25 % - 15 minut, Rota-0,5%- 15 minut. Preparat przebadany wg norm europejskich dla obszaru medycznego w zakresie działania bakteriobójczego (PN EN 13727 ,14561), grzybobójczego (PN EN 13624 , 14562) i prątkobójczego (PN EN 14348) w opakowaniach 1 l z dozownikiem przelewowym (poz 14) oraz op 5kg (poz 15) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 4 dotyczące Zadania 2 poz 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach do 160g, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

## **Pytanie 5 dotyczące Zadania 2 poz 17**

Czy zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu o spektrum działania :B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny w opakowaniu 1kg (300 tabletek x 3,3 g). Możliwość użycia w pionie żywieniowym.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 6 dotyczące Zadania 2 poz 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek( nie wymagających aktywacji) do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych także na oddziałach neonatologicznych nasączonych roztworem na bazie kwasu nadoctowego , o szerokim spektrum działania: B (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), Tbc (Mycobacterium terae), F (Candida albicans), V (Noro, Adeno, Polio), spory (Bacillus subtilis, C. difficile), zarejestrowanych jako wyrób medyczny, o wymiarach 20x30cm, w opakowaniach twardych a 50szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 7 dotyczące Zadania 2 poz 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach do 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

## **Pytanie 8 dotyczące Zadania 2 poz 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm, opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 9 dotyczące Zadania 14**

Czy zamawiający w zadaniu 14 wymaga, aby oferowane naboje zawierały 100 gram czystego EO, były zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora będącego na wyposażeniu zamawiającego?

### **Odpowiedz**

Zamawiający wymaga aby oferowane naboje zawierały 100 gram czystego EO, były zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora będącego na wyposażeniu zamawiającego.

---

**107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

**Telefon:** 261 47 28 61-63; **Fax:** 261 47 28 61-63

**[apteka-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apteka-przetargi@107sw.mil.pl)**

Regon 570544566      NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002