



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 24.01.2017r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych – znak 1/med/2017** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 04.01.2017r pod numerem 2070-2017

Pytanie 1 dotyczące Zadania 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jałowy opatrunek – tamponada, zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa lub bez w pozycji trzeciej w roz. ok. 8 cm x ok.1,5 cm x ok.2,0--2,5 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 2 dotyczące Zadania 40 – Materiały pomocnicze chirurgiczne.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 40 implant o parametrach równoważnych w zakresie jego przeznaczenia, a mianowicie: taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,15 mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniałna, taśma w plastikowej osłonce, co obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania, grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m², zagęszczenie oczek 50-55%, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N, szerokość 11 mm, długość 450 mm. Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TVT i TOT z narzędziami wielokrotnego użytku.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 3 dotyczące Zadania 41 – Materiały pomocnicze chirurgiczne.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 41 implant o parametrach równoważnych w zakresie jego przeznaczenia, a mianowicie: zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – płytka przednia pochwy, siatka o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał polipropylen monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 150 μm, porowatość max. 1950 μm, rozmiar: długość górnych ramion 39 cm, długość dolnych ramion 36 cm, wysokość trapezu 7,5 cm, siatka wykonana metodą osnowową, o splocie kolumnkowym, wytrzymałość min. 90 N.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 4 dotyczące Zadania 42 – Materiały pomocnicze chirurgiczne.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 42 implant o parametrach równoważnych w zakresie jego przeznaczenia, a mianowicie: zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy, siatka o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał polipropylen monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 150 μm, porowatość max. 1950 μm, rozmiar: długość górnych ramion 40 cm, długość dolnych ramion 38 cm, wysokość trapezu 6 cm, siatka wykonana metodą osnowową, o splocie kolumnkowym, wytrzymałość min. 90 N.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 dotyczące Zadania 43 – Materiały pomocnicze chirurgiczne.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 43 implant o parametrach równoważnych w zakresie jego przeznaczenia, a mianowicie: zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy, siatka o anatomicznym kształcie, z dwoma ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał polipropylen monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 150 μm, porowatość max. 1950 μm, rozmiar: długość 41,3 cm, wysokość dolnej wypustki 12 cm, szerokość 6,3 cm, wysokość górnej wypustki 4 cm, szerokość 6,3 cm, siatka wykonana metodą osnowową, o splocie kolumnkowym, wytrzymałość min. 90 N.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 6 dotyczące Zadania 44 – Materiały pomocnicze chirurgiczne.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 44 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,15 mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniałna, grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m², zagęszczenie oczek 50-55%, szerokość 11 mm, długość 450 mm, wykonana metodą osnowową, o splocie kolumnkowym, wytrzymałość min. 90 N.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 7 dotyczące Zadania 40

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie taśmy przeznaczonej do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TVT i TOT z narzędziami wielokrotnego użytku wykonanej z polipropylenu monofilamentowego. Taśma macroporowa o długości 45 cm, szerokości 10mm, grubości $32 \pm 5 \mu\text{m}$, gramaturze $45 \pm 5\%$ g/m², wielkość porów 180 μm. Brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 8 dotyczące Zadania 1, poz. 1-3:

Czy zamawiający w celu ułatwienia przeprowadzenia poprawnej procedury zakładania gipsu zgodzi się na warunek konieczny posiadania przez opaski gipsowe plastikowego perforowanego trzpienia, który umożliwi równomierne namaczanie opaski oraz zapobiega jej deformacji?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 9 dotyczące Zadania 4, poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania chusty trójkątnej bawełnianej czy włókninowej?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 10 dotyczące Zadania 8, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy wstępnie pranej, w procesie technologicznym wielokrotnie płukanej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 11 dotyczące Zadania 10, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chłonne serwety operacyjne w kolorze białym z nitką RTG oraz tasiemką w rozmiarze 45x45cm lub 50x50cm lub 45x70cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza chłonne serwety operacyjne w kolorze białym z nitką RTG oraz tasiemką w rozmiarze 45x70cm, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 12 dotyczące Zadania 17, poz. 5, 6

Czy zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem kauczukowym z zawartością tlenku cynku, który chroni skórę przed podrażnieniami?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 13 dotyczące Zadania 23, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści tupfer w kształcie kuli o wykroju 20x20cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 14 dotyczące Zadania 25 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści tupfer w rozmiarze 15.x15cm w kształcie kuli?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 15 dotyczące Zadania 26 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści seton 17-nitkowy 4-warstwowy z nitką RTG w rozmiarze 7,5cm x1m?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 16 dotyczące Zadania 26 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści seton 17-nitkowy 8-warstwowy bez nitki RTG w rozmiarze 7,5cm x 1m?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 17 dotyczące Zadania 26 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści seton 17-nitkowy 4-warstwowy z nitką RTG w rozmiarze 10cm x 1m?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 18 dotyczące Zadania 32, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści opatrunki jałowej pooperacyjne z klejem hypoalergicznym typu hot-melt (kauczuk syntetyczny), z wkładem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany warstwą mikroperforowanej folii polietylenowej, z przecięciem wzdłuż dłuższego lub krótszego boku w zależności od rozmiaru plastra?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 19 dotyczące Zadania 33, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za pełne opakowanie a'50szt., co pozwoli na zaoferowanie niższej ceny oferowanego wyrobu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 20 dotyczące Zadania 7, 8, 9,10,12,13,15 poz.2, 23, 25,26:

Czy produkty w wyżej wymienionych zadaniach muszą być wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji?

Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 21 dotyczące Zadania 37, poz. 1:

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zamawiający wydzieli pozycje nr 1 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z w/w Zadania poz.1 i tworzy z niej Zadanie 37A.

Pytanie 22 dotyczące Zadania 37, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątne, wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,16 mm, grubość siatki 0,47mm, powierzchnia porów 0,59mm², porowatość 590µm, gramatura 80g/m² (+/-10g/m²), rozmiar 8cmx13cm oraz 10cmx16cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 23 dotyczące Zadania 39, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści: Siatki przepuklinowe polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłaniające się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem, dzięki powłoce tytanowej mają właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegają do trzewi). Nadają się do wszystkich technik operacyjnych. W rozmiarach odpowiednio: 15x15cm, 20x15cm, 30x30cm- wszystkie pakowanie po 3 szt.?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 24 dotyczące Zadania 39, poz.2: Czy Zamawiający dopuści: Siatki przepuklinowe polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłaniające się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem, dzięki powłoce tytanowej mają właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegają do trzewi). Nadają się do wszystkich technik operacyjnych, o następujących parametrach: waga 16g/m², grubość nici (włókna) 65 µm, wielkość porów ≥1mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 25 dotyczące Zadania 40:

Czy Zamawiający dopuści taśmę o gramaturze 64 g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 26 dotyczące Zadania 40:

Prosimy o doprecyzowanie ilu sztuk narzędzi wielorazowych zamawiający wymaga na bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy. Ma to istotne znaczenia dla kalkulacji cenowej oferty.

Odpowiedz

Zamawiający wykonuje jeden zabieg dziennie.

Pytanie 27 dotyczące Zadania 51, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści maseczkę odporną na przesiąkanie, hypoalergiczną, zgodą z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typ II, o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8% aerozoli biologicznych, z trokami o długości min. 35 cm, wyposażone w sztywnik, pakowane w kartonik po 50 sztuk, na pudełku numer katalogowy oraz numer LOT? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ, jednocześnie wydziela z w/w Zadania poz.1 i tworzy z niej Zadanie 51A.

Pytanie 28 dotyczące Zadania 51, poz. 10: Czy zamawiający dopuści maseczkę odporną na przesiąkanie, hypoalergiczną, zgodą z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typ II, o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8% aerozoli biologicznych, z gumką, wyposażone w sztywnik, pakowane w kartonik po 50 sztuk, na pudełku numer katalogowy oraz numer LOT? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ, jednocześnie wydziela z w/w Zadania poz.10 i tworzy z niej Zadanie 51B.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 29 dotyczące Zadania 51, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści serwetę sterylną na stolik Mayo wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 30 dotyczące Zadania 55, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm z przylepcem wokół otworu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 31 dotyczące Zadania 57, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	240x150cm
serweta z przylepcem	1	180x170cm
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75cm
taśma medyczna	1	50x9cm
serweta na stół instrum.	1	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1	145x80cm
serwetki do rąk	2	40x20cm

serwety z przylepcem wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, serweta sterylna na stolik Mayo wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O, serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 32 dotyczące Zadania 49, poz. 1 , zadania 51 poz. 3-5 oraz 7-9, zadania 54, zadania 55:

Czy zamawiający dopuści serwety i obłożenia wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment w w/w Zadaniach.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 33 dotyczące Zadania 60, poz.1:

- serweta na stół instrumentariuszki 190x150cm
- serweta na stół Mayo
145x80cm
- serweta z przylepcem 300x180
- serweta 260x240cm ze wzmocnieniem i wycięciem typu „U” w rozmiarze 100x10cm 1szt.
- serweta 90x75cm 1szt.
- pokrowiec na kończynę 120x37cm
taśma na włókninie 50x9cm
- 2szt.
- ręczniczki celulozowe w rozmiarze 50x40cm- 4szt.
- serweta w rozmiarze 200x150cm

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m².

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 34 dotyczące Zadania 60, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1 szt.	L2	260x240
serweta z przylepcem	1 szt.	L2	240x150
pokrowiec na nogę	1 szt.	L2	120x37
kieszka na płyny z kształtką	1 szt.	PE - 1K	40x30
taśma medyczna	6 szt.	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1 szt.		190x150
serweta na stół Mayo	1 szt.		145x80
serwetki do rąk	2 szt.	włók. kom.	40x20

serwety z przylepcem wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, serweta sterylna na stół Mayo wykonana z laminatu dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O, serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 35 dotyczące Zadania 66 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny o gramaturze 35 g/m², strefa krytyczna o gramaturze 75 g/m². Barierowy laminat (PE + PP) umieszczony od zewnętrznej strony fartucha na jego przodzie i w rękawach, umożliwia użycie wyrobu podczas długich i mokrych operacji. Konstrukcja fartucha pozwala na dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Fartuch pakowany w papier krepowany z dwoma ręczniczkami?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 36 dotyczące Zadania 67:

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m², dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną o gramaturze 40g/m² w części przedniej i na rękawach, złożenie typu book folded umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep, troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny, rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonnym pot, podwójne opakowanie-torebka papierowo foliowa z dwoma samoprzylepnymi naklejkami do archiwizacji dokumentów zawierającymi nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta oraz dodatkowe owinięcie w papier krepowy, zapakowany z dwoma ręczniczkami z niepyłającej włókniny kompresowej w rozmiarze 40cmx20cm, fartuch przeznaczony do operacji z dużą ilością płynów, zgodny z norma PN EN 13795 1, 2, 3, w rozmiarach, L, XL, XXL (długości fartuchów L- 125cm, XL- 140cm, XXL- 155 cm)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 37 dotyczące Zadania 69, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Elementy w twardym blistrze:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1 szt
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1 szt
Rękawice nitrylowe	M	2 szt
Tupfer kula 17N	20x20cm	5 szt
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8 szt
Pęseta plastikowa		1 szt
Pean plastikowy	14 cm (+/-0,3)	1 szt
Pojemnik plastikowy		1 szt

Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym:

Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1 szt
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1 szt



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 38 dotyczące Zadania 71, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do wklucia centralnego o składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1 szt
serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przyklepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1 szt
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10 szt
tupfer kula 17N	20x20cm	10 szt
peşeta plastikowa		1 szt
strzykawka 10ml	10ml	1 szt
strzykawka 20ml	20ml	1 szt
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1 szt
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1 szt
ostrze nr 11	Nr 11	1 szt
imadło metalowe		1 szt

Serweta z laminatu FB- wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 42g/m², wytrzymałość na zerwanie min. 10N/5cm, barierowość dla wody min 700 mm H₂O,

Serweta z L2- wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g /m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, zgodne z norma EN 13795-1-2-3, opakowanie z odklejana etykietą umożliwiającą identyfikację zestawu z numerem serii, data ważności oraz identyfikacją producenta?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 39 dotyczące Zadania 77 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści przykrycie dla pacjenta z polipropyleny w kolorze niebieskim?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment , przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 40 dotyczące Zadani 78 poz.1-3:

Czy należy zaoferować wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 41 dotyczące Zadania 78 poz. 1-3:

Czy należy zaoferować wyrób posiadający falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz, co zapobiega wyciekom?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 42 dotyczące Zadania 78 poz. 1-3:

Czy należy zaoferować pieluchy w opakowaniu zbiorczym a 30 szt?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 43 dotyczące Zadania 79 poz. 1:

Czy należy zaoferować pieluchy z wycięciem na pępek?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 44 dotyczące Zadania 81 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści elastyczne majtki siatkowe wykonane z poliestru i elastanu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 45 dotyczące Zadania 82:

Czy zamawiający dopuści fartuchy niesterylne z włókniny o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 46 dotyczące Zadania 86:

Czy zamawiający dopuści jednorazowe włókninowe ubranie dwuczęściowe o gramaturze 45g/m², składające się z bluzy i spodni zapakowanych razem, bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic, krawędzie obszyte zabezpieczone przed strzępieniem, spodnie luźne z trokami?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 47 dotyczące Zadania 89:

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, zaprojektowane tak, by chronić skórę dłoni osoby pielęgnującej, niepodfoliowane wykonane z włókniny?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 48 dotyczące Zadania 89:

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, zaprojektowane tak, by chronić skórę dłoni osoby pielęgnującej, podfoliowane wykonane z celulozy?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 49 dotyczące Zadania 96:

Czy zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na kamerę w rozmiarze 13x244cm składany teleskopowo, z jednej strony wyposażony w kartonik z drugiej zaś w taśmę lepłą co ułatwia aplikację na urządzeniu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisem SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 50 dotyczące Zadania 99:

Czy zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni o wymiarze 45cmx75cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisem SIWZ.

Pytanie 51 dotyczące wymaganych dokumentów

Czy zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu, czy też oświadczenia, że wykonawca dokumenty takie posiada przedstawi je na każde żądanie zamawiającego?

Odpowiedz

Patrz Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

Pytanie 52 dotyczące projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zapłata za zamówiony towar następowała w ciągu 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 7 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedz

od 1) Tak.

od 2) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.

od 3) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon: 261 47 28 61-63; **Fax:** 261 47 28 61-63

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Regon 570544566 NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002