



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 25.01.2017r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych – znak 1/med/2017** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 04.01.2017r pod numerem 2070-2017

Pytanie 1 dotyczące Zadania 2 – Materiały Opatrunkowe

Prosimy o dopuszczenie opaski wyściełającej pod opatrunki gipsowe z waty syntetycznej 10cmx3m lub 15cmx3m.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 dotyczące Zadania 3 – Materiały Opatrunkowe

Prosimy o dopuszczenie podkładu chłonnego z rozdrobnionej celulozy 58x91cm z nieprzemakalną folią.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 3 dotyczące Zadania 16 – Materiały Opatrunkowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej typu codofix w rozmiarze 8cmx25m w stanie rozciągniętym (10m w stanie swobodnym).

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 4 dotyczące Zadania 20 – Materiały Opatrunkowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra ocznego dla dorosłych 9,5cmx10,5cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 5 dotyczące Zadania 22 – Materiały Opatrunkowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do zamykania ran 6x75mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 6 dotyczące Zadania 32 – Materiały Opatrunkowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego z nacięciem wzdłuż dłuższego boku. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 7 dotyczące Zadania 48 poz.1– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepek chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki w rozmiarze uniwersalnym. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 8 dotyczące Zadania 48 poz.2– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepek chirurgicznego o gramaturze 12g/m².

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 9 dotyczące Zadania 54 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety samoprzylepnej w rozmiarze 45cmx50cm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 10 dotyczące Zadania 55 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej sterylnej 75x90cm z otworem.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 11 dotyczące Zadania 57– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ogólnego jałowego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

Osłona na stół narzędziowy 152x190cm, 50 µm (opakowanie wewnętrzne)

- 4 ręczniki chłonne 30x20cm, rozłożone
- 1 taśma lepna 9x50cm
- 1 osłona na stół mayo 80x142cm ze wzmocnieniem na obszarze 55x88cm, składana rewersowo
- 2 serwety boczne z bilaminatu 90x75cm ze wzmocnieniem 60x25cm, długi przylepiec 84cm
- 1 serweta dolna z bilaminatu 175x190cm ze wzmocnieniem 67x25cm, długi przylepiec 98cm, 1 uchwyt na przewody
- 1 serweta górna z bilaminatu 240x150cm ze wzmocnieniem 67x25cm, długi przylepiec 98cm, 1 uchwyt na przewody

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwarstwowego, pełnobarierowego laminatu o gramaturze 58 g/m², w części wzmocnionej min.110g/m².

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 12 dotyczące Zadania 57– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ogólnego jałowego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo min.75x141 cm,
- 2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm
- 1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.
- 1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.
- 4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stół narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia(nie paskowo, obwodowo, punktowo) bez zawartości celulozy lub wiskozy. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 13 dotyczące Zadania 57 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ogólnego jałowego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm
- 2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta 196x 200 cm, przylepna
- 1 x serweta 160x260 cm, przylepna
- 1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, trójwarstwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m², laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 14 dotyczące Zadania 10 – Ogólny jałowy zestaw uniwersalny

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo min. 77x142 cm
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwarstwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 15 dotyczące Zadania 60 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

Otulina SMS 90x90cm zawiera:

- 1 osłonę na stół narzędziowy 140x190cm, 50 µm która zawiera:
- 1 przylepną serwetę górną z bilaminatu 269x182cm z osłoną ramion stołu, wzmocnienie 25x61cm, 2 uchwyty na przewody typu rzep
- 1 serwetę typu U z bilaminatu 220x300cm, przylepne wycięcie 8.5x107cm, wzmocnienie 100x50cm
- 1 plastikową serwetę typu U 152x213cm z przylepnym wycięciem 20x76cm
- 1 serwetę z bilaminatu 150x150cm
- 2 taśmy lepne 9x50cm
- 2 ręczniki chłonne 30x20cm, rozłożone

Serwety operacyjne min. dwuwarstwowo na całej powierzchni, wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 58g/m² (wzmocnienie 110g/m²). Chłonność materiału podstawowego >250%, chłonność w miejscu padu >650%.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 16 dotyczące Zadania 61 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm
- 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm
- 1 x osłona na kamerę 13 x240 cm
- 1 x osłona na kończynę 55 x 37,5 cm
- 2 x taśma przylepna, 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm
- 1 x serweta do artroskopii w 221/290x322 cm z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² bez zawartości pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 190kPa. Chłonność materiału >250%. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 17 dotyczące Zadania 61– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm
- 1 x serweta 135x196 cm
- 1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa
- 2 x taśma przylepna, 10x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm
- 1 x serweta do artroskopii 221/290x310 cm z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. 74x90cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m², dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 18 dotyczące Zadania 61– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,
- 1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m² pozbawiona pyłających i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetrację płynów min. 200 cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 200 kPa, odporność na rozciąganie wzdłużne na sucho/mokro min. 110 N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii. Serwety na stoliki narzędziowe, Mayo ze wzmocnieniem zespolonym z folią PE na całej powierzchni wzmocnienia (nie obwodowo, paskowo, punktowo) Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 19 dotyczące Zadania 64 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji żyłaków, wzmocnionego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
- 1 x serweta górna 150x240cm, przylepna
- 1 x serweta 200x250cm z przylepnym wycięciem U 7x95 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 20 dotyczące Zadania 66 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z bardziej barierowym łączeniem rękawów niż opisany w SIWZ tj. z rękawami klejonymi w rozmiarach S/M, L, XL, XLL. Takie rozwiązanie spaja włókniny na całej powierzchni łączenia, bez przerw jak w przypadku ultradźwięków.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 21 dotyczące Zadania 67 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego fartucha chirurgicznego o gramaturze 70g/m² z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami wykonanymi z włókniny polietylenowej i folii polietylenowej w części przedniej i na rękawach o gramaturze 51g/m², posiadającego dodatkowo dwa ręczniczki w rozmiarze 30x39cm, rozłożone. Rozmiary fartuchów: S/M (115cm), L (120cm), XL (130cm), XLL (150cm), 2XLL (170cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .

Pytanie 22 dotyczące Zadania 87 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnej kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 33x41cm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 23 dotyczące Zadania 96 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, foliowego pokrowca na kamerę w rozmiarze 13x235cm, z mankietem teleskopowym.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 24 dotyczące Zadania 105 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego do opisanego podkładu wysokochłonnego wyposażonego w rdzeń żelowy absorbujący płyny o rozmiarze (+/- 2cm) 50x205,5 cm (tj. odpowiadającego rozmiarowi blatu stołu). Całkowity rozmiar serwety wynosi 102x229cm co wynika z zastosowania marginesów z laminatu wielowarstwowego celem zabezpieczenia przed wyciekaniem płynów z rdzenia chłonnego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .

Pytanie 25 dotyczące Zadania 106 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej na podłogę o wymiarach 71cmx101cm lub 71cmx142cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza matę chłonną na podłogę o wymiarach 71cmx142cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 dotyczące Zadania 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62

Z uwagi na fakt, że w świetle normy EN13795 powierzchnia osłony na stolik Mayo jest powierzchnią mniej krytyczną, do której stosuje się wymogi dla powierzchni o wydajności standardowej, natomiast zaoferowane przez nas stoliki spełniają wymogi normy EN 13795 dla powierzchni o wysokiej wydajności, zaś norma dla tego typu wyrobów wskazuje wymagania w zakresie wytrzymałości na rozerwanie/rozdarcie min. 40kPa prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie osłony na stolik Mayo zgodnego z wymaganiami normy EN13795 dla powierzchni o wysokiej wydajności.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .

Pytanie 27 dotyczące Zadania 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia spełnienia parametru – gramatura min. 51g/m² dla ściereczek chłonnych, ponieważ ten parametr nie jest wymagany przez żadną normę obowiązującą na terenie Polski.

Odpowiedz

Zamawiający odstępuje od wymogu potwierdzenia spełnienia parametru – gramatura min. 51g/m² dla ściereczek chłonnych.

Pytanie 28 dotyczące Zadania 1, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 29 dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie .



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 30 dotyczące Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie .

Pytanie 31 dotyczące Zadania 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie .

Pytanie 32 dotyczące Zadania 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie .

Pytanie 33 dotyczące Zadania 8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby serwety były poddane procesowi prania wstępnego?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 34 dotyczące Zadania 11, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej impregnowanej białą parafiną?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .

Pytanie 35 dotyczące Zadania 12

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie .

Pytanie 36 dotyczące Zadania 16, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje opaski o długości 25m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 37 dotyczące Zadania 18

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie .

Pytanie 38 dotyczące Zadania 19

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 39 dotyczące Zadania 32

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym z nacięciem wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .

Pytanie 40 dotyczące Zadania 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany pojedynczo w rozmiarze 71x116cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 41 dotyczące Zadania 47, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .

Pytanie 42 dotyczące Zadania 48, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka głęboki w rozmiarze uniwersalnym w całości wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m², z możliwością wywinięcia części przedniej, która utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .

Pytanie 43 dotyczące Zadania 49, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na kończynę z 1 taśmą lepłą w komplecie oraz drugą pakowaną osobno?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 44 dotyczące Zadania 49, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 45 dotyczące Zadania 49, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 46 dotyczące Zadania 51, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę ze stałą średnicą otworu o średnicy 7cm lub 6x8cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 47 dotyczące Zadania 51, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę do zabezpieczenie wkłuc centralnych w rozmiarze 75cm x 80cm z otworem o średnicy 6cm x14,5cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 48 dotyczące Zadania 52

Czy Zamawiający dopuści serwetę do zabezpieczenie wkłuc centralnych w rozmiarze 75cm x 80cm z otworem o średnicy 6cm x14,5cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 49 dotyczące Zadania 53

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta okulistyczna o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .

Pytanie 50 dotyczące Zadania 55

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 51 dotyczące Zadania 66

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuchy odporne były na działanie alkoholi?

Odpowiedz

Zamawiający odstępuje od wymogu, aby fartuchy odporne były na działanie alkoholi.

Pytanie 52 dotyczące Zadania 67

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m² ze dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze 38g/m², pakowany podwójnie: w opakowanie folia-papier oraz dodatkowe owinięcie z papieru krepowego, dodatkowo 2 ręczniki 30x30cm, dostępny w rozmiarach L, XL, XXL?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 53 dotyczące Zadania 70

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą w rozmiarze 50x75cm z otworem o stałej średnicy 6x8cm lub 7cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 54 dotyczące Zadania 70

Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami 17 nitkowymi?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 55 dotyczące Zadania 70

Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami w rozmiarze 20x20cm ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 56 dotyczące Zadania 75, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 80x150cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 57 dotyczące Zadania 75, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt o średnicy 80cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 58 dotyczące Zadania 82

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 59 dotyczące Zadania 86

Czy Zamawiający dopuści ubranie pakowane razem (bluza i spodnie)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 60 dotyczące Zadania 87

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną kieszeń w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 61 dotyczące Zadania 90

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a' 100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 62 dotyczące Zadania 96

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 63 dotyczące Zadania 98, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50 x 38 x 50m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 64 dotyczące Zadania 98, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 39 x 38 x 50m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 65 dotyczące Zadania 100

Czy Zamawiający dopuści serwetę z absorbentem w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 66 dotyczące Zadania 105

Czy Zamawiający dopuści wysokochłonny podkład higieniczny składający się z 3 warstwy: włóknina, wkład chłonny, laminat nieprzemakalny (spodnia strona), w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 50 x 208 cm +/- 2,5cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 67 dotyczące Zadania 106

Czy Zamawiający dopuści matę chłonną w rozmiarze 76x116cm posiadającą antypoślizgową powierzchnię spodnią, bez możliwości przytwierdzenia do podłogi?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 68 dotyczące Zadania 75 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pokrowca na sprzęt medyczny o wymiarach 95x130cm pozwoli nam to złożyć korzystniejszą ofertę pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 69 dotyczące Zadania 77 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 101x203cm, pozwoli nam to złożyć korzystniejszą ofertę pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 70 dotyczące Zadania 94 poz. 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podanie wymiarów osłony na ramię C do aparatu GENORAY ZEN-2090 PRO. Umożliwi to dopasowanie najbardziej komfortowej osłony.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 71 dotyczące Zadania 96 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony na kamerę o wymiarach 18x244cm pozwoli to na złożyć korzystniejszą ofertę pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 72 dotyczące Zadania 100

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podkładu wysokochłonnego o wymiarach 101x229cm pozwoli to na złożyć korzystniejszą ofertę pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 73 dotyczące Zadania 105

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podkładu wysokochłonnego o wymiarach 101x229cm, gdyż od zeszłego roku rozmiar podkładów uległ nieznacznej zmianie, pozostały parametry bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 74 dotyczące Część I- Materiały opatrunkowe - Zadanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów z włókniny polipropylenowej, masy celulozowej i folii PE?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 75 dotyczące Zadania 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów w rozmiarze 10 x 10 cm pakowanych 3 x 1 szt.? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu, jednocześnie wydziela z w/w Zadania poz.3 i tworzy z niej Zadanie 7A.

Pytanie 76 dotyczące Zadania 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety operacyjnej w rozmiarze 55 x 65 cm? pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 77 dotyczące Zadania 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tupferów pakowanych po 10 szt., każdy tupfer w osobnej przegródce?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 78 dotyczące Część III- Materiały jednorazowego użytku - Zadanie 49

Poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o wym. 33 x 55 cm z jednym paskiem lepny? Lub z drugą taśmą lepna pakowaną osobno?

Poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o wym. 33 x 120 cm?

Poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieszeni samoprzylepnej o wym. 38 x 40 cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 79 dotyczące Zadania 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety do zabezpieczania wkłuc centralnych, biopsji i znieczuleń kanałowych o wym. 120 x150 cm i otworem 7x10 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 80 dotyczące Zadania 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o wym. 55 x 90 cm z samoprzylepnym otworem 10 x 15cm? Dodatkowo taśma lepna na krótszym boku serwety.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 81 dotyczące Zadania 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający septyczną aplikację, wykonany z folii niepiaskowej, 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne- całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H₂O. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 82 dotyczące Zadania 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra o następującym składzie:
1x serweta do operacji biodra o wym. 225 x 280 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 10x100 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m².

1x serweta ekran anestetyczny o wym. 225 x 270 cm z wycięciem 45 x 65 cm ułatwiającym precyzyjne odgraniczenie pola operacyjnego i pozwalające osłonić podpórki kończyn górnych oraz ze wzmocnieniem w polu krytycznym

1x osłona kończyny dolnej 33 x 110 cm z dwoma paskami samoprzylepnymi 10 x 50cm

1x taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50 cm

1x serweta 180 x 150 cm pod kończynę

1x serweta 90 x 75 cm

4x ręczniki 30 x 40 cm

1x serweta Mayo Special 80 x 145 cm

1x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Chłonność materiału podstawowego- 340%, chłonność w miejscu wzmocnienia- 370%. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 83 dotyczące Zadania 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Chłonność materiału podstawowego- 340%, chłonność w miejscu wzmocnienia- 370%. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 84 dotyczące Zadania 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Chłonność materiału podstawowego- 340%, chłonność w miejscu wzmocnienia- 370%. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 85 dotyczące Zadania 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów złożonych w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązanych na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety wykonane z poliestru. Fartuch dostępny w rozmiarach M/L, XL, XXL.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 86 dotyczące Zadania 76

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 90 x 100 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 87 dotyczące Zadania 82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha zgodnego z SIWZ w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 88 dotyczące Zadania 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ubrania chirurgicznego spełniającego wszystkie wymagania SIWZ, jednak pakowanego w kompletach?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 89 dotyczące Zadania 8, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie w Zadaniu nr 8 jałowych serwet operacyjnych wykonanych z gazy po wstępnym technologicznym praniu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 90 dotyczące Zadania 17 poz. 5-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie w w/w pozycjach przylepca na tkaninie pokrytego klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 91 dotyczące Zadania 25, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Zadaniu 25, tupferów gazowych 12x12 pakowanych a'20 szt.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 92 dotyczące Zadania 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 57 zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo składana teleskopowo, wykonana z niepiaskowanej folii, o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm, wykonanym z włókniny polipropylenowej o gram. 40 g/m²(przyklejonej punktowo) .
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- taśma samoprzylepna 9x50cm, wykonana z włókniny typu spunlace
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 93 dotyczące Zadania 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 58 zestawu do operacji ginekologicznych wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm, wykonanym z włókniny polipropylenowej o gram. 40 g/m²
- 1 serweta główna o wym. 250/290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przyklepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm
- przezroczysta serweta przyklepna z folii polietylenowej o grubości 0,08mm do zakrycia okolic odbytu - 50x50cm,
- 1 nieprzyklepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 94 dotyczące Zadania 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 59 zestawu do operacji biodra wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.
Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm, wykonanym z włókniny polipropylenowej o gram. 40 g/m²
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 serweta przylepna 170x300cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 95 dotyczące Zadania 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 61 zestawu do operacji kończyny dolnej wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm, wykonanym z włókniny polipropylenowej o gram. 40 g/m²
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
 - 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μ m wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 96 dotyczące Zadania 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 63 zestawu do chirurgii dłoni/stopy wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm, wykonanym z włókniny polipropylenowej o gram. 40 g/m²
- 1 serweta przylepna główna - minimalne wymiary 220x320cm posiadająca elastometryczne (o zmiennej średnicy) okno \varnothing 3cm na kończynę otoczone wzmocnieniem na powierzchni min. 150x150cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μ m wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 97 dotyczące Zadania 66

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu odporności fartucha na działanie alkoholi, i wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha o odporności na przesiąkanie płynów min. 49,5 cmH₂O

Odpowiedz

Zamawiający odstępuje od wymogu odporności fartucha na działanie alkoholi, i dopuszcza zaoferowanie fartucha o odporności na przesiąkanie płynów min. 49,5 cmH₂O



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 98 dotyczące Zadania 66

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu odporności fartucha na działanie alkoholi, i wyrażenie zgody na zaferowanie fartucha wzmocnianego wewnątrznie z przodu i na $\frac{3}{4}$ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m².
Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 99 dotyczące Zadania 86

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie w Zadaniu nr 86 kompletów chirurgicznych, gdzie bluza i spodnie pakowane są razem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 100 dotyczące Zadania 19

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastra do wkluc centralnych o wymiarach 9x11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 101 dotyczące Zadania 20

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastra ocznego o wymiarach 6,5 x 9,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 102 dotyczące Zadania 32

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku z poliuretanu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 103 dotyczące Zadania 32

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku z poliuretanu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 104 dotyczące Zadania 32

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku z nacięciem wzdłuż dłuższego boku.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 105 dotyczące Zadania 32

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x30 cm, zamiast 10 x 35 cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 106 dotyczące Zadania 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów bawełnianych 17-nitkowych, 16-warstwowych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?


Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 107 dotyczące Zadania 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji okulistycznych w składzie:

- 1 ręcznik do rąk – 100% celuloza
- 1 serweta okulistyczna 150 x 140cm, torebka na płyny 30x20cm, z owalnym otworem 3,5 x 6,5cm, folią operacyjną 8x10cm, z 3 sztywnikami wokół otworu
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140cm




Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 108 dotyczące Zadania 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego minimalnie odbiegającego stolikiem Mayo od wymaganego oraz odpornością na przenikanie płynów 167cm H₂O.

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łąką chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łąka chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łąką chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łąka chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.




107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 109 dotyczące Zadania 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu biodrowego w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm wykonana z kratonu
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 110 dotyczące Zadania 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm wykonana z kratonu
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 111 dotyczące Zadania 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii dłoni/stopy w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 taśma mocująca 9x50cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 75 x 80 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 112 dotyczące Zadania 82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym 120x145cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 113 dotyczące Realizacji UMOWY

Czy Zamawiający ma możliwość odbioru towaru na paletach?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 114 dotyczące Zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 115 dotyczące Zadania 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniach a'100 sztuk, a nie na rolce?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 116 dotyczące Zadania 47 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 43 g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 117 dotyczące Zadania 49 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarze 150cm x 200cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 118 dotyczące Zadania 49 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszenie o wymiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 119 dotyczące Zadania 53 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie z z dwoma zintegrowanymi zbiornikami?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 120 dotyczące Zadania 57 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie :

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 1 serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190cm; warstwa chłonna 75x190cm |
| 2 | 1 serweta na stolik Mayo | 80 x 145cm; warstwa chłonna 60x145 cm |
| 3 | 1 serweta samoprzylepna | 180 x 150cm; warstwa chłonna 180x150 cm |
| 4 | 1 serweta samoprzylepna | 150 x 240cm warstwa chłonna 150x240 cm |
| 5 | 2 serwety samoprzylepne na dłuższym boku o szerokości 6cm) | 75 x 90cm; warstwa chłonna 75x90 cm (przylepiec |
| 6 | 2 włókninowe OP taśmy | 10 x 50 |
| 7 | 2 ręczniki | 40 x 40 |

O gramaturze 62g/m² i odporności na przenikanie cieczy min 145cm H₂O.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 121 dotyczące Zadania 60

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie:

- | | | |
|----|--|---|
| 8 | 1 serweta z wycięciem U-kształtnym | 200 x 300 cm |
| 9 | 1 serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190cm |
| 10 | 1 serweta | 75 x 90 cm |
| 11 | 1 serweta | 150 x 200 cm |
| 12 | 1 serweta samoprzylepna | 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu |
| 13 | 1 serweta na stolik Mayo | 80 x 145 cm |
| 14 | 2 ręczniki do rąk | 40 x 40 |
| 15 | 1 osłona na kończynę | 35 x 120 |
| 16 | 2 OP Taśma | 10 x 50 |

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 122 dotyczące Zadania 60

Czy Zamawiający dopuści zestawy o wytrzymałości na rozdarcie/rozerwanie na sucho oraz mokro – min. 80kPa?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 123 dotyczące Zadania 60

Czy Zamawiający dopuści zestawy z ręcznikami o gramaturze 50g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 124 dotyczące Zadania 66

Prosimy o odstąpienie od wymagania odporności fartucha na działanie alkoholu.

Odpowiedz

Zamawiający odstępuje od wymagania odporności fartucha na działanie alkoholu.

Pytanie 125 dotyczące Zadania 66

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS, zapięcie na górze w formie rzepu, takie jak stosowane dotychczas?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 126 dotyczące Zadania 82

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z włókniny o gramaturze min. 20g/m²

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 127 dotyczące Zadania 82

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym odpowiadającym rozmiarowi L/XL

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 128 dotyczące Zadania 85

Prosimy Zamawiającego o określenie składu (wraz z wymiarami) zestawu małego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza asortyment zaproponowany przez Wykonawcę.

Pytanie 129 dotyczące Zadania 86

Prosimy o dopuszczenie zestawów pakowanych razem.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 130 dotyczące Zadania 89

Czy Zamawiający ma na myśli gąbkę do mycia nasączoną środkiem do mycia pacjenta, rękawicę myjącą nasączoną środkiem do mycia pacjenta, czy rękawicę bez środka do mycia?

Odpowiedz

Zamawiający ma na myśli gąbkę lub rękawicę do mycia bez środka do mycia.

Pytanie 131 dotyczące Zadania 90

Czy Zamawiający ma na myśli ochraniacze włókninowe, czy foliowe?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza jednocześnie ochraniacze włókninowe, i foliowe.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 132 dotyczące Zadania 92

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 103cm x 115cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 133 dotyczące Zadania 93

Czy Zamawiający dopuści zarepek nieprzemakalnego laminatu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 134 dotyczące Zadania 102

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny podfoliowanej, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 135 dotyczące Zadania 105

Czy Zamawiający dopuści podkład z zakładkami z każdej strony?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 136 dotyczące Zadania 47, poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji 3 i utworzenie odrębnego Pakietu 47A?

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 47 poz.3 i tworzy z niej Zadanie 47A.

Pytanie 137 dotyczące Zadania 79, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek 2-4 kg?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 138 dotyczące Zadania 80, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek dla pacjenta, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 139 dotyczące Zadania 82, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m² ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 140 dotyczące Zadania 86, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań pakowanych łącznie (bluza + spodnie)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 141 dotyczące Zadania 89, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie myjek w formie rękawicy bez palców?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 142 dotyczące Zadania 99, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu z 6 warstw bibuły oraz folii i włókniny?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 143 dotyczące Zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów bawełnianych z gazy 17-to nitkowej, 12 warstwowe? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 144 dotyczące Zadania 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety operacyjnej jałowej w rozmiarze 45 x 70cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 145 dotyczące Zadania 10

Czy Zamawiający wymaga serwet operacyjnych takich jak w poprzednim postępowaniu, tj. pakowanych a' 2 sztuki?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 146 dotyczące Zadania 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów bawełnianych z gazy 17-to nitkowej, 12 warstwowe? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 147 dotyczące Zadania 16

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania siatkowego rękawa opatrunkowego o szerokości 8cm i długości 11,6m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment po stosownym przeliczeniu ilości do dwóch miejsc po przecinku.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 148 dotyczące Zadania 29

Poz. nr 1,2,3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do wilgotnego opatrywania ran, aktywowanego roztworem Ringera, który może pozostać na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Prośbę motywujemy tym, iż wymagane przez Państwa opatrunki tj. 12 – godzinny i 24 – godzinny, zostały wycofane z produkcji.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 149 dotyczące Zadania 48

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania furażerki chirurgicznej w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 150 dotyczące Zadania 49

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłon sterylnych na kończynę spełniających wymagania SIWZ, jednakże w których dwie taśmy lepne pakowane są oddzielnie, niezależnie od osłon?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 151 dotyczące Zadania 51

Poz. nr 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej na gumki, hipoalergicznnej, trójwarstwowej, o poziomie filtracji > 98%, przy jednoczesnej wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej (ciśnienie różnicowe < 29,4 Pa).

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że korzystali Państwo z ww. masek i nie zgłaszali Państwo uwag do ich jakości.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 152 dotyczące Zadania 56

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² na całej powierzchni. Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 153 dotyczące Zadania 58

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do operacji ginekologicznych, w którym serweta do nakrycia stolika Mayo pakowana jest oddzielnie, niezależnie od zestawu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 154 dotyczące Zadania 59

Prosimy Zamawiającego o określenie, na którym etapie rozkładania zestawu ma być umieszczony fartuch dla instrumentariuszki:

- w zagłębieniu zewnętrznego opakowania zestawu do cięcia cesarskiego, wówczas fartuch jest dostępny przed jałowym rozpakowaniem zestawu;
- w środku zestawu do cięcia cesarskiego, wówczas fartuch jest dostępny po jałowym rozpakowaniu zestawu;

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje, że fartuch dla instrumentariuszki będzie umieszczony w zagłębieniu zewnętrznego opakowania zestawu do cięcia cesarskiego.

Pytanie 155 dotyczące Zadania 86

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwuczęściowych ubrań chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże w których spodnie i bluza pakowane są razem?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 156 dotyczące Zadania 92

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pośladki w rozmiarze 100 x 120 cm (+ 20 cm mankiet) z pojedynczym workiem na płyny?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon: 261 47 28 61-63; **Fax:** 261 47 28 61-63

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Regon 570544566 NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002