



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 27.01.2017r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, odczynników i materiałów laboratoryjnych – znak 2/med/2017** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 24.01.2017r pod numerem 13127-2017

Pytanie 1 dotyczące Zadania 9, poz.1

Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycji 1 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy udowej 18G o długości 20 lub 30cm do wyboru przez Zamawiającego zakładany metodą Seldingera.

W skład zestawu wchodzi:

cewnik PTFE 18G o długości 20cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 1,1mm i długości 52mm, przewodnik o średnicy 0,64mm i długości 40cm

lub

cewnik PTFE 18G o długości 30cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 1,1mm i długości 68mm, przewodnik o średnicy 0,64mm i długości 46cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 2 dotyczące Zadania 9, poz.2

Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycji 2 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy udowej 18G o długości 15cm zakładany metodą Seldingera.

W skład zestawu wchodzi: cewnik PTFE 18G o długości 15 cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 1,1mm i długości 52mm, przewodnik o średnicy 0,64mm i długości 30cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 3 dotyczące Zadania 9, poz.3

Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycji 3 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej 20G o długości 6cm zakładany metodą Seldingera.

W skład zestawu wchodzi: cewnik PTFE 20G o długości 6cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 0,9mm i długości 38mm, przewodnik o średnicy 0,46mm i długości 20cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 4 dotyczące Zadania 9, poz.4

Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycji 4 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej 20G o długości 6cm zakładany metodą Seldingera.

W skład zestawu wchodzi: cewnik PTFE 20G o długości 6cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przysycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 0,9mm i długości 38mm, przewodnik o średnicy 0,46mm i długości 20cm?

lub

zestaw do kaniulacji promieniowej 22G o długości 3cm zakładany metodą Seldingera.

W skład zestawu wchodzi: cewnik PTFE 22G o długości 3cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przysycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 0,8mm i długości 20mm, przewodnik o średnicy 0,46mm i długości 20cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 5 dotyczące Zadania 27

Czy Zamawiający w Zadaniu 27 wymaga kamery typu Fast Read z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul, do analizy 10 różnych próbek moczu wykonane z materiału o najwyższej jakości – akrylu?

Materiał ten posiada najlepszą przejrzystość i najlepiej nadaje się do oglądania osadów moczu. W porównaniu z innymi plastikowymi kamerami, akryl nie zawiera pęcherzyków powietrza, które utrudniają odczyt osadów.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon: 261 47 28 61-63; Fax: 261 47 28 61-63

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Regon 570544566 NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002