



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 12.05.2017r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - **znak 22/med/2017, na dostawę materiałów szewnych chirurgicznych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 28.04.2017r pod numerem 76099 – 2017

## **Pytanie 1 dotyczące Zadania nr 1 poz. 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 6mm i krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 1 dotyczące Zadania nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści podwójną igłę o długości 10 mm 3/8 koła 230 mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 2 dotyczące Zadania nr 1 poz. 6**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę posiadającą 230mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 3 dotyczące Zadania nr 1 poz.7**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitki o grubości 8/0. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego zadania.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 4 dotyczące Zadania nr 1 poz.8**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji dwóch igieł odwrotnie tnących o długości 12mm.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 5 dotyczące Zadania nr 1 poz.9**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem- najlepszy wybór do chirurgii plastycznej; dwie powierzchnie zaostzonego wysmuklonego ostrza oferują zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizują uszkodzenie tkanki.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 6 dotyczące Zadania nr 1 poz. 10**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści podwójną igłę o długości 10 mm?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

## **Pytanie 7 dotyczące Zadania nr 1 poz. 12-13**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę podwójną szpatułkową?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 8 dotyczące Zadania nr 2 poz. 3**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o rozmiarze 7mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 9 dotyczące Zadania nr 3 poz. 2**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o rozmiarze 30mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 10 dotyczące Zadania nr 5**

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici , których podtrzymywanie tkankowe w 14 dniu utrzymuje się na poziomie ok. 80%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuści w Zadaniu 5 w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

## **Pytanie 11 dotyczące Zadania nr 5 poz. 2,15,22**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzona) ?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 12 dotyczące Zadania nr 5 poz. 2,15,22**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą- tnącą (zaostrzoną) ?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 13 dotyczące Zadania nr 5 poz. 5**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 14 dotyczące Zadania nr 5 poz. 28**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej „bez wzmocnienia”, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

## **Pytanie 15 dotyczące Zadania nr 5 poz. 28**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić o długości 90cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 16 dotyczące Zadania nr 5 poz. 29**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o rozmiarze 65mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego zadania.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 17 dotyczące Zadania nr 6**

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici, powlekane, syntetyczne, wchłaniające, plecione; wykonane z kwasu glikolowego, okres wchłaniania ok. 42 dni? Okres podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni; profil podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 18 dotyczące Zadania nr 6 poz. 1**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrótnie tnącej kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 19 dotyczące Zadania nr 6 poz. 6**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 20 dotyczące Zadania nr 9**

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 21 dotyczące Zadania nr 9 poz. 2**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrótnie tnącej kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 22 dotyczące Zadania nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą przyostrzoną podwójną?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 23 dotyczące Zadania nr 10 poz. 1,2**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici pakowane nie na prosto, ale też w taki sposób aby w jak największym stopniu zmniejszyć efekt pamięci?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 24 dotyczące Zadania nr 10 poz.9**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzona) ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 25 dotyczące Zadania nr 10 poz.9**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą- tnącą (zaostrzoną) ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 26 dotyczące Zadania nr 11 poz.14**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o rozmiarze 48mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 27 dotyczące Zadania nr 11 poz. 15-16**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego zadania.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wydziela w/w pozycje i tworzy z nich Zadanie 11A.

### **Pytanie 28 dotyczące Zadania nr 13**

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, o okresie wchłaniania 180-210 dni?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 29 dotyczące Zadania nr 1 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materiał szewny, którego igła ma średnicę 203 mikrony? Pozostałe parametry materiału szewnego bez zmian.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 30 dotyczące Zadania nr 1 poz.8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materiał szewny, którego igły mają wielkość 11mm? Pozostałe parametry materiału szewnego bez zmian.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 31 dotyczące Zadania nr 1 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materiał szewny syntetyczny, wchłaniający pleciony? Pozostałe parametry materiału szewnego bez zmian.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 32 dotyczące Zadania nr 13 poz.7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materiał szewny, którego igła ma wielkość 22mm? Pozostałe parametry materiału szewnego bez zmian.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 33 dotyczące Zadania nr 13 poz.7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materiał szewny, którego opakowanie handlowe zawiera 36 saszetek – z odpowiednim przeliczeniem ceny? Parametry materiału szewnego bez zmian.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 34 dotyczące Zadania nr 7**

Czy zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10%?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.