



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 29.09.2017r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii oraz odczynników i materiałów laboratoryjnych – znak 43/med/2017** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2017/S 168-345104** w dniu 02.09.2017r

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 48 , pkt.2

Czy zamawiający dopuści próżnościąg położniczy – sterylny – z miękką elastyczną przyssawką w kształcie dzwonu o średnicy 59 mm, która zapewnia wystarczające pole kontaktu przyssawki z głową płodu do wytworzenia odpowiedniej wartości podciśnienia?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 204

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakie dokładnie pozycje powinny zostać uwzględnione w sporządzonym samodzielnie przez Wykonawcę załączniku cenowym dla zadania nr 204.

W zakresie zadania nr 204, kolumny określone w załączniku nr 3 są inne, niż wytyczne określone w rozdziale 13 SIWZ „Opis sposobu przygotowania oferty”.

Poniżej opis wymaganych kolumn formularza cenowego dla zadania nr 204, zgodny z załącznikiem nr 3

Lp.	Nr kat.	Nazwa artykułu	Zapotrzebow. roczne	Ilość sztuk w opak.	Cena 1 opak. brutto	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Ilość w sztukach rocznie	Wartość brutto
-----	---------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

Zgodnie z rozdziałem nr 13 SIWZ Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym:

liczby porządkowej, nazwy handlowej, nazwy producenta każdej oferowanej pozycji, numeru katalogowego, ilości, ceny jednostkowej netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT, cenę jednostkową brutto, łączną wartość netto danego zadania, łączną wartość brutto danego zadania.

Czy w sytuacji, kiedy w załączniku nr 3 zostały określone nazwy poszczególnych kolumn, załącznik ten jest wiążący, a Wykonawca nie musi dodatkowo uwzględniać opisu zawartego w rozdziale 13?

Jeśli nie, prosimy o precyzyjne określenie, jakie dokładnie opisy są wymagane w formularzu cenowym w zakresie zadania nr 204.

Odpowiedz

W sytuacji, kiedy w załączniku nr 3 zostały określone nazwy poszczególnych kolumn, załącznik ten jest wiążący, a Wykonawca nie musi dodatkowo uwzględniać opisu zawartego w rozdziale 13

Pytanie 3 – dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymagane terminy dostaw dotyczą dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku?

Odpowiedz

Tak.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 205

Czy Zamawiający, w trosce o dokładność odwzorowania parametrów krytycznych (pO₂, pCO₂, pH), wymaga, aby strzykawka z heparyną litową 1 ml do badań gazometrycznych pakowana indywidualnie, była zaopatrzona w membranę samowentylującą pozwalającą na usuwanie powietrza z wnętrza strzykawki?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 171 , poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania standardowe próbki o wymiarach takich jak w SIWZ śred. 12 x 75 mm z określoną przez producenta pojemnością 5ml?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 190

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania test w zestawie z wymazówkami poliestrowymi (dakron jest pochodną poliestru), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 191

1. Czy Zamawiający wymaga testu płytkowego/kasetkowego metodą immunoenzymatyczną z zastosowaniem substratu i koniugatu?
2. Czy zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną Zamawiający wymaga zaferowania zestawów z kontrolą dodatnią?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający wymaga w/w testu.

od 2) Zamawiający wymaga zaferowania zestawów z kontrolą dodatnią.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 176

1. Czy w poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża z datą ważności 8 tyg?
2. Czy w poz. 21 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek o wymiarach zewnętrznych 17mm x 144 mm?
3. Czy w poz. 10 i 21 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podłoży z temp. przechowywania 2-8 st. C ?
4. Czy dokumenty zawarte w warunkach granicznych tj:
 - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych
 - Deklaracja CE
 - metodyki
 - kolorowe folderynależy dołączyć do oferty czy dosłać na wezwanie Zamawiającego po wstępnym badaniu ofert?
5. Czy Zamawiający dopuści dołączenie w/w materiałów w formie książkowej podpisanej na pierwszej stronie, poświadczonej za zgodność z oryginałem tylko na pierwszej stronie dokumentu oraz podaną informacją, ilu stron dotyczy poświadczenie z dopiskiem "poświadczenie dotyczystron" lub złożenie ich w formie elektronicznej na płycie CD?

Odpowiedz

od 1) Tak.

od 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w/w probówek.

od 3) Nie.

od 4) Dosłać, na każde wezwanie Zamawiającego po wstępnym badaniu ofert.

od 5) dopuszcza w/w rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 181

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Ponadto wg najnowszych zaleceń KORLD dopuszczalne jest stosowanie testów MIC zarówno na podłożu bibułowym jak i plastikowym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w testów.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 177 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 pasków diagnostycznych z oxydazą?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 182

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie w zadaniu testu immunochromatograficznego kasetkowego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 9 poz.1-2

Czy Zamawiający mógłby określić czy wymaga rękawic pudrowanych czy niepudrowanych?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w Zadaniu 9 , w w/w pozycjach rękawic pudrowanych.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic nitrylowych o grubość na palcu min.0,14 mm na dłoni min. 0,09 mm na mankiecie min. 0,07 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic nitrylowych o długości min.283 mm, grubość na palcu min.0,20 mm, na dłoni min. 0,13 mm, na mankiecie min. 0,09 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 12

Czy Zamawiający dopuści podanie w formularzu cenowym ceny za opakowanie zawierające 100 sztuk (standardowe pojemności opakowań rękawic diagnostycznych) z odpowiednim przeliczeniem liczby sztuk na opakowania. Takie rozwiązanie pozwoli wykonawcom swobodniej ukształtować ceny, przez co niewątpliwie postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy bez wewnętrznej warstwy chlorowanej. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawicy ortopedycznej o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, chlorowanej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, o min. grubości na mankiecie 0,23 mm, długość min. 291 mm.

Pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 18 – dotyczące projektu umowy

Prosimy o zmianę § 3 ust. 5 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 19 – dotyczące projektu umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 8 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 20 – dotyczące projektu umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1 lit. a). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 21 – dotyczące projektu umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu § 8 ust. 1 projektu umowy.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe było oznaczone w kolorze niebieski tak jak oznacza się infuzję w celu odróżnienia od przyrządów do przetaczania krwi i jej preparatów.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 23 – dotyczące Zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z ftalanami.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 15 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20 ml w opakowaniu a' 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 25 – dotyczące Zadania 15 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga strzykawk dwuczęściowych z rozszerzona skalą o 20 %.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 15 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga strzykawki 100 ml z 2 dodatkowymi łącznikami Luer.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 27 – dotyczące Zadania 15 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga strzykawki 100 ml z podwójną skalą pomiarową.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 28 – dotyczące Zadania 15 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga strzykawek do pomp z podwójną skalą pomiarową.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 17 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka, który na opakowaniu jednostkowym posiada nazwę producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 30 – dotyczące Zadania 87 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniuli, której trzpień nie wystaje poza krawędź co poprawia aseptykę pracy personelu medycznego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 31 – dotyczące Zadania 87 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka, który na opakowaniu jednostkowym posiada nazwę producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 67

Czy Zamawiający w Zadaniu 67 wymaga aby zaoferowany papier był zgodny z instrukcją obsługi sterylizatora gazowego stanowiącego własność Zamawiającego?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 33 – dotyczące Zadania 54 , poz. 1,2,3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny elektrod EKG w pozycji 1,2 i 3 za opakowanie równe 50 sztuk. Ilość opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 34 – dotyczące Zadania 54 , poz. 1,2,3.

Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 35 – dotyczące Zadania 54 , poz. 1,2,3.

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 36 – dotyczące Zadania 54 , poz. 1,2,3.

Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 37 – dotyczące Zadania 139, pozycja 1

1. Czy Zamawiający wymaga golarki ze specjalnie zaprojektowanym grzebieniem (aby utrzymać ostrze w czystości i zapobiec zapychaniu się włosami), karbowanym uchwytem (zapewniającym stabilizację) i specjalnym wycięciem umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru?
2. Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?
3. Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?
4. Czy Zamawiający wymaga golarek z ostrzem, które można odłamać od ręczki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny?
5. Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- od 3) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od 4) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- od 5) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 38 – dotyczące Zadania 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 2 produkt równoważny?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 39 – dotyczące Zadania 4

Czy zamawiający wymaga w Zadaniu 4 zaferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 40 – dotyczące Zadania 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 17 za wycenę za opakowanie zbiorcze a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 41 – dotyczące Zadania 46

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 46 wzierników pakowanych papier-foolia co gwarantuje szczelność opakowania i sterylność produktu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 42 – dotyczące Zadania 47

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w Zadaniu 47 udokumentowania badań klinicznych dla szczoteczek cytologicznych? Warunek ten wskazuje na jednego Wykonawcę co ogranicza konkurencję.

Prosimy również Zamawiającego o wyjaśnienie co miał na myśli opisując produkt jako TYP-2?

Odpowiedz

Zamawiający odstępuje od wymogu udokumentowania badań klinicznych dla szczoteczek cytologicznych.

Zamawiający opisując produkt jako TYP-2 miał na myśli **wachlarz**.

Pytanie 43 – dotyczące Zadania 51 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 51 poz. 1 opaski w dwóch kolorach, niebieski dla chłopców i różowy dla dziewczynek?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 44 – dotyczące Zadania 68 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 68 poz. 3 worki z zastawką antyrefleksyjną i z zaworem typu T?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 45 – dotyczące Zadania 68 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane worki w Zadaniu 68 poz.3 posiadały tylną ściankę w kolorze białym w celu lepszej widoczności poziomemu zapełnienia worka?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 46 – dotyczące Zadania 133 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 133 poz. 1 wycenę za opakowanie a'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza odpowiednie przeliczenie ilości metodą matematyczną.

Pytanie 47 – dotyczące Zadania 133 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 133 poz. 2 wycenę za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 48 – dotyczące Zadania 137 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 137 poz. 1 miski nerkowate w jednym rozmiarze?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 49 – dotyczące Zadania 139

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 139 golarki jednorazowego użytku – dwuostrzowe?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 50 – dotyczące Zadania 151

1. Poz. 1. Czy zamawiający wymaga elektrody neutralnej dzielonej, jednorazowej, uniwersalnej dla dzieci i dorosłych, hydrożelowej, dzielonej na dwie równe symetryczne części zapobiegające oparzeniom pacjenta, pow. ogólna 165-166cm² i pow. czynna 108cm², grubość 1,6-1,7mm, pakowana pojedynczo?
2. poz.2. czy zamawiający wymaga uchwytu monopolarnego jednorazowego, jałowego, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, z nożykiem, wtyk do diatermii 3-pinowym, o dł.285-315cm, maksymalne dopuszczalne natężenie prądu 1A, maksymalna dopuszczalna częstotliwość 1MHz?
3. poz.3 czy zamawiający wymaga opisanego w siwz uchwytu z kablem o łącznej długości kabla z uchwytem 326-345cm?
4. poz.5. czy zamawiający wymaga kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych jednorazowych, dł. 5m wtyk do diatermii Valleylab - zamiast opisanego w tej pozycji wtyku 3-pinowego ?
5. poz. 18 czy zamawiający wymaga uchwyt do elektrod argonowych jak w opisie z wtykiem do diatermii 3-pin, przeznaczony do min.250cykli sterylizacji udokumentowanej w karcie katalogowej producenta?
6. poz.21. czy zamawiający wymaga elektrody argonowej jak a opisie o długości 368,5mm – 369mm?

Odpowiedz

- od 1) Tak, wymaga.
- od 2) Tak, wymaga.
- od 3) Tak, wymaga.
- od 4) Tak, wymaga.
- od 5) Tak, wymaga.
- od 6) Tak, wymaga.

Pytanie 51 – dotyczące Zadania 151

1. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrody neutralne dzielone, jednorazowe, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, pakowane po 5szt.?
2. Poz. 8 i 9
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 151 pozycji 8 i 9.
3. Poz. 14
Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel monopolarny do laparoskopu, wtyk do diatermii typu ERBE dł. 5m, wejście na narzędzia 4mm?
4. Poz. 15
Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę monopolarną, typ kulka, śr. 5mm, dł. 360mm, uchwyt 4mm?

Odpowiedz

- od 1) Tak.
- od 2) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.
- od 3) Nie.
- od 4) Tak.

Pytanie 52 – dotyczące Zadania 85

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 85 kaniul bezpiecznych do oddzielnego pakietu ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 52 – dotyczące Zadania 85, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści: Kaniule bezpieczne dożylnie z portem, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, wykonane z poliuretanu, posiadające 3 dobrze widoczne paski kontrastujące w RTG, port boczny umieszczony centralnie nad skrzydełkami, zamykany standardowo, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego, koreczek posiadający trzpień powyżej krawędzi koreczka, dostępne rozmiary:

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 53 – dotyczące Zadania 85, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści: Kaniule bezpieczne dożylnie bez portu, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, wykonane z poliuretanu, posiadające 3 dobrze widoczne paski kontrastujące w RTG, wyposażona w hydrofobową membranę:

- 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 54 – dotyczące Zadania 85

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy lub logo producenta na kaniuli, ponieważ w momencie incydentu medycznego „wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy”, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 54 – dotyczące Zadania 86

Czy Zamawiający dopuści: Bezpieczną kaniule dożylną, wykonaną z poliuretanu, z 3 paskami kontrastującymi w RTG o przepływie 19ml/min, bez PCV i lateksu, ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie kaniuli, bez portu, rozmiar: 26G 0,64 x 19mm ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 55 – dotyczące Zadania 9 poz 1,2

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy rękawice mają być pudrowane czy bez pudrowe?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w Zadaniu 9 , w w/w pozycjach rękawic pudrowanych.

Pytanie 56 – dotyczące Zadania 9 poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający ma na myśli rękawice bez lateksowe winylowe czy nitylowe?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza rękawice bezlateksowe, neoprenowe, winylowe lub inne bezlateksowe.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 56 – dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 57 – dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację poszczególnych Części przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedz

Patrz paragraf 1 , pkt.2 projektu umowy.

Pytanie 58 – dotyczące SIWZ

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych we Wzorzec Umowy § 6, ust. 1, lit. a:

a) Za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminem określonym w § 4 ust. 2; za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia – w wysokości 0,1% wartości towarów nie dostarczonych w terminie?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie 59 – dotyczące Zadania 143

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jaką ilość pasków fluorescynowych należy zaoferować w Zadaniu nr 143, 200 sztuk czy 200 opakowań?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje 200 szt pasków.

Pytanie 60 – dotyczące Zadania 142

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 142 dopuści błękit trypanu w fiolkach o pojemności 1 ml pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu (1op=10szt)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 61 – dotyczące Zadania 143

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 143 dopuści paski fluoresceinowe pakowane po 100 szt w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 62 – dotyczące Zadania 22 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie mocowania do rurek intubacyjnych bez dodatkowego kleju pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 63 – dotyczące Zadania 50 poz. 1

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie. Czy zamawiającemu chodziło o:

Okulary ochronne: zestaw składający się z plastikowej kolorowej oprawki w 10 różnych kolorach i wymiennych jednorazowych osłon (szybek) pakowanych po 25 szt. Jednorazowa wymienna osłona (szybka), dająca możliwość użycia równocześnie z okularami korekcyjnym, zapewniająca boczną oraz nadbrwiową ochronę użytkownika, nie ograniczającą pola widzenia i dla identyfikacji posiadająca logo producenta na ekranie(szybce)?

2. Czy Zamawiający dla potwierdzenia autentyczności produktu będzie wymagał certyfikatów, dokumentów dopuszczających oraz deklaracji zgodności potwierdzających, że jest to produkt ochrony indywidualnej i dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku medycznym?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 64 – dotyczące Zadania 91 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie. Czy Zamawiającemu chodziło o: Sterylne osłonki na głowice USG dla anestezjologii, ze sterylnym filmem samoprzylepnym, bez potrzeby użycia żelu do środka. Rozmiar ok. 15 x 122cm (+/- 2cm) ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 65 – dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 45 dni?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 66 – dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na porozumiewanie się e-mailem w przypadku reklamacji?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 67 – dotyczące SIWZ par.6 ust.1 pkt. A

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 68 – dotyczące SIWZ par.7

Jaką wysokość kary Zamawiający przewiduje za odstąpienie od realizacji umowy?

Odpowiedz

Patrz par.8 pkt.2

Pytanie 69 – dotyczące SIWZ par.6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych , których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu umowy?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 70 – dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania próbek, jeśli produkt był kupowany wcześniej?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 71 – dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający może określić, jeśli przewiduje, maksymalny czasu, na który może zostać aneksowana umowa?
Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

Odpowiedz

Zamawiający nie przewiduje aneksowania czasu trwania umowy.

Pytanie 72 – dotyczące SIWZ par.8 ust.3

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Uzasadnienie:

Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon: 261 47 28 61-63; Fax: 261 47 28 61-63

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Regon 570544566 NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002