



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 19.10.2017r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - **znak 50/med/2017, na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów zużywalnych do sterylizacji oraz ciekły azot** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 06.10.2017r pod numerem 598738-N-2017

## **Pytanie 1 dotyczące Zadania 2 i 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawy, na których nie jest naniesiona informacja dotycząca koloru wskaźnika przed procesem sterylizacji? Na rękawach umieszczona jest informacja o tym, jaki kolor powinien mieć wskaźnik po procesie sterylizacji, w związku z tym, jeśli wskaźnik ma inny kolor wiadomym jest, że proces sterylizacji nie został przeprowadzony.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

## **Pytanie 2 dotyczące Zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy płaski o rozmiarze 380mmx200m w miejsce rękawa 350mmx200m?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

## **Pytanie 3 dotyczące Zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo - foliowy z fałdą o rozmiarze 380mmx80mmx100m w miejsce rękawa 350mmx80mmx100m?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

## **Pytanie 4 dotyczące Projektu umowy**

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

### **Odpowiedź**

Zamawiający za dni robocze uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

## **Pytanie 5 dotyczące Projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 6 dotyczące Zadania 2 i 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawy o 5-warstwowej folii. Oferowane opakowania charakteryzują się wysokimi parametrami jakościowymi oraz wytrzymałością.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 7 dotyczące Zadania 3, pozycja nr 1-7**

Czy Zamawiający dopuści rękawy o niżej wskazanych rozmiarach zakładek:

- 1 – 75mm x 45mm x 100m,
- 2 – 100mm x 50mm x 100m,
- 3 – 150mm x 55mm x 100m,
- 4 – 200mm x 60mm x 100m,
- 5 – 250mm x 65mm x 100m
- 6 – 300mm x 70mm x 100m,
- 7 – 350mm x 75mm x 100m.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 8 dotyczące Zadania 5, pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne posiadające pożywkę kulturową w kolorze niebieskim oraz wskaźnik klasy 1 na zewnętrznej etykiecie przebarwiający się z koloru bordowego na zielony?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

### **Pytanie 9 dotyczące Zadania 5, pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne szybkiego odczytu (3h) kompatybilne z innym autoczytnikiem wyposażonym w drukarkę niż wskazany przez Zamawiającego. Autoczytnik zostanie nieodpłatnie użyty.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

### **Pytanie 10 dotyczące Zadania 13, pozycja nr 3 i 4**

Czy Zamawiający dopuści metkownicę trzyrzędową oraz rolki tuszujące innego typu np. BLITZ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 11 dotyczące Zadania 2 pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 5,5cm?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 12 dotyczące Zadania 3 pozycja nr 5 i 6**

Czy Zamawiający dopuści fałdę o szerokości 65mm?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 13 dotyczące Zadania 2 i 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawy z opisem koloru wskaźników jedynie po sterylizacji i z nadrukowaną normą PN 868-5? Zgodność z normami EN ISO 11607-1 i PN 868-3 jest potwierdzona na deklaracji zgodności.

### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 14 dotyczące Zadania 18**

Czy Zamawiający mógłby dopuścić jednorazowe worki foliowe ze szczelnym zamknięciem strunowym przeznaczone do transportu i przechowywania brudnych narzędzi i instrumentów w wilgotnym środowisku (bez dolewania wody), w zestawie z saszetką zawierającą roztwór neutralnego cztero-enzymatycznego detergentu wykazującego działanie bakteriostatyczne (detergent bezpieczny dla narzędzi i instrumentów wykonanych ze stali nierdzewnej, szkła, aluminium, tworzyw sztucznych), na workach międzynarodowy symbol zagrożenia biologicznego w kolorze czerwonym, produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy 1, o wymiarach 42 x 47 oraz 40 x 78?

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.