



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 19.01.2017r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych – znak 60/med/2017** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 21.12.2017r pod numerem 635289-N-2017

Pytanie 1 dotyczące Zadania 1, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie 3 dotyczące Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 4 dotyczące Zadania 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 5 dotyczące Zadania 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'2 lub a'3 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 6 dotyczące Zadania 8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby serwety były poddane procesowi prania wstępnego?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 7 dotyczące Zadania 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe lub 16 warstwowe?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 8 dotyczące Zadania 11, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej impregnowanej białą parafiną?

Odpowiedz

Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej impregnowanej białą parafiną pod warunkiem że jest **jałowy**.

Pytanie 9 dotyczące Zadania 12

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'2 lub a'3 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 10 dotyczące Zadania 13

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe lub 16 warstwowe?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 11 dotyczące Zadania 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 12 dotyczące Zadania 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 13 dotyczące Zadania 16, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje opaski o długości 25m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 14 dotyczące Zadania 16, pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za plaster 10m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 15 dotyczące Zadania 17, pozycja 3-6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za plaster 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 16 dotyczące Zadania 18

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a' 100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 17 dotyczące Zadania 19

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 18 dotyczące Zadania 31

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym z nacięciem wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 19 dotyczące Zadania 32

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a' 100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 20 dotyczące Zadania 46, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany pojedynczo w rozmiarze 71x116cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 21 dotyczące Zadania 46, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 22 dotyczące Zadania 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka głęboki w rozmiarze uniwersalnym w całości wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m², z możliwością wywinięcia części przedniej, która utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 23 dotyczące Zadania 47, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 24 dotyczące Zadania 48, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na kończynę z 1 taśmą lepną w komplecie oraz drugą pakowaną osobno?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 25 dotyczące Zadania 48, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 26 dotyczące Zadania 48, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 27 dotyczące Zadania 50, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 28 dotyczące Zadania 51, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę ze stałą średnicą otworu o średnicy 7cm lub 6x8cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 29 dotyczące Zadania 51, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę do zabezpieczenia wkluc centralnych w rozmiarze 75cm x 80cm z otworem o średnicy 6cm x 14,5cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 30 dotyczące Zadania 52

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170cm o średnicy 12cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 31 dotyczące Zadania 53

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną w otworem 10x10cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 32 dotyczące Zadania 55

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z samoprzylepnym otworem?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 33 dotyczące Zadania 57

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warsztowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m² ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 34 dotyczące Zadania 57, 61, 64

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany do transportu w wewnętrzną torbę foliową oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 35 dotyczące Zadania 61

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 36 dotyczące Zadania 64

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 37 dotyczące Zadania 67

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuchy były wykonane z włókniny odpornej na działanie alkoholu.

Odpowiedz

Zamawiający odstępuje od wymogu, aby fartuchy były wykonane z włókniny odpornej na działanie alkoholu.

Pytanie 38 dotyczące Zadania 67

Czy Zamawiający dopuści fartuch z standardowymi rzepami?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 39 dotyczące Zadania 68

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m², posiadający nieprzemakalne wstawki o gramaturze 38g/m², pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze 30x30cm, dostępny w rozmiarach L, XL oraz XXL?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 40 dotyczące Zadania 75

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze 10x24cm, 40x34cm, 60x52cm lub 70x80cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 41 dotyczące Zadania 83

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 42 dotyczące Zadania 91

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 114x150cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 43 dotyczące Zadania 95

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 44 dotyczące Zadania 99

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 45 dotyczące Zadania 104

Czy Zamawiający dopuści wysokochłonny podkład higieniczny składający się z 3 warstwy: włóknina, wkład chłonny, laminat nieprzemakalny (spodnia strona), w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 50 x 208 cm +/- 2,5cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 46 dotyczące Zadania 105

Czy Zamawiający dopuści matę chłonną w rozmiarze 76x116cm posiadającą antypoślizgową powierzchnię spodnią, bez możliwości przytwierdzenia do podłogi?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 47 dotyczące Zadania 2 –Materiały Opatrunkowe

Prosimy o dopuszczenie opaski wyściełającej pod opatrunki gipsowe z waty syntetycznej 10cmx3m lub 15cmx3m.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 48 dotyczące Zadania 3 –Materiały Opatrunkowe

Prosimy o dopuszczenie podkładu chłonnego z rozdrobnionej celulozy 58x91cm z nieprzemakalną folią.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 49 dotyczące Zadania 16 – Materiały Opatrunkowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej typu codofix w rozmiarze 8cmx25m w stanie rozciągniętym (10m w stanie swobodnym).

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 50 dotyczące Zadania 20 – Materiały Opatrunkowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra ocznego dla dorosłych 9,5cmx10,5cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 51 dotyczące Zadania 31 – Materiały Opatrunkowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego z nacięciem wzdłuż dłuższego boku. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 52 dotyczące Zadania 32 – Materiały Opatrunkowe

Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Uzasadniamy to faktem, iż w przypadku produktów o cenie netto nieprzekraczającej 1,00 PLN, zmiana (+/-) ceny netto o chociażby 1 gr powoduje niekorzystną kilkuprocentową różnicę w cenie jednostkowej netto. Wycena na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w niższej cenie. Tym samym, aprobata niniejszego stanowiska umożliwi większej liczbie Wykonawców na złożenie ważnych i zdolnych do rywalizacji cenowej ofert w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 53 dotyczące Zadania 47 poz.1– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepek chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki w rozmiarze uniwersalnym. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 54 dotyczące Zadania 54 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety samoprzylepnej w rozmiarze 45cmx50cm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 55 dotyczące Zadania 55 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej sterylnej 75x90cm z otworem.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 56 dotyczące Zadania 57– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ogólnego jałowego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

Osłona na stół narzędziowy 152x190cm, 50 µm (opakowanie wewnętrzne)

- 4 ręczniki chłonne 30x20cm, rozłożone

- 1 taśma lepna 9x50cm

- 1 osłona na stół mayo 80x142cm ze wzmocnieniem na obszarze 55x88cm, składana rewersowo

- 2 serwety boczne z bilaminatu 90x75cm ze wzmocnieniem 60x25cm, długi

przyklepiec 84cm

- 1 serweta dolna z bilaminatu 175x190cm ze wzmocnieniem 67x25cm, długi

przyklepiec 98cm, 1 uchwyt na przewody

- 1 serweta górna z bilaminatu 240x150cm ze wzmocnieniem 67x25cm, długi

przyklepiec 98cm, 1 uchwyt na przewody

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwarstwowego, pełnobarierowego laminatu o gramaturze 58 g/m², w części wzmocnionej min.110g/m².

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 57 dotyczące Zadania 57– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ogólnego jałowego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo min.75x141 cm,

-2 x serweta 75x93 cm, przyklepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przyklepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.

-1 x serweta 152x250 cm, przyklepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stół narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia(nie paskowo, obwodowo, punktowo) bez zawartości celulozy lub wiskozy Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne.

Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 58 dotyczące Zadania 57 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ogólnego jałowego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm
- 2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta 196x 200 cm, przylepna
- 1 x serweta 160x260 cm, przylepna
- 1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, trójwarstwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m², laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 59 dotyczące Zadania 60 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej zestawy do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

Otulina SMS 90x90cm zawiera:

- 1 osłonę na stół narzędziowy 140x190cm, 50 µm która zawiera:
- 1 przylepną serwetę górną z bilaminatu 269x182cm z osłoną ramion stołu, wzmocnienie 25x61cm, 2 uchwyty na przewody typu rzep
- 1 serwetę typu U z bilaminatu 220x300cm, przylepne wycięcie 8.5x107cm, wzmocnienie 100x50cm
- 1 plastikową serwetę typu U 152x213cm z przylepnym wycięciem 20x76cm
- 1 serwetę z bilaminatu 150x150cm
- 2 taśmy lepne 9x50cm
- 2 ręczniki chłonne 30x20cm, rozłożone

Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe na całej powierzchni, wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 58g/m² (wzmocnienie 110g/m²). Chłonność materiału podstawowego >250%, chłonność w miejscu padu >650%.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 60 dotyczące Zadania 61– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej zestawy do artroskopii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm
- 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm
- 1 x osłona na kamerę 13 x240 cm
- 1 x osłona na kończynę 55 x 37,5 cm
- 2 x taśma przylepna, 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm
- 1 x serweta do artroskopii w 221/290x322 cm z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką,



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² bez zawartości pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 190kPa. Chłonność materiału >250%. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 61 dotyczące Zadania 61– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm
- 1 x serweta 135x196 cm
- 1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa
- 2 x taśma przyklepna, 10x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm
- 1 x serweta do artroskopii 221/290x310 cm z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. 74x90cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m², dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 62 dotyczące Zadania 61– Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,
- 1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m² pozbawiona pyłających i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetrację płynów min. 200 cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 200 kPa, odporność na rozciąganie wzdłużne na sucho/mokro min. 110 N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii. Serwety na stoliki narzędziowe, Mayo ze wzmocnieniem zespolonym z folią PE na całej powierzchni wzmocnienia (nie obwodowo, paskowo,



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

punktowo) Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 63 dotyczące Zadania 65 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji żyłaków, wzmocnionego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm ze (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo min. 77x142 cm
- 1 x serweta górna 150x240cm, przylepna
- 1 x serweta 200x250cm z przylepnym wycięciem U 7x95 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 64 dotyczące Zadania 67 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z bardziej barierowym łączeniem rękawów niż opisany w SIWZ, tj. z rękawami klejonymi w rozmiarach S/M, L, XL, XLL. Takie rozwiązanie spaja włókniny na całej powierzchni łączenia, bez przerw jak w przypadku ultradźwięków. Dwa ręczniki pakowane osobno.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 65 dotyczące Zadania 68 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego fartucha chirurgicznego o gramaturze 70g/m² z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami wykonanymi z włókniny polietylenowej i folii polietylenowej w części przedniej i na rękawach o gramaturze 51g/m², posiadającego dodatkowo dwa ręczniczki w rozmiarze 30x39cm, rozłożone. Rozmiary fartuchów: S/M (115cm), L (120cm), XL (130cm), XLL (150cm), 2XLL (170cm). Pozostałe wymagania – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 66 dotyczące Zadania 74 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii operacyjnej w rozmiarze 45cmx55cm zamiast 40cmx55cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 67 dotyczące Zadania 75 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej bakteriobójczej w rozmiarach:

15cmx20cm

34x40cm

60x60cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 68 dotyczące Zadania 87 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnej kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 33x41cm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 69 dotyczące Zadania 96 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, foliowego pokrowca na kamerę w rozmiarze 13x235cm, z mankietem teleskopowym.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 70 dotyczące Zadania 104 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego do opisanego podkładu wysokochłonnego wyposażonego w rdzeń żelowy absorbujący płyny o rozmiarze (+/- 2cm) 50x205,5 cm (tj. odpowiadającego rozmiarowi blatu stołu). Całkowity rozmiar serwety wynosi 102x229cm co wynika z zastosowania marginesów z laminatu wielowarstwowego celem zabezpieczenia przed wyciekaniem płynów z rdzenia chłonnego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 71 dotyczące Zadania 105 – Materiały jednorazowego użytku

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej na podłogę o wymiarach 71cmx101cm lub 71cmx142cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza matę chłonną na podłogę o wymiarach 71cm x 142cm.

Pytanie 72 dotyczące Zadania 1, poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 4-6 minut, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 72 dotyczące Zadania 8, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jałowych serwet operacyjnych wykonanych z gazy po wstępnym technologicznym praniu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 73 dotyczące Zadania 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość podania w formularzu cenowym ceny jednostkowej netto za opakowanie a'2 szt. lub a ' 3 szt. z jednoczesnym przeliczaniem wymaganych ilości sztuk na pełne opakowania.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 74 dotyczące Zadania 17 poz. 5-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach przylepca na tkaninie pokrytego klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 75 dotyczące Zadania 25, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów gazowych jałowych 12x12 pakowanych a'20 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 76 dotyczące Zadania 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² (gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O

Skład :

1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².

1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm

1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm

2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Warstwa wzmocnienia klejona obwodowo do materiału podstawowego. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 77 dotyczące Zadania 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².

1 serweta główna o wym. 250/290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm

przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej o grubości 0,08mm do zakrycia okolic odbytu - 50x50cm,

1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 78 dotyczące Zadania 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²

1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm

1 nieprzylepna serweta 150x150cm,

1 nieprzylepna serweta 75x90cm,

1 serweta przylepna 170x300cm,

1 osłona na kończynę 35x120cm,

1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,

2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,

4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zestaw zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 79 dotyczące Zadania 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do chirurgii dłoni/stopy wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²(gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.
Skład :

1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².

1 serweta przylepna główna - minimalne wymiary 220x320cm posiadająca elastometryczne (o zmiennej średnicy) okno ø 3cm na kończyne otoczone wzmocnieniem na powierzchni min. 150x150cm

1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,

2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 80 dotyczące Zadania 67

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu odporności fartucha na działanie alkoholi, i wyrażenie zgody na zaferowanie fartucha o odporności na przesiąkanie płynów min. 49,5 cmH₂O.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 81 dotyczące Zadania 67

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej SMMMS, zapinanego za szyi na rzep dopasowujący się do rozmiarów użytkownika, w pasie wiązany na troki.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 82 dotyczące Zadania 68

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha wykonanego z włóknina typu Spunlace (Sontara) – 68g/m² wzmocnione z przodu i na 3/4 rękawów z wewnętrznym laminatem PP+PE (polipropylen + polietylen) 40 g/m². Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Fartuch dostępny w rozmiarach M -120 cm, L-130 cm, XL- 140 cm, XXL-150 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon: 261 47 28 61-63; **Fax:** 261 47 28 61-63

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Regon 570544566 NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002