



Wałcz, dnia 10.05.2018r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5/log /2018

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa sprzętu medycznego:

- zadanie nr 1 – Aparat USG - szt. 1
- zadanie nr 2 – Fakoemulsyfikator – szt. 1
- zadanie nr 3 – Wieża artroskopowa – szt. 1

### Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w punkcie 8 dopuści aparat do fakoemulsyfikacji z pompą tłokową, która umożliwi kontrolę przepływu i podciśnienia tak jak jest to realizowane w pompie perystaltycznej oraz samego podciśnienia podobnie jak w pompie Venturiego?

**Odp ;** Zamawiający nie dopuszcza ze względu na bezpieczeństwo i efektywność pracy jaką daje praca na pompie typu Venturi.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w punkcie 11 dopuści aparat z źródłem światła LED?

**Odp;** Zamawiający nie dopuszcza ze względu na większe możliwości jakie daje zastosowanie źródeł światła wymaganych w SIWZ.

### Pytanie 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w punkcie 14 dopuści aparat z źródłem światła LED w którym nie ma potrzeby stosowania filtrów do światła ksenonowego.

**Odp;** Zamawiający nie dopuszcza ponieważ filtry nie tylko poprawiają bezpieczeństwo pracy (mniejsza fototoksyczność) ale także różne kolory filtrów ułatwiają wykonywanie poszczególnych procedur medycznych.

### Pytanie 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w punkcie 16 dopuści aparat o częstotliwości pracy głowicy 40 kHz

**Odp;** Zamawiający nie dopuszcza ponieważ mniejsza częstotliwość pracy głowicy zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz poprawia wynik pooperacyjny dzięki mniejszej ilości wydzielanego ciepła.

### Pytanie 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w punkcie 17 dopuści aparat o maksymalnej mocy 50 Wat?

**Odp;** Zamawiający nie dopuszcza ponieważ wymagana w SIWZ moc zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.

### Pytanie 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w punkcie 29 dopuści aparat z zakresem mocy lasera 50-1200 mW?

**Odp;** Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt wąski zakres mocy lasera.

**Pytanie 7**

Czy zamawiający w zadaniu nr 2 w punkcie 31 dopuści aparat z zakresem mocy LIO 50-1200 mW?

Odp; Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 punkcie 40 dopuści aparat bez możliwości podłączenia zewnętrznego modułu pozwalającego na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym?

Odp; Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 punkcie 44 dopuści aparat z osobnym, dedykowanym do modułu lasera przełącznikiem nożnym?

Odp; Zamawiający nie dopuszcza ze względu na większą wygodę pracy oraz brak konieczności zmiany sterowników nożnych w przypadku zintegrowanego sterownika nożnego.

**Pytanie 10**

Dot. I Pkt 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z nie wysuwaną klawiaturą bez podświetlenia LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat z nie wysuwaną klawiaturą bez podświetlenia LED.

**Pytanie 11**

Dot. I Pkt 3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga rozdzielczości Full HD (1920x1080 px).

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

**Pytanie 12**

Dot. I Pkt 13

Najnowsze aparaty ultrasonograficzne klasy premium wyposażone są w szybkie odporniejsze na utratę danych dyski twarde w technologii SSD. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści aparat z dyskiem twardym SSD o pojemności 512 GB, które zapewnają bardzo szybki start systemu jak i dostęp do danych diagnostycznych. Ponadto Zamawiający wymaga integracji z systemem PACS i RIS, więc nie będzie potrzebował tak dużej przestrzeni dyskowej.

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

**Pytanie 13**

Dot. II Pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością wyboru 15 ustawień?

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

**Pytanie 14**

Dot. III Pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy PREMIUM w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania, w którym jest brak funkcji zoom w trybie M-mode?

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

**Pytanie 15**

Dot. IV Pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z minimalnym zakresem pomiarowy prędkości przepływu 5cm/s i maksymalną powyżej 25 m/s?

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

**Pytanie 16**

Dot. IV Pkt 3, 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z regulacją bramki dopplerowskiej 0,5-20 mm oraz kątem korekcji +/-70 stopni?

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

**Pytanie 17**

Dot. V Pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z minimalnym zakresem pomiarowym prędkości przepływu 0,8 cm/s i maksymalną powyżej 7 m/s?

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

**Pytanie 18**

Dot. IX Pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z 27 parami kursorów pomiarowych?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat z ultrasonograficzny z 27 parami kursorów pomiarowych?

**Pytanie 19**

Dot. X Pkt 6, 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą liniową z 256 elementami oraz szerokością skanu 50 mm?

**Odp.** Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

**Pytanie 20**

Dot. XI Pkt 5, 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą liniową z 288 elementami, szerokością skanu 37,5 mm?

**Odp.** Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

**Pytanie 21**

Dot. XII Pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta w którym głowica konweksowa posiada 160 elementów i wykonana jest w najnowszej technologii S-Vue?

**Odp.** Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ.

**Pytanie 22****Dot. Warunków gwarancji i serwisu**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga pełnej gwarancji producenta oraz autoryzowanego serwisu producenta potwierdzonego odpowiednimi certyfikatami.

**Odp.** Zamawiający wymaga pełnej gwarancji producenta oraz autoryzowanego serwisu producenta potwierdzonego odpowiednimi certyfikatami.

**Pytanie 23**

Dot. XIV Pkt 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy PREMIUM w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania, który może być rozbudowany o pakiet kardiologiczny z głowicą kardiologiczną przezprzełykową?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza aparat który może być rozbudowany o pakiet kardiologiczny z głowicą kardiologiczną przezprzełykową, ale nie jest to warunek graniczny.

**Pytanie 24**

Dot. XIV Pkt 3

Czy zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy PREMIUM w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania zamawiającego, który może być rozbudowany o automatyczny pomiar CRL, BPD, HC, AC?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza aparat który może być rozbudowany o automatyczny pomiar CRL, BPD, HC, AC, ale nie jest to warunek graniczny.

DYREKTOR  
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny ZOZ

mgr Marek Kornet