



**107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wałcz, dnia 31.10.2018r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa sprzętu medycznego:

- zadanie nr 1 – Aparat RTG Typ C
- zadanie nr 2 - Diatermia chirurgiczna
- zadanie nr 3 - Zestaw do elektrochirurgii

Znak: 34/log/2018

Pytanie 1, dotyczy pkt.4

Czy Zamawiający dopuści diatermię z dwoma trybami koagulacji monopolarnej: miękką o mocy 70 W/200 Ω oraz forsowną: 50 W/300 Ω ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2, dotyczy pkt.5 :

Czy Zamawiający dopuści diatermię z jednym trybem cięcia bipolarnego o mocy 120W/ 200 Ω ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3, dotyczy pkt.6:

Czy Zamawiający dopuści diatermię z jednym trybem koagulacji bipolarnej o mocy 130W /50 Ω ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4, dotyczy pkt.8

Czy Zamawiający dopuści diatermię z skokowa regulacja mocy (skok co 1 W) osobno dla cięcia i koagulacji za pomocą przycisku na przednim panelu?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane parametry , ale nie wymaga.

Pytanie 5, dotyczy pkt.11:

Czy Zamawiający dopuści diatermię bez funkcji „Audio Feedback”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6, dotyczy pkt.14:

Czy Zamawiający dopuści diatermię bez przycisku umożliwiającego natychmiastowe przejście do standardowej pracy urządzenia przy wyłączonych funkcjach START, STOP i TIMER?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7, dotyczy pkt.16:

Czy Zamawiający dopuści diatermię z klasa bezpieczeństwa typu BF (stopień zabezpieczenia przed wstrząsem elektrycznym) w zamian za klasę CF?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8, dotyczy „Wyposażenie” pkt.7:

Czy Zamawiający dopuści monopolarną elektrodę igłową do mikropreparacji- Ø 0,3mm, zagięta 45°, dł. 70 mm, autoklawowalną?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane parametry , ale nie wymaga.

Pytanie 9, dotyczy „Wyposażenie” pkt.8:

Czy Zamawiający dopuści monopolarną elektrodę typu skalpel- dł. 80 mm, autoklawowalna?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane parametry , ale nie wymaga.

Pytanie 10, dotyczy „Wyposażenie” pkt.9: Czy Zamawiający dopuści pęseta bipolarną prostą, dł. 18 cm, końcówka zagięta w dół, 1x5,0 autoklawowalna ?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane parametry , ale nie wymaga.

Pytanie 11, dotyczy pkt. 3:

Czy Zamawiający dopuści diatermię z dwoma trybami cięcia monopolarnego: cięcie precyzyjne - min. moc: 130W/150Ω oraz cięcie mieszane - min. moc: 130W/450Ω?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12, dotyczy pkt. 4:

Czy Zamawiający dopuści diatermię z dwoma trybami koagulacji monopolarnej: miękka o mocy min 130W/50 Ω oraz forsowną: 100 W/600 Ω?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13, dotyczy pkt. 5:

Czy Zamawiający dopuści diatermię z jednym trybem cięcia bipolarnego o mocy 130W/ 150 Ω.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DYREKTOR
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny ZOZ
mgr Marek Karnet