



**107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wałcz, dnia 14.11.2018r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

**Dostawa sprzętu medycznego:– Aparat RTG Typ C
Znak: 36/log/2018**

Pytanie 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w pkt 16 o brzmieniu: *II Dostawca zapewnia pełną integrację z systemem Pacs jaki posiada szpital: PACS: Nazwa ArPACS, producent dostawca Synektik S.A AL. W. Witosa 31; 00-710 Warszawa* II mając na uwadze, iż zdjęcia z aparatu można przenosić poprzez port USB?

Odp: Tak, Zamawiający nie wymaga spełnienia pkt 16 przy założeniu że zdjęcie można rejestrować i archiwizować oraz przenosić przez USB.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości dostawy netto za dzień zwłoki?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1%.

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony w pkt 6 o brzmieniu: *"Zamawiający wymaga potwierdzonego przez producenta upoważnienia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu na oferowany sprzęt",* jeśli Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji producenta?

Odp: Tak, dopuszcza spełnienie warunku poprzez załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego posiadanie autoryzacji producenta.