



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 24.01.2019r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - **znak 1/med/2019, na dostawę materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 09.01.2019 r. pod numerem 502025-N-2019

Pytanie 1 dotyczące Zadania 20, poz. 1b

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5,5x1,5x1,0 cm w zamian 5,5x1,5x2,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 dotyczące Zadania 20, poz. 1c

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 8x2x1,5 cm w zamian 8x1,5x2,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 3 dotyczące Zadania 28, poz. 1b

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 75mm x 150mm w zamian 80x130mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ .

Pytanie 4 dotyczące Zadania 28, poz. 1c

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150mm x 150mm w zamian 150x 200mm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 dotyczące Zadania 28, poz. 1d

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 220mm x 300mm w zamian 200x 300mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 6 dotyczące Zadania 5

Czy Zamawiający oczekuje serwet po praniu wstępnym wyrobu gotowego, które zwiększa szybkość wchłaniania cieczy i chłonność serwety o 20%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 7 dotyczące Zadania 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych z gazy 17-to nitkowej, 12 warstwowe? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 8 dotyczące Zadania 7

a) **Poz. 3** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże w rozmiarze 10cm x 20cm?

b) **Poz. 4** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże w rozmiarze 20cm x 30 cm?

Odpowiedź

a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

b) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 9 dotyczące Zadania 19 , poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do wilgotnego opatrywania ran, aktywowanego roztworem Ringera, który może pozostać na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym tj. poz. nr 1 – 7 szt., poz. nr 2 – 7 sztuk? Prośbę motywujemy tym, iż wymagane przez Państwa opatrunki 24 – godzinne, zostały wycofane z produkcji.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 10 dotyczące Zadania 19 , poz. 5 , 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 19 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający wydzieli z **Zadania 19 poz. 5 , 6** i tworzy z nich **Zadanie 19A**

Pytanie 11 dotyczące Zadania 36 , poz. 1 , 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków chirurgicznych w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 12 dotyczące Zadania 37 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłon sterylnych na kończynę spełniających wymagania SIWZ, jednakże w których dwie taśmy lepne pakowane są oddzielnie, niezależnie od osłon?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 13 dotyczące Zadania 45

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² na całej powierzchni. Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 14 dotyczące Zadania 48

Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik Nelaton oraz dren do ssaka znajdujące się w składzie zestawu miały następujące parametry:

1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer 24/8,00 CH/mm 280 mm, 30/10,00 CH/mm 350 cm

1 x cewnik Nelaton 10/3,33 CH/mm 50 cm

W trakcie użytkowania zestawu Zamawiający poprosił o zmianę parametrów ww. składników.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 15 dotyczące Zadania 66

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznych majtek siatkowych spełniających wymagania SIWZ, jednakże pakowanych po 100 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 16 dotyczące Zadania 74

a) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pośladki w rozmiarze 100 x 120 cm (+ 20 cm mankiet) z pojedynczym workiem na płyny?

Minimalne wymagane parametry krytyczne dotyczy zadań: 48,49,51,52,53,54,55,63

b) Czy doszło do pomyłki pisarskiej w podaniu numerów zadań które mają spełniać podane wymagania techniczne dotyczące laminatu obłożeń chirurgicznych, gdyż Zadanie nr 55 dotyczy fartuchów chirurgicznych, natomiast Zadanie nr 63 dotyczy serwety dla noworodka. Oba te produkty wykonane są z włókien innych niż laminat obłożeń chirurgicznych.

Odpowiedź

a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

b) Zamawiający potwierdza, iż wystąpiła omyłka pisarska.

Pytanie 17 dotyczące wzoru umowy

W związku z zastrzeżeniem w umowie uprawniającym zamawiającego do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum gwarantowanego

§ 1 ust. 2 – Przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) ilości stanowią ilość szacunkową, a faktyczna ilość i zakres dostaw poszczególnych rodzajów asortymentów wynikać będzie z potrzeb bieżących Zamawiającego, określonych w udzielanych Wykonawcy zamówieniach. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SIWZ oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń wnosimy o jego wykreślenie lub o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 80%.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w/w wskazany zapis umowy w sposób następujący:

§ 1 ust. 2- otrzymuje brzmienie : „, Przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) ilości stanowią ilości maksymalne, faktyczna ilość i zakres dostaw poszczególnych rodzajów asortymentów wynikać będzie z potrzeb bieżących Zamawiającego, określonych w udzielanych Wykonawcy zamówieniach . Dostawa poszczególnych rodzajów towarów w okresie obowiązywania umowy nie może być mniejsza niż 70 % wielkości maksymalnych, określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie 18 dotyczące wzoru umowy

Wnosimy aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty określonej w § 3 ust. 3 (wartości umowy brutto)” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (tak jak w § 6 ust. 1 lit. a), nie zaś od wartości całej umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 19 dotyczące Zadania 19, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia wyceny za opakowanie a'5sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 8 opakowania a'5sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 20 dotyczące Zadania 19 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia wyceny za opakowanie a'10sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 4 opakowania a'10sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 21 dotyczące Zadania 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 22 dotyczące Zadania 35 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia wyceny za opakowanie a'90sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 100 opakowania a'90sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 23 dotyczące Zadania 35 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki do osuszania rąk po myciu chirurgicznym o wymiarach min. 30x40cm, gramatura min. 48g/m² pakowane a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości na 1500 opakowań a'2sztuki?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 24 dotyczące Zadania 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie sterylne nieprzemakalne do operacji okulistycznych z otworem ok.7-9 x 10-12cm, wypełnionym folią operacyjną z lepszym rozwiązaniem dwóch kieszeń na płyny zamiast jednej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 25 dotyczące Zadania 46 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
 - 4 ręczniki 30 x 40



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sterylny, jednorazowego użytku, Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni. Osłona Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62g/m². Odporność na penetrację płynów min. 185cm H₂O.

Zgodność z normą PN-EN 13795. Zestaw do transport pakowany w torbę foliową oraz w karton.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 26 dotyczące Zadania 55 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS, zapięcie na górze w formie rzepu, takie jak stosowane dotychczas?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 27 dotyczące Zadania 60 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu dla noworodka o składzie:

- 1 podkład wysokochłonny 60 x 60cm
- 1 serweta (owinięcie zestawu) 60 x 60cm
- 2 serwety poliestrowe bawełnopodobne (kocyki) 80 x 80cm
- 1 kocyk bawełniany, kolorowy 75 x 160cm
- 1 bawełniana czapeczka dla noworodka
- 1 szpatułka laryngologiczna, plastikowa
- 1 miarka (centymetr – długość 152cm)

Cztery naklejki typu TAG z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 28 dotyczące Zadania 68

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli o składzie:

- prześcieradło 210x160cm
- poszwa 210cmx160cm
- poszewka 80x70cm


Wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura 25g/m².

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 29 dotyczące Zadania 72 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę do mycia pacjenta z miękkich włókien poliestru o gramaturze 100 g/m², nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 w rozmiarze 12 x 20cm (rysunek poniżej)?



Odpowiedź


Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 30 dotyczące Zadania 72 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice do mycia skóry wykonana z dwóch warstw włókien: molton 100g nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz molton 100g bez mydła w rozmiarze 17 x 24,5cm (rysunek poniżej)?



Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 31 dotyczące Zadania 74 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki w rozmiarze 110cm x 100cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 32 dotyczące Zadania 87 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści matę chłonną na podłogę o dużej wchłaniałości płynów z warstwą spodnią antypoślizgową o wymiarach 75cm x 100cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 33 dotyczące Zadania 88 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne dodatkowo wzmocnione nitkami gwarantującymi trwałość wykonania o gramaturze min 51 g/m²?

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 34 dotyczy Umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

apteka@107sw.mil.pl

Pytanie 35 dotyczące Zadania 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 36 dotyczące Zadania 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 30 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 37 dotyczące Zadania 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w ofercie ceny za opakowanie a'3 sztuki kompresów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 38 dotyczące Zadania 8 poz. 2

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39 dotyczące Zadania 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów preparacyjnych zwiniętych z jednego kawałka gazy 24- nitkowej o wykroju 11,5 x 11,5 cm, pakowanych w kartonik po 10 szt., każdy tupfer w osobnej przegródce?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 40 dotyczące Zadania 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego składającego się w ok. 70% z wody i ok. 30% z polimerów akrylowych, pakowanego po 20 g, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 41 dotyczące Zadania 35 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 42 dotyczące Zadania 37 ,

a) Poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o wym. 33 x 55 cm z jednym paskiem lepym?

b) Poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o wym. 33 x 120 cm?

Odpowiedź

a) Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

b) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 43 dotyczące Zadanie 40 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 90 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 44 dotyczące Zadania 40 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 8 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 45 dotyczące Zadania 40 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z samoprzylepnym otworem o średnicy 6 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 46 dotyczące Zadania 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 120 x 150 cm i otworem 7 x 10 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 47 dotyczące Zadanie 41

Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczulenia zewnątrzoponowego 75 x 100 cm z folii PE z otworem samoprzylepnym o średnicy 10 cm położonym centralnie?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 48 dotyczące Zadania 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 55 x 90 cm z samoprzylepnym otworem 10 x 15cm? Dodatkowo taśma lepna na krótszym boku serwety.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 49 dotyczące Zadania 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m²? Odporność na penetrację płynów 125 cm H₂O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 50 dotyczące Zadania 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający septyczną aplikację, wykonana z folii niepiaskowej, 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm, wzmocnienie 20 x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm, wzmocnienie 20 x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm, wzmocnienie 20 x 50 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne- całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H₂O. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 51 dotyczące Zadania 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- 1 serweta 2-warstwowa (podkład pod pacjenta) 75 cm x 120 cm
- 1 serweta do litotomii 175/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Odporność na penetrację płynów 125 cm H₂O. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 52 dotyczące Zadania 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

- 1 serweta wzmocniona na stół narzędziowy 150 x 190 cm- owinięcie zestawu
- 2 ręcznik do rąk 30 x 40 cm
- 1 fartuch chirurgiczny SMMS 35 g/m² standardowy, rozm. M-L dla instrumentariuszki
- 1 para rękawic chirurgicznych lekko pudrowanych rozm. 7,0
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona
- 1 kieszeń samoprzylepna z folii polietylenowej 38 x 40 cm
- 1 cewnik Nelaton CH10 z 2 bocznymi otworami, długość 40 cm
- 1 dren CH25, długość 300 cm
- 1 końcówka ssąca typu Yankauer CH 12 / Ø 4 mm, długość 220 mm no v.c. (bez kontroli ssania)
- 1 nożyczki do pępowiny 16,5 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
- 40 kompres 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowej z nitką RTG, banderolowane a' 10 szt
- 1 opatrunek pooperacyjny 10 x 25 cm
- 1 strzykawka typu Luer 2- częściowa 20 ml
- 1 igła iniekcyjna 21G 0,8 x 40 mm
- 1 igła iniekcyjna 18G x 40 mm
- 1 jednorazowe ostrze do skalpela nr 23
- 10 serwet laparotomijnych z gazy 20- nitkowej 4- warstwowej białych poddanych praniu wstępnemu, ze znacznikiem RTG i tasiemką, rozm. 40 x 40 cm
- 1 serweta dla noworodka z miękkiej, chłonnej włókniny 90 x 90 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa na całej powierzchni w ułożeniu prostym na plecach 260/200 x 335 cm z otworem wokół jamy brzusznej 27 x 33 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna 14 x 20 cm) ze zintegrowaną torbą na płyny 360 stopni ze sztywnikiem i zaworem do podłączenia drenu

W zestawie znajduje się podwójna naklejka samoprzylepna z informacją o ilości i rodzaju materiału opatrunkowego.

Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,5 g/m²; zdolność absorpcji cieczy laminatu (wg EN ISO 9073-6) 200 ml/m², odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa.

Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795 (1-3)

Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu.

Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Opakowanie transportowe 2 kartony.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 53 dotyczące Zadania 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocniona

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm, wzmocniona

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezyjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm, w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Zdolność absorpcji cieczy laminatu wraz ze wzmocnieniem 405 ml/m².

Na opakowaniu jednostkowym naklejka zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT.

Obłożenie spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych- wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 54 dotyczące Zadania 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem 6 + 7 cm, z workiem do zbiórki płynów z zaworem do podłączenia drenu i dwoma zintegrowanymi uchwytami typu rzep do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Zdolność absorpcji cieczy laminatu 200 ml/m². Chłonność 340%.

Na opakowaniu jednostkowym naklejka zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT.

Obłożenie spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych- wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 55 dotyczące Zadania 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm

1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm

wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 50 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Chłonność materiału podstawowego 340%, chłonność warstwy wzmocnionej 370%. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 56 dotyczące Zadania 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dłoni/ stopy o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 serweta operacyjna na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów wzmocniona padem chłonnym.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Chłonność materiału podstawowego 340%, chłonność obszaru wzmocnionego 370%. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 57 dotyczące Zadania 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 serweta górna 175 x 250 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 10 x 65 cm

1 serweta dolna samoprzylepna 190 x 225 cm z paskiem lepny na krótszym boku.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Zdolność absorpcji cieczy laminatu 200 ml/m². Chłonność 340%.

Na opakowaniu jednostkowym naklejka zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT.

Obłożenie spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych- wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu. Pakowanie: folia i karton.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 58 dotyczące Zadania 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zgodnych z SIWZ, dostępnych w rozmiarach M/L (ilości zsumowane), XL, XXL?



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 59 dotyczące Zadania 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 100 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 60 dotyczące Zadania 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego z nieobszytymi rękawami bluzy i spodniami? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 61 dotyczące Zadania 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ o wym. 75 x 100 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 62 dotyczące Zadania 78

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 13 x 250 cm z taśmami samoprzylepnymi do mocowania na końcu osłony?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 63 Dotyczy minimalnych wymagań krytycznych, podpunkt 2 :

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odporności laminatu na przenikanie cieczy 1250 mm H₂O bez rozgraniczania na wartości od strony włókniny i folii.

Uzasadnienie: Norma PN EN 13795 w załączniku B Metody badań punkt B5 Metoda oceny odporności na przenikanie cieczy określa w podpunkcie C co następuje: „z cieczą badawczą powinna się stykać strona zewnętrzna wyrobu”. Producenci stosując metodę pomiaru wg EN 20811 wymaganą przez normę PN EN 13795 podają jeden parametr odporności na przenikanie cieczy całego laminatu, nie rozgraniczając wartości na część polipropylenową i polietylenową.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ

Pytanie 64 dotyczące Zadania 1 , poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkład pod opatrunki gipsowe w rozmiarze 12cm x 3m? W pozycji 5 i 6 widnieje ten sam rozmiar podkładu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

W poz. 5 nastąpiła omyłka pisarska winno być 12cm x 3m.

Pytanie 65 dotyczące Zadania 3 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 66 dotyczące Zadania 3, poz.2

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'25szt z podaniem ceny za opakowanie handlowe a'25 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 67 dotyczące Zadania 5, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby serwety były poddane procesowi prania wstępnego?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 68 dotyczące Zadania 7, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej impregnowanej białą parafiną?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 69 dotyczące Zadania 7, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'10szt z podaniem ceny za opakowanie handlowe a'10 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 70 dotyczące Zadania 8, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'3 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 71 dotyczące Zadania 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 72 dotyczące Zadania 9, poz. 3

Prosimy o określenie jednostki miary w pozycji 3.

Odpowiedź

Jednostką miary w w/w zadaniu jest sztuka.

Pytanie 73 dotyczące Zadania 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 74 dotyczące Zadania 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 2 - o długości 10m i szerokości 10-25mm w miejsce 2 cm x 10m?

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 3 - o długości 10m i szerokości 15-35mm w miejsce 3 cm x 10m?

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 4 - o długości 10m i szerokości 25-45mm w miejsce 4 cm x 10m?

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 6 - o długości 10m i szerokości 40-65mm w miejsce 5 cm x 10m?

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 6 - o długości 10m i szerokości 40-65mm w miejsce 6 cm x 10m?

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 8 - o długości 10m i szerokości 50-95mm w miejsce 7 cm x 10m?

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 8 - o długości 10m i szerokości 50-95mm lub oznaczone jako 10 - o długości 10m i szerokości 65-135mm w miejsce 8 cm x 10m?



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 75 dotyczące Zadania 11, poz. 7-10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za plaster o długości 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 76 dotyczące Zadania 11 , poz. 11

Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran 6 x 100mm pakowany po 10szt z podaniem ceny za opakowanie, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie po 10 szt z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 77 dotyczące Zadania 11, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran 6 x 75mm pakowany po 3szt z podaniem ceny za opakowanie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie po 3 szt. z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 78 dotyczące Zadania 11 , poz. 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym z nacięciem wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 79 dotyczące Zadania 12 , poz.1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 4,4cm x 4,4cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 80 dotyczące Zadania 12 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cmx7cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 81 dotyczące Zadania 12 , poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 82 dotyczące Zadania 12, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 83 dotyczące Zadania 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,6cm x 5,1cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 84 dotyczące Zadania 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania handlowego do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 85 dotyczące Zadania 25 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34cm x 8cm pakowane a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie po 20 szt z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 86 dotyczące Zadania 35 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany pojedynczo w rozmiarze 71x116cm w opakowaniu zbiorczym a'100szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie handlowe a'100szt?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 87 dotyczące Zadania 35, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę do rąk w rozmiarze 40x40cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 88 dotyczące Zadania 35, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 89 dotyczące Zadania 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Rozmiar uniwersalny. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 90 dotyczące Zadania 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Rozmiar uniwersalny. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 91 dotyczące Zadania 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Rozmiar uniwersalny. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 92 dotyczące Zadania 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek męski w formie furazerki bez troków oraz gumek, swobodnie wkładany. W części bocznej składający się z podwójnej warstwy materiału. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Rozmiar uniwersalny. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 93 dotyczące Zadania 36, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania handlowego do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 94 dotyczące Zadania 36, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 95 dotyczące Zadania 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na kończynę z 1 taśmą lepłą?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 96 dotyczące Zadania 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na kończynę z 1 taśmą lepłą w komplecie oraz drugą sterylnie pakowaną dołączoną osobno?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 97 dotyczące Zadania 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm zamiast 35x80cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 98 dotyczące Zadania 37, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 99 dotyczące Zadania 39, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania handlowego do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 100 dotyczące Zadania 39, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści obrazek na opakowaniu obrazujący sposób mocowania maski?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 101 dotyczące Zadania 39, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną o gramaturze filtra 23g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 102 dotyczące Zadania 40, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 103 dotyczące Zadania 40, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 104 dotyczące Zadania 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 105 dotyczące Zadania 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 120x170cm z otworem o średnicy 12cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 106 dotyczące Zadania 42, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną z otworem 10x10cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 107 dotyczące Zadania 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z samoprzylepnym otworem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 108 dotyczące Zadania 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z samoprzylepnym otworem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 109 dotyczące Zadania 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x220cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 110 dotyczące Zadania 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze warstwy górnej 28g/m², folii 25g/m², warstwa dolna 22g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 111 dotyczące Zadania 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 180cm H₂O?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 112 dotyczące Zadania 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².


- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 113 dotyczące Zadania 47, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.




107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 114 dotyczące Zadania 47, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².


- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy kroczka o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność

warstwy zewnętrznej min. 350%.


Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Z osobno dołączoną sterylnie zapakowaną serwetą na stolik Mayo 140cm x 80cm wzmocnioną

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 115 dotyczące Zadania 50, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m².


Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.

Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 116 dotyczące Zadania 50, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.




107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 117 dotyczące Zadania 52, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji kończyny:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.


Materiał serwet odporny na działanie alkoholu na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 118 dotyczące zadań: 48,49,51,52,53,54,55,63 Wymagania formalne

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów krytycznych poprzez dołączenie do oferty danych technicznych np. karty danych technicznych wystawioną przez producenta na gotowy produkt?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 119 dotyczące Zadania 54, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji otolaryngologicznych o minimalny składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.

Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.


Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 120 dotyczące Zadania 55, poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze standardowymi rzepami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 121 dotyczące Zadania 56, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu spunlance o gramaturze 68g/m², posiadający nieprzemakalne wstawki w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40g/m², pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze 30x30cm, dostępny w rozmiarach L, XL oraz XXL?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 122 dotyczące Zadania 61, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45x55cm zamiast 40x55cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 123 dotyczące Zadania 62, poz.1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 10x24cm zamiast 10x20cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 124 dotyczące Zadania 62, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 40x34cm zamiast 35x35cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 125 dotyczące Zadania 62, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 60x52cm zamiast 66x60cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 126 dotyczące Zadania 62, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 60x80cm lub 70x80cm zamiast 66x60cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 127 dotyczące Zadania 67, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 128 dotyczące Zadania 68, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli złożony z trzech części:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 129 dotyczące Zadania 69, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie dwuczęściowe z krawędziami nie obszytymi ale nie strzępiącymi się, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 130 dotyczące Zadania 70, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną kieszeń jednokomorową w rozmiarze 50x60cm bez możliwości podłączenia ssaka?




Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 131 dotyczące Zadania 71, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączenia drenów o różnej średnicy




Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 132 dotyczące Zadania 71 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 60cm x 100cm wyposażoną w samouszczelniający się otwór o wymiarach 6cm x 8cm, sztywnik w górnej części torebki z 2ma przylepcami w przedniej części torby służącymi do ufixsowania do serwet operacyjnych i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączenia drenów o różnej średnicy.



Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 133 dotyczące Zadania 72, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby myjki były czyste mikrobiologicznie co jest potwierdzone badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 134 dotyczące Zadania 73, poz.1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 135 dotyczące Zadania 74, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ..

Pytanie 136 dotyczące Zadania 78, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 137dotyczące Zadania 79, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę typu "beret" na urządzenie z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m² z gumką ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu o średnicy na płasko 80cm, gumka rozciągająca się do 140cm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 138 dotyczące Zadania 80, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rolce o perforacji co 38cm, o szer. 50cm długość rolki 50m?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 139 dotyczące Zadania 81, poz.1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 140 dotyczące Zadania 81, poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 141 dotyczące Zadania 81, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x75cm lub 75x90cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ..

Pytanie 142 dotyczące Zadania 81, poz. 1 oraz Zadania 85, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie serwetki dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwetki dwuwarstwowe o gramaturze 40



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 143 dotyczące Zadania 82, poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny wysokochłonny składający się z 3 warstw: włóknina polipropylenowa, wkład chłonny pikowany z superabsorbentem, laminat nieprzemakalny (spodnia strona), w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonny w rozmiarze 50 x 208 cm +/- 2,5cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 144 dotyczące Zadania 82, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 145 dotyczące Zadania 82, poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby podkład zapewniał trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, i redukcję zapachów?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 146 dotyczące Zadania 83, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga ręczników sterylnych?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 147 dotyczące Zadania 85, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 148 dotyczące Zadania 85, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 149 dotyczące Zadania 86, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny wysokochłonny składający się z 3 warstw: włóknina polipropylenowa, wkład chłonny pikowany z superabsorbentem, laminat nieprzemakalny (spodnia strona), w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonny w rozmiarze 50 x 208 cm +/- 2,5cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 150 dotyczące Zadania 87, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści matę chłonną w rozmiarze 76x116cm posiadającą antypoślizgową powierzchnię spodnią, bez możliwości przytwierdzenia do podłogi?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 151 dotyczące Zadania 88, poz.1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 152 dotyczące Zadania 46

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego, dwuwarstwowego (włóknina 23 g/m² / folia 40 mikronów), nieprzemakalność 1000mm, odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 88/61 kPa, o składzie:

Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3), każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składa się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa). Serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo, wykonana z nieprzezierną folię piaskowaną, zapobiegającą ślizganiu. Warstwa wzmocnienia serwety na stolik Mayo zgrzana z materiałem bazowym na całej powierzchni. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 153 dotyczące Zadania 47

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych, dwuwarstwowego (włóknina 23 g/m² / folia 40 mikronów), nieprzemakalność 1000mm, odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 78/50 kPa, z osobno pakowanym obłożeniem na stolik Mayo złożonym teleskopowo o wymiarze 79x145cm ze wzmocnieniem 65x85cm, o składzie:

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności, każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia minimum 55g/m². Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 154 dotyczące Zadania 48

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 79 x 145 cm

1 x serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego w kształcie litery T o wymiarach 175/250x300 cm, posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm wypełniony folią chirurgiczną wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm; serweta posiada duży, zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- 1 x serweta dla noworodka 90 x 120 cm
- 1 x cewnik Nelaton 10CH/40 cm, końcówka "ślepa" z dwoma otworami
- 1 x dren do ssaka z uchwytem PVC 24CH/8mm, 3 m + aspiracja z rękojeścią
- 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek (powiązane nitką a '10 szt.)
- 10 x chusta z gazy 20N po praniu wstępnym z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy,
- 1 x opatrunek pooperacyjny 25 x 9 cm
- 2 x ręcznik celulozowy rozm. 30 x 40 cm
- 1 x ostrze 23
- 1 x kieszeń jednosekcyjna 40 x 35 cm
- 1 x taśma samoprzylepna
- 1 x strzykawka Luer 20 ml
- 1 x igła 0,8 cm / 21G
- 1 x igła 1,2 cm / 18G
- 1 x nożyczki metalowe, jednorazowe, do pępowiny 11 cm , z widocznym symbolem jednorazowości
- 1 x fartuch L niewzmocniony dla instrumentariuszki
- 1 x para rękawiczek latexowych bezpudrowych rozm. 7

W zestawie poczwórna naklejka z informacją o materiale gazowym z nitką rtg.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o łącznej minimalnej gramaturze 67g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 175/110 kPa w strefie krytycznej. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 155 dotyczące Zadania 49

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie:

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia minimum 55g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 175/110 kPa w strefie krytycznej. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Klasa palności I. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 156 dotyczące Zadania 50

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do artroskopii o składzie:

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia minimum 55g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H₂O, odporność na rozerwanie suchy/mokro min. 175/110 kPa w strefie krytycznej. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Klasa palności I. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 157 dotyczące Zadania 51

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii o składzie:

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 158 dotyczące Zadania 52

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii dłoni/stopy o składzie: Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne czterowarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia minimum 55g/m², gramatura wzmocnienia minimum 55g/m². Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 159 dotyczące Zadania 54

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji tarczycy o składzie:

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe na całej powierzchni, wykonane m.in. z włókniny i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m², gramatura wzmocnienia minimum 55g/m². Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 160 dotyczące Zadania 55

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej fartucha chirurgicznego wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m², fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na dwuczęściowy rzep, szwy wykonane techniką ultradźwiękową w strefach krytycznych rękawów, rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester, odporność na przenikanie płynu w części krytycznej min. 56 cm H₂O, BI=6, fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek), zgodny z PN EN 13795 – wymagania wysokie, pakowany z 2 ręcznikami, rozmiary: L, LL, XL, XXL odpowiadające kolejno rozmiarom: M, L, XL, XXL?



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 161 dotyczące Zadania 56

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych fartuchów typu SONTARA wzmocnionych – front folią oddychającą polietylenową 35 mikronów, rękawy laminatem składającym się z folii polietylenowej 27,5 mikrona oraz włókniny 30 g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 162 dotyczące Zadania 1, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej szybkowiążącej do 6-min w rozmiarze 3m x 15cm.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 163 dotyczące Zadania 7, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego kompresu z maścią bez składników czynnych w rozmiarze 10x20 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 164 dotyczące Zadania 7, poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego kompresu z maścią bez składników czynnych w rozmiarze 10x30 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 165 dotyczące Zadania 22, poz.1

Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Uzasadniamy to faktem, iż w przypadku produktów o cenie netto nieprzekraczającej 1,00 PLN, zmiana (+/-) ceny netto o chociażby 1 gr powoduje niekorzystną kilkuprocentową różnicę w cenie jednostkowej netto. Wycena na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w niższej cenie. Tym samym, aprobata niniejszego stanowiska umożliwi większej liczbie Wykonawców na złożenie ważnych i zdolnych do rywalizacji cenowej ofert w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 166 dotyczące Zadania 22 , poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z wycięciem w kształcie U i z podkładką pod miejsce wklucia wyprofilowaną także w kształcie U , dzięki czemu kaniula jest „otulona” z trzech stron chłonnym padem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 167 dotyczące Zadania 22, poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek zaopatrzony w dodatkową podkładką pod skrzydełka kaniul ?.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 168 dotyczące Zadania 22, poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z zaokrąglonymi rogami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 169 dotyczące Zadania 36, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej jakości czepek o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązane na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m², konfekcjonowanego a 100szt., zgodnego z EN 13485 i EN 14001.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 170 dotyczące Zadania 36, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepek chirurgicznego o kroju furażerki wiązane z tyłu na troki w rozmiarze uniwersalnym. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 171 dotyczące Zadania 36, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepek chirurgicznego w uniwersalnym rozmiarze o gramaturze 12g/m². Reszta wymogów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 172 dotyczące Zadania 41, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 100 x 100 cm. Reszta wymogów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 173 dotyczące Zadania 43, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety samoprzylepnej w rozmiarze 45 cm x 50 cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 174 dotyczące Zadania 44, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej sterylnej 75 cm x 90 cm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 175 dotyczące Zadania 46 , poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m² a w obszarze krytycznym 116g/m², o odporności na penetrację płynów >200cm H₂O. Serweta na stół Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 176 dotyczące Zadania 47, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów ginekologicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 125x230 cm (folia o grubości 50 μ ze wzmocnieniem)
 - 2x osłona na kończyny 79x140cm z SMMMS,
 - 1x serweta przylepna z bilaminatu 45x50 cm
 - 1x ręcznik chłonny 58x39cm
- 1x serweta do litomii typu T 74/137/192 cm z przylepnym otworem na krocze 15x6 cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 50x30 +/- 1cm. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) na całej powierzchni, pozbawiona pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m², odporność na przenikanie płynów > 200 cm H₂O.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 177 dotyczące Zadania 50, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm)
- 1 x osłona na stół Mayo 80x142 cm (wzmocnienie chłonne 55x88 cm)
- 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa,
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm
- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną,
- 1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m² bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cmH₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 195 kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 178 dotyczące Zadania 56, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego fartucha chirurgicznego o gramaturze 70g/m² z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami wykonanymi z włókniny polietylenowej i folii polietylenowej w części przedniej i na rękawach o gramaturze 51g/m², posiadającego dodatkowo dwa ręczniczki w rozmiarze 30x39cm, rozłożone. Rozmiary fartuchów: S/M (115cm), L (120cm), XL (130cm), XXL (150cm), 2XLL (170cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 179 dotyczące Zadania 61, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze 45 cm x 55 zamiast 40 cm x 55 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 180 dotyczące Zadania 62 , poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej bakteriobójczej będącej wyrobem medycznym klasy II a sterylnej o rozmiarze:

- pow. lepna 15 cm x 20 cm, pow. całkowita 20 cm x 20 cm
- pow. lepna 34 cm x 40 cm, pow całkowita 40 cm x 40 cm
- pow lepna 60 cm x 60 cm, pow całkowita 80 cm x 60 cm

Reszta wymogów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 181 dotyczące Zadania 69, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby każde spodnie oraz każda bluza były pakowane osobno w folię, dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych do potrzeb personelu medycznego,

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 182 dotyczące Zadania 70, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnej kieszeni jednokomorowej do przechowywania płynów z możliwością podłączenia ssaka w rozmiarze 33x41cm.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 183 dotyczące Zadania 78, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na kamerę o rozmiarze 18 x 244 cm. Reszta wymogów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 184 dotyczące Zadania 86, poz.1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego do opisanego podkładu wysokochłonnego wyposażonego w rdzeń żelowy absorbujący płyny o rozmiarze (+/- 2cm) 50x205,5 cm (tj. odpowiadającego rozmiarowi blatu stołu). Całkowity rozmiar serwety wynosi 102x229cm co wynika z zastosowania marginesów z laminatu wielowarstwowego celem zabezpieczenia przed wyciekaniem płynów z rdzenia chłonnego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 185 dotyczące Zadania 87, poz.1

Prosimy o dopuszczenie maty na podłogę w rozmiarze 71x142cm z antypoślizgową powierzchnią na całości zapobiegającej przesuwaniu się maty po podłodze.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 186 dotyczące Zadania 31

Czy Zamawiający dopuści 25 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatości 84 %, gramaturze 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, bez jednorazowych igieł?

Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TVT i TOT, narzędziami wielokrotnego użytku.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 187 dotyczące Zadania 31

W związku z panującymi trendami na lżejszą gramaturę czy Zamawiający wymaga aby taśma miała gramaturę do 48g/ m²?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 188 dotyczy treści SIWZ:

Czy na potwierdzenie parametrów zamawiający wymaga załączenia do oferty Kart Danych Technicznych wydanych przez producenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty Kart Danych Technicznych wydanych przez producenta, wymaga natomiast okazania na żądanie w ciągu 2 dni roboczych.

Pytanie 189 dotyczące Zadania 1, poz.1-3

Czy zamawiający w celu ułatwienia przeprowadzenia poprawnej procedury zakładania gipsu zgodzi się na warunek konieczny posiadania przez opaski gipsowe plastikowego perforowanego trzpienia, który umożliwi równomierne namaczanie opaski oraz zapobiega jej deformacji ?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 190 dotyczące Zadania 1, poz.1-3

Czy zamawiający wymaga, aby opaski gipsowe posiadały w swoim składzie min. 95% gipsu naturalnego?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 191 dotyczące Zadania 2, poz.1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania podkładu chłonnego o chłonności min. 1600 ml?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 192 dotyczące Zadania 2, poz.2-4

Czy zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz, co zapobiega wyciekom?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 193 dotyczące Zadania 2, poz.2-4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o następujących sugerowanych obwodach: S: 55-80 cm, M: 75-110 cm, L: 100-150 cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 194 dotyczące Zadania 2, poz.2-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 195 dotyczące Zadania 2, poz.5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluszek dla dzieci posiadających wycięcie na kikut pępownicy?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 196 dotyczące Zadania 2, poz.5

Zadanie 2, poz 5: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluszki dla dzieci posiadały pozytywną opinię IMiD oraz świadectwo PZH? Czy w celu potwierdzenia, zamawiający wymaga załączenia do oferty niniejszych dokumentów?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 197 dotyczące Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy wstępnie pranej, w procesie technologicznym wielokrotnie płukanej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 198 dotyczące Zadania 4, 5, 6, 8, 9, poz. 1-2, 14, 15, 16


Czy produkt w wyżej wymienionych zadaniach muszą być wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji?

Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np. bawełna tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Czy na potwierdzenie powyższego, zamawiający wymaga załączenia raportu walidacji procesu sterylizacji?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 199 dotyczące Zadania 9, poz.1-2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny zapakowanej w opakowanie foliowe zapobiegające przedostawaniu się wilgoci?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 200 dotyczące Zadania 9, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy pakowanej po 200m?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 201 dotyczące Zadania 9, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy 13-nitkowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 202 dotyczące Zadania 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania siatek opatrunkowych o składzie 50% jedwab poliuretanowy oraz 50% jedwab poliamidowy?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 203 dotyczące Zadania 11, poz. 9-11

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem kauczukowym z zawartością tlenku cynku, który chroni skórę przed podrażnieniami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 204 dotyczące Zadania 11, poz.12

Czy zamawiający dopuści opatrunki jałowe pooperacyjne z klejem hypoalergicznym typu hot-melt (kauczuk syntetyczny), z wkładem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany warstwą mikroperforowanej folii polietylenowej, z przecięciem wzdłuż boku znajdujące się na folii zabezpieczającej opatrunek?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 205 dotyczące Zadania 14

Czy Zamawiający dopuści tupfer w kształcie kuli o wykroju 20x20 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 206 dotyczące Zadania 15

Czy Zamawiający dopuści tupfer w kształcie fasoli o rozmiarze 15x15cm pakowany po 10 szt. w opakowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 207 dotyczące Zadania 24, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski elastycznej o rozciągliwości min. 120%?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 208 dotyczące Zadania 25

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji w parze wodnej?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 209 dotyczące Zadania 26

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania chusty trójkątnej bawełnianej czy włókninowej?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 210 dotyczące Zadania 31

Czy Zamawiający dopuści taśmę o grubości 0,49 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 211 dotyczące Zadania 31

Czy nie zaszła omyłka i zamawiający odstąpi od wymogu systemu 2 jednorazowych igieł? Zamawiający wymaga narzędzi wielorazowego użytku.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga systemu 2 jednorazowych igieł, pozostałe narzędzia mogą być wielokrotnego użytku.

Pytanie 212 dotyczące Zadania 31

Prosimy o doprecyzowanie ilu sztuk narzędzi wielorazowych zamawiający wymaga na bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy. Ma to istotne znaczenie do kalkulacji cenowej oferty.

Odpowiedź

Ilość narzędzi ma być wystarczająca do oszacowanej w SIWZ ilości taśm.

Pytanie 213 dotyczące Zadania 37, poz.1

Zadanie 37, poz. 1: Czy zamawiający dopuści osłony na kończyny:

- o wym. 30x80 cm z jedną taśmą lepłą
- o wym. 37x120 cm z dwoma taśmami lepłymi?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 214 dotyczące Zadania 37, poz.2

Czy zamawiający dopuści samoprzylepną kieszeń na płyny z kształtką o wymiarach 40x30 cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 215 dotyczące Zadania 39, poz.1

Czy zamawiający dopuści maseczkę odporną na przesiąkanie, hypoalergiczną zgodną z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typ II, o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8 % aerozoli biologicznych, z trokami o długości min. 35 cm, wyposażone w sztywnik, pakowane w kartonik, po 50 sztuk, na pudełku numer katalogowy oraz numer LOT? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 216 dotyczące Zadania 39, poz. 2

Czy zamawiający dopuści maseczkę odporną na przesiąkanie, hypoalergiczną zgodną z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typ II, o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8 % aerozoli biologicznych, z gumką, wyposażone w sztywnik, pakowane w kartonik, po 50 sztuk, na pudełku numer katalogowy oraz numer LOT? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 217 dotyczące Zadania 43

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania serwet w wersji niejałowej czy jałowej?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga serwet w wersji jałowej.

Pytanie 218 dotyczące Zadania 44

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75 cm z otworem i przylepcem wokół otworu?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 219 dotyczące Zadania 44

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60x90 cm z otworem i przylepcem wokół otworu?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 220 dotyczące Zadania 46

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

ELEMENT	ILOŚĆ (szt.)	ROZMIAR (cm)
Serweta z przylepcem	1	240x150cm
Serweta z przylepcem	1	180x170cm
Serweta z przylepcem- przylepiec na szerszym boku	2	90x75 cm
Taśma medyczna	1	50x9 cm
Serweta na stół instrumentariuszki	1	190x150cm
Serweta na stolik Mayo	1	145x80cm
Serwetki do rąk	2	40x20 cm

Serwety z przylepcem wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56 g/m², o odporności na przenikanie cieczy min. 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75 N i chłonności 570% na całej powierzchni serwety. Serweta sterylna na stolik Mayo wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 74 g/m², wytrzymałość na rozerwanie min. 80 kPa, nieprzemakalność min. 120 cm H₂O. Serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 221 dotyczące Zadania 47

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o następującym składzie:



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Element	Ilość (szt.)	Rozmiar (cm)
serweta dwuwarstwowa z otworem o wym. 20x10 cm i przylepcem	1	200x180
serweta dwuwarstwowa przeznaczona pod pośladki	1	90x75
Pokrowiec dwuwarstwowy na nogę	2	120x75
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramat. 40 g/m ²	2	40x20

Serweta sterylina na stolik Mayo wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 74 g/m², wytrzymałość na rozerwanie min. 80 kPa, nieprzemakalność min. 120 cm H₂O. Zestaw zapakowany w torebkę-papierowo foliową, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 222 dotyczące Zadania 49

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do operacji stawu biodrowego o składzie:

ELEMENT	ILOŚĆ	ROZMIAR (cm)
Serweta dwuwarstwowa z przylepcem	1 szt.	260x240
Serweta dwuwarstwowa z przylepcem	1 szt.	240x150
Pokrowiec dwuwarstwowy na nogę	1 szt.	120x37
Kieszka na płyny z kształtką	1 szt.	40x30
Taśma medyczna	6 szt.	50x9
Serweta na stół instrum.	1 szt.	190x150
Serweta na stolik Mayo	1 szt.	145x80
Serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramat. 40 g/m ²	2 szt.	40x20

Serwety dwuwarstwowe wykonane z włókniny o gramaturze min. 56g / m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min 75N i chłonności 570% na całej powierzchni serwety. Serweta sterylina na stolik Mayo wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 74 g/m², wytrzymałość na rozerwanie min. 80 kPa, nieprzemakalność min. 120 cm H₂O.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 223 dotyczące Zadania 50

Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o następującym składzie:

ELEMENT	ILOŚĆ szt.	ROZMIAR (cm)
serweta dwuwarstwowa z otworem o śr. 6 cm elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	320x240
pokrowiec dwuwarstwowy na	1	75x37

nogę		
taśma medyczna	2	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramat. 40 g/m2	2	40x20

Serwety dwuwarstwowe wykonane z włókniny o gramaturze min. 56g / m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min 75N i chłonności 570% na całej powierzchni serwety. Serweta sterylna na stolik Mayo wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 74 g/m², wytrzymałość na rozerwanie min. 80 kPa, nieprzemakalność min. 120 cm H₂O. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 224 dotyczące Zadania 55

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny o gramaturze 35 g/m². Konstrukcja fartucha pozwala na dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Zapięcie na górze na rzep. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Fartuch pakowany w papier krepowany z dwoma ręczniczkami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 225 dotyczące Zadania 56

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną o gramaturze 40g/m² w części przedniej i na rękawach, złożenie typu book folded umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów – u góry, z tyłu jest zapinany na rzep, troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, później na „czysto” specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny, rękawy proste nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłującym pot, podwójnie opakowanie- torebka papierowo foliowa z dwoma samoprzylepnymi naklejkami do archiwizacji dokumentów zawierającymi nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta oraz dodatkowe owinięcie w papier krepowy, zapakowany z dwoma ręczniczkami z niepylnej włókniny kompresowej w rozmiarze 40cm x 20 cm, fartuch przeznaczony do operacji z dużą ilością płynów, zgodny z normą PN EN 13795 1, 2, 3, w rozmiarach, L, XL, XXL (długość fartuchów L-125cm, XL- 140cm, XXL- 155cm) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 226 dotyczące Zadania 57

Czy zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o następującym składzie składzie:

Elementy w twardym blisterze:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1 szt.
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x560cm; średnica 5cm	1 szt.
Rękawice nitylowe	M	2 szt.
Tupfer kula 17N	20x20 cm	5szt.
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5 cm	8 szt.
Pęseta plastikowa		1 szt.
Pean plastikowa	14 cm (+/- 0,3)	1 szt.
Pojemnik plastikowy		1 szt.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym:

Strzykawkka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1 szt.
Strzykawkka wypełniona lubrykantem	6 ml	1 szt.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 227 dotyczące Zadania 59

Czy zamawiający dopuści zestaw do wklucia centralnego o składzie:

Serweta z laminatu FB	45x75 cm	1 szt.
Serweta z laminatu L2 45x75 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm; średnia 8cm	1 szt.
Kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10szt.
Tupfer kula 17N	20x20cm	10szt.
Pęseta plastikowa		1 szt.
Strzykawkka 10ml	10 ml	1 szt.
Strzykawkka 20ml	20ml	1 szt.
Igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1 szt.
Igła 08x40mm	0,8x40mm	1szt.
Ostrze nr 11	Nr 11	1 szt.
Imadło metalowe		1 szt.

Serweta z laminatu FB wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 42 g/m², wytrzymałość na zerwanie min. 10N/5cm, barierowość dla wody min 700mm H₂O.

Serweta z L2- wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56 g/m² o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, zgodnie z normą EN 13795-1-2-3, opakowanie z odklejaną etykietą umożliwiającą identyfikację zestawu z numerem serii, data ważności oraz identyfikacją producenta?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 228 dotyczące Zadania 64

Zadanie 64: Czy zamawiający dopuści przykrycie dla pacjenta z polipropylenu w kolorze niebieskim?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 229 dotyczące Zadania 66

Czy zamawiający dopuści elastyczne majtki siatkowe wykonane z poliestru 87% oraz elastanu 13%?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 230 dotyczące Zadania 72

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, zaprojektowane tak, by chronić skórę dłoni osoby pielęgnującej, niepodfoliowane wykonane z włókniny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 231 dotyczące Zadania 72

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, zaprojektowane tak, by chronić skórę dłoni osoby pielęgnującej, podfoliowane wykonane z celulozy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 232 dotyczące Zadania 78

Czy zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na kamerę w rozmiarze 13x235 cm składany teleskopowo, z jednej strony wyposażony w kartonik z drugiej zaś w taśmę lepną co ułatwia aplikację na urządzeniu?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 233 dotyczące Zadania 81

Czy zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni o wymiarze 45cm x 75 cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 234 dotyczące zapisów umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Zgodnie z punktem 1 SIWZ tj. Informacje Wstępne- dni robocze to dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 235 dotyczące zapisów umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zapłata za zamówiony towar następowała w ciągu 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 236 dotyczące zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 7 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% pod warunkiem uzgodnienia zmian cen w aneksie do umowy”?



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 237 dotyczące Zadania 1, poz.4-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ww. pozycjach podkładów pod opatrunki gipsowe wykonanych ze 100 % poliestru.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 238 dotyczące Zadania 8, poz.1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w ww. pozycjach w rubryce ilość kompresów Zamawiający miał na myśli sztuki? W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia kompresów w op. a'3. I tak np. w poz. 1 Zamawiający wymaga odpowiednio: 110 000 szt., 80 000 szt. oraz 90 000 szt. Dzielać wskazane wartości przez ilość opakowań uzyskujemy niepełne wartości opakowań, w związku z czym prosimy o informację czy podane wymagane wartości dotyczą sztuk (z odpowiednim przeliczeniem na opakowania i zaokrągleniem), czy opakowań a'3.

Odpowiedź

Zamawiający w rubryce ilość kompresów podał całkowitą ilość w sztukach asortymentu, przy czym Zamawiający wymaga, aby asortyment był w opakowaniach po 3 szt (z odpowiednim przeliczeniem na opakowania i zaokrągleniem).

Pytanie 239 dotyczące Zadania 46

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ww. pozycji ogólnego jałowego zestawu uniwersalnego, w którym:

- wzmocnienie 2 samoprzylepnych serwet operacyjnych wynosi: 45x60 cm,
- zestaw wykonany jest z laminatu folii PE i włókniny PP – serwety pacjenta: PP/PE o gramaturze 62g/m², z kolei wzmocnienie wykonane jest z lepszej włókniny – Spunlace o gramaturze 70g/m².
- serweta na stolik Mayo wykonana jest z gładkiej folii,
- zestaw umieszczony jest w torebce papierowo-foliowej, pakowany dodatkowo w worek wewnętrzny + karton.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 240 dotyczące Zadania 69

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ww. pozycji ubrania dwuczęściowego - krawędzie podwinięte i obszyte, poza dolną krawędzią bluzy. Ponadto zwracamy uwagę Zamawiającego, iż włóknina jest materiałem, który się nie strzępi.


Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 241 dotyczące wzoru umowy:

a) Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 8 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- b) Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 4 ust. 5 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.
- c) Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1 lit. a.
- d) Prosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 lit. b projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.
- e) Prosimy o wykreślenie zapisu § 8 ust. 2 projektu umowy.

Odpowiedź

- a) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- b) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- c) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- d) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- e) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 242 dotyczące Zadania 64, poz.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 101x203cm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 243 dotyczące Zadania 77, poz.1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiającemu chodziło o: Osłona uchwyty lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia śred. 118 mm ze schodkowym mocowaniem uchwyty oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o śred. maks. 50 mm i długości do 14 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo- foliowe?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 244 dotyczące Zadania 78, poz.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony o wymiarach 18x244cm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 245 dotyczące Zadania 82, poz.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pokrycia na stół operacyjny o wymiarach 101x229cm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 246 dotyczące Zadania 86, poz.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie czy dla zabezpieczenia stołu operacyjnego, większego komfortu pacjenta oczekuje aby podkład posiadał warstwę ochronną na całej swojej długości a chłonność – jako kluczowy parametr oraz czy dla łatwiejszej identyfikacji i uniknięcia pomyłki Zamawiający oczekuje aby podkład posiadał widoczną nazwę produktu lub producenta zintegrowaną fabrycznie?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 247 dotyczące Zadania 87, poz.1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodziło o: mata chłonna na podłogę o dużej wchłaniałości płynów z możliwością przytwierdzenia do podłogi czterema narożnymi przylepcami o wymiarach ok 80 cm x 120 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ