



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 18.01.2019r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - **znak 1/med/2019, na dostawę materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 09.01.2019 r. pod numerem 502025-N-2019

Pytanie 1 dotyczące Zadania 65, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych majtek dla pacjentów?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 dotyczące Zadania 73

Prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować ochraniacze wykonane z folii czy z włókniny?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje ochraniaczy z folii.

Pytanie 3 dotyczące Zadania 83

Prosimy o doprecyzowanie jakiego przybliżonego rozmiaru ręczników Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje ręczników w przybliżeniu o rozmiarze 80x60cm.

Pytanie 4 dotyczące Zadania 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 4 pozycji 2, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 dotyczące Zadania 4

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 4 kompresów posiadających podwijane brzegi, które zapobiegają wysnuwaniu się luźnych nitek ze struktury kompresu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 6 dotyczące Zadania 8

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 8 kompresów posiadających podwijane brzegi, które zapobiegają wysnuwaniu się luźnych nitek ze struktury kompresu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 7 dotyczące Zadania 9, poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 9 pozycji 3 i 4, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 8 dotyczące Zadania 11, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 11 pozycji 12, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 dotyczące projektu umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z umowy (Załącznik nr 3 – „**Wzór umowy wraz z załącznikami**”) poniższej przytoczonego zapisu o konieczności doręczenia towaru w sobotę i niedzielę oraz dostarczenie zamówionego towaru do 24 godzin do złożenia zamówienia:

„3. W szczególnych okolicznościach, których nie można było przewidzieć wcześniej Wykonawca dostarczy zamówiony towar do 24 godzin od zamówienia w dni robocze oraz również w sobotę i niedzielę”

W kontekście oferowanego asortymentu do pakietu nr 28 (siatki przepuklinowe) – powyższy zapis nie jest możliwy do spełnienia ze względu na ograniczone możliwości realizacyjne. A ponadto właściwości oferowanego sprzętu jakim są siatki przepuklinowe – sprawiają, że nie jest to asortyment wymagany w przypadkach interwencyjnych/wymaganych na ratunek życia i jest stosowany w planowanych z wyprzedzeniem zabiegach chirurgicznych. Wobec powyższego uprzejmie prosimy o odstąpienie od powyżej wspomnianego zapisu w kontekście pakietu nr 28.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisem zakup interwencyjny będzie stosowany w bardzo rzadkich i uzasadnionych przypadkach.

Pytanie 10 dotyczące Zadania 11, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 10 cm x 30 cm zamiast 10 cm x 35 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 11 dotyczące Zadania 13, poz. 1

a) Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli po pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plaster oczny dla dorosłych, jałowy, samoprzylepny w rozmiarze 6,5 cm x 9,5 cm

Odpowiedź

a) Zamawiający nie wyraża zgody.

b) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 12 dotyczące Zadania 13, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plaster oczny dla dzieci, jałowy, samoprzylepny w rozmiarze 5,7 cm x 7,2 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 13 dotyczące Zadania 22, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga plastra do wkłuc dożylnych z dodatkową podkładką pod skrzydełka w celu lepszej stabilizacji.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 14 dotyczące Zadania 28

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę rozmiaru siatki w miejsce 15x20 na rozmiar 15x15 lub na 20x30 z możliwością przecięcia pod warunkiem, że struktura i brzegi siatek nie ulegają zniekształceniu ani rozwarstwianiu po obcięciu do odpowiadającego Zamawiającemu rozmiaru.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 15 dotyczące Zadania 20


Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści tampony donosowe o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzęдне wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w posługiwaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

Struktura i skład



1—rozpuszczalna gaza hemostatyczna 2—gąbka 3—sznurek

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 16 dotyczące Zadania 28

Czy w zadaniu 28 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek w rozmiarach:

- 60mm x 110mm
- 76mm x 150mm
- 150mm x 200mm
- 200mm x 300mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 17 dotyczące Zadania 4, poz. 1-2

Prosimy o odstąpienie od wymogu klasy IIa reg. 7, i dopuszczenie wyrobów z gazy sklasyfikowanych w klasie I reg.4 . Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 18 dotyczące Zadania 5

a) Prosimy o odstąpienie od wymogu klasy IIa reg. 7, i dopuszczenie również wyrobów z gazy sklasyfikowanych w klasie I reg.4.

b) Prosimy o dopuszczenie wyrobu sterylnego, bez prania wstępnego, pakowanego indywidualnie.

Odpowiedź

a) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

b) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 19 dotyczące Zadania 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu klasy IIa reg. 7, i dopuszczenie również wyrobów z gazy sklasyfikowanych w klasie I reg.4.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 20 dotyczące Zadania 9, poz. 3

a) Prosimy o odstąpienie od wymogu klasy IIa reg. 7, i dopuszczenie wyrobów z gazy sklasyfikowanych w klasie I reg.4 . Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

b) Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

c) Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odpowiedź

a) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

b) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

c) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 21 dotyczące Zadania 10, poz.1

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 22 dotyczące Zadania 10 , poz. 1

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 23 dotyczące Zadania 24, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 24 dotyczące Zadania 35, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 25 dotyczące Zadania 35, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 71 cm x 116 cm, wykonany z folii polietylenowej, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 26 dotyczące Zadania 35, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 27 dotyczące Zadania 35, poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie zadania.

Pytanie 28 dotyczące Zadania 36, poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folię gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 29 dotyczące Zadania 36, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 30 dotyczące Zadania 36, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 31 dotyczące Zadania 36, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 32 dotyczące Zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 podkładów pod opatrunki gipsowe wykonanych z syntetycznej włókniny wiskozowej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 33 dotyczące Zadania 8, poz. 2

- a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 8 poz. 2 kompresów 8-warstwowych?
b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiający uzyska niższe ceny?

Odpowiedź

- a) Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
b) Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie zadania.

Pytanie 34 dotyczące Zadania 40, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety Mayo 78x145cm z warstwą chłonną 65x85cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 35 dotyczące Zadania 40, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 50x60cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 36 dotyczące Zadania 40, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 40 poz. 7 sterylnej serwety chirurgicznej z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 90x120cm lub 100x150cm?

Odpowiedź

Zamawiający przy zachowaniu pozostałych warunków SIWZ dopuszcza w/w asortyment w wymiarach 100x150cm, a nie dopuszcza w wymiarach 90x120cm.

Pytanie 37 dotyczące Zadania 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 44 serwety o wymiarach 75x90cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 38 dotyczące Zadania 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 46 niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

1 serweta na stolik narzędziowy 150 X 190cm (wzmocnienie 75 x 190cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 78 x 145 cm (wzmocnienie 65 x **85**)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 X **180**cm (wzmocnienie w strefie krytycznej)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm (wzmocnienie **50cm** na długości dłuższego boku)

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

4 ręczniczki celulozowe 30,5x34cm

Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych , materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) ; każdy zestaw posiada min. informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składa się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze materiału podstawowego , bez wzmocnienia 60g/m² , w części wzmocnionej 140 g/m² i odporności na penetracje płynów **165** cmH₂O.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Serweta na stolik Mayo złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, wykonana z nieprzezierną folią piaskowaną, zapobiegającą ślizganiu. Warstwa wzmocnienia zgrzana z materiałem bazowym na całej powierzchni (a nie punktowo) Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę na stolik narzędziowy i umieszczona w opakowaniu folia-papier typu Tyvec, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 39 dotyczące Zadania 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 46 niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

1 serweta na stolik narzędziowy 150 X 190cm (wzmocnienie 75 x 190cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 78 x 145 cm (wzmocnienie 65 x **85**)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 X **180**cm (wzmocnienie w strefie krytycznej) + dodatkowa łata chłonna
1 samoprzylepna

serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie w strefie krytycznej)

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm (wzmocnienie na całej długości dłuższego boku) + dodatkowa łata chłonna

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

4 ręczniczki celulozowe 30,5x34cm

Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada min. informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składa się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 60g/m², w części wzmocnionej **75 g/m² z dodatkowymi łatami chłonnymi o całkowitej gramaturze w części chłonnej 155g/m²** i odporności na penetrację płynów **167** cmH₂O. Serweta na stolik Mayo złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, wykonana z nieprzezierną folią piaskowaną, zapobiegającą ślizganiu. Warstwa wzmocnienia zgrzana z materiałem bazowym na całej powierzchni (a nie punktowo) Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę na stolik narzędziowy i umieszczona w opakowaniu folia-papier typu Tyvec, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 40 dotyczące Zadania 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 50 niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 78 x 145 cm

1 serweta do artroskopii w rozmiarze 320cm x 230cm z workiem do zbiórki płynów oraz z otworami elastycznymi do przełożenia kończyny, umiejscowionymi zarówno w serwecie głównej jak i w strukturze worka. Średnica otworów 5cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 190 cm

1 x osłona na kończynę 22x75cm

2 taśmy samoprzylepne 9cm x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30,5 x 34 cm



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informację o min. dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne w strefie dedykowanej dla pacjenta wykonane z dwóch warstw włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 75g/m². Chłonność materiału laminatu 137ml/m². Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie 168 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w opakowaniu folia-papier typu Tyvec, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z min. numerem serii, datą ważności produktu.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 41 dotyczące Zadania 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 51 niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (wzmocnienie o rozmiarze min. 75 x 190 cm)
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie o rozmiarze 65x85 cm)

1 taśma mocująca 9x50cm

1 serweta do chirurgii dłoni /stopy 300x230 cm z padem chłonnym o wielkości 75x80 cm i elastycznym otworem 3,5 cm

4 ręczniki celulozowe 30,5x34cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o min. dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 60g/m² (wzmocnienie 80g/m². całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m²). Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min. 950%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w opakowaniu typu folia papier typu Tyvec, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

1. Obłożenia operacyjne sterylne wykonane z włóknin barierowych laminowanych, dwuwarstwowych

a) Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 1000 mm słupa wody

b) wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa

c) Gramatura: min 55 g/m²

d) Dodatkowe warstwy chłonne wokół stref krytycznych obłożeń – włóknina polipropylenowa. Całkowita odporność na penetrację płynów 1650mm H₂, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 168kPa

2. Serwety sterylne z taśmami lepnyymi lub bez oraz z otworami otoczonymi taśmami lepnyymi

będącymi również zawinięciem obłożeń operacyjnych oraz zestawów obłożeń operacyjnych

a) Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : Odporność na penetrację płynów => 1650mmH₂O

b) wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa

c) Gramatura: min 53 g/m²

3. Osłona na stolik Mayo - Folia PE warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 56g/m². Min. wytrzymałość na rozerwanie rozdarcie min. - 100 kPa Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H₂O

4. Ściereczki chłonne – gramatura – min 51 g/m²

Odpowiedź



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 42 dotyczące Zadania 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 55 fartuchów, nieznacznie różniących się od opisanych w SIWZ - przy szyi posiadają zapięcie w formie rzepa, dopasowującego się do rozmiarów użytkownika, pozwalającego na aplikację w dowolnym miejscu

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 43 dotyczące Zadania 78

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, dostarczanego obecnie do Państwa placówki pokrowca o wymiarach 17x240cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

DYREKTOR
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny ZOZ

mgr Marek Kornet

Zatwierdzam
Dyrektor

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon: 261 47 28 61-63; Fax: 261 47 28 61-63

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Regon 570544566 NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002