



MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA

pn. ” Dostawa i montaż rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych . ,

32/log/2019

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu,

działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakres zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Zał. nr 2 do SIWZ – tj. Opis przedmiotu zamówienia :

pkt. 11.4 Wyposażenie aparatu MR – Strzykawka automatyczna do MR, dwugłowicowa – jest :

11.4	Strzykawka automatyczna do MR, dwugłowicowa	Tak; podać		
------	---	---------------	--	--

pkt. 11.4 Wyposażenie aparatu MR – Strzykawka automatyczna do MR, dwugłowicowa – winno być :

11.4	Strzykawka automatyczna do MR, dwugłowicowa: Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego przystosowana do pracy w środowisku MR – 1,5 [T] System „otwarty” – zapewnienie możliwości eksploatacji wstrzykiwacza z zastosowaniem pustych wkładów (do napełniania dowolnie wybranym kontrastem), co najmniej dwóch różnych producentów Komplet złożony z: -Podwójnej głowicy na ruchomym statywie z osobnymi wkładami dla środka kontrastowego oraz dla soli fizjologicznej -panel sterujący -w komplecie min. 2 baterie -możliwość instalacji modułu ciągłego ładowania -Pojemność wkładów 65ml kontrast, 115ml sól fizjologiczna -Regulowana prędkość przepływu w zakresie 0,01 do 10 ml/ -Kolorowy monitor sterujący Funkcja KVO (Keep Vein Open)– funkcja umożliwiająca iniekcję roztworu soli fizjologicznej w regulowanych interwałach czasowych Możliwość zapamiętania protokołów iniekcji, 30 protokołów Funkcja „stoper” – pomiar czasu od chwili rozpoczęcia iniekcji Możliwość zdalnego nadzoru serwisowego przez łącze internetowe.	Tak; podać		
------	--	---------------	--	--

DIREKTOR
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny ZOZ

mgr Marek Kornet