



Wałcz, dnia 15.07.2019 r

**WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: 30/log/2019**

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

**DOSTAWA POŚCIELI I ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ**

**Zapytania do Pakietu 3 – pokrowce zmywalne, worki na pościel, poduszki, kołdra:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności ofert, wydzieli z Pakietu nr 3 pozycje 1, 2 i 7, tj. pokrowce na materace, poduszki i kołdry do osobnego Pakietu?

**Odp: Zamawiający nie wydzieli z pakietu 3 pozycji 1,2 i 7.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na poduszki i materace wykonane z tkaniny o gramaturze 135 g/m<sup>2</sup>?

**Pozostałe parametry tkaniny zgodne ze SIWZ.**

**Odp: Zamawiający dopuści pokrowce na poduszki i materace wykonane z tkaniny o gramaturze 135 g/m<sup>2</sup>**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na poduszki i na kołdry zapinane na zamek po krótszym boku w kształcie litery I?

**Odp: Zamawiający nie dopuści pokrowców na poduszki i na kołdry zapinane na zamek po krótszym boku w kształcie litery I.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na kołdry o wymiarze 160x200 cm?

**Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

## **Zapytania do Pakietu 4 – dostawa odzieży (bhp) dla potrzeb szpitala:**

### **Pytanie 5:**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji oraz możliwość otrzymania większej ilości konkurencyjnych ofert, wydzieli z Pakietu 4 asortyment operacyjny z pozycji 8 i 9 do osobnego Pakietu?

**Odp: Zamawiający nie wydzieli z Pakietu 4 pozycji 8 i 9.**

### **Pytanie 6:**

Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji 9 złożył zamówienie na ubrania chirurgiczne. W ofercie posiadamy asortyment o bardzo zbliżonych parametrach jak opisane w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 ubrania chirurgiczne z pozycji 9 zgodne z normą PN-EN 13795, wykonane z tkaniny o gramaturze 125 – 128 g/m<sup>2</sup>, podlegające praniu w temperaturze 75° C, o kurczliwości do 5%? Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ.

Proponowana odzież cieszy się bardzo dobrą opinią Użytkowników i od wielu lat jest stosowana w Szpitalach w całej Polsce. Dzięki niższej gramaturze niż opisana w SIWZ odzież jest bardzo komfortowa oraz tańsza w praniu.

**Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 7:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu „przyjazny dla człowieka” dla ubrań chirurgicznych z pozycji nr 9 Pakietu nr 4?

Wymieniony dokument nie dotyczy odzieży operacyjnej. Jedyną właściwą normą dla odzieży chirurgicznej jest PN-EN 13795. Ubrania zgodne z surowym reżimem wymienionej normy spełniają najwyższe standardy jakościowe i bezpieczeństwa, nie ma więc potrzeby dodatkowego certyfikowania.

**Odp: Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu „przyjazny dla człowieka” dla ubrań chirurgicznych z pozycji nr 9 Pakietu nr 4**

### **Pytanie 8:**

Zamawiający w Zadaniu nr 4 w pozycji nr 9 złożył zamówienie na odzież przeznaczoną na blok operacyjny zgodną z normą PN-EN 13795.

Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne z pozycji nr 9 Pakietu nr 4 były w pełni zgodnie z normą 13795, tj. w zakresie parametrów jak poniżej:

- pylenie,
- czystość pod względem cząstek stałych,
- czystość mikrobiologiczna,
- wytrzymałość na wypychanie i rozciąganie na sucho,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho,

co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub dostarczonymi na wezwanie wynikami badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?

**Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający wymaga obuwia operacyjnego bardzo trwałego, posiadającego gwarancję używania na co najmniej 3 lata?

**Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający wymaga, aby obuwie operacyjne posiadało wytłoczone rozmiary na pięcie w celu łatwej identyfikacji rozmiarów?

**Odp: Zamawiający dopuszcza aby obuwie operacyjne posiadało wytłoczone rozmiary na pięcie w celu łatwej identyfikacji rozmiarów**

**Pytanie 11**

W pozycji 6 Kołdra – opis przedmiotu zamówienia

Czy kołdra powinna być wykonana z mikrofibry ( poszycie ) czy z inleu ?

Proszę doprecyzować opis czy kołdra ma być lekka taka jaką stosuje się w szpitalach wykonana z mikrofibry a wypełnienie to włókno poliestrowe czy też inna .

**Odp: Kołdra powinna być wykonana z mikrofibry, wypełniona włóknem poliestrowym .**

**Pytanie 12 dotyczy : " Pakietu I " Pościel szpitalna"**

Oferowane wyroby wykonane z tkanin bawełnianych winny posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do stosowania w szpitalnictwie , jedyną normą która dopuszcza w/w wyroby do zakupu przez Zamawiającego jest Norma CEN/TS 14237:2015-12 specyfikuje wymagania dla niżej wymienionych grup wyrobów, które mogą być stosowane w placówkach opieki zdrowotnej (szpitalach, sanatoriach, hospicjach) oraz socjalnych (domy opieki):

- bielizny pościelowej,
- pościeli (kołder, poduszek, z wyłączeniem wypełnionych pierzem i puchem),
- zasłon i parawanów,
- odzieży dla pacjentów (w tym dzieci),
- odzieży dla lekarzy i personelu pomocniczego.

Wymagania stawiane wyżej wymienionym wyrobom obejmują:

- odporność wybarwień na pot alkaliczny,
- odporność wybarwień na pot kwaśny,
- odporność wybarwień na tarcie suche,
- odporność wybarwień na tarcie mokre,
- odporność wybarwień na światło,
- odporność wybarwień na pranie w 95 °C,
- odporność wybarwień na nadtlenek wodoru,
- odporność wybarwień na działanie chloru,
- odporność wybarwień na suchą obróbkę termiczną,
- odporność na pilling,
- zmiana wymiarów po pierwszym i po piątym praniu,

- przepuszczalność powietrza,
- opór pary wodnej.

Zamawiający winien wymagać w/w normy w tym postępowaniu. Certyfikatu Zgodności na Tkaninę z której będą wykonane wyroby pościelowe .

Zwracam się z prośbą o dopisanie tych wymagań w/w postępowaniu , zapewni to dostawę wyrobów wykonanych z tkanin Certyfikowanych i dopuszczonych do stosowania w placówkach służby zdrowia.

**Odp: Zamawiający w Pakiecie I poz. 1,2,3,4 wymaga normy CEN/TS 14237:2015-12.**

DYREKTOR  
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny ZOZ  
*mgr Marek Kornet*

Wyk.: B.Ś  
Dnia : 15.07.2019 R  
T. 2612

---

**107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej**

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz  
Telefon 261 47 28 09; Fax 261 47 28 20  
Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Oddział w Szczecinie  
Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002